



Z A M A W I A J A C Y:

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII  
im. prof. Tadeusza Koszarowskiego  
w Opolu**

ul. Katowicka 66A  
45-061 Opole  
NIP 754-25-57-814  
REGON 531420768

tel. 077/441 63 01  
fax. 077/441 60 03  
[sekretariat@onkologia.opole.pl](mailto:sekretariat@onkologia.opole.pl)  
[www.onkologia.opole.pl](http://www.onkologia.opole.pl)

Opole, 06.07.2021r.

## WYJAŚNIENIA

**Przedmiot zamówienie: Dostawa dwutłokowego, automatycznego wstrzykiwacza kontrastu do badań metodą rezonansu magnetycznego (1 szt.+ pakiet startowy) wraz z jednorazowymi sterylnymi wkładami (150 szt.), sprawa nr FAZ.2810.52.2021-ZOF**

W związku z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia do OWZ podajemy do wiadomości wszystkich zainteresowanych niniejszym postępowaniem treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

### Pytanie nr 1

Pyt. 1: dot. zał. nr 1

Prosimy o dopuszczenie wstrzykiwacza kontrastu charakteryzującego się poniższymi parametrami:

Automatyczna dwugłowicowa strzykawka, fabrycznie nowa, rok produkcji 2021

- możliwość pracy w polu magnetycznym  $\leq 7T$ ;
- funkcja iniekcji testowej;
- hydrauliczny systemem zasilania (brak zakłóceń skaner-strzykawka);
- blokada przechyłu, która pomaga minimalizować ryzyko zatorów powietrznych;
- prędkość przepływu od 0,1ml/s do 10 ml/s (co 0,1);
- system KVO (Keep Vein Open, który zapewnia drożność wkłucia przez podawanie 0,25 ml soli fizjologicznej w systematycznych odstępach czasu (30s);
- aplikacja do obsługi danych (m.in.: dane pacjenta, dane środka kontrastowego, kalkulator GFR);
- zakres ciśnienia: 40 - 300 PSI (ustawienie co 1,0 PSI);
- kolorowy, dotykowy panel sterujący;
- pamięć 50 protokołów badań;
- iniekcje wielofazowe – max. 6 faz;
- Zestaw wkładów o pojemności 200 ml soli fizjologicznej, pozwalająca wydłużyć czas KVO i wielokrotnie przepłukiwać solą fizjologiczną, dla środka kontrastowego 200 ml
- zestaw startowy wkładów do wykonania 150 badań;

Pragniemy zauważyć, że aktualny opis wskazuje na możliwość złożenia ważnej oferty przez jednego oferenta, co jest niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji.

Dopuszczenie do złożenia oferty z wstrzykiwaczem o powyższych parametrach, zapewni zamawiającemu możliwość wyboru oferty cenowo najkorzystniejszej, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych dostępnych parametrów technicznych.

**Odpowiedź:** Informujemy, że Zamawiający bardzo szczegółowo opisał przedmiot zamówienia i oczekuje ofert na sprzęt zgodny z opisem opublikowanym na stronie internetowej w dniu 02.07.2021r.

Opracowały:

B. Widz-Tomala  
M. Biernat  
B. Kopeć

Zatwierdził: