



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32–500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 50/02/2023

Chrzanów, 09.02.2023 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do postępowania: Dostawa USG dla poradni Szpitala Powiatowego w Chrzanowie - sprawa nr 09/2023.

1. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 9 arkusza informacji technicznej aparat USG o zakresie częstotliwości pracy od 2 MHz do 20 MHz?

Odp.: Tak.

2. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 13 arkusza informacji technicznej aparat USG który nie posiada dodatkowego wyświetlacza pozwalającego na obrazowanie min. jednej dodatkowej głowicy?

Odp.: Nie.

3. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 56 arkusza informacji technicznej aparat USG z głowicą liniową o zakresie częstotliwości pracy 6 – 16 MHz?

Odp.: Nie.

4. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 61 arkusza informacji technicznej aparat USG z głowicą liniową o zakresie częstotliwości pracy 6 – 18 MHz?

Odp.: Tak.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora

lek. med. Izabela Kielbaska



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892