



Znak: AE/ZP-27-93/20

Tarnów, 2020-12-29

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214.000 EURO na dostawy sprzętu laboratoryjnego dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy pkt XV.1 SIWZ ogólne warunki umowy.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?
2. **Dotyczy pkt XV.13 SIWZ ogólne warunki umowy.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 17.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający miał na myśli korki pasujące do probówek z poz. 16?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 22.** Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający miał na myśli korki pasujące do probówek z poz. 21?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie ostrzy do kriostatu wykonanych ze stali nierdzewnej pakowanych po 50 szt. w ilości 1 op. z zachowaniem wszystkich pozostałych wyszczególnionych w SIWZ parametrów techniczno-użytkowych?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie atramentu do oznaczania chirurgicznych linii cięcia pakowanego po 50 ml w ilości 1 op. z zachowaniem wszystkich pozostałych wyszczególnionych w SIWZ parametrów użytkowych?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1-2 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do ogólnych warunków umowy, w sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

Ad. 3 Zamawiający potwierdza, że w Formularzu Cenowym nastąpiła oczywista omyłka pisarska i w **Pakiecie Nr 2 poz. 17** należy zaferować korki pasujące do probówek z poz. 16.

Ad. 4 Zamawiający potwierdza, że w Formularzu Cenowym nastąpiła oczywista omyłka pisarska i w **Pakiecie Nr 2 poz. 22** należy zaferować korki pasujące do probówek z poz. 21.

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza zaferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 2** żyłek mikrotomowych przeznaczonych do cięcia tkanek zamrożonych – kriostat, wykonanych ze stali nierdzewnej pakowanych po 50 szt. w ilości 1 opakowanie, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza zaferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 3** atramentu do oznaczania chirurgicznych linii cięcia pakowanego po 50 ml pod warunkiem zaferowania 2 takich opakowań i spełniania pozostałych wymagań SIWZ

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Platforma Zamawiającego
3. a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek

