



## SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE

ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów  
REGON 910333036 NIP 889-12-69-126  
tel. 54/285-62-00; fax 54/285-37-01  
e-mail: [sekretariat@szpitalradziejow.pl](mailto:sekretariat@szpitalradziejow.pl)  
<https://www.szpitalradziejow.pl>

Radziejów, dnia 08 października 2024 r.

### Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) w trybie podstawowym bez negocjacji na: **„Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - uzupełnienie”** (oznaczenie sprawy TP-15/2024) – ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25 września 2024 r. pod numerem: **2024/BZP 00515391/01**

Niniejszym, na mocy przysługujących nam jako Zamawiającemu uprawnień i obowiązków wynikających z dyspozycji art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) poniżej przekazujemy treść zapytań i udzielonych wyjaśnień.

## PAKIET NR 13

1. Prosimy o dopuszczenie rękawicy lateksowej bezpudrowej brązowej z mankietem prostym z opaską lepnią adhezyjną zapobiegającą zsuwaniu się rękawicy z powierzchnią zewnętrzną gładką z wykończeniem mikroteksturowanym . Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza.

2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie poniższych parametrów technicznych:

- - długość: minimum 280 mm (dla wszystkich rozmiarów)
- - siła zrywu przed starzeniem: minimum 11,0 N
- - zawartość protein:  $\leq 45$  mcg/g
- - poziom AQL nie większy niż 0,65

- potwierdzonych raportem z badań nie starszym niż 2020r
- oraz
- - grubość na palcu (pojedyncza ścianka): minimum 0,18 mm
- potwierdzona kartą techniczną producenta.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.**

## **Dotyczy: część 1 pozycja 1.25.**

- 3.** Czy Zamawiający w części 1 poz. 1.25. dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow), z poliurteanu, bez otworów bocznych, średnica 11 FR o długości 20 cm ?

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,98 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 11Fr/ 13 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- opakowanie zawiera 3 szt.

**ODPOWIEDŹ: TAK**

- 4.** Jakich ramion wymaga Zamawiający prostych, czy zagiętych?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga ramion prostych**

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części 1 poz. 1.25. i stworzy oddzielny pakiet dla tej pozycji ?

**ODPOWIEDŹ: NIE**

## **Dotyczy SWZ XI punkt 11 podpunkt 4**

5. W związku z tym, że Zamawiający w SWZ przewidział tylko uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych, czy dopuści również wyjaśnienia treści przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z Art. 107 ust. 4 ustawy PZP?

**ODPOWIEDŹ: TAK**

6. **Dotyczy § 3** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień za pośrednictwem aplikacji MARS dostępnej dla Zamawiającego? Aplikacja jest dostępna online i nie wymaga dodatkowej instalacji. Taka forma składania zamówień ułatwia cały proces zamawiania i pozwala Zamawiającemu na sprawdzenie statusu złożonego zamówienia. Dodatkowo Zamawiający z poziomu aplikacji ma pełny dostęp i podgląd na cały asortyment znajdujący się w portfolio Wykonawcy. Wykonawca gwarantuje przeszkolenie wskazanego pracownika Zamawiającego w zakresie obsługi aplikacji MARS.

**ODPOWIEDŹ: TAK**

7. **Dotyczy § 12** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów dot. rozstrzygnięcia ewentualnych sporów między Zamawiającym a Wykonawcą na taki zapis, który zakłada równe traktowanie zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy: „Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze polubownej, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia mogą być skierowane na drogę postępowania sądowego w Sądzie miejscowo właściwym dla siedziby powoda”

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że zapisy umowne w powyższym zakresie pozostają bez zmian.**

9. **Dotyczy Pakietu 12 pozycja 12.1,12.2** Czy w pakiecie 12 pozycja 12.1,12.2 Zamawiający w j.m. „op. (1 sztuka)” miał na myśli wycenę „op. a 5 szt.” czyli 100 opakowań (500 sztuk) czy w j.m. Zamawiający miał na myśli „1 sztuka” czyli wycena 100 sztuk?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający miał na myśli wycenę 100 sztuk.**

10. Dotyczy Pakietu 12 pozycja 12.3 Czy w pakiecie 12 pozycja 12.3 Zamawiający w j.m. „op. (1 sztuka)” miał na myśli wycenę „op. a 10 szt.” czyli 200 opakowań (2000 sztuk) czy w j.m. Zamawiający miał na myśli „1 sztuka” czyli wycena 200 sztuk?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający miał na myśli wycenę 200 sztuk.**

## **Pakiet 3**

11. Czy Zamawiający dopuści etykietę z identyfikacją składu w formie opisowej?

**ODPOWIEDŹ: Nie**

12. Czy Zamawiający dopuści serwetę do operacji kończyny o wymiarach 230cm x 300cm, wzmocniona z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7cm, wykonaną z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonnym o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, o łącznej gramaturze 140g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z organizatorami przewodów?

**ODPOWIEDŹ: Nie**

13. Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody 14cm x 250cm , na jednym końcu kartonowy sztywnik z oznaczeniem kierunku rozwijania osłony, a drugim końcu perforacja umożliwiającą wysunięcie przewodu, perforacją i z dwoma taśmami samoprzylepnymi?

**ODPOWIEDŹ: Tak**

14. Czy Zamawiający dopuści ręczniki z włókniny kompresowej 30cm x 30cm?

**Odpowiedź: Tak**

15. Czy Zamawiający dopuści kleszczyki okienkowe Korcang z tolerancją rozmiaru +/- 1cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak**

16. Czy Zamawiający dopuści kleszczyki do trzymania igły z tolerancją rozmiaru +/-1cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak**

17. Czy Zamawiający dopuści kleszczyki plastikowe z tolerancją rozmiaru +/-1cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak**

18. Czy Zamawiający dopuści metalową pesetę z ząbkiem o długości 14cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak**

19. Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na nogę o gramaturze 56g/m<sup>2</sup> w rozmiarze 30cm x 80cm?

**ODPOWIEDŹ: Nie**

20. Czy Zamawiający dopuści elementy zapakowane w torebkę papierową?

**ODPOWIEDŹ: Tak**

21. Czy Zamawiający dopuści zestawy pakowane w podwójne opakowanie transportowe: zewnętrzny karton zaklejany taśmą klejącą oraz wewnętrzny worek foliowy?

**ODPOWIEDŹ: Tak**

## **Pakiet 7**

22. **Pozycja 7.2** Czy Zamawiający dopuści igłę do regionalnej anestezji o długości 120mm?

**ODPOWIEDŹ: Tak**

23. **Pozycja 7.8** Czy Zamawiający dopuści igłę do pobierania leków ściętą pod kątem 40 stopni?

**ODPOWIEDŹ: Tak**

24. **Pozycja 10** Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalną 3 częściową:

górną z elastyczną gumką 100 x 160 cm,

dolną z elastyczną gumką 80x150cm,

2 taśmy przylepne 3 x 100 cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak**

25. **Pozycja 11** Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalną 3 częściową:

górną z elastyczną gumką 100 x 160 cm,

dolną z elastyczną gumką 80x150cm,

2 taśmy przylepne 3 x 100 cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak**

## **Pakiet 11**

28. **Pozycja 11.1** Czy Zamawiający dopuści zestaw do punkcji opłucnej o parametrach

- Worek do zbiórki odprowadzanych płynów o pojemności 2000ml z zastawką przeciwwrotną i odpływem, skalowany co 100ml
- Strzykawka o pojemności 60ml
- Dostępny w różnych konfiguracjach
- Szeroka gama igieł do wyboru:
  - trio igieł o długości 55 mm (14G, 16G i 19G)
  - trio igieł o długości 80 mm (14G, 16G i 19G)
  - igła Veressa długości 100mm, z zaokrągloną, bezpieczną końcówką (15G)
- Dostępne w wersji manualnej (Toraset) ze szczelnym kranikiem trójdrożnym na drenie odprowadzającym, lub w wersji automatycznej (Tormatic) wyposażonej w trójdrożny zawór przeciwwrotny na drenie odprowadzającym, zapobiegający cofaniu się płynów
- Wyrób sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie podwójne - zewnętrzne papier-foolia, wewnętrzne folia

?

**ODPOWIEDŹ: Nie**

## Pakiet 13

**29. Pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści rękawice z AQL potwierdzonym raportem z badań producenta zgodnie z EN 455 nie starszym niż z 2023r. (bez informacji na opakowaniu)?

**ODPOWIEDŹ: Tak**

## Pakiet 14

**30.Pozycja 12.8** Czy Zamawiający dopuści miskę do mycia pacjentów o odporności na temperaturę do 35 stopni?

**ODPOWIEDŹ:NIE**

**31.Pozycja 12.9** Czy Zamawiający dopuści miskę nerkową bez wytrzymałości na detergenty, do 35 stopni C, o pojemność min 300ml, max 900ml?

**ODPOWIEDŹ:NIE**

**32.Pozycja 12.23** Czy Zamawiający dopuści papier do videoprintera USG w rozmiarze 110x18?

**ODPOWIEDŹ:NIE**

**33.Pozycja 12.26** Czy Zamawiający dopuści pojemnik na próbki histopatologiczne o pojemności 25ml?

**ODPOWIEDŹ:ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POWYŻSZE**

**34.Pozycja 12.29** Czy Zamawiający dopuści gólarzkę jednostrzową, ze stali nierdzewnej?

**ODPOWIEDŹ:TAK**

**35.Pozycja 12.37** Czy Zamawiający dopuści stazę bezlateksową wykonaną z rozciągliwego paska TPE, w rozmiarze 25 x 450mm, o długości całkowitej rolki 11,25m?

**ODPOWIEDŹ:TAK**

**36.Pozycja 12.37** Czy Zamawiający dopuści stazę gumową wykonaną z lateksu o długości 40cm?

**ODPOWIEDŹ:NIE**

**37.Pozycja 12.15** Czy Zamawiający dopuści maskę w kolorze zielonym?

**ODPOWIEDŹ:TAK**

**38. Pozycja 12.32** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

**ODPOWIEDŹ:TAK**

**39.Pozycja 12.32** Czy Zamawiający dopuści koszulę z wycięciem Y, zakładaną przez głowę?

**ODPOWIEDŹ:TAK**

**40.Pozycja 12.32** Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>?

**ODPOWIEDŹ:TAK**

**41.Pozycja 12.34** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'12szt z przeliczeniem podanych ilości do pełnego opakowania w górę?

**ODPOWIEDŹ:TAK**

**42.Pozycja 12.35** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'6szt z przeliczeniem podanych ilości do pełnego opakowania w górę?

**ODPOWIEDŹ:TAK**

**43.Pozycja 12.36** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

**ODPOWIEDŹ:TAK**

**44.Pozycja 12.38** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

**ODPOWIEDŹ:TAK**

**45.Pozycja 12.44** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'20szt z przeliczeniem podanych ilości?

**ODPOWIEDŹ:TAK**

**46.Pozycja 12.44** Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w kolorze zielonym?

**ODPOWIEDŹ:TAK, POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNE Z SWZ.**

**47.Pozycja 12.44** Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z włókniny SMS 35g/m2 w kolorze niebieskim?

**ODPOWIEDŹ:TAK,POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNE Z SWZ.**

## **PYTANIA DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

### **PAKIET NR 4**

**48.** Czy Zamawiający w pakiecie 4.1 dopuści proponowane rozwiązanie: Kleszcze biopsyjne, jednorazowego użytku. Łyzeczki owalne lub uzębione z okienkiem, bez kolca oraz z kolcem. Śr. cewnika 2,3 mm. Dł. narzędzia 160 cm. Spiralna osłonka pokryta teflonem. Min. śr. kanału roboczego 2,8 mm, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu?

**ODPOWIEDŹ: NIE**



49. Czy Zamawiający w pakiecie 4.2 dopuści proponowane rozwiązanie: Kleszcze biopsyjne, jednorazowego użytku. Łyżeczki owalne lub uzębione z okienkiem, bez kolca oraz z kolcem. Śr. cewnika 2,3 mm. Dł. narzędzia 230 cm. Spiralna osłonka pokryta teflonem. Min. śr. kanału roboczego 2,8 mm, możliwość otwarcia i zamknięcia kleszczy bez względu na stopień podgięcia endoskopu?

**ODPOWIEDŹ: NIE**

50. Czy Zamawiający w pakiecie 4.3 dopuści klipsownicę z cewnikiem o średnicy 2,5 mm, obrotową, z możliwością otwierania/zamykania klipsa przed jego uwolnieniem?

**ODPOWIEDŹ: TAK**

## **PYTANIA DO PROJEKTU UMOWY:**

51. Dotyczy § 4 ust. 3 projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą zmianę istniejącego zapisu: „Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu całości dostawy na koszt Wykonawcy, jeśli dostarczany towar nie będzie spełniał wymogów zawartych w niniejszej umowie oraz w przypadku dostawy produktu wadliwego lub niezgodnego z przedstawionym w ofercie (tj. nieodpowiedniej klasy i jakości). Wykonawca zobowiązuje się w takim przypadku do wymiany towaru na własny koszt w terminie nie przekraczającym 2 dni roboczych, licząc od daty uznania zasadności reklamacji. Za datę realizacji zamówienia przyjmuje się datę dostawy wymienionego towaru. Uzasadnienie: Proponowana zmiana umożliwi Wykonawcy zapoznanie się i ustosunkowanie się do złożonej reklamacji, szczególnie dotyczącej jakości towaru. Zaproponowany w projekcie zapis wymusza uznanie reklamacji na podstawie zgłoszenia.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że zapisy umowne w powyższym zakresie pozostają bez zmian.**

52. Dotyczy § 4 ust. 4 projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie okresu ważności dostarczonego asortymentu do 50% okresu ważności określonego przez producenta, bądź do 6 mcy dla wyrobów jednorazowego użytku.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie okresu ważności dostarczonego asortymentu do 50% okresu ważności określonego przez producenta.**

53. Dotyczy § 4 ust. 5 projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą zmianę istniejącego zapisu: W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, o

którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiającemu po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy przysługuje prawo odstąpienia od zamówienia i zakup danej partii towaru równoważnego u innego Wykonawcy – ze skutkiem zmniejszenia ilości i wartości kontraktu oraz obciążeniem Wykonawcy różnicą kosztów takiego zakupu interwencyjnego tj. różnicą między ceną zakupu interwencyjnego a ceną umowną.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż § 4 ust.5 otrzymuje brzmienie:**

**„W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiającemu po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy przysługuje prawo odstąpienia od zamówienia i zakup danej partii towaru równoważnego u innego Wykonawcy – ze skutkiem zmniejszenia ilości i wartości kontraktu oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy, w szczególności ze skutkiem obciążenia Wykonawcy różnicą kosztów takiego zakupu interwencyjnego tj. różnicą między ceną zakupu interwencyjnego a ceną umowną”**

54. Dotyczy § 6 ust. 1C projektu umowy: Prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% na 0,2%.

**ODPOWIEDŹ: NIE**

55. Dotyczy zapisów umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: „Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień, bądź realizacji zamówień z obowiązkiem przedpłaty w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”.

**ODPOWIEDŹ: NIE**

## **PAKIET NR 5**

56. Dotyczy: załącznika nr 3, zadanie 5, poz. 5.2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego system drenów z komorą kropelkową o poniższych parametrach:

- możliwość użycia do wstrzykiwacza kontrastu ACCUTRON CT-D

- sterylny (do 8 godzin pracy), jednorazowego użytku

Wykonała: M. Ostrowska tel. 54 285 63 31  
08.10.2024 r.

Kopia: Dział Administracji i Zamówień Publicznych

- strona ssąca: 104 cm długości (strona NaCl), 104 cm (strona kontrastu) oraz 2 komory kroplowe

- strona tłocząca: 36 cm długości (strona NaCl) oraz 12 cm (strona kontrastu)?

**ODPOWIEDŹ: TAK**

## PAKIET NR 13

### 57. Pytanie 1, dot. Pakiet 13, poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o powierzchni zewnętrznej polimeryzowanej ( w miejsce chlorowanej). Pozostałe wymagania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

**ODPOWIEDŹ: Zgoda**

## PAKIET NR 4

### 58. poz. 4.1 i 4.2

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie kleszczy biopsyjnych jednorazowego użytku gastrokopowych i kolonoskopowych, produkowanych na zautomatyzowanej linii produkcyjnej, natomiast kontrola krawędzi tnącej tych kleszczyków wykonywana jest ręcznie, ponieważ obecna technologia nie pozwala na wykonanie jej maszynowo.

**ODPOWIEDŹ :Zgoda**

### 59.poz. 4.1 i 4.2

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie kleszczy biopsyjnych jednorazowego użytku gastrokopowych i kolonoskopowych posiadających szczęki gładkie bez kolca oraz szczęki gładkie z kolcem. Pozostałe parametry zgodne z opisami zawartymi w kolumnie „Opis” wg Załącznika nr 3 do SWZ.

**ODPOWIEDŹ: Nie, zgodnie ze SWZ**

## PAKIET NR 1

60. W pakiecie nr 1 w pozycjach od 1.3 do 1.32 zapewne wkraść się błąd. W kolumnie C rozmiar pozycja 1.3 do 1.32 są powielone rozmiary właściwe dla pozycji nr 1.1 i nr 1.2. W pozycji nr 1.2 powinien być rozmiar 22G zamiast 23. Wynika to zapewne z "przeciągnięcia" pierwszej komórki w dół.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający załącza poprawiony formularz w zakresie w.w. pozycji.**

**61.** Przesyłam pytanie w odniesieniu do FAC i opisanych w nim rozmiarów i błędów który zapewne się wkradł. Czy Zamawiający dopuści FAC jak w załączeniu i rozmiary opisane na wzór poprzedniego unieważnionego postępowania?

**ODPOWIEDŹ: TAK**

**DYREKTOR**