


Załącznik nr 1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zestaw napędów ortopedycznych do zabiegów na małych i średnich kościach

LP	Nazwa produktu	Komplet	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT
	<p>Kompletny zestaw napędowy do zabiegów ortopedycznych na małych i średnich kościach składający się z:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wiertarka dwuprzyciskowa z funkcją oscylacji- metalowa obudowa wiertarki w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali nierdzewnych, zabezpieczenie napędu przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie), wbudowane dwa przyciski do niezależnego uruchamiania obrotów lewo/prawo oraz uruchamiania trybu oscylacyjnego napędu (wciśnięte dwa przyciski), obroty wiercenia w lewo/ w prawo/ oscylacja, funkcja blokowania przycisku uruchamiania obrotów w lewą stronę realizowana przełącznikiem w napędzie, płynna regulacja ruchu obrotowego i oscylacyjnego, moment obrotowy regulowany za pomocą nasadek, zakres prędkości obrotowej z nasadkami wiertarskimi min.: 0 - 1500 obr/min, zakres prędkości obrotowej z nasadkami do rozwiercania (frezerskimi) min.: 0 - 300 obr/min, maksymalny moment obrotowy z nasadkami wiertarskimi min. 3.6 Nm, maksymalny moment obrotowy z nasadkami do rozwiercania min. 18.0 Nm, napęd wyposażony w silnik bezszczotkowy, napęd niewymagający konserwacji i smarowania, zabezpieczenie silnika napędu przed przeciążeniem, kaniulacja wzdłuż osi napędu min.: 4.2 mm, metody sterylizacji – parowa, gazem plazmowym Sterrad, nadtlakiem wodoru w postaci gazowej Steris, maksymalna temperatura części wiertarki stykających się z ciałem pacjenta <51°C, waga nieprzekraczająca 580 g 2. Nasadka piły oscylacyjnej domikroostrzy- płynna regulacja ruchu oscylacyjnego, zakres częstotliwości cykli 0-25 000 cykli/min, skok ostrza /wychylenie kątowe/- 5 st., możliwość ustawienia głowicy z ostrzem w 8 pozycjach /cztery płaszczyzny/ co 45 st. /0-360st./ 3. Nasadka do drutów Kirschnera z płynnym zakresem roboczym średnic min.: 0.7-3.2 mm 4. Nasadka wiertarska typu Jacobs z kluczykiem 4.0 mm 5. Nasadka wiertarska z gniazdem zatraskowym typu 	3					



małe AO							
6. Akumulator niesterylny z ogniwem Li-Ion , pojemność 10.9 Wh/1.1 Ah, napięcie wyjściowe 9.9 V							
7. Dedykowana obudowa sterylna do akumulatora							
8. Dedykowany pojemnik sterylizacyjny z wyjmowaną tacą do napędu wiertarskiego wraz z akcesoriami							
9. Taca sterylizacyjna wyposażona w dedykowane uchwyty (organizery) z elastomeru termoplastycznego dopasowane do stabilnego umiejscowienia każdego z elementów zestawu- wszystkie narożniki tacy usztywnione i zabezpieczone elementami z tworzywa PEEK							

warunki ogólne:

- realizacja zamówienia do 2 m-cy od podpisania umowy
- gwarancja 24 m-ce z możliwością przedłużenia
- realizacja przeglądów i napraw w systemie door-to-door po telefonicznym uzgodnieniu terminu
- w trakcie przeglądu/naprawy w okresie gwarancyjnym oferent zapewnia sprzęt zastępczy o parametrach zbliżonych w opisie Przedmiotu zamówienia

