

Wejherowo, dnia 30.06.2022 r.

D.25C/250/514/2022

wg rozdzielnika

I. Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **ZAKUP NARZĘDZI WIELORAZOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI W DIAGNOSTYCE I TERAPII CHOROÓB CYWILIZACYJNYCH POPRZEC ROZBUDOWĘ SZPITALA W WEJHEROWIE** znak: D25C/251/N/21-36rj/22, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Ortopedia duża pozycji nr. 2 uchwyt do skalpela o długości 21 cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

2. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Ortopedia duża pozycji nr. 6-7 oraz 9 hak operacyjny o długości 21,5 cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

3. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Ortopedia duża pozycji nr. 10 hak o wymiarach 60x20 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

4. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Ortopedia duża pozycji nr. 11 kleszczyki do opatrunków o długości 27 cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

5. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Ortopedia duża pozycji nr. 15 nożyczki chirurgiczne o długości 16,5 cm lub 18,5 cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

6. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 1.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Ortopedia duża pozycji nr. 17 kleszczyki naczyniowe o długości 18 cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

znak: D25C/251/N/21-36rj/22

Zamawiający dopuszcza kleszczyki naczyniowe o długości 18 cm spełniające pozostałe wymagania określone w SWZ.

**7. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Ortopedia duża pozycji nr. 20 kleszczyki naczyniowe o długości 18 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**8. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Ortopedia duża pozycji nr. 19-20 kleszczyki naczyniowe Rochester Pean, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**9. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Ortopedia duża pozycji nr. 22 kleszcze o długości 20 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**10. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Ortopedia duża pozycji nr. 23 kleszcze o długości 20 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**11. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Ortopedia duża pozycji nr. 24 kleszczyki o długości 21 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**12. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Ortopedia duża pozycji nr. 28-29 łyżeczkę o długości 27 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**13. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Ortopedia duża pozycji nr. 30 raspator o długości 33 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**14. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Ortopedia duża pozycji nr. 31 skrobaczkę o długości 21 cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

znak: D25C/251/N/21-36rj/22

**15. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Ortopedia duża pozycji nr. 32 odgryzacz Stille Ruskin o długości 23 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**16. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Ortopedia duża pozycji nr. 33 osteotom o długości 28 cm, szer. 16 mm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**17. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Ortopedia duża pozycji nr. 34 dźwignię o szer. 8 mm lub 12 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**18. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Ortopedia duża pozycji nr. 36 dźwignię o szer. 18 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**19. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Ortopedia duża pozycji nr. 38 naczynie laboratoryjne o wymiarach 160x65 mm, 1 l. ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**20. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Ortopedia duża pozycji nr. 38 naczynie laboratoryjne o wymiarach 157x75 mm, 1,1 l. ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**21. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Ortopedia duża pozycji nr. 40 imadło chirurgiczne o długości 18 cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza imadło chirurgiczne o długości 18 cm spełniające pozostałe wymagania określone w SWZ..

**22. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Ortopedia duża pozycji nr. 42 kontener o wymiarach 580x280x150 mm ( na zewnątrz) , 550x265x130 mm ( wewnątrz ) ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

znak: D25C/251/N/21-36rj/22





**23. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Ortopedia mała pozycji nr. 5-6 hak operacyjny o długości 21 cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**24. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Ortopedia mała pozycji nr. 8 nożyczki Metzenbaum Nelson ostro-tępe, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**25. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Ortopedia mała pozycji nr. 8 nożyczki Metzenbaum, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**26. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Ortopedia mała pozycji nr. 10 nożyczki chirurgiczne o długości 16,5 cm lub 18 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**27. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Ortopedia mała pozycji nr. 12 hak do ran o wymiarach 10x42 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**28. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Ortopedia mała pozycji nr. 13 kleszczyki do opatrunków o długości 27 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**29. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Ortopedia mała pozycji nr. 14 imadło o długości 18 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**30. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Ortopedia mała pozycji nr. 16 kleszczyki naczyniowe Crile Rankin, pozostałe parametry bez zmian ?


**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**31. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

znak: D25C/251/N/21-36rj/22



Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Ortopedia mała pozycji nr. 18 kleszczyki naczyniowe Rochester Pean o długości 18 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**32. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Ortopedia mała pozycji nr. 22-23 skrobaczkę o długości 21 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**33. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Ortopedia mała pozycji nr. 24 młotek o wadze 600 g, śred. 40 mm, dł. 18,5 cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**34. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Ortopedia mała pozycji nr. 24 młotek o wadze 400 g, dł. 26 cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**35. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Ortopedia mała pozycji nr.25 naczynie o wymiarach 160x65 mm, 1 l. ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**36. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Ortopedia mała pozycji nr. 25 naczynie o wymiarach 157x75 mm, 1,1 l. ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**37. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Ortopedia duża pozycji nr. 27-28 łyżeczkę kostną o długości 27 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**38. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Ortopedia mała pozycji nr. 30 odgryzacz Zaufal Jansen, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**39. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Ortopedia mała pozycji nr. 31 podważkę o długości 20 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

znak: D25C/251/N/21-36rj/22

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**40. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Ortopedia mała pozycji nr. 32 rozwieracz o długości 13,5 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**41. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Ortopedia mała pozycji nr. 33 kontener o wymiarach 285x280x150 mm ( na zewnątrz), 262x262x162 mm ( wewnątrz) ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**42. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci pozycji nr. 6 kleszczyki Gross Maier, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*dotyczy Zadania 2 poz. 1*

Zamawiający nie dopuszcza.

**43. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci pozycji nr. 7 hak operacyjny o wymiarach 26x10/ 30x13 mm, 30x10 / 34x13 mm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*dotyczy Zadania 2 poz. 1*

Zamawiający nie dopuszcza.

**44. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci pozycji nr. 8 hak operacyjny o długości 21 cm, 21x24 //40x15, 21x24 / 45x15 mm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*dotyczy Zadania 2 poz. 1*

Zamawiający nie dopuszcza.

**45. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci pozycji nr. 9 hak operacyjny o wymiarach 28x20 mm, długość 24 cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*dotyczy Zadania 2 poz. 1*

Zamawiający nie dopuszcza.

**46. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci pozycji nr. 10 hak o wymiarach 36x28 mm, długość 24 cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*dotyczy Zadania 2 poz. 1*

Zamawiający nie dopuszcza.

**47. Zapytanie Wykonawcy:**

znak: D25C/251/N/21-36rj/22





**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz.1 Zestaw narzędzi – Laparotomia pozycji nr. 11 naczynie o wymiarach 160x65 mm, 1 l. ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**  
**dotyczy Zadania 2 poz. 1**

Zamawiający nie dopuszcza.

**48. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia pozycji nr. 11 naczynie o wymiarach 157x75 mm, 1,1 l. ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**  
**dotyczy Zadania 2 poz. 1**

Zamawiający nie dopuszcza.

**49. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia pozycji nr. 15 kleszczyki o nazwie Foerster, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**  
**dotyczy Zadania 2 poz. 1**

Zamawiający nie dopuszcza.

**50. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia pozycji nr. 16 kleszczyki o długości 18 cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**  
**dotyczy Zadania 2 poz. 1**

Zamawiający dopuszcza kleszczyki o długości 18 cm spełniające pozostałe wymagania określone w SWZ.

**51. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia pozycji nr. 17-18 kleszcze o długości 15 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**  
**dotyczy Zadania 2 poz. 1**

Zamawiający dopuszcza kleszcze o długości 15 cm spełniające pozostałe wymagania określone w SWZ.

**52. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia pozycji nr. 21 kleszczyki naczyniowe Crile Rankin, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**  
**dotyczy Zadania 2 poz. 1**

Zamawiający nie dopuszcza.

**53. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia pozycji nr. 22-23 kleszczyki naczyniowe Crile, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**  
**dotyczy Zadania 2 poz. 1**

Zamawiający nie dopuszcza.

**54. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia pozycji nr. 28 imadło chirurgiczne o długości 18 cm ?

znak: D25C/251/N/21-36rj/22



**Odpowiedź Zamawiającego:**

**dotyczy Zadania 2 poz. 1**

Zamawiający dopuszcza imadło chirurgiczne o długości 18 cm spełniające pozostałe wymagania określone w SWZ.

**55. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia pozycji nr. 29 kontener o wymiarach 285x280x150 mm ( na zewnątrz), 262x262x162 mm ( wewnątrz) ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**dotyczy Zadania 2 poz. 1**

Zamawiający nie dopuszcza.

**56. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Dziecięcy pozycji nr. 5 hak operacyjny o wymiarach 26x10 / 30x13 mm, 30x10/ 34x13 mm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**dotyczy Zadania 2 poz. 2**

Zamawiający nie dopuszcza.

**57. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Dziecięcy pozycji nr. 6 kleszczyki naczyniowe Gross Maier, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**dotyczy Zadania 2 poz. 2**

Zamawiający nie dopuszcza.

**58. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Dziecięcy pozycji nr. 7 kleszczyki di otrzewnej o długości 20 cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**dotyczy Zadania 2 poz. 2**

Zamawiający dopuszcza kleszczyki o długości 20 cm spełniające pozostałe wymagania określone w SWZ.

**59. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Dziecięcy pozycji nr. 8 kleszczyki naczyniowe Crile Rankin, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**dotyczy Zadania 2 poz. 2**

Zamawiający nie dopuszcza.

**60. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Dziecięcy pozycji nr. 12 nożyczki chirurgiczne Deaver o długości 14 cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**


**dotyczy Zadania 2 poz. 2**

Zamawiający dopuszcza nożyczki chirurgiczne o długości 14 cm spełniające pozostałe wymagania określone w SWZ.

**61. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

znak: D25C/251/N/21-36rj/22







Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Dziecięcy pozycji nr. 17 kontener o wymiarach 285x280x150 mm ( na zewnątrz), 262x262x162 mm ( wewnątrz) ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**dotyczy Zadania 2 poz. 2**

Zamawiający nie dopuszcza.

**62. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 3 Zestaw narzędzi – Spodziectwo pozycji nr. 6-7 kleszczyki naczyniowe Hartmann, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**dotyczy Zadania 2 poz. 3**

Zamawiający nie dopuszcza.

**63. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 3 Zestaw narzędzi –Spodziectwo pozycji nr. 10 nożyczki chirurgiczne o długości 11,5 cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**dotyczy Zadania 2 poz. 3**

Zamawiający dopuszcza nożyczki chirurgiczne o długości 11,5 cm spełniające pozostałe wymagania określone w SWZ.

**64. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 3 Zestaw narzędzi – Spodziectwo pozycji nr. 11 kleszcze do opatrunków Gross Maier, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**dotyczy Zadania 2 poz. 3**

Zamawiający nie dopuszcza.

**65. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 3 Zestaw narzędzi – Spodziectwo pozycji nr. 13 naczynie laboratoryjne o wymiarach 128x55 mm, 0,45 l. ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**dotyczy Zadania 2 poz. 3**

Zamawiający nie dopuszcza.

**66. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 1.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 3 Zestaw narzędzi – Spodziectwo pozycji nr. 16 kontener o wymiarach 285x280x150 mm ( na zewnątrz), 262x262x162 mm ( wewnątrz) ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**dotyczy Zadania 2 poz. 3**

Zamawiający nie dopuszcza.

**67. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 2.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci pozycji nr. 6 kleszczyki Gross Maier, pozostałe parametry bez zmian ?


**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**68. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 2.**

znak: D25C/251/N/21-36rj/22



Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci pozycji nr. 7 hak operacyjny o wymiarach 26x10 / 30x13 mm, 30x10/ 34x13 mm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**69. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 2.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci pozycji nr. 8 hak o wymiarach 21x24/ 40x15, 21x24/ 45x15 mm, długości 21 cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**70. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 2.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci pozycji nr. 9 hak o wymiarach 28x20 mm , długości 24 cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**71. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 2.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci pozycji nr.10 hak o wymiarach 36x28 mm , długości 24 cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**72. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 2.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci pozycji nr.11 naczynie o wymiarach 160x65 mm, 1 l. ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**73. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 2.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci pozycji nr.11 naczynie o wymiarach 157x75, 1,1 l. mm. ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**74. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 2.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci pozycji nr.15 kleszcze Foerster, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**75. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 2.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci pozycji nr.16 kleszczyki naczyniowe o długości 18 cm , pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**76. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 2.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci pozycji nr.17-18 kleszcze o długości 15 cm ?

znak: D25C/251/N/21-36rj/22



**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza kleszcze o długości 15 cm spełniające pozostałe wymagania określone w SWZ.

**77. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 2.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci pozycji nr.21 kleszczyki naczyniowe Crile Rankin, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**78. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 2.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci pozycji nr. 22-23 kleszcze naczyniowe Crile , pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**79. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 2.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci pozycji nr.28 imadło chirurgiczne o długości 18 cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza imadło chirurgiczne o długości 18 cm spełniające pozostałe wymagania określone w SWZ.

**80. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 2.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci pozycji nr.29 kontener o wymiarach 285x280x150 mm ( na zewnątrz), 262x262x162 mm ( wewnątrz) ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**81. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 2.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Dziecięcy pozycji nr. 5 hak operacyjny o wymiarach 26x10/ 30x13, 30x10/ 34x13 ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**82. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 2.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Dziecięcy pozycji nr. 6 kleszczyki Gross Maier , pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**83. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 2.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Dziecięcy pozycji nr. 7 kleszczyki o długości 20 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**84. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 2.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Dziecięcy pozycji nr. 8 kleszcze naczyniowe Crille Rankin, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

znak: D25C/251/N/21-36rj/22



Zamawiający nie dopuszcza.

**85. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 2.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Dziecięcy pozycji nr. 12 nożyczki Deaver o długości 14 cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza nożyczki o długości 14 cm spełniające pozostałe wymagania określone w SWZ.

**86. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 2.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Dziecięcy pozycji nr. 15 naczynie o wymiarach 160x65 mm, 1 l. ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**87. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 2.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Dziecięcy pozycji nr. 15 naczynie o wymiarach 157x75 mm, 1,1 l.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**88. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 2.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 2 Zestaw narzędzi – Dziecięcy pozycji nr.17 kontener o wymiarach 285x280x150 mm ( na zewnątrz), 262x262x162 mm ( wewnątrz) ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**89. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 2.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 3 Zestaw narzędzi – Spodzieństwo pozycji nr.6-7 kleszczyki naczyniowe Hartmann, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**90. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 2.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 3 Zestaw narzędzi – Spodzieństwo pozycji nr. 10 nożyczki chirurgiczne o długości 11,5 cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza nożyczki chirurgiczne o długości 11,5 cm spełniające pozostałe wymagania określone w SWZ.

**91. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 2.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 3 Zestaw narzędzi – Spodzieństwo pozycji nr.11 kleszczyki Gross Maier, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**92. Zapytanie Wykonawcy:**

**ZADANIE 2.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 3 Zestaw narzędzi – Spodzieństwo pozycji nr. 13 naczynie laboratoryjne o wymiarach 128x55 mm, 0,45 l.?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

znak: D25C/251/N/21-36rj/22

93. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 2.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 3 Zestaw narzędzi – Spodziectwo pozycji nr. 16 kontener o wymiarach 285x280x150 mm ( na zewnątrz), 262x262x162 mm ( wewnątrz) ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

94. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 3.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi Strumektomia pozycji nr.6 hak o wymiarach 21x24/40x15, 21x24,/ 45x15 mm, długość 21 cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

95. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 3.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci pozycji nr.7 hak o wymiarach 28x20 mm, długość 24 cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*dotyczy Zestawu narzędzi Strumektomia*

Zamawiający nie dopuszcza.

96. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 3.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci pozycji nr.8 hak o wymiarach 36x28 mm, długość 24 cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*dotyczy Zestawu narzędzi Strumektomia*

Zamawiający nie dopuszcza.

97. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 3.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci pozycji nr.9 kleszczyki Halsted Mosquito, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*dotyczy Zestawu narzędzi Strumektomia*

Zamawiający nie dopuszcza.

98. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 3.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci pozycji nr.10 kleszczyki Mikro Halsted Mosquito, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*dotyczy Zestawu narzędzi Strumektomia*

Zamawiający nie dopuszcza.

99. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 3.

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci pozycji nr.11 kleszczyki Gross Maier o długości 27 cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*dotyczy Zestawu narzędzi Strumektomia*

Zamawiający nie dopuszcza.

100. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 3.

znak: D25C/251/N/21-36rj/22

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci pozycji nr.12 kleszczyki naczyniowe Rochester Ochsner o długości 22 cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**  
**dotyczy Zestawu narzędzi Strumektomia**  
Zamawiający nie dopuszcza.

**101. Zapytanie Wykonawcy:**  
**ZADANIE 3.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci pozycji nr.13 kleszczyki o długości 20 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**  
**dotyczy Zestawu narzędzi Strumektomia**  
Zamawiający nie dopuszcza.

**102. Zapytanie Wykonawcy:**  
**ZADANIE 3.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci pozycji nr.16 kleszczyki Overholt, Fig. 1 , długość 21 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**  
**dotyczy Zestawu narzędzi Strumektomia**  
Zamawiający nie dopuszcza.

**103. Zapytanie Wykonawcy:**  
**ZADANIE 3.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci pozycji nr.18-19 nożyczki o długości 18 cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**  
**dotyczy Zestawu narzędzi Strumektomia**  
Zamawiający dopuszcza nożyczki o długości 18 cm spełniające pozostałe wymagania określone w SWZ.

**104. Zapytanie Wykonawcy:**  
**ZADANIE 3.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci pozycji nr.21 nożyczki o długości 14 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**  
**dotyczy Zestawu narzędzi Strumektomia**  
Zamawiający nie dopuszcza.

**105. Zapytanie Wykonawcy:**  
**ZADANIE 3.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci pozycji nr.23 kleszczyki o długości 15 cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**  
**dotyczy Zestawu narzędzi Strumektomia**  
Zamawiający nie dopuszcza.

**106. Zapytanie Wykonawcy:**  
**ZADANIE 3.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci pozycji nr.24 kleszczyki Crile Rankin, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**  
**dotyczy Zestawu narzędzi Strumektomia**  
Zamawiający nie dopuszcza.

**107. Zapytanie Wykonawcy:**  
**ZADANIE 3.**

znak: D25C/251/N/21-36rj/22



Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci pozycji nr.25 kleszczyki o długości 18 cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**  
**dotyczy Zestawu narzędzi Strumektomia**  
Zamawiający nie dopuszcza.

**108. Zapytanie Wykonawcy:**  
**ZADANIE 3.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci pozycji nr.26 kleszczyki Crile, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**  
**dotyczy Zestawu narzędzi Strumektomia**  
Zamawiający nie dopuszcza.

**109. Zapytanie Wykonawcy:**  
**ZADANIE 3.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci pozycji nr.27 naczynie o wymiarach 160x65 mm, 1 l. ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**  
**dotyczy Zestawu narzędzi Strumektomia**  
Zamawiający nie dopuszcza.

**110. Zapytanie Wykonawcy:**  
**ZADANIE 3.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci pozycji nr.27 naczynie o wymiarach 157x75 mm, 1,1 l. ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**  
**dotyczy Zestawu narzędzi Strumektomia**  
Zamawiający nie dopuszcza.

**111. Zapytanie Wykonawcy:**  
**ZADANIE 3.**

Czy Zamawiający dopuści w Poz. 1 Zestaw narzędzi – Laparotomia dzieci pozycji nr.29 kontener o wymiarach 285x280x150 mm ( na zewnątrz), 262x262x162 mm ( wewnątrz) ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**  
**dotyczy Zestawu narzędzi Strumektomia**  
Zamawiający nie dopuszcza.

**112. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

2. Trzonek do ostrzy wymiennych nr 4 L, odgięty, dł. 210 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**  
Zamawiający nie dopuszcza.

**113. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

3. Pinceta chirurgiczna, dł. 145 mm, czubek 3,2 mm, 2x3 zębki, prosta

**Odpowiedź Zamawiającego:**  
Zamawiający nie dopuszcza.

**114. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

6. Hak chirurgiczny typu VOLKMANN, ostry, 6-zębny, dł. 215 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**  
Zamawiający dopuszcza hak o długości 215 mm spełniający pozostałe wymagania określone w SWZ.

**115. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

znak: D25C/251/N/21-36rj/22

7. Hak chirurgiczny typu VOLKMANN, ostry, 4-zębny, dł. 215 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza hak o długości 215 mm spełniający pozostałe wymagania określone w SWZ.

**116. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

8. Hak chirurgiczny typu KOCHER, ostry, 1-zębny, wymiary 15 x 4 mm, dł. 220 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**117. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

9. Hak chirurgiczny typu VOLKMANN, tępy, 1-zębny, dł. 215 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza hak o długości 215 mm spełniający pozostałe wymagania określone w SWZ.

**118. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

10. Hak chirurgiczny typu MATHIEU, wymiary 46 x 15 mm, dł. 215 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**119. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

11. Kleszczyki do opatrunków typu GROSS-MAIER, proste, dł. 270 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**120. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

12. Nożyczki preparacyjne typu METZENBAUM (STANDARD) dł. 200 mm odgięte końce tępe

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**121. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

13. Nożyczki chirurgiczne typu METZENBAUM, tępo-tępe, odgięte, dł. 230 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**122. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

14. Nożyczki chirurgiczne typu METZENBAUM, tępo-tępe, odgięte, dł. 230 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**123. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

15. Nożyczki chirurgiczne typu METZENBAUM, tępo-ostre, proste, dł. 180 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**124. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

17. Kleszczyki naczyniowe typu ROCHESTER-PEAN odgięte, dł. 180 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**125. Zapytanie Wykonawcy:**

znak: D25C/251/N/21-36rj/22



Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

18. Kleszczyki naczyniowe typu ROCHESTER-PEAN odgięte, dł. 160 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**126. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

19. Kleszczyki naczyniowe typu KOCHER-OCHSNER odgięte, 1x2 ząbki, dł. 260 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**127. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

20. Kleszczyki naczyniowe typu KOCHER-OCHSNER odgięte, 1x2 ząbki, dł. 180 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**128. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

22. Kleszcze do kości typu BIRCHER-GANSKE, proste, dł. 200 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**129. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

23. Skrobaczka kostna typu LAMBOTTE, prosta, szer. 15 mm, dł. 210 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**130. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

24. Kleszczyki naczyniowe typu OVERHOLT-GEISSENDOERFER 210 mm odgięte Fig. 1

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**131. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

25. Młotek typu HEATH, dł. 245 mm, śr. 35 mm, waga 900 g

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**132. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

28. Łyzeczka kostna typu VOLKMANN podwójnie zakończona dł. 200 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**133. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

29. Łyzeczka kostna typu VOLKMANN podwójnie zakończona dł. 250 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**134. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

30. Raspator typu WAGNER szer. 17 mm dł. 330 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

znak: D25C/251/N/21-36rj/22



**135. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

31. łyżeczka kostna typu VOLKMANN, rozmiar 6, szer. 14,5 mm, dł. 170 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**136. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

32. Odgryzacz kostny typu KERRISON, szer. 5,0 mm, odgięty w górę 40°, dł. 200 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**137. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

33. Osteotom typu LAMBOTTE, odgięty, szer. 15 mm, dł. 230 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**138. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

34. Podważka kostna typu HOHMANN dł. 200 mm końcówka 8 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**139. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

36. Dźwignia kostna typu HOHMANN, delikatnie odgięta, czubek zaokrąglony, dł. 240 mm, szer. 17 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**140. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

37. Miskę o pojemności 2,5l

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**141. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

38. Kubek z uszkiem i podziałką, z podstawką, poj. 1 L

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**142. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

39. Kubek z uszkiem i podziałką, z podstawką, poj. 0,25 L

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**143. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

40. Iglotrzymacz typu MAYO-HEGAR prosty, z twardą wkładką, dł. 180 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**144. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

41. Iglotrzymacz typu MAYO-HEGAR prosty, z twardą wkładką, dł. 203 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

znak: D25C/251/N/21-36rj/22

Zamawiający nie dopuszcza.

**145. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.1 poniższe narzędzia:

42. Kontener o wymiarach 520x230mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**146. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.2 poniższe narzędzia:

2. Pinceta chirurgiczna, dł. 145 mm, czubek 3,2 mm, 2x3 zębki, prosta

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**147. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.2 poniższe narzędzia:

5. Hak chirurgiczny typu VOLKMANN, ostry, 6-zębny, dł. 215 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**148. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.2 poniższe narzędzia:

6. Hak chirurgiczny typu VOLKMANN, ostry, 4-zębny, dł. 215 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**149. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.2 poniższe narzędzia:

7. Hak chirurgiczny typu KOCHER, ostry, 1-zębny, wymiary 15 x 4 mm, dł. 220 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**150. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.2 poniższe narzędzia:

10. Nożyczki chirurgiczne typu METZENBAUM, tępo-ostre, proste, dł. 180 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**151. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.2 poniższe narzędzia:

12. Hak typu LANGENBECK, wymiary 40 x 11 mm , dł. 210 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**152. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.2 poniższe narzędzia:

13. Kleszczyki do opatrunków typu GROSS-MAIER, proste, dł. 270 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**153. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.2 poniższe narzędzia:

14. Igłotrzymacz typu MAYO-HEGAR prosty, z twardą wkładką, dł. 180 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**154. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.2 poniższe narzędzia:

15. Igłotrzymacz typu MAYO-HEGAR prosty, z twardą wkładką, dł. 203 mm

znak: D25C/251/N/21-36rj/22





**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**155. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w zakresie zadania 1 poz.2 poniższe narzędzia:

18. Kleszczyki naczyniowe typu KOCHER-OCHSNER proste, 1x2 ząbki, dł. 180 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**156. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w zakresie zadania 1 poz.2 poniższe narzędzia:

19. Kleszczyki naczyniowe typu KOCHER proste, 1x2 ząbki, dł. 140 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**157. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w zakresie zadania 1 poz.2 poniższe narzędzia:

23. Łyżeczka kostna typu VOLKMANN, rozmiar 6, szer. 14,5 mm, dł. 170 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**158. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w zakresie zadania 1 poz.2 poniższe narzędzia:

24. Młotek typu HEATH, dł. 235 mm, śr. 30 mm, waga 650 g

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**159. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w zakresie zadania 1 poz.2 poniższe narzędzia:

25. Kubek z uszkiem i podziałką, z podstawką, poj. 1 L

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**160. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w zakresie zadania 1 poz.2 poniższe narzędzia:

26. Kubek z uszkiem i podziałką, z podstawką, poj. 0,25 L

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**161. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w zakresie zadania 1 poz.2 poniższe narzędzia:

27. Łyżeczka kostna typu VOLKMANN, rozmiar 00, szer. 4,4 mm, dł. 170 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**162. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w zakresie zadania 1 poz.2 poniższe narzędzia:

28. Łyżeczka kostna typu VOLKMANN, rozmiar 2, szer. 8,5 mm, dł. 170 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**163. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w zakresie zadania 1 poz.2 poniższe narzędzia:

29. Dłuto typu STILLE, proste, szer. 12 mm, dł. 200 mm


**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**164. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w zakresie zadania 1 poz.2 poniższe narzędzia:

znak: D25C/251/N/21-36rj/22



30. Odgryzacz kostny typu ZAUFAL-JANSEN dł 180 mm 18 x 4 mm odgięty

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

165. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.2 poniższe narzędzia:

31. Podważka kostna typu LANGENBECK dł. 190 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza podważkę kostną o długości 190 mm spełniającą pozostałe wymagania określone w SWZ.

166. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 1 poz.2 poniższe narzędzia:

33. Kontener o wymiarach 380x230mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

167. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.1 poniższe narzędzia:

3. Pinceta anatomiczna, dł. 130 mm, czubek 1,5 mm, prosta

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

168. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.1 poniższe narzędzia:

4. Pinceta chirurgiczna typu STANDARD, dł. 145 mm, czubek 2,5 mm, 1x2 ząbki, prosta

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

169. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.1 poniższe narzędzia:

5. Pinceta anatomiczna typu MEDIUM, dł. 180 mm, czubek 2,5 mm, prosta

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

170. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.1 poniższe narzędzia:

6. Kleszczyki do opatrunków typu GROSS-MAIER, odgięte, dł. 200 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

171. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.1 poniższe narzędzia:

9. Hak typu ROUX dł. 140 mm końcówka 24x20 / 30x28 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

172. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.1 poniższe narzędzia:

10. Hak typu ROUX dł. 170 mm końcówka 33x29 / 38x43 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

173. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.1 poniższe narzędzia:

11. Kubek z uszkiem i podziałką, z podstawką, poj. 1 L

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

znak: D25C/251/N/21-36rj/22



**174. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w zakresie zadania 2 poz.1 poniższe narzędzia:

12. Kubek z uszkiem i podziałką, z podstawką, poj. 0,25 L

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**175. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w zakresie zadania 2 poz.1 poniższe narzędzia:

13. Kleszczyki jelitowe typu KOCHER dł. 220 mm proste

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**176. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w zakresie zadania 2 poz.1 poniższe narzędzia:

15. Kleszczyki naczyniowe typu ROCHESTER-PEAN proste, dł. 200 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**177. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w zakresie zadania 2 poz.1 poniższe narzędzia:

16. Kleszczyki naczyniowe typu ROCHESTER-PEAN odgięte, dł. 180 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**178. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w zakresie zadania 2 poz.1 poniższe narzędzia:

17. Kleszczyki naczyniowe typu KOCHER-DELICATE proste, 1x2 ząbki, dł. 160 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**179. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w zakresie zadania 2 poz.1 poniższe narzędzia:

18. Kleszczyki naczyniowe typu DOYEN atraumatyczne dł. 160 mm odgięte

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**180. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w zakresie zadania 2 poz.1 poniższe narzędzia:

19. Kleszczyki naczyniowe typu BABY-CRILE odgięte, dł. 140 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**181. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w zakresie zadania 2 poz.1 poniższe narzędzia:

20. Kleszczyki naczyniowe typu MICRO-HALSTED, odgięte, dł. 125 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**182. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w zakresie zadania 2 poz.1 poniższe narzędzia:

21. Kleszczyki naczyniowe typu CRILE, odgięte, dł. 160 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**183. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania w zakresie zadania 2 poz.1 poniższe narzędzia:

22. Kleszczyki naczyniowe typu JACOBSON, odgięte, dł. 140 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

znak: D25C/251/N/21-36rj/22

Zamawiający nie dopuszcza.

**184. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaofierowania w zakresie zadania 2 poz.1 poniższe narzędzia:

23. Kleszczyki naczyniowe typu JACOBSON, proste, dł. 140 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**185. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaofierowania w zakresie zadania 2 poz.1 poniższe narzędzia:

24. Nożyczki chirurgiczne typu DEEVER, ostro-tępe, odgięte, dł. 140 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**186. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaofierowania w zakresie zadania 2 poz.1 poniższe narzędzia:

25. Nożyczki preparacyjne delikatne typu BABY-METZENBAUM, odgięte, końce tępe, ostrza z twardymi wkładkami ze szlifem falistym, dł. 200 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**187. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaofierowania w zakresie zadania 2 poz.1 poniższe narzędzia:

29. Kontener o wymiar 380x230mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**188. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaofierowania w zakresie zadania 2 poz.2 poniższe narzędzia:

3. Pinceta chirurgiczna typu STANDARD, dł. 145 mm, czubek 2,5 mm, 1x2 ząbki, prosta

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**189. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaofierowania w zakresie zadania 2 poz.2 poniższe narzędzia:

4. Pinceta anatomiczna delikatna typu SEMKEN, dł. 152 mm, czubek 1,3 mm, prosta

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**190. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaofierowania w zakresie zadania 2 poz.2 poniższe narzędzia:

6. Kleszczyki do opatrunków typu GROSS-MAIER, odgięte, dł. 200 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**191. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaofierowania w zakresie zadania 2 poz.2 poniższe narzędzia:

7. Kleszczyki naczyniowe typu MIKULICZ, odgięte, delikatne, 1x2 ząbki, dł. 200 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**192. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaofierowania w zakresie zadania 2 poz.2 poniższe narzędzia:

8. Kleszczyki naczyniowe typu KOCHER-OCHSNER odgięte, 1x2 ząbki, dł. 160 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**193. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaofierowania w zakresie zadania 2 poz.2 poniższe narzędzia:

znak: D25C/251/N/21-36rj/22





10. Iglotrzymacz typu WEBSTER gładki, prosty, dł. 127 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

194. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.2 poniższe narzędzia:

11. Nożyczki chirurgiczne typu BABY-METZENBAUM-FINO, odgięte, z twardą wkładką, powlekane na czarno, dł. 145 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

195. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.2 poniższe narzędzia:

12. Nożyczki chirurgiczne typu DEEVER, ostro-tępe, odgięte, dł. 140 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

196. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.2 poniższe narzędzia:

13. Kleszczyki naczyniowe typu MICRO-HALSTED, odgięte, dł. 125 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

197. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.2 poniższe narzędzia:

14. Kleszczyki naczyniowe typu MICRO-HALSTED, proste, dł. 125 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

198. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.2 poniższe narzędzia:

15. Kubek z uszkiem i podziałką, z podstawką, poj. 1 L

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

199. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.2 poniższe narzędzia:

16. Kubek z uszkiem i podziałką, z podstawką, poj. 0,25 L

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

200. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.2 poniższe narzędzia:

17. Kontener o wymiarach 230x220mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

201. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.3 poniższe narzędzia:

3. Pinceta anatomiczna delikatna typu SEMKEN, dł. 126 mm, czubek 1,1 mm, prosta

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

202. Zapytanie Wykonawcy:


Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.3 poniższe narzędzia:

4. Pinceta mikrochirurgiczna, anatomiczna typu MIKRO-ADSON, dł. 120 mm, czubek 0,7 mm, odgięta

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

znak: D25C/251/N/21-36rj/22



**203. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.3 poniższe narzędzia:

5. Iglotrzymacz typu WEBSTER gładki, prosty, dł. 127 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**204. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.3 poniższe narzędzia:

6. Kleszczyki naczyniowe typu BABY-MOSQUITO (HARTMANN) odgięte, 1x2 ząbki, dł. 100 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**205. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.3 poniższe narzędzia:

7. Kleszczyki naczyniowe typu BABY-MOSQUITO (HARTMANN) proste, dł. 100 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**206. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.3 poniższe narzędzia:

8. Nożyczki chirurgiczne typu IRIS, ostro-ostre, odgięte, supertnące, dł. 115 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**207. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.3 poniższe narzędzia:

9. Nożyczki chirurgiczne typu BABY-METZENBAUM, tępo-tępe, proste, z twardą wkładką, dł. 145 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**208. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.3 poniższe narzędzia:

10. Nożyczki chirurgiczne typu STANDARD, tępo-ostre, odgięte, z twardą wkładką, dł. 145 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**209. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.3 poniższe narzędzia:

11. Kleszczyki do opatrunków typu GROSS-MAIER, odgięte, dł. 200 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**210. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.3 poniższe narzędzia:

12. Kleszczyki naczyniowe typu MICRO-HALSTED, odgięte, dł. 125 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**211. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.3 poniższe narzędzia:

13. Kubek z uszkiem i podziałką 0,5 L

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**212. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.3 poniższe narzędzia:

14. Kubek z uszkiem i podziałką, z podstawką, poj. 0,25 L

**Odpowiedź Zamawiającego:**

znak: D25C/251/N/21-36rj/22



Zamawiający nie dopuszcza.

**213. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.3 poniższe narzędzia:

15. Kleszczyki jelitowe typu ALLIS, 4 x 5 zębki, dł. 150 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**214. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 2 poz.3 poniższe narzędzia:

16. Kontener o wymiarach 230x220mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**215. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 3 poz.1 poniższe narzędzia:

5. Pinceta anatomiczna typu MEDIUM, dł. 200 mm, czubek 2,4 mm, prosta

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**216. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 3 poz.1 poniższe narzędzia:

7. Hak chirurgiczny typu RICHARDSON, wymiary 25 x 19 mm, dł. 235 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**217. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 3 poz.1 poniższe narzędzia:

9. Kleszczyki naczyniowe typu JACOBSON, proste, dł. 125 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**218. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 3 poz.1 poniższe narzędzia:

10. Kleszczyki naczyniowe typu MICRO-HALSTED, odgięte, dł. 125 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**219. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 3 poz.1 poniższe narzędzia:

11. Kleszczyki do opatrunków typu GROSS-MAIER, proste, dł. 270 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**220. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 3 poz.1 poniższe narzędzia:

12. Kleszczyki naczyniowe typu KOCHER-OCHSNER odgięte, 1x2 zębki, dł. 220 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**221. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 3 poz.1 poniższe narzędzia:

13. Kleszczyki naczyniowe typu MIKULICZ, odgięte, 1x2 zębki, dł. 200 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**


Zamawiający dopuszcza.

**222. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 3 poz.1 poniższe narzędzia:

14. Kleszczyki typu RAMPLEY dł. 180 proste

znak: D25C/251/N/21-36rj/22



**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**223. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 3 poz.1 poniższe narzędzia:

15. Kleszczyki naczyniowe typu RUMEL, lekko odgięte, dł. 230 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**224. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 3 poz.1 poniższe narzędzia:

16. Kleszczyki naczyniowe typu OVERHOLT-FINO odgięte, dł. 210 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**225. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 3 poz.1 poniższe narzędzia:

18. Iglotrzymacz typu MAYO-HEGAR prosty, dł. 160 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**226. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 3 poz.1 poniższe narzędzia:

21. Nożyczki chirurgiczne typu JOSEPH, ostro-ostre, odgięte, dł. 140 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**227. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 3 poz.1 poniższe narzędzia:

23. Kleszczyki jelitowe typu ALLIS, 5 x 6 zębki, dł. 150 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**228. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 3 poz.1 poniższe narzędzia:

25. Kleszczyki naczyniowe typu ROCHESTER-PEAN odgięte, dł. 180 mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**229. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 3 poz.1 poniższe narzędzia:

27. Kubek z uszkiem i podziałką, z podstawką, poj. 1 L

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**230. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 3 poz.1 poniższe narzędzia:

28. Kubek z uszkiem i podziałką, z podstawką, poj. 0,25 L

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**231. Zapytanie Wykonawcy:**


Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w zakresie zadania 3 poz.1 poniższe narzędzia:

29. Kontener o wymiarach 230x220mm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza.

znak: D25C/251/N/21-36rj/22





II. W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ uwzględniający wszystkie ww zmiany - dostępny na stronie internetowej Zamawiającego [www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalpomorskie..](http://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalpomorskie..)

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

SPECJALISTA  
ds. Zamówień Publicznych  
  
Marzena Magulska