



## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dyrektor

dr n. med.  
Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24  
40-027 Katowice

SEKRETARIAT  
tel.: (32) 259-16-50  
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl  
[www.spskm.katowice.pl](http://www.spskm.katowice.pl)

CENTRALA :  
Tel. (32) 259-12-00

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ŁÓŻKA MEDYCZNE

Nr sprawy: ZP-23-091BN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**PYTANIE 1.** Punkt 1 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o szerokości 98,5mm? **Odpowiedź:** Zamawiający wymaga łóżek medycznych o szerokości dostosowanej dla pacjenta w zakresie 1030 mm (+/-20 mm)

**PYTANIE 2.** punkt 4 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z segmentem podudzia w zakresie 0 do 26°? **Odpowiedź:** Wykonawca nie zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, tylko żąda zmiany treści specyfikacji. Udzielane wyjaśnienia mają służyć wyeliminowaniu wątpliwości co do brzmienia SWZ. Wyjaśnić można treść czegoś co istnieje, dodanie nowej możliwości nie jest wyjaśnieniem, lecz zmianą SWZ. Zamawiający swoje wymagania co do opisu przedmiotu zamówienia określił w SWZ w załączniku nr 1 i wymaga segmentu podudzi 0 do 32°

**PYTANIE 3.** Punkt 5 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z elektrycznym segmentem nożnym w zakresie 0- 40°? **Odpowiedź:** Wykonawca nie zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, tylko żąda zmiany treści specyfikacji. Udzielane wyjaśnienia mają służyć wyeliminowaniu wątpliwości co do brzmienia SWZ. Wyjaśnić można treść czegoś co istnieje, dodanie nowej możliwości nie jest wyjaśnieniem, lecz zmianą SWZ. Zamawiający swoje wymagania co do opisu przedmiotu zamówienia określił w SWZ w załączniku nr 1 i wymaga Segment nożny -22 do +11°

**PYTANIE 4.** Punkt 15 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z 2 pedał hamulca znajdującymi się od strony nóg pacjenta? **Odpowiedź:** Wykonawca nie zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, tylko żąda zmiany treści specyfikacji. Udzielane wyjaśnienia mają służyć wyeliminowaniu wątpliwości co do brzmienia SWZ. Wyjaśnić można treść czegoś co istnieje, dodanie nowej możliwości nie jest wyjaśnieniem, lecz zmianą SWZ. Zamawiający swoje wymagania co do opisu przedmiotu zamówienia określił w SWZ w załączniku nr 1 i wymaga Pedał hamulca i sterowania od strony głowy i stóp

**PYTANIE 5.** Punkt 23 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez uchwytu na przewód sterujący? W oferowanym modelu łóżka funkcje takiego uchwytu spełniają krążki odbojowe. Sposób mocowania kabla przedstawia poniższe zdjęcie:

**Odpowiedź:** Wykonawca nie zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, tylko żąda zmiany treści specyfikacji. Udzielane wyjaśnienia mają służyć wyeliminowaniu wątpliwości co do brzmienia SWZ. Wyjaśnić można treść czegoś co istnieje, dodanie nowej możliwości nie jest wyjaśnieniem, lecz zmianą SWZ. Zamawiający swoje wymagania co do opisu przedmiotu zamówienia określił w SWZ w załączniku nr 1 jednak dopuszcza rozwiązanie równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami.

**PYTANIE 6.** Punkt 30 i 31 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę, która nie posiada dodatkowego wysuwanego blatu bocznego, natomiast głęboka szuflada posiada



możliwość odwrócenia jej w celu zwiększenia powierzchni blatu- posiada on wówczas wyznaczone miejsca na kubek i długopisy. Kolorystyka szafki jak na zdjęciu. **Odpowiedź:** Wykonawca nie zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, tylko żąda zmiany treści specyfikacji. Udzielane wyjaśnienia mają służyć wyeliminowaniu wątpliwości co do brzmienia SWZ. Wyjaśnić można treść czegoś co istnieje, dodanie nowej możliwości nie jest wyjaśnieniem, lecz zmianą SWZ. Zamawiający swoje wymagania co do opisu przedmiotu zamówienia określił w SWZ w załączniku nr 1 pkt 30 i 31.

**PYTANIE 7.** Punkt 33 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę z wewnętrzną półką wykonaną z tworzywa ABS- bez regulacji wysokości? **Odpowiedź:** Wykonawca nie zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, tylko żąda zmiany treści specyfikacji. Udzielane wyjaśnienia mają służyć wyeliminowaniu wątpliwości co do brzmienia SWZ. Wyjaśnić można treść czegoś co istnieje, dodanie nowej możliwości nie jest wyjaśnieniem, lecz zmianą SWZ. Zamawiający swoje wymagania co do opisu przedmiotu zamówienia określił w SWZ w załączniku nr 1 i wymaga regulacji w dwóch zakresach wysokości.

**PYTANIE 8** Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 997 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego? **Odpowiedź:** Wykonawca nie zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, tylko żąda zmiany treści specyfikacji. Udzielane wyjaśnienia mają służyć wyeliminowaniu wątpliwości co do brzmienia SWZ. Wyjaśnić można treść czegoś co istnieje, dodanie nowej możliwości nie jest wyjaśnieniem, lecz zmianą SWZ. Zamawiający swoje wymagania co do opisu przedmiotu zamówienia określił w SWZ w załączniku nr 1 i wymaga łóżka o szerokości 1030 mm (+/-20 mm)

**PYTANIE 9** Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2140 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego? **Odpowiedź:** Zamawiający określił długość łóżka 2190 mm (+/-50 mm) i z matematycznego wyliczenia wynika, że 2140 mm mieści się w zakresie oczekiwań Zamawiającego.

**PYTANIE 10** Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu nożnego (podudzie) w zakresie 0-11°? **Odpowiedź:** Wykonawca nie zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, tylko żąda zmiany treści specyfikacji. Udzielane wyjaśnienia mają służyć wyeliminowaniu wątpliwości co do brzmienia SWZ. Wyjaśnić można treść czegoś co istnieje, dodanie nowej możliwości nie jest wyjaśnieniem, lecz zmianą SWZ. Zamawiający swoje wymagania co do opisu przedmiotu zamówienia określił w SWZ w załączniku nr 1 i wymaga Segment podudzi 0 do 32°

**PYTANIE 11** Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem metalowym wypełnionym płytami z polipropylenu? **Odpowiedź:** Zamawiający nie potrafi ustosunkować się do prośby o zmianę treści specyfikacji ponieważ nie jest mu znany materiał metalowy.

**PYTANIE 12.** Czy Zamawiający dopuści łóżko z pilotem przewodowym? **Odpowiedź:** Wykonawca nie zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, tylko żąda zmiany treści specyfikacji. Udzielane wyjaśnienia mają służyć wyeliminowaniu wątpliwości co do brzmienia SWZ. Wyjaśnić można treść czegoś co istnieje, dodanie nowej możliwości nie jest wyjaśnieniem, lecz zmianą SWZ. Zamawiający swoje wymagania co do opisu przedmiotu zamówienia określił w SWZ w załączniku nr 1 jednak dopuszcza rozwiązanie równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami.

**PYTANIE 13** Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o konstrukcji wykonanej z ocynkowanej blachy, z metalowymi drzwiczkami oraz czołami szuflad (szafka składa się z jednostronnie wysuwanej szuflady, kontenera zamykanego drzwiczkami oraz otwartych półek między szufladą, a kontenerem oraz pod kontenerem – dostęp do otwartych półek z



każdej strony szafki)? **Odpowiedź:** Wykonawca nie zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, tylko żąda zmiany treści specyfikacji. Udzielane wyjaśnienia mają służyć wyeliminowaniu wątpliwości co do brzmienia SWZ. Wyjaśnić można treść czegoś co istnieje, dodanie nowej możliwości nie jest wyjaśnieniem, lecz zmianą SWZ. Zamawiający swoje wymagania co do opisu przedmiotu zamówienia określił w SWZ w załączniku nr 1

**PYTANIE 14** Czy Zamawiający dopuści szafkę przytóżkową o szerokości 400 mm (szerokość wraz ze złożonym blatem bocznym 620 mm), głębokość 460 mm, wysokość 800 mm? **Odpowiedź:** Zamawiający podał wymiary szafki w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ pkt 35. Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania szafki o wysokości 80 cm.

**PYTANIE 15** Czy Zamawiający dopuści szafkę przytóżkową z blatem bocznym składanym do boku szafki? **Odpowiedź:** Wykonawca nie zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, tylko żąda zmiany treści specyfikacji. Udzielane wyjaśnienia mają służyć wyeliminowaniu wątpliwości co do brzmienia SWZ. Wyjaśnić można treść czegoś co istnieje, dodanie nowej możliwości nie jest wyjaśnieniem, lecz zmianą SWZ. Zamawiający swoje wymagania co do opisu przedmiotu zamówienia określił w SWZ w załączniku nr 1.

**PYTANIE 16** Czy Zamawiający dopuści szafkę przytóżkową z kontenerem bez dodatkowej półki wewnątrz? **Odpowiedź:** Wykonawca nie zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, tylko żąda zmiany treści specyfikacji. Udzielane wyjaśnienia mają służyć wyeliminowaniu wątpliwości co do brzmienia SWZ. Wyjaśnić można treść czegoś co istnieje, dodanie nowej możliwości nie jest wyjaśnieniem, lecz zmianą SWZ. Zamawiający swoje wymagania co do opisu przedmiotu zamówienia określił w SWZ w załączniku nr 1.

**PYTANIE 17** Czy Zamawiający dopuści barierki boczne z możliwością ich ustawienia na dwóch poziomach? **Odpowiedź:** Zamawiający wymaga Regulacji wysokości położenia barierki bocznych min. 3 poziomy

**PYTANIE 18** Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia? **Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu realizacji przedmiotu umowy.