

Szczecin, 14.06.2022r.

Nr sprawy: A-ZP.381.63.2022.KO

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 2

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu w laboratoriach na kierunku studiów optyka okularowa w ramach projektu *UNIwersytet 2.0 - STREFA KARIERY*, nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z064/17-00

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej PZP przekazuje pytanie do specyfikacji warunków zamówienia wraz z odpowiedzią oraz zmianą.

### Pytanie

W temacie zadania drugiego- wiertarka, która spełnia Państwa oczekiwania będzie na magazynie dopiero na przełomie sierpnia i września, więc nie zdążymy z dostawą.

Zamiast tego, mogłabym zaproponować równie funkcjonalną wiertarkę stołową:

Wiertarka do wiercenia i frezowania soczewek - automatyczna

-Łatwe i szybkie wyznaczanie współrzędnych otworów z innej soczewki lub demolensu

-Zapamiętywanie współrzędnych otworów z bieżąco skanowanej oprawy

-Zapisywanie otworów automatycznie poprzez głowicę wiertła bez potrzeby modyfikacji współrzędnych

-W pełni automatyczny proces wiercenia

-Znakomity efekt w krótkim czasie.

-Zestaw zawiera:

\*Znacznik do soczewek

\*7 wiertel (1,0; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 2,0)

\*4 frezy (0,8; 1,1; 1,2; 1,4)

\*Zestaw do wiercenia i frezowania

Dane techniczne:

Wymiary (S x W x G): 300 x 225 x 270 mm

Szybkość: 0 do 3000 obr./min.

Napięcie: 230 V, 50/60 Hz

Moc: 50 W

Waga: 5kg

### Odpowiedź

Zaproponowana wiertarka spełnia oczekiwania zamawiającego, zatem w związku z brakiem dostępności pierwotnego modelu wyraża się zgodę na zmianę specyfikacji.

Zatem Część 2 (Rozdział 2, Specyfikacja Warunków Zamówienia) otrzymuje brzmienie:

Nazwa: Wiertarka stołowa

Ilość: 1

Opis produktu/dane techniczne: wiertarka do precyzyjnego nawiercania otworów w soczewkach okularowych, automatyczny proces wiercenia, znacznik soczewek, zestaw wiertel i frezów.

Powyższe zmiany stają się treścią SWZ. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.