



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM
NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 02.10.2024 r.

DZP-42/2024

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. Zakup sprzętu, aparatury medycznej oraz wyposażenia w ramach dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja Oddział Chorób Wewnętrznych zlokalizowanego na III piętrze w budynku B-wysoki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu" - II"

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 3, poz. 2

Czy Zamawiający zmodyfikuje w/w pakiet, wydzieli poz.2 i dopuści aby zaoferować wysokiej klasy spirometr pracujący według najnowszych standardów ATS/ERS 2019, objęty 5 letnią gwarancją, oraz będzie zawierał następujące parametry:

1. Prosty w obsłudze spirometr diagnostyczny
2. Menu w języku polskim
3. Spirometr wykonujący badania co najmniej: FVC, VC, MVV
4. Wyposażony w kolorowy ekran dotykowy LCD 7", rozdzielczość 800x480
5. Wbudowana drukarka termiczna
6. Wyświetlanie automatycznej graficznej interpretacji badania
7. Wyświetlanie testu poprawności badania
8. Wyświetlanie pełnego raportu spirometrycznego wraz z górną częścią krzywej F/V.
9. Możliwość wyświetlenia min 8 wydmuchów (wykresów) równocześnie na ekranie
10. Interfejs USB, Bluetooth, wbudowana drukarka na papier termiczny ok. 110 mm
11. Sygnalizacja dźwiękowa wymaganej długości wdechów i wydechów
12. Wyposażony w głowicę typu Fleisch
13. Możliwość przeprowadzenia badania bronchodilatacyjnego PRE-POST z porównaniem wyników
14. Szybka ocena wyników za pomocą przewidywanych równań GLI z DHN, % przew. i Z-score.
15. Pamięć pozwalająca zapisać min 20 000 badań
16. Wbudowany czujnik temperatury, automatyczny zapis temperatury na badaniu, możliwość wprowadzenia wartości: ciśnienie, wilgotność, wysokość npm.
17. Spirometr mierzący następujące parametry wdechowe i wydechowe: VC Test: VC, EVC, IVC, TV, IRV, ERV, IC FVC Test: VC, FVC, FIVC, FIVC/FVC, FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV1, FEV1R, FEV1/VC, FEV1/EVC, FEV1/IVC, FEV1/FVC, FEV1/FIVC, FEV1/FEV6, FEV1/PEF, FEV3, FEV3/VC, FEV3/FVC, FEV6, PEF L/s, PEF L/min, FEF25, FEF50, FEF75, FEF0.2-1.2, FEF25-75, FEF25-75/FVC, FEF75-85, FIV1, FIV1/FVC, FIV1/FIVC, PIF L/s, PIF L/min, FIF25, FIF50, FIF75, FIF50-FEF50, FEF50-FIF50, MVVind, FMFT, FET, FRC, TV, RV, TLC, IRV, ERV, IC, Rind, ELA, tPEF, Text, EV, EV/FVC.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

18. Możliwość pracy z głowicą wielokrotnego użytku
 19. Dokładność przepływu $\pm 10\%$ lub ± 20 l/min, w zależności od tego, która wartość jest większa
 20. Maksymalna wyświetlana objętość: 10 l
 21. Dokładność objętości: większa niż $\pm 2,5\%$
 22. Maks. prędkość przepływu ± 16 l/s Min. prędkość przepływu $\pm 0,02$ l/s
 23. Ciśnienie zwrotne mniej niż 0,15 kPa/l/sekundę przy 14 l/s
 24. Wymiary 204 mm (długość) \times 253 mm (szerokość)
 25. Waga max 1,5 kg
 26. Zestaw zawierający: - walizka na urządzenie
- pendrive USB z dedykowanym oprogramowaniem spirometrycznym na komputer
- kabel USB do podłączenia do komputera
- papier do spirometru (długość min. 20 m) – 3 rolki
 27. Instrukcja obsługi w języku polskim w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na PenDrive.
 28. Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania i termin następnego przeglądu.
- Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 – dot. Pakietu nr 2, poz. 2, pkt 31

Prosimy w pkt. 31 o wyrażenie zgody na zaferowanie szczytu od strony głowy poruszającego się wraz z ramą leża.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 3 – dot. Pakietu nr 2, poz. 2, pkt 43

Prosimy w pkt. 43 o wyrażenie zgody na zaferowanie łóżka bez 5-tego koła ze względu na to, że w oferowanym łóżku nie ma konieczności jego stosowania. Oferowane łóżko będzie wyposażone w koła z podwójnym bieżnikiem posiadające m.in. możliwość zablokowania jednego koła do jazdy kierunkowej co znacznie ułatwia manewrowanie łóżkiem i precyzyjną jazdę na wprost

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 4 – dot. Pakietu nr 6, poz. 1, pkt 8

Prosimy w pkt. 8 o wyrażenie zgody na zaferowanie szuflad o wymiarach (od góry):

- 75 x 450 x 450 mm – 2 szt.
- 150 x 450 x 450 mm – 8 szt.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 5 – dot. Pakietu nr 7, poz. 1, pkt 5

Czy (w pkt. 5) Zamawiający dopuści wózek o wysokości całkowitej 910 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w następującym zakresie:

- Ofertę należy złożyć **do dnia 07.10.2024 r. do godziny 09:00.**
- Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 07.10.2024 r. o godzinie 09:05.**
- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni tj. do dnia 05.11.2024 r.**

Podpisał:
Dyrektor
Wojciech Michalik

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie