

Data zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 09.06.2022 r.

Wysokie Mazowieckie dn. 09.06.2022 r.

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
Zamówienia Publicznego**

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Rozbudowa Szpitala Ogólnego o pracownię rezonansu magnetycznego wraz z dostawą rezonansu magnetycznego**”. Oznaczenie sprawy: **9/2022**

Zapytanie nr 1:

Proszę o informację na podstawie czego ma być przygotowana wycena instalacji klimatyzacji i wentylacji. Załączony do postępowania przetargowego projekt i przedmiar nie pokrywają się ze sobą. W załączonych do postępowania przetargowego przedmiarach brakuje np.: - ilości kanałów o przekroju prostokątnym, - centrali wentylacyjnej - opis parametrów - ilości tłumików na kanałach prostokątnych - brak agregatu do centrali wentylacyjnej - blask klap rewizyjnych do kanałów wentylacyjnych Wszystkie ww. elementy występują na projekcie w części rysunkowej.

Wyjaśnienie: Roboty budowlane, jak i wycena powinny zostać wykonane w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany.

Zapytanie nr 2:

Nieprawidłowy opis klimatyzatorów część rysunkowa projektu podaje 2 klimatyzatory 2,5kW oraz 2 klimatyzatory 3,5kW. W przedmiarze klimatyzatory są dopisane do pozycji 37 i 38 jako cyklony. Przedmiar podaje moc 3,5kW oraz 5kW. Jakiej mocy mają być ostatecznie jednostki klimatyzacyjne.

Wyjaśnienie: Stosuje się klimatyzatory według części rysunkowej.

Zapytanie nr 3:

Czy klimatyzatory mają być wpięte do BMS.

Wyjaśnienie: Aby uniknąć sytuacji, gdzie warunki spełnia tylko jeden oferent nie zakładano nakazu wpięcia do systemu BSM z uwagi na brak takiej konieczności w wytycznych niektórych dostawców urządzenia rezonansu. Jeśli natomiast zainstalowane ma zostać urządzenie, którego producent narzuca takie rozwiązanie to takie wpięcie należało będzie wykonać.

**Kierownik Zamawiającego
Bożena Grotowicz**