

Wrocław, dnia 27.03.2023r.

Numer sprawy: LOG.271.14.2023

Wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do wykonywania badań koagulologicznych**”.

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław działając jako Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na zadane do niniejszego postępowania pytania:

**Pytanie nr 1:**

Dot. zał. 3, parametry wymagane, pkt 8: Czy zamawiający w tym punkcie miał na myśli "wydajność aparatu dla PT minimalnie około 40-60 testów na godzinę"? Jeśli nie, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu z wydajnością max. 110 testów PT na godzinę?

**Odpowiedź nr 1:**

**Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora z wydajnością dla PT maksymalnie 110 testów na godzinę.**

**Pytanie nr 2:**

Dot. zał. 3, parametry wymagane, pkt 12. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odczynników nie wymagających kalibracji, jeśli odczynniki są prekalibrowane przez producenta? Wszystkie niezbędne informacje do użycia odczynnika są umieszczone w kodzie kreskowym.

**Odpowiedź nr 2:**

**Zamawiający nie zmienia parametru określonego w pkt 12 załącznika nr 3 do SWZ.**

**Pytanie nr 3:**

Dot. zał. 3, parametry wymagane, pkt 27. Czy Zamawiający dopuści analizator bez wbudowanej drukarki termicznej? Wykonawca dostarczy drukarkę zewnętrzną do analizatora.

**Odpowiedź nr 3:**

**Zamawiający nie zmienia parametru określonego w pkt 27 załącznika nr 3 do SWZ.**

“Dobrze na Dobrzyńskiej. Dbamy o Twoje zdrowie”