



**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
DO SWZ**

Znak sprawy: SOZ.383.37.2021

Data: 03.08.2021

Dotyczy: Dostawa mebli medycznych i wyposażenia.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129 ze zmianami), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania do SWZ:

Wykonawca 1

Zadanie Nr 10 – Łóżko szpitalne z możliwością automatycznego regulowania wysokości - 3 szt.

Pyt. 1.: doł. Punktu 4

Czy Zamawiający dopuści wymiary leża 850x 2000, nieznacznie różniące się od wymaganego ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pyt. 2.: doł. Punktu 8

Czy Zamawiający dopuści segment oparcia ud 0-34°?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pyt. 3.: doł. Punktu 9

Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości w zakresie 350 – 740 mm ?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pyt. 4.: doł. Punktu 11

Czy Zamawiający dopuści pilot bez sygnalizacji dźwiękowej przy zmianie pozycji leża podczas odłączenia od zasilania sieciowego ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pyt. 5 doł. Punktu 16

Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością przedłużenia leża o 20 cm?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pyt. 6 doł. Punktu 17

Czy Zamawiający dopuści odejmowane szczyty tworzywowe, które są znacznie lepsze w utrzymaniu czystości ? Szczyty w górnej części wyposażone w uchwyty umożliwiające transport

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pyt. 7.: doł. Punktu 18

Czy Zamawiający dopuści dwie podwójne tworzywowe barierki boczne, chroniące pacjenta na całej długości leża ? Barierki od strony wezgiłowia poruszające się wraz z segmentem pleców.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pyt. 7.: doł. Punktu 18

Czy Zamawiający dopuści barierki malowane proszkowo, wykonane z 3 profili owalnych, składających się wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku i bez krążków odbojowych pod każdą z barierek ?
Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Wykonawca nr 2

Zadanie nr 10

Pyt.:1. Czy Zamawiający w pkt. 4 dopuści wymiar leża 850 mm co różni się tylko o 2 cm od opisanej szerokości i w żaden sposób nie wpłynie na komfort pacjenta ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pyt.:2. Czy Zamawiający w pkt. 9 dopuści regulację 390 – 890 mm ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pyt.:3. Czy Zamawiający w pkt. 11 dopuści pilota bez sygnalizacji dźwiękowej aktywowanej każdorazowo przy zmianie pozycji leża podczas odłączenia łóżka od zasilania ? Parametr ten nie ma żadnego zastosowania.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pyt.:4. Czy Zamawiający w pkt. 14 dopuści leże wykonane z metalowych lameli montowanych na stałe, po kilka w każdym segmencie ?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pyt.:5. Czy Zamawiający w pkt. 16 dopuści przedłużenie o 200 mm ?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pyt.:6. Czy Zamawiający w pkt. 16 dopuści szczyty z tworzywa ABS wytrzymałego na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV z uchwytami do prowadzenia łóżka ? Szczyty w kolorze białym z kolorowym motywem dekoracyjnym do wyboru.

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pyt.:7. Czy Zamawiający w pkt. 18 dopuści 4 profile 30x20 mm składane za pomocą jednej dźwigni ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pyt.:8. Czy Zamawiający w pkt. 18 dopuści barierki bez krążka odbojowego pod każdą z nich ponieważ krążki odbojowe na szczytach łóżka pełnią funkcję ochronną i są wystarczające ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pyt.:9. Czy Zamawiający w pkt. 19 dopuści łóżko bez półki na pościel ?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pyt.:10. Czy Zamawiający w pkt. 22 dopuści metalowe uchwyty materaca, pewnie go trzymające go nie wystające poza materac, dzięki czemu nie ma ryzyka uszkodzeń kończyn ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pyt.:11. Czy Zamawiający w pkt. 24 dopuści łóżko posiadające CE i wszystkie wymagane certyfikaty bez potwierdzenia przez niezależny podmiot obciążenia, bo nie regulują tego żadne normy prawne i nie ma takiej konieczności

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pyt. 12.: Pytanie, dot. Formularz ofertowy punkt 3.1.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy na 6 tygodni od daty podpisania umowy?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje rozdział XX pkt. 1, który otrzymuje brzmienie:

„XX. KRYTERIUM OCENY OFERT.

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami :

a) Cena (C): maksymalna ilość punktów - 60 pkt

$$\frac{\text{wartość najtańszej oferty}}{\text{wartość oferty badanej}} \times 100\% \times 60 \text{ pkt}$$

b) Okres gwarancji (G): maksymalna ilość punktów - 20 pkt

Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za zaoferowanie okresu **gwarancji** na zrealizowane zamówienie, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, wynoszący:

12 miesięcy, wówczas Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt (Wykonawca nie może zaoferować krótszego czasu gwarancji, jest to minimalny czas wymagany w SWZ).

24 miesięcy, wówczas Wykonawcy zostanie przyznane 10 pkt

36 miesięcy, wówczas Wykonawcy zostanie przyznane 20 pkt

Wykonawca winien zaoferować wyłącznie okres gwarancji wymieniony w niniejszym kryterium oceny oferty.

c) Termin dostawy (T): maksymalna ilość punktów – 20 pkt.

Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za zaoferowanie okresu **terminu dostawy** na zrealizowane zamówienie, liczonej od daty podpisania umowy, wynoszący:

do 14 dni, wówczas Wykonawcy zostanie przyznane 20 pkt

do 28 dni, wówczas Wykonawcy zostanie przyznane 10 pkt

do 42 dni, wówczas Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt (Wykonawca nie może zaoferować dłuższego terminu dostawy, jest to maksymalny czas wymagany w SWZ).

Wykonawca winien zaoferować wyłącznie okres dostaw wymieniony w niniejszym kryterium oceny oferty."

Jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku. poz. 2019 ze zmianami), Zamawiający zmienia treść SWZ polegająca na modyfikacji załącznika nr 1 do SWZ - formularz ofertowy – w załączeniu.

Pyt.13, dot. Zadanie nr 9

Czy zamawiający dopuści kozetkę o wymiarach: całkowita szerokość 550 mm; Całkowita długość 1880 mm; Całkowita wysokość 510mm; Kąt nachylenia wezgłowia +/- 40°; Dopuszczalne obciążenia, 180 kg?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Wykonawca 3

Dotyczy: zadanie nr 3 – Wózek medyczny anestezjologiczny – 1 szt.

Pyt. 1.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia w terminie do 42 od daty podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje rozdział XX pkt. 1, który otrzymuje brzmienie:

„XX. KRYTERIUM OCENY OFERT.

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami :

d) Cena (C): maksymalna ilość punktów - 60 pkt

$$\frac{\text{wartość najtańszej oferty}}{\text{wartość oferty badanej}} \times 100\% \times 60 \text{ pkt}$$

e) Okres gwarancji (G): maksymalna ilość punktów - 20 pkt

Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za zaoferowanie okresu **gwarancji** na zrealizowane zamówienie, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, wynoszący:

12 miesięcy, wówczas Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt (Wykonawca nie może zaoferować krótszego czasu gwarancji, jest to minimalny czas wymagany w SWZ).

24 miesięcy, wówczas Wykonawcy zostanie przyznane 10 pkt

36 miesięcy, wówczas Wykonawcy zostanie przyznane 20 pkt

Wykonawca winien zaoferować wyłącznie okres gwarancji wymieniony w niniejszym kryterium oceny oferty.

f) Termin dostawy (T): maksymalna ilość punktów – 20 pkt.

Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za zaoferowanie okresu **terminu dostawy** na realizowane zamówienie, liczonej od daty podpisania umowy, wynoszący:

do 14 dni, wówczas Wykonawcy zostanie przyznane 20 pkt

do 28 dni, wówczas Wykonawcy zostanie przyznane 10 pkt

do 42 dni, wówczas Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt (Wykonawca nie może zaoferować dłuższego terminu dostawy, jest to maksymalny czas wymagany w SWZ).

Wykonawca winien zaoferować wyłącznie okres dostaw wymieniony w niniejszym kryterium oceny oferty."

Jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku. poz. 2019 ze zmianami), Zamawiający zmienia treść SWZ polegająca na modyfikacji załącznika nr 1 do SWZ - formularz ofertowy – w załączeniu

Pyt. 2.: Czy (w pkt. 1) Zamawiający dopuści koła o średnicy 150 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pyt. 3.: Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści wózek bez szyny instrumentalnej, ze względu na to, że w oferowanym wózku wyposażenie dodatkowe jest mocowane bezpośrednio do korpusu wózka lub nad blatem roboczym wózka, bez konieczności stosowania szyny instrumentalnej?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pyt. 4.: Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści nadstawkę na 10 uchylnych pojemników z tworzywa (dwa rzędy po 5 pojemników)?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pyt. 5.: Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści pojemnik na odpady z tworzywa z pokrywą otwieraną kolanem?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pyt. 6.: Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści uchwyt na pudełko na rękawiczki (jak na zdjęciu poniżej)?



Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pyt. 7.:Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści wózek wyposażony standardowo w trzy uchylne, boczne kuwety przeznaczone np. na akcesoria (zamiast koszyka)?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pyt. 8.: Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w jedną miskę/pojemnik na odpadki, narzędzia itp.?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pyt. 9.: Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści wózek bez półki nadblatowej?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. 10.: Prosimy o doprecyzowanie, jakiej ilości szuflad oczekuje Zamawiający w wózku?



(Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)

Odp.: Minimum 4.

Dotyczy: zadanie nr 10 – łóżko szpitalne z możliwością automatycznego regulowania wysokości – 3 szt.

Pyt.1.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia w terminie do 42 od daty podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje rozdział XX pkt. 1, który otrzymuje brzmienie:

„XX. KRYTERIUM OCENY OFERT.

3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami :

g) Cena (C): maksymalna ilość punktów - 60 pkt

$$\frac{\text{wartość najtańszej oferty}}{\text{wartość oferty badanej}} \times 100\% \times 60 \text{ pkt}$$

h) Okres gwarancji (G): maksymalna ilość punktów - 20 pkt

Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za zaoferowanie okresu **gwarancji** na zrealizowane zamówienie, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, wynoszący:

12 miesięcy, wówczas Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt (Wykonawca nie może zaoferować krótszego czasu gwarancji, jest to minimalny czas wymagany w SWZ).

24 miesięcy, wówczas Wykonawcy zostanie przyznane 10 pkt

36 miesięcy, wówczas Wykonawcy zostanie przyznane 20 pkt

Wykonawca winien zaoferować wyłącznie okres gwarancji wymieniony w niniejszym kryterium oceny oferty.

i) Termin dostawy (T): maksymalna ilość punktów – 20 pkt.

Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za zaoferowanie okresu **terminu dostawy** na zrealizowane zamówienie, liczonej od daty podpisania umowy, wynoszący:

do 14 dni, wówczas Wykonawcy zostanie przyznane 20 pkt

do 28 dni, wówczas Wykonawcy zostanie przyznane 10 pkt

do 42 dni, wówczas Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt (Wykonawca nie może zaoferować dłuższego terminu dostawy, jest to maksymalny czas wymagany w SWZ).

Wykonawca winien zaoferować wyłącznie okres dostaw wymieniony w niniejszym kryterium oceny oferty."

Jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku. poz. 2019 ze zmianami), Zamawiający zmienia treść SWZ polegająca na modyfikacji załącznika nr 1 do SWZ - formularz ofertowy – w załączeniu.

Pyt. 2.: Czy (w pkt. 2) Zamawiający dopuści podstawę łóżka pantografową tj. konstrukcję posiadającą cztery punkty podparcia zintegrowane z leżem oraz sześć punktów podparcia zintegrowanych z podstawą łóżka gwarantującą stabilność leża?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgodny na powyższe.

Pyt. 3.: Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści długość całkowitą łóżka 2230 mm (+/- 10 mm)?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgodny na powyższe.

Pyt. 4.: Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści leże o wymiarach pod materac 850 x 2000 mm?
Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pyt. 5.: Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści łóżko, którego konstrukcja nie wymaga stosowania gniazda wyrównania potencjału?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgodny na powyższe.

Pyt. 6.: Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg norm stosowanych przez danego producenta, bez dotaczania protokołu z badań przy dostawie produktu?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgodny na powyższe.

Pyt. 7.: Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści elektryczną regulację segmentu oparcia pleców $0^{\circ} - 65^{\circ}$ ($\pm 5^{\circ}$) bez optycznego wskaźnika kąta przechyłu?
Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pyt. 8.: Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści elektryczną regulację kąta przechyłu Trendelenburga $0^{\circ} - 13^{\circ}$ ($\pm 2^{\circ}$)?
Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pyt. 9.: Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści elektryczną regulację kąta przechyłu anty-Trendelenburga $0^{\circ} - 15^{\circ}$ ($\pm 2^{\circ}$)?
Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pyt. 10.: Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści regulację segmentu podudzia ręczną, sprężyną gazową?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgodny na powyższe.

Pyt. 11.: Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości w zakresie od 410 mm do 815 mm (± 10 mm)?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgodny na powyższe.

Pyt. 12.: Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści czas zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej w czasie zaprogramowanym przed producenta oferowanego łóżka?
Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pyt. 13.: Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści łóżko sterowane przewodowym pilotem z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny z poziomu panelu sterującego (zablokowanie danej funkcji na panelu sterującym spowoduje także zablokowanie tej funkcji na pilocie), pilot nie wyposażony w sygnalizację dźwiękową aktywowaną każdorazowo przy zmianie pozycji leża podczas odłączenia od zasilania sieciowego; pilot bez wskaźnika podłączenia do sieci; panel sterujący posiada diodę led sygnalizującą proces ładowania akumulatora; w celu bezpieczeństwa pacjenta funkcja Trendelenburga nie dostępna na pilocie przewodowym?
Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pyt. 14.: Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w panel sterujący z możliwością podwieszenia go pod półką do odkładania pościeli; panel wyposażony w pojedyncze zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych z możliwością blokady poszczególnych funkcji, za wyjątkiem funkcji ratujących życie np. CPR (zablokowanie danej funkcji na panelu sterującym spowoduje także zablokowanie tej funkcji na pilocie); panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji autokontur oraz uzyskiwanych za pomocą jednego przycisku funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego, panel z możliwością zawieszenia na szczycie łóżka od strony nóg?
Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pyt. 15.: Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR), dźwignia umieszczona pod segmentem oparcia pleców oznaczona kolorem pomarańczowym?
Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pyt. 16.: Czy (w pkt. 14) Zamawiający dopuści leże w segmencie oparcia pleców, uda i podudzia wypełnione płytami HPL odpornymi na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV, płyty odejmowane bez użycia narzędzi; segment miednicy stały, stalowy lakierowany proszkowo?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pyt. 17.: Czy (w pkt. 15) Zamawiający dopuści akumulator bez sygnału dźwiękowego sygnalizującego wyczerpanie akumulatora?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgodny na powyższe.

Pyt. 18.: Czy (w pkt. 17) Zamawiający dopuści szczyty łóżka o kształcie zamkniętego prostokąta z wyraźnie zaokrąglonymi krawędziami, wykonane z estetycznego tworzywa sztucznego odpornego na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV, łatwo odejmowane, górna część szczytu posiadająca wyprofilowane, antypoślizgowe uchwyty ułatwiające transport stanowiące ok. 90% długości szczytu?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgodny na powyższe.

Pyt. 19.: Czy (w pkt. 18) Zamawiający dopuści barierki lakierowane proszkowo, wykonane z 4 profili stalowych okrągłych, składane wzdłuż ramy leżąca za pomocą jednego przycisku, barierki spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52; barierki bez krążków odbojowych, ze względu na to, że oferowane łóżko w narożnikach jest wyposażone w krążki odbojowe, które są najbardziej „wysuniętymi” elementami łóżka i chronią je przed uderzeniami?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pyt. 20.: Czy (w pkt. 20) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w haczyki na worki urologiczne po dwóch stronach leżąca?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pyt. 21.: Czy (w pkt. 22) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w tworzywowe (nie elastyczne) uchwyty materaca przy dwóch segmentach, dostosowane do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pyt. 22.: Czy (w pkt. 23) Zamawiający dopuści podstawę łóżka jezdną, wyposażoną w koła o średnicy 150 mm, w tym jedno antystatyczne (kierunkowe), z centralną blokadą oraz blokadą kierunkową?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pyt. 23.: Czy (w pkt. 24) Zamawiający dopuści bezpieczne obciążenie 250 kg potwierdzone przez producenta m.in. w instrukcji obsługi?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pyt. 24.: Czy (w pkt. 26) Zamawiający dopuści łóżko posiadające ramę w kolorze jasnoszarym oraz możliwość wyboru kolorów wklejek na szczytach (10 kolorów do wyboru)?



(Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Wykonawca 4

dot. Załącznik Nr 3 - Formularz parametrów technicznych i użytkowych

Pyt. 1.: dot. Zadanie nr 3 pkt 3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie jakiej ilości szuflad Zamawiający wymaga w Wózku medycznym anestezjologicznym: trzech (3), czterech (4) czy pięciu (5)?

Odp.: 4

Pyt. 2.: dot. Zadanie nr 4 pkt. 2. Czy Zamawiający dopuści Wózek pielęgnacyjny, który wewnątrz szafki wyposażony jest w dwie (2) półki i tym samym trzy (3) przestrzenie użytkowe? Wyposażenie szafki w trzy (3) półki spowoduje znaczne zmniejszenie powierzchni użytkowych, a co za tym idzie ograniczenie funkcjonalności wózka.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pyt. 3.: dot. Zadanie nr 7 pkt. 6. Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy dwukomorowy o długości 680mm? Proponowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego i nie wpływa na jego funkcjonalność.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pyt.4.: dot. Zadanie nr 6 pkt. 5. Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy dwukomorowy, który posiada trzy poziomy, z czego górny w postaci jednego wyciąganego blatu, a dwa kolejne w postaci wyciąganych kuwet - po dwie kuwety na poziom? Wózek w wymienionej konfiguracji miałby jeden blat i 4 kuwety.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pyt. 5.: dot. Zadanie nr 6 pkt. 6. Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy dwukomorowy o długości 1000mm? Proponowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego i nie wpływa na jego funkcjonalność.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

dot. Załącznik nr 4 projekt umowy

Pyt. 6.: dot. §1 ust.1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisów wzoru umowy dotyczących przeszkolenia personelu, ponieważ zgodnie z oświadczeniem Producenta produkt określony w zadaniu 3, 4, 6 i 7, nie wymaga przeszkolenia przed użytkowaniem, gdyż wystarczającym dokumentem jest instrukcja obsługi.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pyt. 7.: dot. §1 ust.2 lit.d) (dot. zad. 3, 4, 6 i 7) Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapisu umowy w zakresie zapewnienia przeglądów dla asortymentu dla którego zgodnie z oświadczeniem producenta niniejsze nie są wymagane.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pyt. 8.: dot. §4 ust.10 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii do 72 godzin. Jest to optymalny czas na zorganizowanie logistyczne pracy serwisu.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pyt. 9.:dot. §4 ust.13- (dot. zad. 3, 4, 6 i 7) Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy trwającej dłużej niż 14 dni roboczych. Pragniemy nadmienić, iż asortyment będący przedmiotem zamówienia jest każdorazowo produkowany pod określone wymagania Zamawiającego, a żaden z Wykonawców nie posiada na stanach magazynowych produktów o takich samych parametrach, ponieważ wiązałoby się to z koniecznością produkowania podwójnie sprzętów oferowanych w postępowaniach publicznych.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Wykonawca 5

Pyt. 1.: Zadanie NR 5 – Wózek WC - 6 szt. (oddz. III, IV, V)

Czy Zamawiający dopuści wózek z obciążeniem do 100 kg?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pyt. 2.: Pakiet V: Stolik zabiegowy

Czy Zamawiający dopuści stolik na kółkach o średnicy 7,5 cm?

Odp.: Zamawiający nie ma takiej pozycji w pakiecie.

Wykonawca 6

Zadanie nr 10

Pyt. 1.: Czy Zamawiający dopuści łóżko z podstawą podpierającą leże w postaci ramion wznoszących, podpierających leże w 8 punktach?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pyt. 2.: Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2180mm, szerokości całkowitej 995mm oraz z leżem o szerokości 900mm?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pyt. 3.: Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0-35 stopni?

Odp.: Nie, zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. 4.: Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją pozycji Trendelenburga 0-15 stopni oraz antyTrendelenburga 0-15 stopni?

Odp.: Nie, zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. 5.: Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości z pozycji minimalnej do maksymalnej w czasie około 30 sekund?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pyt. 6.: Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 370-735mm?

Odp.: Nie, zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. 7.: Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające diodowy wskaźnik podłączenia do sieci oraz ładowania akumulatorów zlokalizowane w centralnym panelu sterowania?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pyt. 8.: Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją pozycji egzaminacyjnej za pomocą naciśnięcia jednego przycisku poziomującego leże a następnie jednego przycisku podnoszącego leże do wysokości maksymalnej?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pyt. 9.: Czy Zamawiający dopuści łóżko z diodową informacją na panelu centralnym informującą o rozładowaniu akumulatora?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pyt. 10.: Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością przedłużenia leża o 150mm?

Odp.: Nie, zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. 11.: Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w tworzywowe szczyty w formie jednorodnego, tworzywowego odlewu, o kształcie prostokąta zamkniętego z wyraźnie zaokrąglonymi krawędziami, szczyty o grubości min 20mm, odcinane bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy, wyposażone w dwa wyprofilowane uchwyty ułatwiające transport stanowiące około 70% długości szczytu, szczyty odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pyt. 12.: Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi wykonanymi z stalowego profilu owalnego o wysokości 35mm?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pyt. 13.: Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w krążki odbojowe zlokalizowane tylko w narożnikach łóżka?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pyt. 14.: Czy Zamawiający dopuści łóżko z materacem dopasowanym do leża, leże z metalowymi uchwytami zabezpieczającymi materac przed przesuwaniem, zlokalizowanymi w skrajnych punktach, narożnikach leża, zatem nie ma ryzyka, że pacjent usiadzie na nich podczas wstawiania?

Odp.: Nie, zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. 15.: Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 125mm, z których jedno jest antystatyczne?

Odp.: Nie, zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pyt. 16.: Czy Zamawiający dopuści łóżko z ramą w kolorze białym?
Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Wykonawca 7

Pyt. 1. Zadanie nr 3 i 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu realizacji do 6 tygodni od podpisania umowy?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje rozdział XX pkt. 1, który otrzymuje brzmienie:

„XX. KRYTERIUM OCENY OFERT.

4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami :

j) Cena (C): maksymalna ilość punktów - 60 pkt

$$\frac{\text{wartość najtańszej oferty}}{\text{wartość oferty badanej}} \times 100\% \times 60 \text{ pkt}$$

k) Okres gwarancji (G): maksymalna ilość punktów - 20 pkt

Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za zaoferowanie okresu **gwarancji** na zrealizowane zamówienie, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, wynoszący:

12 miesięcy, wówczas Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt (Wykonawca nie może zaoferować krótszego czasu gwarancji, jest to minimalny czas wymagany w SWZ).

24 miesięcy, wówczas Wykonawcy zostanie przyznane 10 pkt

36 miesięcy, wówczas Wykonawcy zostanie przyznane 20 pkt

Wykonawca winien zaoferować wyłącznie okres gwarancji wymieniony w niniejszym kryterium oceny oferty.

l) Termin dostawy (T): maksymalna ilość punktów – 20 pkt.

Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za zaoferowanie okresu **terminu dostawy** na zrealizowane zamówienie, liczonej od daty podpisania umowy, wynoszący:

do 14 dni, wówczas Wykonawcy zostanie przyznane 20 pkt

do 28 dni, wówczas Wykonawcy zostanie przyznane 10 pkt

do 42 dni, wówczas Wykonawcy zostanie przyznane 0 pkt (Wykonawca nie może zaoferować dłuższego terminu dostawy, jest to maksymalny czas wymagany w SWZ).

Wykonawca winien zaoferować wyłącznie okres dostaw wymieniony w niniejszym kryterium oceny oferty."

Jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku. poz. 2019 ze zmianami), Zamawiający zmienia treść SWZ polegająca na modyfikacji załącznika nr 1 do SWZ - formularz ofertowy – w załączeniu.

Irena Petryna
Dyrektor Szpitala