

Dziekan

Gdańsk, dnia 30.09.2021 r.

Zamawiający:
Politechnika Gdańska
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę kamery cyfrowej i przewodów pomiarowych RF dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, nr CRZP/182/009/D/21, ZP/82/WETI/21, ID 512852.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. - zwanej ustawą Pzp), Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

W Formularzu Oferty jest zawarty punkt "Oświadczam(y), że zaoferujemy długi przewód RF o tłumieniu sygnału na 18 GHz wynoszący dB." Czy dotyczy to sumarycznego tłumienia dla przewodu o długości 3000mm wraz ze złączami czy też tłumienie samego przewodu na 1 metr?

Odpowiedź1:

Zamawiający poprawił w załączniku nr 1 formularz oferty część II pkt 2 zapis z „dB” na dB/m”.
Dotyczy to tłumienia samego przewodu.

Działając na podstawie art. 286 ust. 7 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia zmiany wprowadzone do treści SWZ, dokonane na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, w następującym zakresie:

I. Zmianie ulega treść Załącznika nr 1 do SWZ

Zmieniony Załącznik nr 1 do SWZ – po zmianie SWZ zostaje udostępniony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ oraz mają moc wiążącą dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Dziekan

prof. dr hab. inż. Jacek Stefanowski