



WSzSL/FZ.381.39/23. 443 .2023

Legnica 26.06.2023 r.

ZAINTERESOWANI

Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM Z MOŻLIWOŚCIĄ NEGOCJACJI NA DOSTAWY DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO NIESTERYLNEGO ORAZ NARZĘDZI ORTOPEDYCZNYCH

znak sprawy WSzSL/FZ-39/23

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień, w związku z wpłynięciem wniosków od Wykonawców dotyczących wyjaśnień treści SWZ.

WYKONAWCA NR 7

Pytanie nr 11:

Część 2, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści układy oddechowe z dwoma rurami gładkimi w środku o długości 1,8 m, Y nierozłączalny?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie dopuszcza.

WYKONAWCA NR 8

Pytanie nr 12:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w **pakiecie 2** układu oddechowego dwururowy karbowany do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, z kapturkiem na lince, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie dopuszcza.

Z poważaniem,



DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy
Anna Płotnicka-Mieloch