

WYJAŚNIENIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania na dostawę

Dostawa ureterorenoskopów giętkich cyfrowych - 10 szt. wraz z najmem jednostki sterującej w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (ID 718019)

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu informuje, że wpłynęły zapytania o udzielenie wyjaśnień w ww. postępowaniu:

Pytanie 1.

Dot.: Wzór umowy – paragraf 5 „Warunki najmu”

Czy w odniesieniu do wymogu opisanego w pkt 9: „Wpis w paszporcie technicznym powinien być bezwzględnie podpisany przez podmioty posiadające autoryzację / osoby przeszkolone w tym zakresie przez producenta urządzeń objętych niniejszą umową, pod rygorem odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty wystawienia wpisu” zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że oferent posiada autoryzację producenta w tym zakresie? Z przyczyn oczywistych tylko oświadczenie producenta będzie jedynym wiarygodnym poświadczeniem możliwości realizacji tego wymogu Zamawiającego.

Odpowiedź : TAK, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta, że oferent posiada autoryzację producenta w tym zakresie

Pytanie 2

Dotyczy załącznika nr 3 - projektowane postanowienia umowy § 3 ust. 3

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisów § 3 ust. 3 zgodnie z poniższym:

„Czynsz za najem płatny jest z dołu i zawiera w sobie wszystkie koszty związane z serwisowaniem, naprawami gwarancyjnymi i ewentualną wymianą jednostki sterującej. [...]”

Odpowiedź : Zgodnie z IWZ

Pytanie 3

Zwracamy się z prośbą o ujęcie dodatkowego (6) ustępu o poniższym brzmieniu

„Zwłoka w płatności powyżej 21 dni od terminu wskazanego na fakturze upoważnia Wykonawcę do wstrzymania realizacji zamówień bądź dostawy towaru w formie „za pobraniem”.”

Odpowiedź : Zgodnie z IWZ

Pytanie 4

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisów § 4 ust. 3 zgodnie z poniższym:

„[...] Przy czym zmniejszenie zapotrzebowania nie może przekroczyć 20% ogólnego zapotrzebowania określonego w niniejszej umowie.”

Odpowiedź : Zgodnie z IWZ

Pytanie 5

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisów § 5 ust. 2 zgodnie z poniższym:

„Koszt serwisu, przeglądów, napraw gwarancyjnych, części zamiennych i materiałów zużywalnych wliczony został w cenę najmu.”

Odpowiedź : Zgodnie z IWZ

Pytanie 6

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu naprawy określonego w § 5 ust. 4 do 5 dni roboczych od zgłoszenia.

Odpowiedź : Zgodnie z IWZ

Pytanie 7

Zwracamy się z prośbą o przyjęcie następującego brzmienia dla § 5 ust. 5:

„W przypadku awarii urządzenia, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 5 dni roboczych [...]”

Odpowiedź : Zgodnie z IWZ

Pytanie 8

Zwracamy się z prośbą o przyjęcie następującego brzmienia dla § 5 ust. 6:

„[...] Zamawiającemu przysługuje możliwość żądania wymiany urządzenia na nowy tego samego typu w terminie 5 dni roboczych od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Czas rozpatrzenia reklamacji strony ustalają na 3 dni od zgłoszenia.”

Odpowiedź : Zgodnie z IWZ

Pytanie 9

Zwracamy się z prośbą o ujęcie dodatkowego (12) ustępu o poniższym brzmieniu

„Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń będących wyłączną winą użytkownika polegającą na eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi”

Odpowiedź : Zgodnie z IWZ

Pytanie 10

Dotyczy załącznika nr 3 - projektowane postanowienia umowy § 8

Zwracamy się z prośbą o ujęcie dodatkowego (5) ustępu o poniższym brzmieniu

„Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość naliczania kar.”

Odpowiedź : Zgodnie z IWZ

Pytanie 11

Dotyczy załącznika nr 3 - projektowane postanowienia umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ujęcie w treści umowy klauzul waloryzacyjnych.

Odpowiedź : Zgodnie z IWZ

Pytanie 12

Dotyczy załącznika nr 2 – Formularz parametrów technicznych

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż w celu zachowania należytego standardu i jakości zabiegów wykonywanych przy pomocy cyfrowego, wielorazowego ureterorenoskopu giętkiego Zamawiający oczekują dostarczenia wraz z nim koszyczka nitinolowego w rozmiarze 1,8 Fr lub 2,2 fr, 4 drutowego (dwudrutowa spleciona konstrukcja każdego drutu), bezkońcówkowego, z zakończeniem dyskowym - zwiększona giętkość końcówki dystalnej w celu mniejszej utraty zgięcia endoskopu - rozmiar okna 11 mm lub 14 mm z możliwością rotacji koszyka jedną ręką za pomocą pokrętkła zintegrowanego z rękojęścią - jednorazowego użytku – sterylne, nierozbieralne.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 13

Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ – Zapotrzebowanie – Zadanie nr 7

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż w celu zachowania należytego standardu i jakości zabiegów wykonywanych przy pomocy cyfrowego, wielorazowego ureterorenoskopu giętkiego Zamawiający oczekują dostarczenia w zestawie jednorazowego drenu zakończonego dwiema, elastycznymi końcówkami płuczącymi z kolcami do worków. Zestaw wyposażony w cylindryczną komorę z anty-zwrotną uszczelką pozwalającą manualnie wytworzyć większe ciśnienie w drenie oraz zakończony podwójnym portem podłączonym do drenu złączem typu Luer-Lock. Port obraca się o 360°, zawiera jedno wyjście z uszczelką typu Touhy-Borst umożliwiającą umieszczenie włókna lasera i zapobiegającą wyciekowi oraz drugie wyjście umożliwiające podanie kontrastu. Wyjście podłączeniowe do drenu oraz wyjście na wprowadzenie narzędzi z wbudowanymi kranikami dwudrożnymi

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi i ewentualnie nr pytania)