



Szp/FZ – 27A/365/2021

Wrocław, dnia 20.07.2021r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a, działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*dostawa wyrobów medycznych stosowanych w chirurgii naczyniowej oraz wkładów do wstrzykiwaczy - powtórka*”.

INFORMACJA NR 2

Pytanie 1 – Pakiet nr 4

Siatkę kompozytową, wewnątrztrzewnową, miękką, niewchłaniającą, 2-warstwową. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetyleny (ePTFE), który zmniejsza przyrastanie przyległych tkanek do siatki z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), który z kolei stymuluje wrastanie tkanek i pełni rolę integracyjną siatki z powłokami ciała, o grubości 0,55 mm, gramaturze średniej 108 g/m², porowatości średniej 667 µm, max. 1359 µm z możliwością bezpośredniego położenia na jelita, z oznaczeniem strony implantacji, dwukierunkowa elastyczność, w rozmiarze 20 x 25 cm (specyfikacja wymaga 20x30 cm)?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.*

Pytanie 2 – Pakiet nr 4 Poz. 1

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści, na zasadzie równoważności implant powięziowy, hybrydowy biomateriał śródtrzewnowy do stosowania w leczeniu przepuklin brzusznych / nacięciowych, które mogą wymagać dodania niewchłaniającego materiału wzmacniającego lub łączącego, składający się z 3 komponentów:

- od strony ściennej włóknista siatka bioabsorbowalna z bioabsorbowalnego kopolimeru 3D PGA: TMC w porowatym rusztowaniu z włóknistej siatki.
- od strony trzewnej nieporowata folia bioabsorbowalna z bioabsorbowalnego kopolimeru PGA: TMC błyszcząca, gładka powierzchnia
- warstwa środkowa to niewchłaniająca makroporowata dzianina z gęstych monofilamentowych włókien politetrafluoroetyleny (PTFE) z wyznacznikiem do prawidłowej aplikacji, grubość pomiędzy 0.5-0.8 mm, rozmiar porów 1,6mm, waga 101 g/cm² ozn. wysoką wytrzymałość nawet u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka tj. stopień 21 wg VHWG, materiał makroporowaty, kurczliwość na poziomie 7-8%, rozmiar 20x30 cm.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.*

Pytanie 3 – Pakiet nr 4

Prosimy o poprawienie Formularza asortymentowo-cenowego w zakresie Pakietu 4 i wpisanie w nazwie formularza: „Pakiet nr 4 – siatki kompozytowe” zamiast: „Pakiet nr 2 – siatki kompozytowe”

Odpowiedź: *Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską w zakresie Pakietu nr 4 nadając mu nazwę „Pakiet nr 4 – siatki kompozytowe”.*

Pytanie 4 – Pakiet nr 3 poz 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 3 poz. 1 łat naczyniowych o grubości ściany 0,36 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.*

Pytanie 5 – Pakiet nr 3 poz 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 3 poz. 2 łat naczyniowych o grubości ściany 0,36 mm, z możliwością łączenia jonowego powleczenia łaty z heparyną przed implantacją, w rozmiarach 15 x 75 mm i 6x75 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.*

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na oryginalne wkłady do wstrzykiwacza Optistar Elite z łącznikiem o długości 230cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oryginalnych wkładów do wstrzykiwacza Optistar Elite z łącznikiem o długości 230cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 7

Prosimy Zamawiającego o ujednoczenie numeracji pakietów w formularzu asortymentowo-cenowym. W obecnym brzmieniu nazwy zakładki w pliku Excel mają inne nr pakietów niż numeracja zastosowana na arkuszach.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje poprawy oczywistych omyłek pisarskich.

Pytanie 8

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w załączniku nr 1.6 zestawów kompatybilnych ze wstrzykiwaczem Medrad Solaris zawierających trójnik Y. Pozostałe parametry zgodnie z opisem Zamawiającego.

Odpowiedź:

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

DYREKTOR SZPITALA


Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz
(5)

Z-ca Kierownika Działu
Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych


mgr inż. Jacek Banaszak