



**„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.**

19-300 Elk, ul. Baranki 24,  
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala  
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych  
tel. 87 620-95-93  
tel. 87 620-95-76  
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl  
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl  
[www.promedica.elk.com.pl](http://www.promedica.elk.com.pl)

## Odpowiedź na Zapytanie 45

### Wszyscy uczestnicy postępowania

**Znak: P-M/DZZP/ 1736 / 3148 /2023**

**Data: 25.08.2023r.**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o. ” Znak: 2505/2023**

**Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:**

#### ***PYTANIE nr 1 – dotyczy Pakietu 83, Pozycja 1***

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowe kleszcze biopsyjne do: gastrokopii, kolonoskopii i bronchoskopii z igłą lub bez igły; z podwójnym systemem cięgieł umożliwiających otwieranie się szczyptic zawsze bez względu na sposób zagięcia; z podwójnymi otworami w szczękach; średnica szczęk 2,3mm (o długościach 160cm i 230cm), średnica szczęk 3,0mm (o długości 230cm), średnicy szczęk 1,8mm(o długości 120cm i 160cm) pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu; współpracujące z kanałem roboczym 2,0mm, 2,8 mm, 3,2 mm?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.***

#### ***PYTANIE nr 2 – dotyczy Pakietu 83, Pozycja 2***

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowe pętłe do polipektomii o długości roboczej 230 cm; pozostałe parametry zgodne z opisem SWZ?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.***

#### ***PYTANIE nr 3 – dotyczy Pakietu 83, Pozycja 4***

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowy koszyk do usuwania polipów i ciał obcych, elastyczny woreczek nylonowy rozpostarty na owalnej pętli o śr. 35mm i długości narzędzia 230 cm, w pełni obrotowy?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.***

#### ***PYTANIE nr 4 – dotyczy Pakietu 83, Pozycja 4***

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowy koszyk do usuwania polipów i ciał obcych, siatkowy woreczek rozpostarty na owalnej pętli o śr. 30mm i długości narzędzia 230 cm, w pełni obrotowy?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.***

#### ***PYTANIE nr 5 – dotyczy Pakietu 86, Pozycja 1***

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowe igły do ostrzykiwania w teflonowej osłonce odpornej na złamania, posiadająca blokadę; śr. ostrza 22G i dł. 5mm i dł. całkowita 230cm?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.***



**PYTANIE nr 6 – dotyczy Pakietu 86, Pozycja 4**

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowy trzykanałowy sfinkterotom o średnicy 2,55mm temperowany dystalnie do 2,1mm, o dł. roboczej 200 cm, dł. noska 5 mm, dł. cięciwy tnącej 20mm 25mm i 30 mm, przeznaczony do współpracy z przewodnikami w rozmiarze 0.025” i 0.035”?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 7 – dotyczy Pakietu 86, Pozycja 5**

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować cewnik do kontrastowania dróg o długości 200 cm, średnicy 1,8mm, współpracujący z przewodnikiem 0.025” i 0.035”?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 8 – dotyczy Pakietu 86, Pozycja 6**

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować trzykanałowy sfinkterotom igłowy z niezależnym kanałem dla przewodnika i osobnym do podawania kontrastu; dł. robocza 200cm; śr. kateteru 2,55mm; śr. końcówki 2,1mm, z wysunięciem igły do 6 mm; z końcówką widoczną w RTG; współpracujący z przewodnikiem o śr. 0.035”?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 9 – dotyczy Pakietu 86, Pozycja 7**

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować przewodnik 0.035” oraz 0.025” do dróg żółciowych o końcówce hydrofilnej wyłącznie o dł.5 cm, długości całkowitej 450cm, końcówce prostej i zagiętej (do wyboru zamawiającego).

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 10 – dotyczy Pakietu 86, Pozycja 8**

-kanałowy, długość 200cm, możliwość użycia przewodnika 0.035”, markery RTG bo obu stronach balonu, 3-stopniowy - możliwość osiągnięcia 3 średnic jednym balonem 9-13-16mm, w zestawie 3 strzykawki o zróżnicowanej pojemności, każda ze strzykawek posiada opis średnicy do której pompuje balon?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 11 – dotyczy Pakietu 86, Pozycja 9**

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować popychacz do wprowadzania protez 7 Fr?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 12 – dotyczy Pakietu 86, Pozycja 11**

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli proteza trzustkowe wykonane z PTFE z otworami drenującymi na całej długości; o średnicy 7 FR, długości 30mm, 50mm (do wyboru) zakrzywiona z proksymalnymi zaczepami?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 13 – dotyczy Pakietu 86, Pozycja 12**

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli szczypce chwytające obrotowe, łyżeczki typu „szczęki aligatora” i 'zab szczura” oraz „krokodylki” (3 do wyboru) służące do usuwania stentów ECPW. Długość robocza 1800 mm, średnica osłonki 2,3mm, szerokość rozwarcia łyżeczek min. 6,9 mm.?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 14 – dotyczy Pakietu 87, Pozycja 1**

Czy Zamawiający w w/w pozycjach pozwoli zaoferować szczotkę o długości 230cm; pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 15 – dotyczy Pakietu 88, Pozycja 1**

Czy Zamawiający w w/w pozycjach pozwoli zaoferować szczotkę cytologiczną o dł roboczej 1200mm, pasująco do kanału roboczego 2.0mm, śr. szczotki 2mm, dł. szczotki 20mm, do bronchoskopii?



**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 16 – dotyczy zapisów umowy § 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: „Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**PYTANIE nr 17 – dotyczy zapisów umowy § 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: „Wykonawca ma prawo potrącać wymagalne odsetki ustawowe z uiszczonych przez Zamawiającego należności (jeżeli płatność nastąpiła po terminie wskazanym w § 5 ust. 1.2 za dostarczony towar. Wykonawca poinformuje o wartości naliczonych odsetek wystawiając odpowiednią notę obciążeniową. Zamawiający zostanie wezwany do uregulowania płatności w wysokości równej skalkulowanego potrącenia”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**PYTANIE nr 18 – dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1c, 1d, 4.**

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kar umownych odpowiednio z 5% na 0,5%; z 20% na 10% oraz łącznie z 30% na 15%?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian.**

**Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.**

**Z poważaniem**