



Nr sprawy D25M/252/N/20-40rj/24

Gdynia, dnia 17.07.2024 r.

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Dzierżawa urządzenia do operacji zaćmy na Oddział Okulistyczny w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni**

Szpital Pomorskie Sp. z o. o. (dalej Zamawiający), na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.), udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie 1 - dot. „Zestawienie parametrów wymaganych „ Załącznik nr 2 do SWZ

Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w pompę roboczą perystaltyczną?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza aparat wyposażony w pompę roboczą perystaltyczną.

Pytanie 2 - „Zestawienie parametrów wymaganych „ Załącznik nr 2 do SWZ

Czy Zamawiający dopuści aparat do operacji zaćmy fabrycznie nowy o roku produkcji 2023 ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza fabrycznie nowy aparat o roku produkcji 2023.

Pytanie 3 - dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się podnieść gwarantowany poziom realizacji umowy wskazany w §2 ust. 3 do 80%?

Uzasadnienie:

Zagwarantowanie Wykonawcy realizacji umowy na poziomie niższym niż 80% uniemożliwia mu racjonalne skalkulowanie oferty i należyłą ocenę ryzyka, co byłoby niekorzystne dla każdej ze stron?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. Zamawiający zmienia treść par. 2 ust. 3 w tym zakresie.

Pytanie 4 - dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć §4 ust. 16 umowy w następującym brzmieniu: „W przypadku przeglądów technicznych poza siedzibą Zamawiającego lub naprawy aparatury trwającej dłużej niż **3 dni** robocze, Wykonawca zapewni aparaturę zastępczą w ciągu kolejnych **24 godzin** w dni robocze od chwili telefonicznego zgłoszenia na wskazany numer telefonu/e-mail Wykonawcy.”?

Uzasadnienie:

Zgodnie z §4 ust. 14 umowy Wykonawca ma 3 dni robocze na usunięcie awarii, zasadnym jest więc, aby termin ten był zachowany we wszystkich jednostkach redakcyjnych umowy. Dopiero gdy naprawa okaże się nieskuteczna w tym terminie Wykonawca może podstawić urządzenie zastępcze bez zbędnej zwłoki, tj. na następny dzień roboczy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. Zamawiający zmienia treść par. 4 ust. 16 w tym zakresie.

Pytanie 5 - dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć §5 ust. 1 umowy w następującym brzmieniu: „W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub wad jakościowych w dostarczonym przedmiocie dzierżawy Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia, a Wykonawca wymieni przedmiot dzierżawy na wolny od wad niezwłocznie, nie później niż w ciągu **3 dni roboczych** od momentu powiadomienia.”?

Uzasadnienie:

Uprzejmie odsyłam do wcześniejszych wyjaśnień.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. Zamawiający zmienia treść par. 5 ust. 1 w tym zakresie.

Szpital Pomorskie Sp. z o. o.

Dział Zamówień Publicznych

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 467, 311; fax +48 58 72 60 338

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148

e-mail: zp@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



Pytanie 6 - dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć §6 ust. 1 umowy w następującym brzmieniu: „Wykonawca zapłaci kary umowne w przypadku:

- a) nieterminowej dostawy aparatu w wysokości **0,2%** łącznej wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 5 niniejszej Umowy, **ale nie więcej niż 4% łącznej wartości umowy,**
- b) nie dochowania innych terminów określonych w § 4 lub 5 w wysokości **0,2 %** łącznej wartości brutto Umowy za każdy dzień zwłoki, **ale nie więcej niż 4% łącznej wartości umowy,**
- c) odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% łącznej wartości brutto **niezrealizowanej części** Umowy;
- d) zwłoki w dostarczeniu dokumentów wymienionych w § 4 ust. 4 lub 21 niniejszej umowy w wysokości **50 zł** za każdy dzień zwłoki i **nie więcej niż 1.000 zł.**”?

Uzasadnienie:

- Kary umowne powinny zostać obniżone do wartości bardziej odpowiadającej wysokości ewentualnej szkody, jakiej może doznać Zamawiający, a ponadto zasadnym jest ustanowienie osobnego górnego limitu naliczania kar dla każdej zwłoki z osobna;

- Kara umowna naliczana w przypadku odstąpienia od umowy powinna być naliczana w oparciu o wartość jeszcze jej niezrealizowanej części, w przeciwnym wypadku miałyby zawsze tę samą wysokość bez względu na okres trwania dzierżawy i korzystania z urządzenia przez Zamawiającego;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. W §6 ust. 3 umowy jest bowiem wskazany górny pułap kar.

Pytanie 7 - dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się obniżyć górny limit naliczania kar umownych wskazany w §6 ust. 3 umowy do 20%?

Uzasadnienie:

Limit naliczania kar w wysokości aż 50% wartości umowy jest zbyt wygórowany, zasadnym jest jego obniżenie. W razie uzasadnionej potrzeby Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 8 - dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć dodać w §8 ust. 3 umowy kolejne zdanie w następującym brzmieniu: „Zmiana ta nie wymaga zawierania aneksu do umowy.”?

Uzasadnienie:

Strony nie mają żadnego wpływu na wysokość stawki VAT, która powinna być stosowana zgodnie z obowiązującymi przepisami bez konieczności zawierania aneksu do umowy.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu.

Pytanie 9 - dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §8 ust. 9 umowy w ten sposób, że wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie obniżeniu poniżej ceny ofertowej?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.

Pytanie 10 - dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć §9 ust. 2 umowy w następującym brzmieniu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku

- a) trzykrotnej realizacji Umowy niezgodnie ze złożoną ofertą po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowej realizacji Umowy,
- b) podwyższenia czynszu dzierżawnego przez Wykonawcę z naruszeniem zapisów nn. Umowy i niedokonania korekty cen w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania stosownego żądania,
- c) innej trzykrotnej nienależytej realizacji Umowy przez Wykonawcę po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowej realizacji Umowy.”?

Uzasadnienie:

Szpital Pomorski Sp. z o. o.

Dział Zamówień Publicznych

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 467, 311; fax +48 58 72 60 338

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148

e-mail: zp@szpitalepomorskie.eu | szpitalepomorskie.eu



- Umowa zostaje zawarta aż na 36 miesięcy, dlatego zasadnym jest zwiększenie dopuszczalnej liczby uchybień niewiążących się z ryzykiem jej wcześniejszego rozwiązania, które powinno być ostatecznością;
 - Podwyższenie czynszu może być rozumiane jako nieprawidłowo naliczona stawka czynszu na skutek błędu ludzkiego lub komputerowego. W przypadku wystąpienia takiego zdarzenia Zamawiający powinien wezwać Wykonawcę do niezwłocznej korekty dokumentów księgowych;?
- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Zamawiający informuje, iż zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania Projekt umowy (załącznik nr 5 do SWZ) po zmianach z dnia 17.07.2024 r.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPowiednim ZAKRESIE.

Z poważaniem
Małgorzata Brancewicz-Malec
Z-ca Przewodniczącej Komisji Przetargowej
Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
Małgorzata Brancewicz-Malec

Sporządziła: Anna Pośpiech

Szpital Pomorskie Sp. z o. o.

Dział Zamówień Publicznych

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 467, 311; fax +48 58 72 60 338

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148

e-mail: zp@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

