



Nasz znak: ZOZ.V.010/DZP/88/19

Sucha Beskidzka, dnia 30.12.2019r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.:

**Dostawę sprzętu medycznego dla oddziału Neonatologicznego oraz Ginekologiczno -
Położniczego wraz z Blokiem Porodowym (IV)**

w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03-12-0629/17 pn. „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka - Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno - Położniczego wraz z Blokiem Porodowym” złożony w postępowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) do Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - SPR

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchoj Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Pakiet nr. 8 - Lampa do fototerapii

Ad. 4. Czy Zamawiający dopuści lampę bez włącznika światła oświetlającego, wyposażoną w włącznik światła terapeutycznego oraz niezależnie sterowaną diodę czerwoną ułatwiającą właściwe pozycjonowanie lampy do fototerapii nad noworodkiem?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 7. Czy Zamawiający dopuści lampę z możliwością mocowania bezpośrednio na kopule inkubatora, wyposażoną w wózek jezdny, bez możliwości montażu na szynie?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 8. Czy Zamawiający dopuści lampę bez możliwości pracy z radiometrem i wyświetlania wyniku pomiaru radiometru na głównym ekranie terapeutycznym?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 9. Czy Zamawiający dopuści lampę bez wentylatora do chłodzenia, obudowa lampy wyposażona w otwory ułatwiające wentylację?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 10. Czy Zamawiający dopuści lampę o wadze 4 kg? Jest to niewielka różnica względem wymaganej przez Zamawiającego wagi 3,5 kg

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Ad. 13. Czy Zamawiający dopuści lampę bez funkcji przesyłania raportu z pracy na USB?

Odp. Parametr punktowany.

Ad. 14. Czy Zamawiający dopuści lampę bez kompatybilności z Medibus.X?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 16. Czy Zamawiający dopuści lampę z możliwością regulacji kąta padania światła poprzez obrót lampy (lampa wyposażona w statyw umożliwiający obrót lampy o dowolny kąt w zakresie 360°)?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Ad. 17. Czy Zamawiający dopuści lampę z ramieniem kątowym krótszym niż 90 cm, z możliwością regulacji wysokości?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 19. Czy Zamawiający dopuści lampę bez uchwytu na szynę?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Z poważaniem:

Z-ca DYREKTORA
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchoj Beskidzkiej

mgr Janusz Badczewski

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

mgr Sabina Steczek

