

**ODPOWIEDZI  
NA ZAPYTANIA DO SWZ**

Dotyczy: postępowania na „**Dostawę endoprotez stawu kolanowego i biodrowego**” - numer sprawy 5/PN/2022/MM.

Szanowni Państwo,

Zamawiający, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawców, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i dokonuje zmian zapisów SWZ:

Pytanie nr 1 - Czy Zamawiający akceptuje, że Wykonawca prześle fakturę VAT wyłącznie za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.).

**Odp.** Zgodnie z zapisem par. 6 wzoru umowy Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania faktury w wersji papierowej lub przekazana w formie elektronicznej.

Pytanie nr 2 - W przypadku akceptacji pytania nr 1 powyżej, czy Zamawiający akceptuje modyfikację § 6 ust. 2 Załącznika nr 3 do SWZ („Umowa”) poprzez wskazanie, że termin tam wskazany będzie naliczy również od dnia przekazania faktury za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.

**Odp.** Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3 - Czy w Związku z realizacją Umowy Zamawiający wymaga przeprowadzenia dodatkowych szkoleń? Wykonawca zaznacza, iż zgodnie z § 3 ust. 3 Umowy, cena oferty uwzględnia koszty przeszkolenia pracowników.

**Odp.** Nie.

Pytanie nr 4 - Czy Zamawiający akceptuje, by dokumentacja, o której mowa w § 1 ust. 4 Umowy była dostarczona w standardowym tłumaczeniu na język polski (tj. bez wymogu tłumaczenia przysięgłego). W ocenie Wykonawcy sporządzenie tłumaczenia przysięgłego znacznie wydłuży czas dostarczenia przedmiotowej dokumentacji.

**Odp. Zgodnie z zapisem § 1 ust. 4** Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia dokumentu w języku polskim lub przysięgłym tłumaczeniu na język polski.

Pytanie nr 5 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na ujednoczenie terminów dostaw częściowych wskazanych w § 5 ust. 1 Umowy (tj. dostawa w następnym dniu roboczym) oraz terminów dostaw związanych z uzupełnieniem wykorzystanego asortymentu (wskazanego w § 5 ust. 23 Umowy, tj. terminu do 2 dni roboczych od otrzymania

protokołu zużycia) – poprzez przyjęcie terminu jednolitego terminu dostaw, tj. 2 dni roboczych.

**Odp.** Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6 - Czy Zamawiający dostosuje termin dostawy wskazany w części IV pkt 21 SWZ do terminów dostawy wskazanych w Umowie.

**Odp.** Termin dostawy zgodne z zapisami wzoru umowy.

Pytanie nr 7 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie § 10 ust. 6 Umowy – jako klauzuli niezgodnej z § 10 ust. 7. Wskazane powyżej postanowienia wprowadzają sprzeczne warunki odstąpienia od Umowy (przykładowo, ust. 6 odnosi się do trzykrotnego opóźnienia w ciągu miesiąca, a ust. 7 odnosi się do trzykrotnego opóźnienia w ciągu 2 miesięcy).

**Odp.** Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 8 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację pkt 3 Załącznika nr 5 do SWZ poprzez wskazanie, modyfikację wskazanego tam terminu „3 dni” na termin „14 dni”. Z uwagi na szeroką gamę asortymentu dostarczanego w ramach niniejszego postępowania, przedłożenie dokumentacji w terminie zastrzeżonym przez Zamawiającego może stanowić istotny problem organizacyjny, który może wpłynąć negatywnie na realizację Zamówienia.

**Odp.** Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 9 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1, w pozycji nr 2 asortymentu o następujących parametrach: „Panewka hemisferyczna, bezcementowa, pokryta porowatym tytanem, posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych. Opcje bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących dostępne w średnicach 48 - 66mm co 2mm. Otwory umożliwiające ustawienie śrub w zakresie 34°.”

**Odp.** Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Sporządził: Małgorzata Marcinkowska