

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin
tel./fax 81 / 747-63-27
NIP 712-21-35-822, Regon 4312193

COZL/DZP/AK/3412/PN-58/20

Lublin dnia 21.04.2020 r.

Dot." Dostawa sprzętu medycznego (dreny, cewniki, zgłębniki) na potrzeby COZL."

II.

Działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019 r., poz. 1843 z póź. zm.), informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1

Część 1 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje cewników foleya (silikonowych) w rozm. 12-26 CH, sterylnych, jednorazowego użytku elastycznych, dwudrożnych, wykonanych z lateksu, silikonowanych, o niesklejających się ścianach, wyposażonych w plastikową zastawkę, niepekający balon uszczelniający o pojemności 10-15 ml lub 30-50 ml, możliwy roz. dla cewnika CH 12-CH 14 10-15 ml, część cewnika dopęcherzowa atraumatyczna, gładko zakończona, w linii bocznej dwa owalne otwory. Opakowanie wewnętrzne – folia. Pakowany pojedynczo.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje cewników foleya wyposażonych w balon o pojemności 10-15 ml lub 30-50 ml. Należy uwzględnić w składanej ofercie.

Pytanie 2

Część 1 poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka do dobowej zbiórki moczu dla dorosłych, z pionowym zaworem typu T odpływu dennego, worek 2 L, sterylny, z podziałką pomiarową, z drenem łączącym worek z cewnikiem moczowym, nie ulegającym odkształceniom i zagięciom, dren o dł. 90 cm z zastawką antyzwrotną, pakowany pojedynczo.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3

Część 1 poz. 3:

Prosimy o sprecyzowanie czy zestaw do godzinowej zbiórki moczu, tak jak obecnie stosowany, ma posiadać dren długości 150cm?

Odpowiedź: Tak, należy uwzględnić w składanej ofercie.

Pytanie 4

Część 1 poz. 3:

Prosimy o sprecyzowanie czy zestaw do godzinowej zbiórki moczu, tak jak obecnie stosowany, ma posiadać dren wyposażony w łącznik do cewnika foleya wyposażony w płaski, łatwy do dezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbki?

Odpowiedź: Tak, należy uwzględnić w składanej ofercie.

Pytanie 5

Część 1 poz. 3:

Czy zestaw do godzinowej zbiórki moczu, tak jak obecnie stosowane, ma mieć możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby?

Odpowiedź: Tak, należy uwzględnić w składanej ofercie.

Pytanie 6

Część 1 poz. 3:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy zestaw ma posiadać dren wyposażony w technologię umożliwiającą swobodne spływanie moczu pomimo zamkniętej zastawki w łączniku, a co za tym idzie eliminować konieczność rozłączania systemu celem uzyskania precyzyjnego pomiaru godzinowej zbiórki moczu?

Odpowiedź: Tak, należy uwzględnić w składanej ofercie.

Pytanie 7

Część 1 poz. 3:

Prosimy o sprecyzowanie czy zestaw do godzinowej zbiórki moczu ma posiadać kranik spustowy mocowany w otwartej zakładce ku górze, co zapobiega przed ewentualną kontaminacją kranika/worka poprzez większy odstęp od podłoża i brak ewentualnego kontaktu z nim?

Odpowiedź: Tak, należy uwzględnić w składanej ofercie.

Pytanie 8

Część 1 poz. 5:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zatyczki do cewników uniwersalnej o budowie schodkowej, do cewników i drenów, pakowanej pojedynczo, sterylnej, tak jak obecnie stosowane.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9

Część 1 poz. 10:

Prosimy o dopuszczenie cewnika w kolorze szarym lub żółtym.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10

Część 1 poz. 10:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje cewników wykonanych z wysokiej klasy materiału termoplastycznego Neoplex skalowanych co 1cm, posiadających do wyboru mandryn nylonowy lub metalowy – takich jak obecnie stosowanych przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

Część 2 poz. 4:

Prosimy o sprecyzowanie, czy cewniki mają być pokryte hydrożelem co ułatwia aplikację cewnika i zapobiega ewentualnym uszkodzeniom cewki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12

Część 2 poz. 5:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników w zakresie rozmiarów 18-24CH, spełniających pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 13

Część 2 poz. 5:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowanie cewnika foley trójdrożnego wykonanego z letakstu silikonowanego z końcówką nelaton, rozm.16-24, balon 30-50ml, dł. cewnika 40±1cm, zapakowany sterylnie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14

Część 2 poz. 6:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników o długości 40cm i w zakresie rozmiarów 16-26Fr spełniające pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 15

Część 22 poz. 8:

Prosimy o sprecyzowanie czy nie nastąpiła oczywista omyłka i Zamawiający oczekuje cewników w zestawie, czyli w jednym oryginalnym opakowaniu z cewnikiem - strzykawkę wypełnionych roztworem „10% gliceryny”, zamiast „10% glicyny”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 16

Część 22 poz. 8:

Prosimy o doprecyzowanie czy cewniki mają być przeznaczone do bezpiecznego stosowania do 90dni z w/w informacją oryginalnie nadrukowaną na opakowaniu jednostkowym przez producenta?

Odpowiedź: Tak, należy uwzględnić w składanej ofercie.

Pytanie 17

Część 22 poz. 8:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Tiemann w rozmiarach 12-24CH pozostałe zgodne z siwz – takich jak obecnie stosowanych przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Finansowych i Infrastruktury
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. Św. Jana z Dukli
mgr Dariusz Ciwiński