



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.  
19-300 Elk, ul. Baranki 24,  
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala  
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych  
tel. 87 620-95-93  
tel. 87 620-95-76  
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl  
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl  
[www.promedica.elk.com.pl](http://www.promedica.elk.com.pl)

## Odpowiedź na Zapytanie 9

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 2194 / 3590 /24

Data: 15.10.2024r.

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o.” Znak Sprawy: 3344 / 2024**

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

***PYTANIE nr 1 dot. Pakietu nr 7 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy***

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie 7 glukometru z funkcją wyrzutu zużytego paska, umożliwiającą jego bezdotykowe usuwanie? Taka funkcja zwiększa higienę i bezpieczeństwo personelu wykonującego pomiar, gdyż eliminuje konieczność wyciągania z glukometru rękami zużytego, zabrudzonego krwią paska.

***Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.***

***PYTANIE nr 2 dot. Pakietu nr 7 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy***

Czy Zamawiający zaoferowania w Pakiecie 7 glukometru umożliwiającego ustawienie odpowiedniej jednostki pomiarowej (mg/dl lub mmol/l) przez użytkownika?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.***

***PYTANIE nr 3 dot. Pakietu nr 7 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy***

Czy Zamawiający wymaga aby paski testowe zaoferowane w Pakiecie 7 były wyrobem medycznym refundowanym? Refundacja pasków testowych zapewnia kompletność i ciągłość dostaw, gdyż wymusza na dostawcy utrzymywanie stałej dostępności pasków testowych.

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.***

***PYTANIE nr 4 dot. Pakietu nr 7 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy***

Testy paskowe do glukometrów są wyrobem medycznym wymagającym zachowania specjalnych warunków przechowywania (temperatura i wilgotność w zakresie ściśle określonym przez producenta, wskazanym na każdym opakowaniu pasków). Przechowywanie pasków w nieodpowiednich warunkach skutkuje uzyskaniem zafałszowanych wyników pomiarów stężenia glukozy we krwi, powodując zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów. Wykonawca, który przechowuje paski w warunkach nie odpowiadających wymogom producenta, szczególnie latem lub zimą (np.



w starej szopie lub nieogrzewanym garażu – proszę nam wierzyć, że takie firmy istnieją), nie zagwarantuje prawidłowego działania takiego wyrobu. Czy wobec powyższego Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą na Pakiet 7 certyfikatu jednostki notyfikowanej wystawionego dla składającego ofertę polskiego dystrybutora/importera (lub wykonawcy go reprezentującego), potwierdzającego spełnienie normy ISO 13485:2016 w zakresie magazynowania testów diagnostycznych?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.**

***Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.***

***Z poważaniem***

Sąd Rejonowy w Olsztynie  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego  
Rejestru Sądowego nr KRS 0000026179

ZARZĄD:  
Prezes Zarządu Spółki - Bożena Szelągowska



REGON 510996861  
NIP 848-16-30-309

Rejestr podmiotów  
wykonujących działalność  
lecniczną nr 000000015229

Kapitał zakładowy  
21.700.000,00 PLN

