

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
podinsp. Andrzej BORYCKI

Zatwierdzam

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przegląd serwisowy i sprawdzenie czterech termocyklerów TProfessional Basic prod. Biometra z następującymi numerami seryjnymi: 3812120, 3812121, 3812122, 3711325.

Przegląd serwisowy termocyklerów powinien zawierać co najmniej:

- czyszczenie wnętrza sprzętu i bloków testowych,
- kontrolę równomierności rozkładu temperatury w funkcji czasu,
- kontrolę szybkości zmian temperatury,
- kontrolę dokładności termostatowania w funkcji czasu za pomocą co najmniej 12 czujników temperatury umieszczonych w bloku,
- sporządzenie szczegółowego raportu serwisowego

STARSZY TECHNIK
Zespołu I
Wydziału Zaopatrzenia KSP
M. Polanska
M. Polanska

SPECJALISTA
Zespołu I
Wydziału Zaopatrzenia KSP
Lewiński