

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę materiałów opatrunkowych**.
Nr sprawy: ZP – 19 – 134 UN.

W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust. 2 z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), udzielam następującej odpowiedzi:

Pytania dotyczą Pakietu Nr 1 pozycja nr 1

Pytanie 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku poliuretanowego przezroczystego wodoodpornego przepuszczającego parę wodną i tlen pokryty równomiernie klejem akrylowym z dodatkową etykietą (ramką) pozwalającą zapisać datę umieszczenia plastra posiada trzy dodatkowe włókninowe paski pozwalające na stabilniejsze umocowanie opatrunku w rozmiarze 9x11cm? ***Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowany opatrunek pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów zgodnych z SIWZ.***

Pytanie 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie opatrunków w formularzu cenowo asortymentowym pakowanych po 100 sztuk? ***Odp. Zamawiający nie określił wielkości opakowania. Zamawiający wymaga zaoferowania takiej ilości pełnych opakowań, które pomnożone przez zaoferowaną wielkość opakowania dadzą w wyniku dokładnie ilość zamawianą. Oferowana ilość opakowań musi być liczbą całkowitą.***

Pytanie 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku poliuretanowego przezroczystego wodoodpornego przepuszczającego parę wodną i tlen samoprzylepny opatrunek pokryty hipoalergicznym akrylowym z dodatkowa etykieta ramka ułatwiającą aplikacje posiada metkę do opisu i dodatkowe 2 paski do mocowania w rozmiarze 7x9cm? ***Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowany opatrunek pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów zgodnych z SIWZ.***

Pytanie 4) Czy Zamawiający wymaga, by opatrunek był odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol? ***Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.***

Pytanie 5) Czy Zamawiający oczekuje opatrunków w opakowaniu typu folia-folia? Nierwące się i niepyłące zewnętrzne opakowanie opatrunku wykonane z folii, minimalizuje ryzyko uszkodzenia opatrunku podczas przenoszenia, składowania oraz otwierania opatrunku. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ? ***Odp. Zamawiający nie oczekuje ale dopuszcza.***

Pytanie 6) Czy Zamawiający wymaga by zaoferowany opatrunek był wyrobem medycznym klasy IIa? Im wyższa klasa wyrobu medycznego, tym bezpieczniejszy jest to produkt, gdzie w przypadku opatrunków do zabezpieczania wktuń obwodowych i centralnych ma to szczególne znaczenie przy profilaktyce zakażeń odcewnikowych. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? ***Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza zaoferowany opatrunek pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów zgodnych z SIWZ***

Pytanie 7) Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycji 1 oczekuje by skuteczność bariery folii opatrunku była potwierdzona dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32) lub inne badanie równoważne? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? ***Odp. Zamawiający nie oczekuje ale dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.***