

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie Art. 284 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r w nawiązaniu do SWZ dotyczącej postępowania w trybie podstawowym na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.24.D.2022, odpowiadamy na pytania Wykonawców:

Pytanie 1 dot. Zadanie 42, poz. 1

W związku z wprowadzeniem dodatkowego wymogu tj. rękawic przebadanych na penetrację alkoholi używanych w środkach dezynfekcyjnych takich jak: etanol 20% - poziom 6 oraz izopropanol 70% na najwyższym poziomie odporności (poziom 6)

(Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 48 z dn. 02.08.2022) zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic odpornych na gotowe preparaty dezynfekcyjne o szerokim spectrum biobójczym na bazie alkoholu minimum: 1 na bazie alkoholu izopropylowego (isopropanol) na poziomie 6 (>480 min) oraz 1 na bazie alkoholu etylowego (etanol) odporność przez minimum 6 minut potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium zgodnie z EN 16523-1:2015 (w miejsce etanolu 20% poziom 6 oraz izopropanolu 70% poziom 6).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem