

Data zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 11.01.2024 r.

Wysokie Mazowieckie, 11.01.2024 r.

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania: **Zakup odczynników laboratoryjnych i mikrobiologicznych.**
Oznaczenie sprawy: **33/2023**

Zapytanie nr 1 Dotyczy pakietu nr 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia kart charakterystyki wraz z pierwszą dostawą? Spełnienie wymogu jest utrudnione z uwagi na fakt, że centrum logistyczne znajduje się poza granicami kraju - Wykonawca oferuje aktualną i całodobową bazę tych dokumentów w bibliotece technicznej na stronie www....do nieograniczonego korzystania.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia kart przy możliwości korzystania z biblioteki technicznej na stronie www.

Zapytanie nr 2 Dotyczy formularza cenowego pakiet 3,7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w formularzu cenowym kolumny z numerem katalogowym produktu oraz ceną jednostkową za opakowanie, gdyż takie informacje widnieją na wystawianej fakturze VAT?

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie nr 3 Dotyczy pakietu nr 7 poz.11 Podłoże do izolacji bakterii beztlenowych I krwią owczą

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie produktu z minimalnym terminem ważności 1 miesiąca od daty pojedynczej dostawy? Uzasadnienie: Ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników - nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 4

§10 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia reklamacji, a w przypadku uznania jej zasadności dostarczy odpowiednią partię przedmiotu dostawy na swój koszt i ryzyko w terminie kolejnych 3 dni roboczych liczonych od chwili rozpatrzenia reklamacji”?

Wyjaśnienie: Zgodnie z Projektowanymi postanowieniami umowy i SWZ.

Zapytanie nr 5

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 wyrazi zgodę na zestaw do barwienia metodą Grama o wielkości opakowania 4 x 250 ml i wycenę łącznie 4 zestawów, co w pełni zaspokoi potrzeby Zamawiającego.?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 6 dotyczy pakietu nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie testów jakościowych do wykrywania antygenu grypy A i B w próbkach wymazów z nosa oraz popłuczyn z nosogardzieli i aspiratów z układu oddechowego (w przypadku dzieci)?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 7 dotyczy pakietu nr 5, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów jakościowych do wykrywania antygeny białkowego RSV w próbkach w próbkach wymazów z nosa oraz popłuczyn z nosogardzieli i aspiratów z układu oddechowego (w przypadku dzieci)?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

**W imieniu Zamawiającego
Pełnomocnik – Zastępca
Dyrektora ds. leczenia
Marcin Leoniak**