



SZPZLO/DZP.261.123.2024

Warszawa, dn. 10.12.2024 r.

Wyjaśnienie treści Zaproszenia do składania ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym – zamówienie o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. **Dz. U. z 2024 r. poz. 1320** na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1) tejże ustawy pn. „**Dostawę preparatów dezynfekcyjnych do rąk, skóry, narzędzi, sprzętu medycznego i powierzchni do SZPZLO Warszawa-Wawer**”

Znak sprawy: SZPZLO/Z-34/2024.

Zamawiający zgodnie z Rozdziałem IX pkt 5 Zaproszenia do składania ofert (dalej jako Zaproszenie) przekazuje treść wyjaśnień treści Zaproszenia.

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 3 poz. 8 i 9 i czy dopuści: Suche chusteczki do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką poliestru, celulozy i wiskozy do nasączenia preparatem dezynfekcyjnym, gramatura 70g/m², bez okresu ograniczającego aktywność po zalaniu, wymiary chusteczki 30x34cm, wyrób medyczny. 1op = 100szt Oraz kompatybilne z nimi Wiaderko do suchych chusteczek.

lub
Suche chusteczki do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką poliestru, celulozy i wiskozy do nasączenia preparatem dezynfekcyjnym, gramatura 70g/m², bez okresu ograniczającego aktywność po zalaniu, wymiary chusteczki 18x25cm, wyrób medyczny. 1op = 300szt Oraz kompatybilne z nimi Wiaderko do suchych chusteczek. W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź: Zapisy Zaproszenia do składania ofert w powyższym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 2.

Dotyczy umowy- prosimy dopisać do paragrafu 10: Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 10: "W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 1% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności.

lub

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji



SZPZLO Warszawa-Wawer

ul. J. Strusia 4/8, 04-564 Warszawa

Kancelaria i Sekretariat Dyrekcji: tel. 22 59 00 988, e-mail: sekretariat@zoz-wawer.waw.pl

NIP 952-17-54-367, REGON 013076183, KRS 0000089156

www.zoz-wawer.waw.pl



chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść paragrafu 10 w Załączniku nr 4 do Zaproszenia do składania ofert nadając aktualnemu zdaniu w paragrafie 10 punkt 4 o treści:

„4. Łączna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę na podstawie Umowy nie może przekroczyć 20% łącznej wartości brutto Umowy określonej w § 3 ust. 2 Umowy”.

Pytanie nr 3.

Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia. Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znacznym wzrostem inflacji w Polsce powoduje, iż oferta cenowa składana w trakcie postępowania może stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy. Oferent, który wygrał postępowanie, w celu realizacji umowy może być bowiem zmuszony do zakupu produktów lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty, oferent nie jest w stanie przewidzieć poziomu ewentualnego wzrostu kosztów, a niekorzystnym jest zawyżanie ceny i ponoszenie wyższych kosztów przez Zamawiającego od początku trwania umowy. W efekcie podwyżek wykonawca może finansowo nie podołać sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw wynikających z umowy, z niekorzyścią dla Zamawiającego. W świetle powyższego prosimy o dodanie postanowień waloryzacyjnych, będzie służyło to nie tylko obronie wykonawcy przed zmianami cen, na które nie ma on wpływu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes Zamawiającego, zapewniając prawidłową i niezakłóconą realizację dostaw produktów objętych umową. Zgodnie z art 439 ustawy PZP Klauzule waloryzacyjne są obecnie obowiązkowe w każdej umowie w sprawie zamówienia, której czas realizacji przekroczy 6 miesięcy.

Odpowiedź:

Postępowanie jest prowadzone poza przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, co oznacza, że nie obowiązują Zamawiającego przepisy o obowiązku waloryzacji, jak i nie obowiązują przepisy ograniczające możliwość zmiany treści umów, w tym wynagrodzenia do przypadków przewidzianych umową, dlatego Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 4.

Część 4 - Ze względu na zakończenie produkcji obecnie stosowanego w Państwa placówce preparatu Thermosept Endocleaner prosimy o dopuszczenie preparatu równoważnego nowszej generacji Thermosept X-tra Enzymatic Cleaner.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany preparat.

Pytanie nr 5.

Część 5 - Poz. 1: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie gotowego do użycia, preparatu na bazie kwasu nadoctowego do dezynfekcji wysokiego poziomu termolabilnych endoskopów i innych wyrobów medycznych. Wysoki poziom dezynfekcji w 10 minut: B. Tbc, F, V, S (B.subtilis, B.cereus, C.difficile). Skuteczność sporobójcza wobec B.subtilis, B.cereus oraz działanie bójcze wobec spor C.difficile, potwierdzone zostały na szczepach normatywnych zgodnie z najnowszą, medyczną normą sporobójczą EN 17126. Preparat nie wymaga aktywacji i zachowuje skuteczność biobójczą do 14 dni od przygotowania i może być wielokrotnie używany. Możliwość zastosowania do dezynfekcji



manualnej i półautomatycznej wyrobów medycznych i endoskopów różnych marek. Preparat przetestowany w myjkach endoskopowych wielu marek. Wyrób medyczny kl. II b. Opakowanie 5L.

Odpowiedź: Zamawiający zawarł opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1.5 do Zaproszenia podając konkretne parametry, które ma spełniać każdy preparat. Wykonawca w swoim pytaniu nie ustosunkował się do każdego z wymaganych parametrów, w związku z czym Zamawiający nie może dopuścić opisanego preparatu, gdyż nie zna jego wszystkich cech. Jednocześnie Zamawiający zaznacza, że preparaty zaoferowane w części 5 muszą być dopuszczone przez producenta posiadanej przez Zamawiającego myjni - CYW-501 nr CD-EW50-1-AAE, aby Zamawiający nie utracił prawa do gwarancji i rękojmi.

Pytanie nr 6.

Część 5 - Poz. 1: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie gotowego do użycia, nie wymagającego aktywacji preparatu na bazie mieszaniny nadtlenu wodoru i kwasu octowego, w wyniku których powstaje kwas nadoctowy, przeznaczonego do manualnej i maszynowej dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów i innych termolabilnych wyrobów medycznych. Stabilność roztworu 15 dni. Działanie biobójcze B, F, Tbc, V, S zgodnie z najnowszą medyczną normą sporobójczą EN 17126 (B.subtilis, B.cereus i C.difficile 027) w 5 minut. Możliwość zastosowania do dezynfekcji manualnej i półautomatycznej wyrobów medycznych i endoskopów różnych marek. Preparat przetestowany w myjkach endoskopowych wielu marek. Wyrób medyczny kl. II b. Opakowanie 4800ml+200ml.

Odpowiedź: Zamawiający zawarł opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1.5 do Zaproszenia podając konkretne parametry, które ma spełniać każdy preparat. Wykonawca w swoim pytaniu nie ustosunkował się do każdego z wymaganych parametrów, w związku z czym Zamawiający nie może dopuścić opisanego preparatu, gdyż nie zna jego wszystkich cech. Jednocześnie Zamawiający zaznacza, że preparaty zaoferowane w części 5 muszą być dopuszczone przez producenta posiadanej przez Zamawiającego myjni - CYW-501 nr CD-EW50-1-AAE, aby Zamawiający nie utracił prawa do gwarancji i rękojmi.

Pytanie nr 7.

Część 5 - Czy Zamawiający w części 5, w pozycji 1, wymaga, aby preparat do dezynfekcji m.in. endoskopów (mówimy o dezynfekcji wysokiego poziomu, gdzie używając np. kolonoskopów bądź gastrokopów, mamy styczność ze sporamii beztlenowymi (C.difficile)), wymaga aby preparat posiadał również pełne spektrum sporobójcze, czyli wg najnowszej i jedynej medycznej normy sporobójczej EN 17126, był przebadany wobec: C.difficile, B.subtilis i B.cereus, co przekłada się przede wszystkim na bezpieczeństwo pacjentów, oraz brak ewentualnych roszczeń z tytułu narażenia na utratę zdrowia (ustawa o jakości)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 8.

Część 5 - Poz. 1: Prosimy o potwierdzenie - dla bezpieczeństwa i zdrowia pacjentów - aby preparat był przebadany jedyną medyczną normą sporobójczą EN 17126.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



Pytanie nr 9.

Część 5 - Poz. 1: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dla preparatu pełnego działania wirusobójczego, ze względu na inwazyjną procedurę, która jest wykonywana w pracowni endoskopowej, gdzie przy pełnym działaniu wirusobójczym w trakcie dezynfekcji wysokiego poziomu wymaganym preparatem, bezpieczeństwo pacjentów jest najważniejsze.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie nr 10.

Część 5 - Poz. 1: Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę z faktu, że wymagając normy PN EN 14937, dla preparatu do myjki endoskopowej, wymaga tak naprawdę preparatu z przeznaczeniem do urządzenia będącego sterylizatorem. Przypominamy, że myjki półautomatyczne do dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów marek Choyang czy Varimed, to nie są sterylizatory. Gdyby tak było, to śmiało można by w nich sterylizować np. narzędzia chirurgiczne. W związku z powyższym pytamy, czy aby nie doszło do omyłki pisarskiej, nadmienając jednocześnie, że preparat Adaspor nie posiada ani pełnego działania wirusobójczego (brak badania Polio), ani nie posiada pełnego działania sporobójczego (brak działania na C.difficile) oraz nie osiąga odpowiedniej redukcji logarytmicznej drobnoustrojów, w związku z powyższym nie można mówić w jego przypadku ani o sterylizacji ani o dezynfekcji wysokiego poziomu.

Odpowiedź: Zapisy Zaproszenia do składania ofert w powyższym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 11.

Część 5 - Poz. 2: Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający w części 5 w pozycji 2 oczekuje preparatu myjącego czy myjąco-dezynfekującego. Zamawiający opisał: "Multienzymatyczny preparat do manualnego i maszynowego mycia endoskopów. Zapewniające doskonałe właściwości myjąco-dezynfekujące." Jeśli preparat ma posiadać właściwości dezynfekujące, prosimy o podanie minimalnego spektrum działania.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje: "*Multienzymatycznego preparatu do manualnego i maszynowego mycia endoskopów*"

Pytanie nr 12.

Część 5 - Poz. 2: Czy Zamawiający dopuści detergent multienzymatyczny, preparat do manualnego i maszynowego mycia endoskopów – koncentrat płynny o doskonałych właściwościach myjących i działaniu bakteriostatycznym – opakowanie 1L; kompatybilny z preparatem z poz. 1?

Odpowiedź: Zapisy Zaproszenia do składania ofert w powyższym zakresie pozostają bez zmian.



Pytanie nr 13.

Część 5 - Poz. 3: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje testów paskowych z datą ważności, od otwarcia, 24 miesiące.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Powyższe wyjaśnienia treści Zaprośzenia stanowią integralną częścią Zaprośzenia oraz winny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

Zatwierdził Dyrektor
SZPZLO Warszawa-Wawer
Sylwia Szepelawa
w dniu 10.12.2024 r.

