

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Dotyczy postępowania: DZP.2347.1.2023 Dostawa sprzętu, aparatury medycznej oraz wyposażenia dla Oddziału Kardiologii z przynależnymi pracownikami oraz OINK

W załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia w ramach **Pakietu nr 25 – Stół operacyjny z pływającym blatem – 1 szt.** w Lp. II. *Wyposażenie dodatkowe* w pozycji 2:

Jest:

„Podpora pod rękę wykonane z włókna węglowego regulowana, wymiary min. 380 cm x 860 cm”

Powinno być:

„Podpora pod rękę wykonana z włókna węglowego regulowana, wymiary min. 380 mm x 860 mm”

Wyjaśnienie:

W podanym przez Zamawiającego parametrze wymiaru podpory pod rękę wykonanej z włókna węglowego regulowanej, doszło do omyłki pisarskiej, polegającej na wpisaniu błędnej jednostki miary i zamiast wartości wyrażonej w milimetrach została omyłkowo wpisana wartość w centymetrach.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej MSWA w Białymstoku
im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

Alicja Skindzielska