



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 6

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 2227 / 3626 /24

Data: 16.10.2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na „Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu medycznego na rzecz „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o.” Znak Sprawy: 3168 / 2024.

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 dot. Pakietu nr 45 - Załącznika nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

Pakiet 45 - Załącznik nr 4 do SWZ

Czy we wzorze umowy (Załącznik nr 4 do SWZ), jest możliwe dodanie, jako para. 4 ust. 3, klauzuli: „Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania Wykonawcy o aktualnej lokalizacji urządzenia najpóźniej w momencie ustalenia terminu usług serwisowych lub naprawy. W przypadku niedotrzymania w/w warunku Wykonawca będzie mógł obciążyć Zamawiającego dodatkowym kosztem dojazdu oraz robocizny?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian. Zamawiający informuje, że sprzęt z Pakietu 45 znajduje się w budynku Zamawiającego przy ul. Baranki 24, 19-300 Elk.

PYTANIE nr 2 dot. Pakietu nr 45 - Załącznika nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

Pakiet 45 - Załącznik nr 4 do SWZ

Czy we wzorze umowy (Załącznik nr 4 do SWZ), możemy usunąć para. 12 ust. 3 pkt 2? W naszej ocenie umowa o pracę zawiera bardzo dużo nadmiarowych informacji, które musiałyby zostać usunięte z umowy przed udostępnieniem ich Zamawiającemu ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa oraz ochronę danych osobowych (np. dane o wynagrodzeniu, benefitach oraz szczegółowe warunki umowy). Co prawda Zamawiający ma możliwość żądania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika (zgodnie z art. 438 ust. 2 pkt. 3 PZP), jednakże, ze względu na fakt, że status zatrudnienia można udowodnić w inny sposób wskazany w para. 12 ust. 3 wzoru umowy, proponujemy usunięcie tego fragmentu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

