

Wspólny przycisk kasowania alarmów z sali wybudzeniowej i łazienki.
Dodatkowe moduły FAP... łączyć równolegle, analogicznie jak na schemacie.
Sposób montażu modułu FAP3010 uzgodnić na etapie realizacji / z producentem opraw nadłóżkowych.
Dostępne manipulatory z dodatkowymi przyciskami i włącznikami do sterowania oświetleniem.
Moduł FAP3010 umożliwia identyfikację miejsca wezwania po wejściu do sali (lampa sygnalizująca wezwanie).
Wszystkie połączenia rozgałęźne wykonać na zaciskach modułów FAP...
Przewody nieoznaczone - 0,5mm, montaż w puszkach 60mm z wkrętami.
Rezystor w zestawie z kasownikiem - montować na końcu petli.
Zworki w kasowniku rozłączyć, zworki w FAP.... ustawić w pozycji "B".
Nie zamieniać L1 (+) z L2 (-).

C A D
PLAN
SPÓŁKA Z O.O.

Cad Plan Spółka z o.o.
15-536 Białystok
Ul. Słowicza 10
tel. 506 10 90 94
tel. 509 34 34 38

FAZA PROJEKTU:	PW
NAZWA:	Modernizacja i doposażenie Pracowni Endoskopii Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie
ADRES:	ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200 Grajewo
KAT. OBIEKTU:	XI
JED. EWID.:	Grajewo
OBREB:	0001 Grajewo
ID DZIAŁKI:	200401 1.0001.1884/41

PROJEKTANCI: INSTALACJE ELEKTRYCZNE:		PODPISY:
mgr inż. Krzysztof Klewinowski upr. nr PDL/0160/PWBE/16 (projektant) mgr inż. Adam Sawicki upr. nr PDL/0097/PWOE/15 (sprawdzający)		

SKALA:	NR RYSUNKU:
--	EN03
DATA:	NR STRONY:
13 sierpnia 2024 r.	