



WszSL.FZ.381. 21 /21/2021

Legnica 02.07.2021 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy:

Postępowania przetargowego

„ DOSTAWY RÓŻNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO W TYM: KOŁDER GRZEWCZYCH, ELEKTROD, TAC, AKCESORII EEG I EMG, BIELIZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ INNYCH DROBNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH”

znak sprawy: WSzSL/FZ-21/21

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz.2019 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

Część 12

Czy Zamawiający wymaga wyceny podkładów z superabrosbentem?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wymaga podkładów zgodnych z opisem SWZ.

Pytanie 2

Część 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę fartuchów z rękawem zakończonym mankietem o gramaturze min. 23 g/m kw.?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3

Część 17 i 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę kocy / kołder jednorazowych o wymiarach 220 x 128 cm, gramatura 230 g/m kw. tj. o wadze całkowitej min., 645 g, wielowarstwowych, w kolorze białym?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 4

Część 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrań wykonanych z włókniny SMMS o gramaturze 45g/m2.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 5

Część 15

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu napu.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 6

Część 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrań ze zwykłymi kieszeniami.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 7

Część 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrań tylko w kolorze niebieskim.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



Pytanie 8

Część 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrań w rozmiarach” : S-XXXL.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 9

Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 dopuści gładką, wielowarstwową, samoprzylepną matę dekontaminacyjną z dodatkiem antybakteryjnym, która łatwo i skutecznie wychwytyje zanieczyszczenia z podeszw obuwia i przejeżdżających po niej kółek. Wymiary maty 115 cm x 45 cm, 1 sztuka posiada 30 warstw?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 10

Część 14

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha z włókniny o gramaturze 20 g/m²?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część 11, pozycja: 1): możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta - które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część 12, pozycja: 1): podkład chłonny, jednorazowego użytku, o wymiarach 60 x 90 cm, posiadający nieprzepuszczającą białą powłoką zewnętrzną zawierającą nadruk rozmiaru i poziomu absorpcji, miękki wysoce chłonny wkład z dodatkiem superabsorbentu, o innowacyjnym wzorze na kształt owoców cytryny, ze specjalnymi mikrokanalikami –zapewniający większe poczucie miękkości i komfortu, z szerokim pasem zabezpieczającym dookoła wkładu – co skutecznie zabezpiecza przed wyciekaniem płynu poza podkład?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 13

Czy Zamawiający w pakiecie nr 29 dopuści do udziału w postępowaniu termometr bezdotkowy do pomiaru temperatury na czole o zakresie pomiaru 34,0 - 42,2 C, auto wyłączenie po 1 minucie?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 14

Czy w Części 27 poz. 1 Zamawiający dopuści elektrodę noworodkową utrzymującą się na skórze w warunkach wysokiej wilgotności i przejrzyste dla promieni X z trzema odprowadzeniami typu żeńskiego typ złącza 1,5mm DIN wykonane z włókniny, fliseliny i taśmy mikroporowej, hypoalergiczne pozwalające odychać skórze o rozmiarze 23 x 30 ?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 15

Dotyczy część nr 3 "Akcesoria do aparatu EMG"

Dotyczy pozycja nr 2

Czy w miejsce elektrody uziemiającej metalowej średnica 30mm z kablem 1,2 m Zamawiający dopuści elektrodę uziemiającą metalową średnica 32 mm z kablem 1,2 m?



W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 16

Dotyczy część nr 3 "Akcesoria do aparatu EMG"

Dotyczy pozycja nr 3

Czy w miejsce elektrody stymulującej biopolarnej z odłączanym uchwytem, korki filcowe 2x6 mm, odstęp między korkami 23 mm, kabel ekranowany 2 m, wtyk DIN Zamawiający dopuści elektrodę stymulującą biopolarną z odłączanym uchwytem, korki filcowe 2x7 mm, odstęp między korkami 23 mm, kabel ekranowany 2 m, wtyk DIN?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 17

dotyczy Części nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego fartucha?

Fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej, stanowiącej barierę dla mikroorganizmów, o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany na troki, rękawy wykończone elastycznymi, nieuciskającymi gumkami, posiadający przedłużone poły do zakładania na plecach, nie toksyczny, nie pyłący, rozmiar uniwersalny dł.120x szer.140cm, kolor niebieski. Włóknina polipropylenowa o gramaturze 25 g/m². Produkt niejaloowy – wyrób medyczny klasy I zgodnie z wymaganiami dyrektywy medycznej 93/42/EWG

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 18

dotyczy Części nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego ubrania chirurgicznego?

Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza + spodnie) przeznaczony do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego, wykonany z antystatycznej, nieprześwitującej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35 g/m². Krój uniseks. Bluza posiada krótki rękaw, 2 kieszenie na dole bluzy, pod szyją wycięcie w serek wykończone białą lamówką, rękawy niepodwinięte, nieobszyte bez ściągaczy. Spodnie posiadają troki wykonane z identycznego materiału i nogawki bez ściągaczy. Komplet dostępny w kolorze niebieskim. Każdy komplet pakowany osobno w przezroczystą torebkę plastikową z wyraźnym oznaczeniem rozmiaru. Rozmiary S, M, L, XL, 2XL. Produkt spełnia normę EN 13795-2, zgodny z dyrektywą EEC 93/42.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 19

Cześć 29

czy Zamawiający dopuści termometr o wskazanych parametrach, ale tylko z pomiaru czołowego?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 20

Cześć 29

czy Zamawiający dopuści pamięć 30 ostatnich pomiarów ?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



Pytanie 21

Część 30:

czy Zamawiający dopuści ciśnieniomierz bez funkcji detekcji ruchu?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 22

Część 31,32,33,34:

czy Zamawiający dopuści stetoskop bez twardych oliwek tylko miękkie i w zapasie jeden kpl. Miękkich?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 23

Czy Zamawiający dopuści stetoskop bez identyfikatora?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 24

dotyczy Części nr 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści tacę medyczną ze stali nierdzewnej średnią o wymiarach 27x23x3,5 cm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 25

dotyczy Części nr 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy koc ogrzewający wykonany z dwóch warstw włókniny polipropylenowej o gramaturze 30 g/m kw z wypełnieniem poliestrowym o gramaturze 60 g/m kw?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 26

dotyczy Części nr 17 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy koc ogrzewający wykonany z dwóch warstw włókniny polipropylenowej o gramaturze 30 g/m kw z wypełnieniem poliestrowym o gramaturze 60 g/m kw, kolor niebiesko granatowy, rozmiar 110x220 cm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 27

dotyczy Części nr 18 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy koc ogrzewający w kolorze niebiesko-granatowym, o wymiarach 110x220 cm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 28

dotyczy Części nr 23 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kołnierz twardy?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



Pytanie 29

dotyczy Części nr 27 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody wykonane z pianki?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 30

dotyczy Części nr 27 poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „przejrzyste dla promieni X”?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 31

dotyczy Części nr 27 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 25mm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 32

dotyczy Części nr 27 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zawierające komplet 3 sztuk elektrod?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie określił sposobu konfekcjonowania w związku z tym dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Pytanie 33

dotyczy Części nr 16 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaferowanie w serwety do okrycia pacjenta, wykonanej z mieszanki włókien wiskozowych i poliestrowych, włókna typu spunlace o lepszych właściwościach cieplnych niż Zamawiający zawarł w wymogach SIWZ- gramatura 100g/m².

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 34

dotyczy Części nr 16 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie rozmiaru serwety do okrycia pacjenta. Czy Zamawiający wymaga serwety o rozmiarze 100x200cm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający doprecyzował opis przedmiotu zamówienia w zakresie rozmiaru. Propozycja Wykonawcy jest zgodna ze zmodyfikowanym opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 35

dotyczy 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kołderkę grzewczą niemowlęcą pod pacjenta o wymiarach 100 cm x 100 cm i wadze 103g. Kołderkę można używać z systemem Bair Hugger, jest wykonana z wielowarstwowej włókny SMS nie zawierającej lateksu. Posiada 2 wejścia na dmuchawę.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 36

pakietu 1 poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści folie do przykrycia głowy i stóp o wymiarach 45 cm x 60 cm lub 80 cm x 80 cm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



Pytanie 37

pakietu 1 poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści kołderkę grzewczą pod pacjenta o wymiarach 160 cm x 80 cm i wadze 137g. Kołderkę można używać z systemem Bair Hugger, jest wykonana z wielowarstwowej włókniny SMS nie zawierającej lateksu. Posiada 2 wejścia na dmuchawę.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 38

pakietu 1 poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści folie do przykrycia głowy i stóp o wymiarach 45 cm x 60 cm lub 80 cm x 80 cm?

W odpowiedzi na pytanie:Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 39

pakietu 1 poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści kołderkę grzewczą pod pacjenta do zabiegów na kręgosłupie o wymiarach 215 cm x 100 cm i wadze 200g. Kołderkę można stosować z systemem Bair Hugger, jest wykonana z wielowarstwowej włókniny SMS nie zawierającej lateksu.

W odpowiedzi na pytanie:Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 40

dot. pakietu 1 poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści kołderkę grzewczą posiadającą 2 wejścia na dmuch

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 41

pakietu 1 poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści kołderkę grzewczą na całe ciało śródoperacyjna o wymiarach 210 cm x 100 cm i wadze 236 g. Kołderkę można stosować z systemem Bair Hugger, jest wykonana z wielowarstwowej włókniny SMS nie zawierającej lateksu.

W odpowiedzi na pytanie:Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 42

dotyczy

pakietu 1 poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści kołderkę grzewczą na górną część ciała pacjenta o wymiarach 195 cm x 64 cm i wadze 166 g. Kołderkę można stosować z systemem Bair Hugger, jest wykonana z wielowarstwowej włókniny SMS nie zawierającej lateksu.

W odpowiedzi na pytanie:Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 43

pakietu 1 poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści folie do przykrycia głowy i stóp o wymiarach 45 cm x 60 cm lub 80 cm x 80 cm?

W odpowiedzi na pytanie:Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 44

pakietu 1 poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści kołderkę grzewczą niemowlęcą pod pacjenta o wymiarach 100 cm x 100 cm i wadze 103g. Kołderkę można używać z systemem Bair Hugger, jest wykonana z wielowarstwowej włókniny SMS nie zawierającej lateksu. Posiada 2 wejścia na dmuchawę.

W odpowiedzi na pytanie:Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 45



pakietu 1 poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści folie do przykrycia głowy i stóp o wymiarach 45 cm x 60 cm lub 80 cm x 80 cm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 46

Czy Zamawiający dopuści termometr na podczerwień z zaleceniem miejsca pomiaru – Czoło. Zakres pomiaru ciała 28-42.9 stopni Celsjusza. Zapis do 32 ostatnich pomiarów.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 47

dotyczy pakietu 31

Czy Zamawiający dopuści stetoskop internistyczny bez identyfikatora?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 48

dotyczy pakietu 32

Czy Zamawiający dopuści stetoskop pediatryczny bez identyfikatora?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 49

dotyczy pakietu 33

Czy Zamawiający dopuści stetoskop neonatalny bez identyfikatora?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 50

pakietu 34 – Czy Zamawiający dopuści stetoskop kardiologiczny bez identyfikatora?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 51

PAKIET 14, poz. 1

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o dopuszczenie fartuchów o następujących parametrach:

Fartuch chirurgiczny, sterylny z zakładanymi połami, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35g/m².

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 52

dotyczy Części nr 4 oraz zapisów SIWZ

Prosimy o dopuszczenie pokrowców na nadajniki telemetryczne nie będące wyrobami medycznymi zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 53

Część 12

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny wykonany z 5 warstw: laminat + wata celulozowa + pulpa celulozowa + wata celulozowa + włóknina polipropylenowa, posiadający wkład chłonny z pikowaniami oraz część spodnią podfoliowaną, nieprzemakalną, w rozmiarze 60x90 cm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części



ści (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 54

Część 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 2000 opakowań?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie określił sposobu konfekcjonowania w związku z tym dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Pytanie 55

Część 12

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny pokryty włókniną polipropylenową o rozmiarze 60 x 90cm, oddychający, z wkładem chłonnym wyposażonym w superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach, o chłonności 1600 ml wg EN ISO 11948-1, zapewniający trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.coli w chłonnym rdzeniu, w opakowaniu a'70 sztuk?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 56

Część 12

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny pokryty włókniną polipropylenową, podfoliowany o rozmiarze 60 x 90cm, z wkładem chłonnym wyposażonym w superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach, o chłonności 1600 ml wg EN ISO 11948-1, zapewniający trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.coli w chłonnym rdzeniu, w opakowaniu a'112 sztuk?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 57

Część 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 330 opakowań?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie określił sposobu konfekcjonowania w związku z tym dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Pytanie 58

Część 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 5000 opakowań?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie określił sposobu konfekcjonowania w związku z tym dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Pytanie 59

dotyczy Części nr 15

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne jednorazowego użytku wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m², nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające zawierające bluzę z krótkim rękawem z wycięciem „V” zakończonym obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszeniami oraz spodni z trokami w pasie, bez kieszeni, pakowane razem, jako komplet?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



Pytanie 60

dotyczy Części nr 15

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne jednorazowego użytku w rozmiarze S-XXL?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 61

dotyczy Części nr 15

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne jednorazowego użytku o następujących parametrach:

- wytrzymałość na wypychanie na sucho 77,9 kPa,
- wytrzymałość na rozciąganie na sucho 79,7 N,
- czystość pod względem cząstek stałych 1,4 IMP
- pylenie 1,5 Log 10 (liczba cząstek)?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 62

dotyczy Części nr Część 16

Czy Zamawiający dopuści serwetę do okrycia pacjenta wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 41g/m² w rozmiarze 160x210 cm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 63

dotyczy Części nr 16

Czy Zamawiający dopuści serwetę do okrycia pacjenta wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 35g/m² w rozmiarze 160x210 cm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 64

dotyczy Części nr 17

Czy Zamawiający dopuści koc do okrycia pacjenta wykonany z włókniny polipropylenowej (25 g/m²) z poliestrowym (80 g/m²) wypełnieniem w rozmiarze 110x210 cm o wadze 300g, posiadający szwy ultradźwiękowe na całej powierzchni, z możliwością podgrzania w urządzeniu podgrzewającym, w kolorze niebiesko/zielonym?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 65

dotyczy Części nr 17

Czy Zamawiający dopuści koc do okrycia pacjenta wykonany z włókniny polipropylenowej (25 g/m²) z poliestrowym (77 g/m²) wypełnieniem w rozmiarze 150x210 cm o wadze 400g, posiadający szwy ultradźwiękowe na całej powierzchni, z możliwością podgrzania w urządzeniu podgrzewającym, w kolorze niebiesko/zielonym?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 66

dotyczy Części nr 18

Czy Zamawiający dopuści koc do okrycia pacjenta wykonany z włókniny polipropylenowej (25 g/m²) z poliestrowym (80 g/m²) wypełnieniem w rozmiarze 110x210 cm o wadze 300g, posiadający szwy ultradźwiękowe na całej powierzchni, z możliwością podgrzania w urządzeniu podgrzewającym, w kolorze niebiesko/zielonym?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).



Pytanie 67

dotyczy Części nr 18

Czy Zamawiający dopuści koc do okrycia pacjenta wykonany z włókniny polipropylenowej (25 g/m²) z poliestrowym (77 g/m²) wypełnieniem w rozmiarze 150x210 cm o wadze 400g, posiadający szwy ultradźwiękowe na całej powierzchni, z możliwością podgrzania w urządzeniu podgrzewającym, w kolorze niebiesko/zielonym?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 68

dotyczy Części nr 19

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło 1x użytku wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m²?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 69

dotyczy Części nr 19

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło 1x użytku w rozmiarze 160x210 cm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 70

dotyczy Części nr 19

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło 1x użytku w rozmiarze 160x200 cm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 71

dotyczy Części nr 26

Czy Zamawiający dopuści kaczki jednorazowego użytku o wymiarach 245 x 105 x 125mm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 72

dotyczy Części nr 13

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu (folia HDPE) w kolorze białym, jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 68 cm x 108 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 73

dotyczy Części nr 14

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m²?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 74

dotyczy Części nr nr 14



Czy zamawiający dopuści rękaw zakończony elastycznym bawełnianym mankietem?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 75

dotyczy Części nr 15

Czy zamawiający dopuszcza ubrania wykonane z włókniny polipropylenowej SMS 35 g/m² z powłoką antystatyczną, nie zawierającą lateksu?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 76

dotyczy Części nr 15

Czy zamawiający dopuszcza : bluza z okrągłym wycięciem pod szyją, krótkim rękawem i przednimi kieszeniami; spodnie z paskiem do regulacji oraz z tylną kieszenią.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 77

dotyczy Części nr 19

Czy zamawiający dopuści jednowarstwową włókninę o gramaturze ok. 25 g/m²?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 78

dotyczy Części nr 19

Czy zamawiający dopuści wymiar 160 cm x 210 cm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 79

dotyczy Części nr 26

Czy zamawiający dopuści kaczkę: długość: 250 mm ; szerokość: 115 mm ; wysokość: 115 mm ; pojemność: 800ml / 900 ml ; pakowanie: 100 sztuk?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 80

dotyczy Części nr 27

Czy Zamawiający dopuści 9 szt. próbek ze względu na oryginalne pakowanie przez producenta w opakowania po 3 szt.?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie określił sposobu konfekcjonowania w związku z tym dopuszcza propozycję Wykonawcy.

Pytanie 81

dotyczy Części nr 27

Czy Zamawiający dopuści elektrody w rozmiarze 22 mm x 22 mm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



Pytanie 82

dotyczy Części nr 28

Czy Zamawiający dopuści elektrody okrągłe w średnicy 32 mm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 83

dotyczy projektowanych postanowień umowy, §6 ust.1

Prosimy Zamawiającego o naliczanie kar umownych od wartości zamówienia, nie od wartości umowy

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 84

dotyczy Pakiet 14

Czy Zamawiający dopuści gramaturę min 20 g/m²?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 85

dotyczy Pakiet 16

Czy Zamawiający może podać rozmiar serwety?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający doprecyzował opis przedmiotu zamówienia w zakresie rozmiaru.

Pytanie 86

dotyczy Pakiet 19

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 210x160 cm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 87

dotyczy Pakiet 19

Czy Zamawiający dopuści gramaturę min 35 g/m²?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 88

dotyczy Części nr 14

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów ochronnych o gramaturze 24 g/m². Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 89

Dot. Część 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści żel do USG w kolorze niebieskim?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 90

Dot. Część 14 poz. 1



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartuchów o gramaturze min. 23 g/m kw., rękaw zakończony ściągaczem dzianinowym?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 91

Dot. Część 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu prześcieradło do przykrycia pacjenta o wymiarze 101x203cm wykonanego białej wodnoigłowanej włókniny o gramaturze 60 g/m²?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 92

Dot. Część 17 i 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kocy jednorazowego użytku o wymiarach 110 x 220 cm, zewnętrzne warstwy wykonane z polipropylenu o gramaturze min. 30 g/m kw., warstwa wewnętrzna – mieszanina poliestrowo-wiskozowa o gramaturze min. 60 g/m kw. Kolor zielono-niebieski.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 93

Dot. Część 17 i 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kołder jednorazowego użytku, wymiary 220 x 128 cm, Część zewnętrzna: włóknina SMS 30 g/m², wypełnienie: Molton 230 g/m². Kolor biały.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 94

Dot. Część 26 poz.1

Czy Zamawiający dopuści kaczkę jednorazowego użytku z pulpy celulozowej, o wymiarach: długość 168 mm, szerokość 90mm, wysokość 60 mm?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 95

Dot. Część 29 poz.1

Czy Zamawiający dopuści termometr na podczerwień z zakresem pomiaru 32-42°C, pamięć 32 ostatnich pomiarów?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 96

Dot. Część 31-34

Czy zamawiający dopuści zaferowanie stetoskopów bez identyfikatora?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 97

Dot. Część 32 poz.1

Czy zamawiający dopuści zaferowanie stetoskopów pediatrycznych z jednotonową membraną bez identyfikatora, pozostałe zgodne z wymogami?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 98

Dot. Część 34 poz.1

Czy zamawiający dopuści zaferowanie stetoskopów kardilogicznych z jednotonową membraną bez



identyfikatora, pozostałe zgodne z wymogami ?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 99

Dot. wzoru umowy §6 ust. 1

Zwracamy się z prośbą o naliczanie kar umownych od wartości netto niezrealizowanej części zamówienia.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 100

Dot. wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o dodanie poniższych zapisów do treści istotnych warunków umowy:

SILA WYŻSZA

- 1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.*
- 2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp. Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię COVID-19, potwierdzoną obowiązywaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.*
- 3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązywanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.*
- 4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.*
- 5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.*
- 6. Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.*

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż obowiązują przepisy ustawy tzw. "Tarczy antykryzysowej 4.0".

Pytanie 101

Dot. wzoru umowy §6

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie w § 6 ustępu 4 o następującej treści:

- 4. Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych o których mowa w §6 umowy na okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego przez władze państwowe oraz przez okres 90 dni po ich ustaniu.*



W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż obowiązują przepisy ustawy tzw. "Tarczy antykryzysowej 4.0".

Pytanie 102

Część 12: Czy Zamawiający dopuści do zaferowania podkłady higieniczne do stosowania jako dodatkowe zabezpieczenie dla osób z inkontynencją. Pozwalają utrzymać w czystości pościel, łóżko, wózek inwalidzki, fotel, itp. Warstwę spodnią stanowi biała izolacyjna folia antypoślizgowa (z nadrukiem). We wkładzie chłonnym znajduje się rozdrobniona pulpa celulozowa, dodatkowo pokryta bibułą. Warstwę wierzchnią stanowi włóknina. Chłonność podkładu [g] nie mniej niż 2000 (wg ISO 11948-1)

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytania do projektu umowy:

Pytanie 103

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy do godziny 15:00?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 104

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna w przypadku zwłoki naliczana była od niezrealizowanej części dostawy?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 105

Dotyczy Części nr 9, pozycja nr 1:

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie mat w opakowaniu po 5 sztuk (1 sztuka maty = 30 warstw)? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 106

PYTANIE DO PAKIETU NR 12

Czy Zamawiający w pakiecie nr 12 dopuści 3-4 warstwowy, nieprzepuszczalny podkład chłonny, utrzymujący płyny nawet pod naciskiem, jednorazowy, rozmiar 100x230cm. Warstwa chłonna min. 65x180cm zmieniająca się w żel utrzymujący skórę pacjenta suchą. Chłonność 4 l/m². Bez zawartości lateksu, niedrażniący skóry. Warstwa wierzchnia PP 15g/m², warstwa pośrednia SAP, dolna warstwa biała PE/PP 50g/m². Niesterylny klasy I, zgodny z normą EN13795, elektrostatyczny, klasa palności A, zgodny z ISO 12952 UNE-EN 14533:2003. Możliwość przenoszenia do 150 kg. Pakowany po 50 sztuk?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 107

do pakietu 32 i 33:

Czy Zamawiający dopuści stetoskop bez twardych oliwek tylko miękkie i w zapasie jeden kpl. Miękkich?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 108

Czy Zamawiający dopuści stetoskop bez identyfikatora?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



Pytanie 109
pakietu 32,33,34

Czy zamawiający dopuści stetoskop bez twardych oliwek tylko miękkie i w zapasie jeden kpl. Miękkich?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 110

Czy Zamawiający dopuści stetoskop bez identyfikatora?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 111

Część 1

Czy w pozycjach 1-6 Zamawiający poprzez określenie „Kompatybilna z systemem Bair Hugger stanowiącym własność Zamawiającego” rozumie wyrób zgodny z instrukcją użytkownika producenta systemu Bair Hugger?

W odpowiedzi na pytanie: Tak.

Pytanie 112

Dot. poz. 2: Prosimy o dopuszczenie kołdry grzewczej o wymiarach 213cm x 91cm kompatybilnej z systemem Bair Hugger i zgodną z instrukcją użytkownika producenta systemu Bair Hugger.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

UWAGA!

1. Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
2. Zmiany SIWZ dokonane w wyniku odpowiedzi na zapytania oraz z własnej inicjatywy zaznaczono kolorem niebieskim.
3. Zamawiający wskazuje, iż przy składaniu oferty w formularzu ofertowym, w kolumnie „opis oferowanego przedmiotu zamówienia” należy, w przypadku braku modyfikacji formularza ofertowego, dokładnie określić oferowany parametr, a także powołać się na numer pozytywnie udzielonej odpowiedzi.

**ZMIANIE ULEGA TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
NA DZIEŃ 19 LIPCA 2021 ROKU**

Z poważaniem,

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy
Anna Płotnicka-Miałoch