

Data zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 24.09.2021 r.

Wysokie Mazowieckie, 24.09.2021 r.

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania: **Zakup implantów ortopedycznych, endoprotez i narzędzi medycznych**
Oznaczenie sprawy: **7/2021**

Zapytanie nr 1. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 25, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w pakiecie nr 25 poz. 2 na kołki z kości końskiej z kolagenem o właściwościach osteokonduktywnych i elastyczności zbliżonej do ludzkiej kości w średnicach 16 mm, 14 mm, 12 mm i długości 20 mm.?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 2. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet Nr 2 – Narzędzia ortopedyczne

Lp.1 Prosimy o dopuszczenie kleszczy do cięcia drutu utwardzonych do drutu o śr. 2,5 mm.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Zapytanie nr 3. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet Nr 2 – Narzędzia ortopedyczne

Lp.1 Prosimy o dopuszczenie kleszczy typu Halibs, pozostałe wymagane parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 4. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet Nr 2 – Narzędzia ortopedyczne

Lp.3 Prosimy o dopuszczenie młotka o wadze 980g.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Zapytanie nr 5. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet Nr 2 – Narzędzia ortopedyczne

Lp.8 Prosimy o dopuszczenie odgryzacza Friedmann-mini o dł. 120 mm.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 6. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet Nr 2 – Narzędzia ortopedyczne

Lp.9 Prosimy o dopuszczenie dłuta o dł. 250 mm.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Zapytanie nr 7. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet Nr 2 – Narzędzia ortopedyczne

Lp.10 Prosimy o dopuszczenie dłuta o dł. 240 mm.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Zapytanie nr 8. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet Nr 2 – Narzędzia ortopedyczne

Lp.14 Prosimy o dopuszczenie łyżeczki Bruns, pozostałe wymagane parametry bez zmian.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 9. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet Nr 2 – Narzędzia ortopedyczne

Lp.18 Prosimy o dopuszczenie haka o dł. 220 mm.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 10. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet Nr 2 – Narzędzia ortopedyczne

Lp.20 Prosimy o dopuszczenie kleszczy bez nazwy własnej o dł. 190 mm.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 11. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet Nr 2 – Narzędzia ortopedyczne

Lp.21 Prosimy o dopuszczenie kleszczy bez nazwy własnej, dł. bez zmian.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 12. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet Nr 2 – Narzędzia ortopedyczne

Lp.24 Prosimy o dopuszczenie elewatora o szer. 10 i 18 mm.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Zapytanie nr 13. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet Nr 2 – Narzędzia ortopedyczne

Lp.25 Prosimy o dopuszczenie haka o dł. 255 mm.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 14. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet Nr 2 – Narzędzia ortopedyczne

Lp.26 Prosimy o dopuszczenie haka o dł. 255 mm.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 15. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet Nr 2 – Narzędzia ortopedyczne

Lp.27 Prosimy o dopuszczenie haka Czerny o dł. 180 mm.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Zapytanie nr 16. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 17 – Narzędzia medyczne

Lp.5 Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania nożyczek prostych czy zagiętych.

Wyjaśnienie: Zamawiający oczekuje nożyczek prostych.

Zapytanie nr 17. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 17 – Narzędzia medyczne

Lp.13 Prosimy o dopuszczenie kleszczy o dł. 105 mm.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 18. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 17 – Narzędzia medyczne

Lp.14 Prosimy o dopuszczenie imadła Mayo-Hegar o dł. 240 mm.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 19. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 17 – Narzędzia medyczne

Lp.15 Prosimy o dopuszczenie imadła o dł. 200 mm.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Zapytanie nr 20. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 17 – Narzędzia medyczne

Lp.17 Prosimy o dopuszczenie koszy siatkowych o wym. 240x255x50 mm.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 21. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 17 – Narzędzia medyczne

Lp.18 Prosimy o dopuszczenie koszy siatkowych o wym. 410x250x70 mm.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 22. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 17 – Narzędzia medyczne

Lp.23 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 145 mm.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 23. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 17 – Narzędzia medyczne

Lp.24 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 145 mm.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 24. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 17 – Narzędzia medyczne

Lp.26 Prosimy o dopuszczenie kosza o wym. 460x80x50mm lub 460x80x52mm.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 25. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 17 – Narzędzia medyczne

Lp.27 Prosimy o dopuszczenie kosza z drutu o wym. 390x80x52 mm lub kosza siatkowego o wym. 290x80x50 mm, lub kosza aluminiowego o wym. 280x70x50 mm.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 26. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 17 – Narzędzia medyczne

Lp.32 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 240 mm.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 27. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 17 – Narzędzia medyczne

Lp.33 Z uwagi na fakt, że haki typu Farabeuff występują w długościach 120 i 150 mm i jest zawsze zestaw haków proponujemy hak Parker-Langenbeck (zestaw 2 haków) o dł. 210 mm i wym. hak #1 15x23mm i 15x28 mm oraz hak #2 15x37 mm i 15x 40 mm.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 28. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 17 – Narzędzia medyczne

Lp.34 Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 145 mm.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Zapytanie nr 29. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 17 – Narzędzia medyczne

Lp.37 Prosimy o dopuszczenie pensety o dł. 145 mm.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 30. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 17 – Narzędzia medyczne

Lp.38 Prosimy o dopuszczenie pensety o dł. 145 mm.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 31 –dotyczy Specyfikacji Warunków Zamówienia

Prosimy o zmianę kryterium oceny ofert za termin dostawy dla Pakietu Nr 2 oraz Pakietu nr 17 na następujący:

Termin dostawy – 31 dni roboczych – 40 pkt.

Termin dostawy – 32 dni roboczych – 30 pkt.

Termin dostawy – 33 dni roboczych – 20 pkt.

Termin dostawy – 34 dni roboczych – 10 pkt.

Termin dostawy – 35 dni roboczych – 5 pkt.

Prośbę naszą uzasadniamy tym, że przedmiot zamówienia stanowi wysokiej jakości sprzęt medyczny, a także z sytuacją epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID 19 oraz wejściem w życie nowej Dyrektywy Unii Europejskiej MDR 745/2017 (Medical Device Regulation). Wymogi tej nowej dyrektywy powodują znaczne obostrzenia w procesach projektowania, wytwarzania, certyfikacji i dystrybucji instrumentów medycznych co nie pozostaje bez ogromnego wpływu na terminy dostaw wyrobów medycznych w całej Unii Europejskiej.

Wyjaśnienie. Zgodnie SWZ.

Zapytanie nr 32. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet Nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr. 2 pozycji nr. 1 kleszcze do cięcia drutu o długości 22,5 cm oraz 16 cm ?

Wyjaśnienie. Zgodnie SWZ.

Zapytanie nr 33. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet Nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr. 2 pozycji nr. 3 młotek ortopedyczny o długości 26,5 cm, 900 g ?

Wyjaśnienie. Zgodnie SWZ.

Zapytanie nr 34. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet Nr 2, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr. 2 pozycji nr.13 dłuto żłobione o długości 17 cm ?

Wyjaśnienie. Zgodnie SWZ.

Zapytanie nr 35. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet Nr 2, poz. 27

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 pozycji nr. 27 hak Farabeuf o długości 15 cm, dwustronny, podwójny?

Wyjaśnienie. Zgodnie SWZ.

Zapytanie nr 36. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet Nr 17, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 17 pozycji nr. 2 nożyczki Standard o długości 16,5 cm?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Zapytanie nr 37. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet Nr 17, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 17 pozycji nr. 8 kleszczyki o nazwie własnej Crile Rankin, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Zapytanie nr 38. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet Nr 17, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 17 pozycji nr. 10 kleszczyki o nazwie własnej Rochester Pean, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Zapytanie nr 39. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet Nr 17, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 17 pozycji nr. 12 kleszczyki o nazwie własnej Rochester Ochsner, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Zapytanie nr 40. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet Nr 17, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 17 pozycji nr. 14 imadło o nazwie własnej Mayo Hegar ?

Wyjaśnienie. Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Zapytanie nr 41. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet Nr 17, poz. 15

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 17 pozycji nr. 15 imadło o długości 20 cm ?

Wyjaśnienie. Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Zapytanie nr 42. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet Nr 17, poz. 17

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 17 pozycji nr. 17 kosz o wymiarach 255x245x50 mm ?

Wyjaśnienie. Zgodnie SWZ.

Zapytanie nr 43. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet Nr 17, poz. 18

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 17 pozycji nr. 18 kosz o wymiarach 405x255x70 mm ?

Wyjaśnienie. Zgodnie SWZ.

Zapytanie nr 44. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet Nr 17, poz. 23 i 24

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 17 pozycji nr. 23 i 24 kleszczyki o długości 14 mm lub 16 mm ?

Wyjaśnienie. Zgodnie SWZ.

Zapytanie nr 45. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet Nr 17, poz. 26

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 17 pozycji nr. 26 tacę o wymiarach 460x80x55 mm ?

Wyjaśnienie. Zgodnie SWZ.

Zapytanie nr 46. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet Nr 17, poz. 27

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 17 pozycji nr. 27 tacę o wymiarach 290x80x55 mm ?

Wyjaśnienie. Zgodnie SWZ.

Zapytanie nr 47. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet Nr 17, poz. 31

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 17 pozycji nr. 31 łyżkę o wymiarach 4,2 mm, 6,7 mm, 8, mm, 15 mm, długości 32 cm ?

Wyjaśnienie. Zgodnie SWZ.

Zapytanie nr 48. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet Nr 17, poz. 33

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 17 pozycji nr. 33 hak Farabeuf o długości 15 cm, dwustronny, podwójny ?

Wyjaśnienie. Zgodnie SWZ.

Zapytanie nr 49. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet Nr 17, poz. 34

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 17 pozycji nr. 34 nożyczki chirurgiczne o długości 14,5 cm ?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Zapytanie nr 50 – dotyczy Specyfikacji Warunków Zamówienia

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający akceptuje, że Wykonawca będzie przekazywał fakturę VAT jedynie za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym? Powyższy postulat jest zgodny z art. 4 ust. 1 wspomnianej powyżej ustawy, na jego podstawie Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy.

Wyjaśnienie: Tak.

Zapytanie nr 51. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, dot. Pakietu nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na inne parametry gwoździ Rusha:

Fi 2,4 długość 40-280

Fi 3,2 długość 100-280

Fi 4,0 długość 180-420

Fi 4,8 długość 200-440

Fi 6,0 długość 200-440

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 52. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, dot. Pakietu nr 1

Czy zamawiający wyraża zgodę na inne parametry drutu Kirschnera:

0,8mm-3,0mm o długości od 150-310mm?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 53. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, dot. Pakietu nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie do osobnego pakietu wkrętów gąbczastych 3,5 i 4,5 ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 54. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, dot. Pakietu nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie do osobnego pakietu wkrętów Herberta?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 55. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy, dot. Pakietu nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na inne parametry gwoździ Steinmanna:

Fi 3,5 długość 120mm-300mm

Fi 4,0 długość 120mm-300mm

Fi 4,5 długość 120mm-300mm

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Kierownik Zamawiającego
Bożena Grotowicz