



Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448
tel. 571 334 858
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Numer sprawy 6/ZP/2021
DZP/ 85 /2021

Zgorzelec, dnia 22.03.2021r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: sukcesywne dostawy drobnego sprzętu i artykułów jednorazowych do badań i zabiegów endoskopowych

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2009r. (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.) odpowiada na następujące pytania:

ZAPYTANIE NR 1

PYTANIE 1

Pakiet nr 3, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści ustnik o wymiarach otworu głównego 21mm x 26,5mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SWZ.

Pakiet nr 3, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści ustnik w kolorze zielonym?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SWZ.

Pakiet nr 3, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści opaskę silikonową?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego.

Pakiet nr 3 pozycja 6

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 6 Pakietu nr 3 i utworzy z niej oddzielne zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 2

Pakiet nr 3

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie pętli wykonanych z drutu plecionego o średnicy 0,33 mm, średnica pętli 10, 15, 25 i 32 mm, średnica katateru 2,4 mm, długość zestawu 240 cm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SWZ.

2. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie pętli wykonanych z drutu plecionego o średnicy 0,47 mm, średnica pętli 10, 15, 25 i 35 mm, średnica katateru 2,4 mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SWZ.

3. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy 0,7 mm (22G), 0,6 mm (23G), 0,5 mm (25G), 0,8 mm (21G), długość ostrza 5 mm i 6 mm (do wyboru), średnica cewnika 2,3 – 2,4 mm, blokada ostrza dwustopniowa.

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SWZ.

4. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie szczypiec ze znacznikami szarymi lub białymi, średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,8 mm, rozwarście łyżeczek 5,0 mm, pojemność 2,5 mm³, średnica 2,3 mm, rozwarście łyżeczek 8,0 mm, pojemność 9,0 mm³, średnica 2,8 mm, rozwarście łyżeczek 9,0 mm, pojemność 12,5 mm³, szczypce o średnicy 1,8 mm bez igły.

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SWZ.

5. Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie zaworków czarnych.

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SWZ.

PYTANIE 3

Pakiet 3, poz. 1. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pętli wykonane z drutu plecionego 0,30mm lub 0,41mm (w zależności od rozmiaru), o dostępnych średnicach pętli 10mm, 15mm, 25mm i 32mm, o średnicy kateteru 2,4mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SWZ.

Pakiet 3, poz. 2. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igieł o dostępnych średnicach 0,8mm (21G) lub 0,6mm (23G), o długości ostrza 4mm lub 6mm (do wyboru Zamawiającego), o kącie ścięcia igły 23,5 stopnia, bez metalowego kołnierza? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pakiet 3, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści szczypcę w osłonce wykonanej z PE:

- o **średnicy 1,8mm** i długości roboczej 1200mm i 1600mm (do wyboru Zamawiającego), gładkie, bez igły, o rozwarciu łyżeczek 5mm, o pojemności 5,72 mm³, bez możliwości wykonywania biopsji stycznych;

- o **średnicy 2,3mm** i o rozwarciu łyżeczek 8mm, o pojemności 7,6mm³, z możliwością wykonywania biopsji stycznych;

- o **średnicy 3,0 mm** i długości roboczej 2300mm, gładkie, bez igły, o rozwarciu łyżeczek 9mm, o pojemności 10 mm³, bez możliwości wykonywania biopsji stycznych? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SWZ.

Pakiet 3, poz. 5. Czy Zamawiający ma na myśli zaworki woda-powietrze lub zaworki ssące? Uprzejmie proszę o doprecyzowanie jakiego wyrobu oczekuje Zamawiający.

Odp.: Zamawiający oczekuje zaoferowania korków kanału roboczego, tj. zaworków woda-powietrze.

Pakiet 3, poz. 5. Jeśli Zamawiający oczekuje we wskazanej pozycji korka biopsyjnego, czy dopuści wyrób w kolorze czarnym? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SWZ.

Pakiet 3, poz. 6. Czy Zamawiający dopuści ustnik o rozmiarze głównego otworu 22mm x 27mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SWZ.

Z poważaniem

Z upoważnienia Dyrektora

Radosław Jabłoński
Z-ca Kierownika Działu
Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia

Aneta Mrygoń
St. specjalista
ds. zamówień publicznych

Otrzymują:

- 1) Dedykowana Platforma Zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec
- 2) A/a

Sprawę prowadzi: Aneta Mrygoń
e-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl