



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50
https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Nr sprawy:
ZP/24/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Elbląg, dnia 08.10.2021 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku.
Nr sprawy: ZP/24/2021

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Pzp udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły pytania od Wykonawców zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy Pzp o poniższej treści:

Pytanie nr 1 – dot. Pakietu 108

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarach 100 x 220 cm, chłonność min. 4.500 ml, udźwig do 150 kg?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2 – dot. Pakietu nr 21 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 igłę naczyniową o szlifie łyżeczkowym, w rozmiarze 20G x 16mm wyposażoną w miękką poduszkę od strony kontaktu ze skórą pacjenta wykonaną z nienasiąkliwej pianki medycznej ograniczającej rozwój bakterii oraz dren wykonany z TOTM PVC nie zawierającego DEHP zakończony gwintowanym łącznikiem Luer-lock pasującym do wszystkich standardowych akcesoriów?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3 – dot. Pakietu nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 będzie wymagał, żeby zestawy do znieczulenia wyposażone były w zatrzaskowy system mocowania cewnika do skóry pacjenta z przezroczystym miejscem wkłucia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 4 – dot. Pakietu nr 24 poz. 3

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści rurki intubacyjne z mankietem Soft-Seal, zbrojone, w rozmiarach od 5,0 – 9,0 mm (co 0,5 mm); spełniające pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5 – dot. Pakietu nr 24 poz. 5

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści rurkę intubacyjną o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, wykonaną z mieszaniny silikonu i PCW; spełniającą pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6 – dot. Pakietu nr 24 poz. 6

Czy Zamawiający w pozycji 6 (w związku z tym, że rurki intubacyjne z mankietem typu Soft-Seal występują od rozmiaru 5,0 mm) dopuści rurki ze standardowym mankietem dla rozmiarów od 3,0 do 4,5 mm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7 – dot. Pakietu nr 24 poz. 17

Czy Zamawiający w pozycji 17 (z racji na zmianę dokonaną przez producenta) dopuści trzykomorowy, sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej z komorą na wydzielinę o pojemności 2100 ml, wyskalowaną co 5 ml do objętości 200 ml i co 10 ml do objętości 2000 ml; z samouszczelniającym się portem bezigłowym do pobierania próbek drenowanej treści; z mechaniczną zastawką zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym (bez filtra); z bezlateksowym drenem łączącym (dren bez metalowej sprężyny, zabezpieczony przed zagięciem poprzez specjalną konstrukcję drenu); zestaw spełniający pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8 – dot. Pakietu nr 24 poz. 22

Czy Zamawiający w pozycji 22 (w związku ze zmianą wprowadzaną przez producenta) dopuści zestaw wyposażony w strzykawkę luer lock 30 ml lub 60 ml; zestaw spełniający pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50
https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Nr sprawy:
ZP/24/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Pytanie nr 9 – dot. Pakietu nr 24 poz. 23

Czy Zamawiający w pozycji 23 (w związku ze zmianą wprowadzaną przez producenta) dopuści zestaw wyposażony w strzykawkę luer lock 30 ml lub 60 ml; zestaw spełniający pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 10 – dot. Pakietu nr 54 poz. 2

Czy Zamawiający w pozycji 2 mógłby doprecyzować, że zestaw będzie oparty na użyciu wielorazowego peana (dedykowanego do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa), który to pean nie jest elementem składowym opisanego zestawu.

Odpowiedź: Zestaw nie będzie oparty na użyciu wielorazowego peana dedykowanego do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa.

Pytanie nr 11 – dot. Pakietu nr 65

Ze względu na koszty dostawy jakie musi ponieść Wykonawca, oraz sposób pakowania czujników jednorazowych SpO2 Zamawiający zobowiązuje się do składania każdorazowo zamówień na wielokrotność 24 sztuk czujników – aby kalkulacja cenowa wpłynęła na korzystną wartość końcową oferty cenowej?

Prosimy Zamawiającego o podanie modeli aparatów, z którymi współpracować będą zaoferowane czujniki saturacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie składał zamówień na pojedyncze sztuki, ale nie może zagwarantować zamówień składanych zgodnie z życzeniem wykonawcy. Wg. zamawiającego, posiadane modele sprzętu nie mają znaczenia. Istotne są wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 12 – dot. Pakietu nr 13 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych pediatrycznych dwuświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 4Fr o długości 8cm lub 13cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 3ml, skalpel, prowadnica Nitinolowa typu 'J' oraz rozszerzacz naczyniowy. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13 – dot. Pakietu nr 13 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 15 cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 14 – dot. Pakietu nr 13 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trzyświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 20 cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 15 – dot. Pakietu nr 13 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trzyświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku.



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Nr sprawy:
ZP/24/2021

Zestaw o przekroju 7Fr o długości 15 cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie przewodnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 16 – dot. Pakietu nr 13 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych jednoświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 6,7,8Fr o długości 20 cm (do wyboru przez Zamawiającego) w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie przewodnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 17 – dot. Pakietu nr 13 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7,8Fr o długości 20 cm (do wyboru przez Zamawiającego) w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie przewodnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 18 – dot. Pakietu nr 13 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trzyświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7,8Fr o długości 20 cm (do wyboru przez Zamawiającego) w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie przewodnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 19 – dot. Pakietu nr 13 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych czteroświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 8,5Fr o długości 20 cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie przewodnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 20 – dot. Pakietu nr 27



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®

ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Nr sprawy:
ZP/24/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystostomii nadłonowej dostarczany z pojedynczym cewnikiem poliuretanowym typu 'J' o przekroju 8Fr, 10Fr, 12Fr i 14Fr (do wyboru przez Zamawiającego). Zestaw zawiera w szczególności podzielną kaniulę metalową wykonaną ze stali nierdzewnej o długości 120mm do nakłucia nadłonowego , cewnik z prostownikiem, skalpel #11, skrzydełka mocujące, zawór oraz worek na mocz.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 21 – dot. Pakietu nr 55

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystostomii nadłonowej dostarczany z pojedynczym cewnikiem poliuretanowym typu 'J' o przekroju 12Fr i 14Fr (do wyboru przez Zamawiającego. Zestaw zawiera w szczególności podzielną kaniulę metalową wykonaną ze stali nierdzewnej o długości 120mm do nakłucia nadłonowego , cewnik z prostownikiem, skalpel #11, skrzydełka mocujące, zawór oraz worek na mocz.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 22 – dot. Pakietu nr 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie biokompatybilnego i biodegradowalnego, wchłanialnego, jałowego żelu do leczenia odpływów pęcherzowo-moczowodowych, zawierającego zawiesinę z mikrocząsteczek dekstranomeru i usieciowanego kwasu hialuronowego pochodzenia nie zwierzęcego. Strzykawką 1ml z żelem + 1 igłą metalowa (dostarczana oddzielnie – inny nr katalogowy). Produkt bezpieczny dla dzieci – dopuszczony do stosowania w leczeniu OPM u dzieci.

Skład: 1 ml zawiera:

- Sól sodowa usieciowanego kwasu hialuronowego 15 mg
- Dextranomer 50 mg
- Chlorek sodu 6,9 mg
- Woda do wstrzykiwań ad 1 ml

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 23 – dot. Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr elektrostatyczny, o skuteczności przeciwbakteryjnej >99,9999% , >p/wirusowej 99,999%, przestrzeń martwa: 55 ml, opory przepływu 2,14 cm H2O przy 60 l/min (0,82 cm H2O przy 30 l/min), filtr z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżaniu 37 mg/l H2O przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, objętość oddechowa Vt 150-1500 ml, waga 35,6 g, ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno ze szczelnie wkręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, okrągły?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 24 – dot. Pakietu nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr elektrostatyczny, o skuteczności przeciwbakteryjnej >99,9999% , >p/wirusowej 99,999%, przestrzeń martwa: 55 ml, opory przepływu 2,14 cm H2O przy 60 l/min (0,82 cm H2O przy 30 l/min), filtr z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżaniu 37 mg/l H2O przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, objętość oddechowa Vt 150-1500 ml, waga 35,6 g, ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno ze szczelnie wkręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym, okrągły?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 25 – dot. Pakietu nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej >99,9999%, p/wirusowej >99,999%, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 37,5 mg/l H2O przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 53 ml, opory przepływu 0,6 cm H2O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa Vt 150-1500 ml, waga 24 g, filtr ze złączem prostym, czysty mikrobiologicznie, z portem kapno z koreczkiem stabilnie wkręcanym?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 26 – dot. Pakietu nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej >99,9999%, p/wirusowej >99,999%, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 37,5 mg/l H2O przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 53 ml, opory przepływu 0,6 cm H2O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa Vt 150-1500 ml, waga 24 g, filtr ze złączem prostym, czysty mikrobiologicznie, z portem kapno z koreczkiem stabilnie wkręcanym?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 27 – dot. Pakietu nr 1 poz. 5



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Nr sprawy:
ZP/24/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr elektrostatyczny, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999%, p/wirusowej 99,9999%, z wydzielonym, celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 33,6 mg/l H₂O przy VT=250 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 30 ml, opory przepływu 2,4 cm H₂O przy 30 l/min, objętość oddechowa Vt 70-250 ml, waga 21 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z koreczkiem zabezpieczającym luer-lock?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 28 – dot. Pakietu nr 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej >99,9999%, p/wirusowej >99,9999%, bez wymiennika ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 33 ml, opory przepływu 0,43 cm H₂O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa Vt 150-1500 ml, waga 19 g, filtr ze złączem prostym, czysty mikrobiologicznie, z portem kapno z koreczkiem stabilinie wkręcany?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 28 – dot. Pakietu nr 1 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z wkładem wykonanym z celulozy, z portem tlenowym ze stożkową końcówką, z portem do odsysania o średnicy 15 mm z zatyczką umieszczony centralnie, skuteczność nawilżania 28,8 mg/l H₂O przy Vt 500ml, przestrzeń martwa 15 ml, opór przepływu 1,8 cm H₂O przy przepływie 60 l/min, przeznaczony od objętości oddechowej Vt 50 ml (maksymalna objętość oddechowa Vt 1000 ml), waga 8,4 g, mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 29 – dot. Pakietu nr 1 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 1 pozycję nr 8 do osobnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie korzystniejszej oferty dla Szpitala.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30 – dot. Pakietu nr 4 poz. 1-2

Czy Zamawiający oczekuje obwodów oddechowych pozbawionych szkodliwych ftalanów, które uwalniają się pod wpływem ciepła ludzkiego ciała, a nadmiar tych związków zwiększa ryzyko zachorowania na alergię, astmę, nowotwory, powodują także zaburzenia w pracy wątroby czy nerek?

Odpowiedź: Oferowany asortyment musi być dopuszczony do obrotu i do używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.

Pytanie nr 31 – dot. Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny obwód oddechowy rozciągliwy z gałęzią i workiem pediatryczny, trzecia rura rozciągliwa do dł. 75 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 32 – dot. Pakietu nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny standardowy układ pacjenta, jednorazowego użytku, składający się z 2 rur o stałej długości 180 cm, z trójnikiem Y i kolankiem z portem Luer-Lock, materiał: PE (polietylen)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 33 – dot. Pakietu nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny standardowy układ pacjenta, jednorazowego użytku, składający się z 2 rozciągliwych rur o maksymalnej długości 200 cm, z trójnikiem Y i kolankiem z portem Luer-Lock, materiał: PE (polietylen)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 34 – dot. Pakietu nr 71 poz. 11-14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 71 pozycje nr 11-14 do osobnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie korzystniejszej oferty dla Szpitala.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 35 – dot. Pakietu nr 71 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny cewnik do podawania tlenu dla dorosłych, czysty mikrobiologicznie, 200 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Nr sprawy:
ZP/24/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Pytanie nr 36 – dot. Pakietu nr 71 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny cewnik do podawania tlenu dla dzieci, czysty mikrobiologicznie, 200 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 37 – dot. Pakietu nr 100 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny zestaw do nebulizacji, wykonany z PCV, czysty mikrobiologicznie, pakowany pojedynczo, możliwość pracy nebulizatora w pozycji siedzącej i leżącej, pojemność nebulizatora 8ml, w skład zestawu wchodzi: nebulizator, ustnik, łącznik T, dren połączeniowy o przekroju gwiazdkowym 2m, rurka karbowana 22mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 38 – dot. Pakietu nr 100 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje zestawu do nebulizacji pozbawionego szkodliwych ftalanów, które uwalniają się pod wpływem ciepła ludzkiego ciała, a nadmiar tych związków zwiększa ryzyko zachorowania na alergię, astmę, nowotwory, powodują także zaburzenia w pracy wątroby czy nerek, oraz wykazują negatywny wpływ na organizmy dzieci?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 39 – dot. Pakietu nr 100 poz. 2

Czy zamawiający dopuści jako równoważny zestaw do nebulizacji z ustnikiem, wykonany z PCV, czysty mikrobiologicznie, pakowany pojedynczo, możliwość pracy nebulizatora w pozycji siedzącej i leżącej, pojemność nebulizatora 8ml, w skład zestawu wchodzi: nebulizator, ustnik, łącznik T, dren połączeniowy o przekroju gwiazdkowym 2m, rurka karbowana 22mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 40 – dot. Pakietu nr 100 poz. 2

Czy Zamawiający oczekuje zestawu do nebulizacji z ustnikiem pozbawionego szkodliwych ftalanów, które uwalniają się pod wpływem ciepła ludzkiego ciała, a nadmiar tych związków zwiększa ryzyko zachorowania na alergię, astmę, nowotwory, powodują także zaburzenia w pracy wątroby czy nerek, oraz wykazują negatywny wpływ na organizmy dzieci?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 41 – dot. Pakietu nr 103 poz. 1

Czy zamawiający dopuści jako równoważną maskę tlenową dla dorosłych z workiem i drenem w jednym uniwersalnym rozmiarze dla dorosłych?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 42 – dot. Pakietu nr 103 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje maski tlenowej dla dorosłych pozbawionej szkodliwych ftalanów, które uwalniają się pod wpływem ciepła ludzkiego ciała, a nadmiar tych związków zwiększa ryzyko zachorowania na alergię, astmę, nowotwory, powodują także zaburzenia w pracy wątroby czy nerek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 43 – dot. Pakietu nr 103 poz. 2

Czy zamawiający dopuści jako równoważną maskę tlenową dla dzieci z workiem i drenem w jednym uniwersalnym rozmiarze pediatrycznym?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 44 – dot. Pakietu nr 103 poz. 2

Czy Zamawiający oczekuje maski tlenowej dla dzieci pozbawionej szkodliwych ftalanów, które uwalniają się pod wpływem ciepła ludzkiego ciała, a nadmiar tych związków zwiększa ryzyko zachorowania na alergię, astmę, nowotwory, powodują także zaburzenia w pracy wątroby czy nerek oraz wykazują negatywny wpływ na organizmy dzieci?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 45 – dot. Pakietu nr 8 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 8 poz. 1: Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego składający się z: igły Tuohy kodowanej kolorem, z dokładnie dopasowanym mandrynem, z opcjonalnie zdejmowanymi „skrzydełkami”; cewnika z trzema otworami bocznymi, wykonanym z obojętnego chemicznie tworzywa medycznego, odporny na załamania, znaczniki długości; filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2, skuteczny przez 96h, sterylny; strzykawka niskooporowa z końcówką



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Nr sprawy:
ZP/24/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

luer slip 10ml; łącznik do cewnika wykluczający przypadkowe rozłączanie; przewodnik i etykieta identyfikacyjna cewnika ZO.
Rozmiary: 17G/9cm, 18G/9cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 46 – dot. Pakietu nr 10 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 10 poz. 3 igły do znieczuleń PP Lancet 27G Standard dł 90mm-130mm, z przewodnicą 22G/38 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 47 – dot. Pakietu nr 41 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szczypczyki biopsyjne, z miseczkami owalnymi, długość 160 cm, o średnicy 1,8 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 48 – dot. Pakietu nr 19 poz. 2

Zamawiający w pakiecie 19 w pozycji 2, wyspecyfikował zgłębniki PUR. Czy Zamawiający oczekuje zgłębników z przynajmniej **trzema liniami kontrastującymi w promieniach RTG**, które ułatwiają kontrolę położenia zgłębnika? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 49 – dot. Pakietu nr 19 poz. 3

Zamawiający w pakiecie 19 w pozycji 3, wyspecyfikował PEG CH 18 Flocare (do przeszłokornej endoskopowej gastrostomii). Czy wobec powyższego Zamawiający oczekuje, aby zgłębnik zawierał zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejscowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształt, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) zapewniający pacjentowi komfort i ułatwiający pielęgnację skóry wokół przetoki oraz zacisk do regulacji przepływu, zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 50 – dot. Pakietu nr 19 poz. 5

Czy Zamawiający w pakiecie 19 w pozycji 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie zgłębnika PUR CH 12 wykonanego z **poliuretanu**, z oznaczeniem głębokości z przewodnicą? Zgłębnik jest dostępny w rozmiarach CH 6/60cm, 8/ 110cm, 10/110cm, 10/130, 12/110 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 51 – dot. Pakietu nr 19 poz. 5

Zamawiający w pakiecie 19 w pozycji 5, wyspecyfikował zgłębniki PUR CH 12. Czy Zamawiający oczekuje zgłębników z poliuretanu z przynajmniej **trzema liniami kontrastującymi w promieniach RTG**, które ułatwiają kontrolę położenia zgłębnika? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 52 – dot. Pakietu nr 19 poz. 5

Czy Zamawiający w pakiecie 19 w pozycji 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie **zgłębnik gastrostomijny (G-Tube)** z wewnętrznym balonem mocującym, do długotrwałego podawania pokarmu w rozmiarach CH 14/23, CH18/23, CH2023? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 53 – dot. Pakietu nr 54 poz. 6

Czy Zamawiający w pakiecie 19 w pozycji 6 oczekuje zgłębnika gastrostomijnego typu G-tube, z zabezpieczeniem w postaci balonu i z klipsem zabezpieczającym przed cofaniem się pokarmu do drenu. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 54 – dot. Pakietu nr 6 poz. 1

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wydzielenie do oddzielnego pakietu pozycji numer 1: „Czujnik SpO2 dla dorosłych” celem umożliwienia złożenia oferty na pozostałe pozycje w pakiecie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Nr sprawy:
ZP/24/2021

Pytanie nr 55 – dot. Pakietu nr 6 poz. 2

Upzejmie prosimy Zamawiającego o wydzielenie do oddzielnego pakietu pozycji numer 2: „Czujnik SpO2 dla dzieci” celem umożliwienia złożenia oferty na pozostałe pozycje w pakiecie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 56 – dot. Pakietu nr 6 poz. 3

Upzejmie prosimy Zamawiającego o wydzielenie do oddzielnego pakietu pozycji numer 3: „Kabel SpO2” celem umożliwienia złożenia oferty na pozostałe pozycje w pakiecie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 57 – dot. Pakietu nr 6 poz. 11

Upzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Worek oddechowy, silikonowy, wielokrotnego użytku, 2,3 L, bez lateksu. Wszystkie pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 58 – dot. Pakietu nr 6 poz. 12

Upzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Worek oddechowy, silikonowy, wielokrotnego użytku, 1,5 L, bez lateksu. Wszystkie pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 59 – dot. Pakietu nr 6 poz. 13

Upzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Worek oddechowy, silikonowy, wielokrotnego użytku, 0,5 L, bez lateksu. Wszystkie pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 60 – dot. Pakietu nr 6 poz. 17

Upzejmie informujemy, że dostarczane przez Producenta linie próbkujące są pakowane po 10 sztuk i nie ma możliwości ich podzielenia. Dlatego też prosimy o dopuszczenie realizacji dostaw w opakowaniach zbiorczych zawierających po 10 sztuk. Takie rozwiązanie pozwala realizować dostawy bezpośrednie tym samym, przekłada się to na niższe koszty dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 61 – dot. Pakietu nr 6 poz. 21

Upzejmie informujemy, że dostarczane przez Producenta czujniki przepływu są pakowane po 5 sztuk i nie ma możliwości ich podzielenia. Dlatego też prosimy o dopuszczenie realizacji dostaw w opakowaniach zbiorczych zawierających po 5 sztuk. Takie rozwiązanie pozwala realizować dostawy bezpośrednie tym samym, przekłada się to na niższe koszty dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 62 – dot. Pakietu nr 6 poz. 22

Upzejmie informujemy, że dostarczane przez Producenta czujniki przepływu są pakowane po 5 sztuk i nie ma możliwości ich podzielenia. Dlatego też prosimy o dopuszczenie realizacji dostaw w opakowaniach zbiorczych zawierających po 5 sztuk. Takie rozwiązanie pozwala realizować dostawy bezpośrednie tym samym, przekłada się to na niższe koszty dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 63 – dot. Pakietu nr 6 poz. 27

Upzejmie prosimy Zamawiającego o wydzielenie do oddzielnego pakietu pozycji numer 27: „Zestaw rur jednorazowego użytku” celem umożliwienia złożenia oferty na pozostałe pozycje w pakiecie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 64 – dot. Projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów w §6 ust. 1 umowy na: Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw bądź sprzecznej z umową odmowy dostawy w wysokości 0,2 % wartości brutto niezrealizowanego zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w wykonaniu niniejszej umowy ponad termin określony w §2 ust.1, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia częściowego.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia w tym zakresie zapisy umowy bez zmian.



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Nr sprawy:
ZP/24/2021

Pytanie nr 65 – dot. Projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów w §6 ust. 2 umowy na: Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad (po uprzedniej reklamacji przez Zamawiającego) lub dokona wymiany, o której mowa w §4 ust.2 w wysokości 0,2 % wartości brutto reklamowanego przedmiotu za każdy dzień zwłoki w wykonaniu niniejszej umowy ponad termin określony w §3 ust.1, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto reklamowanego przedmiotu.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia w tym zakresie zapisy umowy bez zmian.

Pytanie nr 66 – dot. Pakietu nr 6

Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów w pakiecie 6, wydzieli pozycje 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,16,23 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z spośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 67 – dot. Pakietu nr 6 poz. 1

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Odpowiedź: Ww. informacje nie są niezbędne wykonawcy w celu złożenia oferty.

Pytanie nr 68 – dot. Pakietu nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika o długości 90 cm ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 69 – dot. Pakietu nr 6 poz. 2

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

Odpowiedź: Ww. informacje nie są niezbędne wykonawcy w celu złożenia oferty.

Pytanie nr 70 – dot. Pakietu nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika o długości 90 cm ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 71 – dot. Pakietu nr 6 poz. 3

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla.

Odpowiedź: Ww. informacje nie są niezbędne wykonawcy w celu złożenia oferty.

Pytanie nr 72 – dot. Pakietu nr 6 poz. 4

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego drenu.

Odpowiedź: Ww. informacje nie są niezbędne wykonawcy w celu złożenia oferty.

Pytanie nr 73 – dot. Pakietu nr 6 poz. 6

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanej sondy.

Odpowiedź: Ww. informacje nie są niezbędne wykonawcy w celu złożenia oferty.

Pytanie nr 74 – dot. Pakietu nr 6 poz. 8

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu obwód ramienia 18-26 cm ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 75 – dot. Pakietu nr 6 poz. 9

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu obwód ramienia 25-35 cm ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Nr sprawy:
ZP/24/2021

Pytanie nr 76 – dot. Pakietu nr 6 poz. 10

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu obwód ramienia 33-47 cm ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 77 – dot. Pakietu nr 65 poz. 1

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika o długości 90 cm ? Reszta bez zmian

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 78 – dot. Pakietu nr 15 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w Pakiecie 15 poz. 2 produktu - Port naczyniowy tytanowy. Wykonany z tytanu klasy medycznej o wysokości 10,8 mm i o średnicy podstawy 24 mm z cewnikiem silikonowym o długości 500 mm. Średnica wewnętrzna cewnika 0,8 mm, średnica zewnętrzna 1,5 mm. Połączenie obudowy portu i cewnika nakrętką tytanową ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed zagięciem cewnika?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 79 – dot. Pakietu nr 15 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w Pakiecie 15 poz. 3 produktu - Zestaw do wszczepienia portów 8 F?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 80 – dot. zapisów SWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 81 – dot. Pakietu nr 42

Czy Zamawiający wymaga aby ustniki endoskopowe jednorazowego użytku były wolne od lateksu oraz DEHP (ftalanów), substancji zwiększających ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 82 – dot. Pakietu nr 42

Czy Zamawiający wymaga ustników jednorazowego użytku, niesterylnych, wyposażonych w regulowaną, elastyczną opaskę mocującą z włókna, nie powodującą ucisku na policzki i twarz pacjenta oraz posiadających porty boczne, o wymiarach wewnętrznych otworu 20 x 26 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 83 – dot. Pakietu nr 59 poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 59, pozycje 1-6 pojemniki do odpadów medycznych o stawce VAT 23%? Pojemniki na odpady medyczne nie podlegają rejestracji jako wyrób medyczny na podstawie ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r., ponieważ nie mieszczą się w definicji wyrobu medycznego, zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 38 teże ustawy. W związku z tym nie są zarejestrowane przez producenta jako wyrób medyczny i nie posiadają znaku CE, stawka VAT na w/w produkty wynosi 23%.

Odpowiedź: Zamawiający nie wskazuje jaką stawką podatku VAT mają być objęte oferowane wyroby.

Pytanie nr 84 – dot. Pakietu nr 75 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na wycinki histopatologiczne o pojemności 15 ml, reszta wymagań zgoda z SWZ? Opisany przedmiot zamówienia gwarantuje bezpieczeństwo i skuteczność przeprowadzanej procedury medycznej. Proponowany asortyment jest powszechnie stosowane w zakładach opieki zdrowotnej.

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający wymaga pojemników na wycinki histopatologiczne w rozmiarze 20 ml ze względu na to, że pojemniki o wielkości 15 ml nie będą spełniały funkcji jaką oczekuje Zamawiający.



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Nr sprawy:
ZP/24/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Pytanie nr 85 – dot. Pakietu nr 75 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na wycinki histopatologiczne o pojemności 30 ml, reszta wymagań zgoda z SWZ?

Opisany przedmiot zamówienia gwarantuje bezpieczeństwo i skuteczność przeprowadzanej procedury medycznej. Proponowany asortyment jest powszechnie stosowane w zakładach opieki zdrowotnej.

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający wymaga pojemników na wycinki histopatologiczne w dwóch rozmiarach. Pojemniki wymagane przez Zamawiającego w rozmiarze 30 ml zostały określone w pozycji 2.

Pytanie nr 86 – dot. Pakietu nr 75 poz. 1-7

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 75, pozycje 1-7 pojemniki na wycinki histopatologiczne o stawce VAT 23%?

Pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wskazuje jaką stawką podatku VAT mają być objęte oferowane wyroby.

Pytanie nr 87 – dot. Pakietu nr 20 poz. 1-2, 13-14

Czy Zamawiający w Pakiecie 20 poz. 1, 2, 13, 14 dopuści wycenę opakowania x 100szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 88 – dot. Pakietu nr 20 poz. 4

Czy Zamawiający w Pakiecie 20 poz. 4 dopuści wycenę strzykawki bursztynowej 50ml/60ml firmy Margomed, jak dotychczas stosowane z powodzeniem w Państwa placówce?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 89 – dot. Pakietu nr 20 poz. 6

Czy Zamawiający w Pakiecie 20 poz. 6 wymaga strzykawki z podwójną skalą pomiarową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 90 – dot. Pakietu nr 20 poz. 7

Czy Zamawiający w Pakiecie 20 poz. 7 dopuści wycenę strzykawek z mlecznym tłokiem oraz czarną, kontrastującą skalą; jak dotychczas stosowane z powodzeniem w Państwa placówce?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 91 – dot. Pakietu nr 37 poz. 1

Czy Zamawiający w Części 37 poz. 1 dopuści wycenę przyrządu w opakowaniu typu folia? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 90 – dot. Pakietu nr 57 poz. 1-2

Zwracam się z prośbą o wyłączenie z Pakietu 57 - pozycji 1 i 2 do odrębnego pakietu tak aby stanowiły całość.

(PAK 57/1 -1000 szt -Pojemnik do pobierania i transportowania wydzieliny z drzewa oskrzelowego 40 ml Pak 57/2 - 100 szt Pojemnik do pobierania i transportowania wydzieliny z drzewa oskrzelowego 100 ml) Pozwoli nam to na złożenie najatrakcyjniejszej oferty cenowej na te produkty - bezpośrednio od producenta.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 91 – dot. Pakietu nr 81

Czy w Pakiecie nr 81 Zamawiający dopuści produkt równoważny tj. pierścień do mechanicznego rozszerzania źrenicy w trakcie operacji okulistycznych wszczepiany injectorem jednorazowym. Wykonany z polipropylenu, w kształcie kwadratu, z bezpiecznymi zaokrągleniami i otworami w narożnikach, w rogach zamiast pętli kieszonki na tęczęwkę - górna i dolna, w każdym rogu po dwa



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Nr sprawy:
ZP/24/2021

otwory do mocowania pierścienia. W komplecie injektor jednorazowego użytku do wszczepiania i usuwania ringu z jednego portu operacyjnego?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 92 – dot. Pakietu nr 106

Prosimy o dopuszczenie wskaźników biologicznych szybkiego odczytu o parametrach lepszych od opisanych w SWZ - z ostatecznym wynikiem do 20 minut. Testy walidowane w zakresie temperatur 121-134°C o populacji spor 10⁶. Posiadające etykietę z numerem referencyjnym, nr lot, datą ważności oraz testem chemicznym typu 1. Wskaźnik procesu z kontrastowym odczytem, zmieniający kolor z różowego na brązowy. Aktywacja czynnika w fiolce poprzez przekręcenie nakrętki i wstrząśnięcie fiolką - nie wymaga użycia dodatkowego przyrządu.

Wraz z pierwszą dostawą wskaźników wykonawca dostarczy kompatybilny inkubator. Urządzenie pozwalające na inkubację wskaźników biologicznych oraz posiadające detektor fluorescencyjny zapewniające odczyt wyniku do 20 minut. Każde miejsce na fiolkę posiada wskaźnik LED informujący użytkownika o statusie inkubacji. Urządzenie wyposażone w ekran LCD z menu w j. polskim. Alarmy tekstowe oraz dźwiękowe. Inkubator posiada zamykane klapy zabezpieczające miejsca do umieszczenia fiolek przed zabrudzeniem oraz zalaniem

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 93 – dot. Pakietu nr 106

Czy ze względu na fakt, iż testy biologiczne nie są wyrobami medycznymi, dla których certyfikacja przez niezależny organ nie jest wymagana, nie została określona w Ustawie o Wyrobach Medycznych ani przez żadne inne przepisy prawne, Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty potwierdzenia zgodności wydanego przez niezależną jednostkę notyfikowaną i wyrazi zgodę na złożenie oferty na testy, dla których potwierdzenie zgodności z normami zostało wydane przez ich producenta?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 94 – dot. Pakietu nr 70

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 70 do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (**Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06**) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.
Szczególnie trudne stanie się wycenienie szkiełek nakrywkowych czy końcówek, jeśli Zamawiający zgodzi się na podanie cen do 3-4 miejsc po przecinku, to również zaoszczędzi środki finansowe, gdyż będzie można zaoferować niższą cenę.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 95 – dot. Projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu nr 2 wzoru umowy sformułowania, iż „**Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł. netto**”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 200 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia w tym zakresie zapisy projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 96 – dot. Projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie w paragrafie 6 ust. 1 wysokości kary umownej do wysokości 0,5% wartości **niezrealizowanej części** Zamówienia za każdy dzień zwłoki, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie nr 97 – dot. Pakietu nr 70 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga płyty do oznaczania grup krwi i serologii z rowkiem usztywniającym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 98 – dot. Pakietu nr 70 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówek typ Crisall o poj. 0,5-10ul?



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®

ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Nr sprawy:
ZP/24/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 99 – dot. Pakietu nr 70 poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie strzykawek do gazometrii o pojemności 2 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 100 – dot. Pakietu nr 70 poz. 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie probówek typu Eppendorf o poj. 2 ml z dnem soczewkowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 101 – dot. Pakietu nr 70 poz. 22

Czy Zamawiający wymaga zaferowania probówek typu Eppendorf z płaski zatrzaskowym, zintegrowanym z probówką wieczkiem, dzięki któremu możliwe jest opisywanie próbki na wierzchniej stronie korka oraz z zamknięciem typu Safe Lock. Bezpieczne zamknięcie tzw. Safe Lock uniemożliwia przypadkowemu otwarciu się próbówki np. podczas jej wirowania przy wysokich obrotach.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 102 – dot. Pakietu nr 70 poz. 36-38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie wymazówek o dł. 165 mm spełniających wszystkie pozostałe wymogi?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 103 – dot. Pakietu nr 70 poz. 44

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie probówek szklanych wykonanych ze szkła boro krzemowego, które jest lepszej jakości i odporności niż szkło sodowo-wapniowe?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 104 – dot. Pakietu nr 70 poz. 44

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie probówek szklanych o poj. użytkowej 4 ml i całk. 5 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 105 – dot. Pakietu nr 70 poz. 41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie końcówek w pudełkach po 96 sztuk (8x12)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 106 – dot. Pakietu nr 70 poz. 48

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie woreczków transportowych sterylnych o wymiarach 30x19cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 107 – dot. Pakietu nr 70 poz. 50

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wymazówki klasy I?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 108 – dot. Pakietu nr 70 poz. 49-51

Prosimy o wyłączenie z pakietu 70 pozycji 49 i 51, co umożliwi złożenie ofert szerszemu gronu Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 109 – dot. Pakietu nr 99

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu produkcji wyrobu na terenie Unii Europejskiej. Jest to jawne ograniczenie konkurencji. Zamawiający wymaga dołączenia próbek oferowanego wyrobu, dzięki czemu może potwierdzić, że produkt wyprodukowany poza UE spełnia wymagania opisane w SIWZ zarówno pod względem cech jak i jakości produktu.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla wymóg produkcji na terenie Unii Europejskiej.

Pytanie nr 110 – dot. Pakietu nr 108

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło transportowe o wymiarze 101 x 203 cm (wymiar jak dotychczas dostarczany)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Nr sprawy:
ZP/24/2021

Pytanie nr 111 dot. Pakietu nr 15 poz. 1

Czy Zamawiający chce zachowania zasady konkurencyjności i proporcjonalności i dopuści produkty w pakiecie 15,16,85,86 o niewielkich różnicach technicznych (zaznaczonych w nawiasach) lecz tej samej funkcjonalności? Pozostawienie takich opisów wyklucza całkowicie innych wykonawców?

Port naczyniowy tytanowy. Wykonany z tytanu klasy medycznej o wysokości 13,8 mm (12mm) i o średnicy podstawy 30 mm z cewnikiem poliuretanowym o długości 500 mm Średnica zewnętrzna cewnika 2,4 mm(2,2mm) średnica wewnętrzna 1,3 mm(1,05mm) Połączenie obudowy portu i cewnika nakrętką tytanową ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed zagięciem cewnika

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 112 – dot. Pakietu nr 15 poz. 2

Czy Zamawiający chce zachowania zasady konkurencyjności i proporcjonalności i dopuści produkty w pakiecie 15,16,85,86 o niewielkich różnicach technicznych (zaznaczonych w nawiasach) lecz tej samej funkcjonalności? Pozostawienie takich opisów wyklucza całkowicie innych wykonawców?

Port naczyniowy tytanowy. Wykonany z tytanu klasy medycznej o wysokości 13,8 mm(12mm) i o średnicy podstawy 30 mm z cewnikiem poliuretanowym o długości 500 mm. Średnica wewnętrzna cewnika 0,8 mm(1,1mm), średnica zewnętrzna 1,5mm (1,7mm) Połączenie obudowy portu i cewnika nakrętką tytanową ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed zagięciem cewnika

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 113 – dot. Pakietu nr 16 poz. 1

Czy Zamawiający uzna za równoważny Port wykonany z utwardzanego tworzywa wysokosprawnego (twardość jak w ceramice - nie kruszy się ! Wytrzymałe nawet do 6 Tesla) z cewnikiem o dł. 63 cm (reszta ucina się) , poliuretanowym o rozmiarze 6F lub 8F (do wyboru) , z komorą zapobiegającą powstawaniu skrzepin (bez martwych stref) , wycięcia w podstawie poru (ułatwienie dla personelu przy obsłudze portu) , 3 otwory mocujące wypełnione silikonem , Waga portu : 4,9g, Wysokość portu : 12.1mm Podstawa 26.7 mm , średnica membrany 12,7 mm – wyposażenie : mechanizm mocujący cewnik igła tępa , igła Hubera zakrzywiona 22 g, Igła prosta 22 g , igła wprowadzająca 18 G , rozrywalna koszulka , przewodnica

Lub

Czy Zamawiający dopuści port o tej samej funkcjonalności lecz niewielkich różnicach technicznych nie mających wpływu na terapię: Port dostępu żylnego niskoprofilowy z silikonową membraną uszczelniającą miejsce wprowadzenia igły, tytanowa komora, niepodłączony trwale do portu cewnik silikonowy długości 500 mm. Średnica zewnętrzna cewnika 2,2 mm, średnica wewnętrzna 1 mm (1,05mm)

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 114 – dot. Pakietu nr 60

Czy Zamawiający dopuści worki z przezroczystego materiału z lekkim zabarwieniem niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 115 – dot. Pakietu nr 21 poz. 1

Czy Zamawiający zwiększy zakres długości igieł i dopuści rozmiary: 20 Gx19, 20 lub 15 mm?

co nie ma wpływu na terapię a umożliwi składanie ofert większej ilości wykonawców co niewątpliwie przełoży się na jakość oferowanych produktów. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o uzasadnienie czym kierował się Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 116 – dot. Pakietu nr 21 poz. 2

Czy Zamawiający zwiększy zakres długości igieł i dopuści rozmiary: 22Gx25,4 mm?

co nie ma wpływu na terapię a umożliwi składanie ofert większej ilości wykonawców co niewątpliwie przełoży się na jakość oferowanych produktów. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o uzasadnienie czym kierował się Zamawiający

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 117 – dot. Pakietu nr 85 poz. 1

Prosimy o doprecyzowanie rozmiarów igieł zagiętych w pozycji 1: „Zagięta 22G,20mm , 22G,2mm, 20G,25mm, 20G,20MM, 20G,25mm”, rozmiar igły 20G,25mm powtarza się, czy rozmiar 22G,2mm to 22G,25mm?

Odpowiedź: Zamawiający popełnił omyłkę pisarską. Zamawiający wymaga rozmiaru 22G, 20mm, 22G/25mm, 20G/25mm, 20G, 20mm. Poprawiony formularz asortymentowo-cenowy w załączeniu.

Pytanie nr 118 – dot. Pakietu nr 85



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Nr sprawy:
ZP/24/2021

Czy Zamawiający dopuści ofertę równoważną na produkt o rozwiązaniach, które nie wpływają negatywnie na funkcjonalność leczniczą, przy zachowaniu parametrów użytkowych i przy zachowaniu zbliżonych kształtów, rozmiarów i materiałów, co umożliwi uzyskanie założonego w opisie przedmiotu zamówienia efektu i funkcji terapeutycznej i przeznaczenia za pomocą innych rozwiązań technicznych przy równoczesnym zapewnieniu rezultatów ekonomicznych: Proponowane materiały dla pakietu 85 są stosowane od lat w wielu klinikach i szpitalach zarówno w Polsce jak i na świecie, są wysokiej jakości, produkty pochodzą z USA i Francji, posiadają wszelkie dokumenty typu CE i FDA, spełniają najwyższe normy bezpieczeństwa. Pytanie zadane na podstawie ustawy PZP (dot. Zachowania zasady konkurencyjności i proporcjonalności) w przypadku braku zgody prosimy uzasadnić swoją decyzję.) Nie posiadają BSL (parametr wykluczający innych oferentów)

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem w SWZ.

Równoważność polega na opisanu istotnych dla wyrobu cech, parametrów i rozwiązań technicznych, a jednocześnie wskazanie tych niepożądanych. Niewystarczające jest użycie sformułowania „lub równoważny” bez wskazania parametrów, w oparciu o które ustalana będzie równoważność rozwiązań proponowanych przez wykonawców. Wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia są wiążące dla wykonawców i zamawiającego. Zaoferowany produkt nie jest równoważny.

Pytanie nr 119 – dot. Pakietu nr 86

Czy Zamawiający dopuści innowacyjny, wysokiej jakości cewnik do drenażu, składa się z radiocieniującego cewnika poliuretanowego. Dystalna końcówka cewnika ukształtowana jest jako końcówka blokująca typu pigtail. Powleczone ją powłoką hydrofilową GLYCE*. Na trzonie cewnika umieszczono znaczniki opisane w centymetrach, wskazujące odległość od końcówki dystalnej. Wielozadaniowy cewnik do drenażu zawierają radiocieniujący (RO) pasek znacznikowy wspomagający wprowadzanie cewnika. Rozmiary 6F, 8F,10F,12F,14F, długości 15,25,35cm do wyboru przez Zamawiającego Wszystkie zestawy zawierają cewnik, metalową kaniulę usztywniającą oraz plastikową kaniulę usztywniającą. Zestawy wielozadaniowego cewnika do drenażu dodatkowo zawierają trokar. W zestawie brak worka i kranika. Może zostać w organizmie przez dłuższy czas (do 90 dni) przeznaczone są do przezskórnego drenażu płynu lub powietrza z klatki piersiowej, brzucha i miednicy, np. ropni, cyst, odmy opłucnowej, dróg żółciowych, nefrostomii, dróg moczowych, ropni opłucnej, ropni płuc i płynu gromadzącego się w śródpiersiu. W przypadku wyrażenia zgody prosimy o informacje czy zestaw będzie wprowadzany poprzez nakłucie (potrzebny) dodatkowy zestaw nakłuwający czy przy użyciu trokaru, który jest w zestawie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 120 – dot. Pakietu nr 80 poz. 12

Czy Zamawiający w Pakiecie 80 poz. 12 dopuści gaz okulistyczny- sześćfluorek siarki w pojemniku o pojemności 15ml?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 121 – dot. Pakietu nr 80 poz. 13

Czy Zamawiający w Pakiecie 80 poz. 13 wymaga, aby zaoferowane zestawy do witrektomii były kompatybilne z aparatem DORC Eva?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 122 – dot. Pakietu nr 80 poz. 13

Czy Zamawiający w Pakiecie 80 poz. 13 dopuści zestaw złożony z 2 zestawów o składzie:

Zestaw 1: - witrektom 8000 cięć/ min

- światłowod panoramiczny ścięty
- kasetka jednorazowa z workiem odciekowym 0,5L
- zestaw drenów irygacyjno - aspiracyjnych
- dren do wymiany płyn / powietrze
- zestaw 3 trokarów z zastawkami oraz kaniulą infuzyjną
- trójnik
- dren VGPC do wymuszonej infuzji
- konektor męsko/męski
- konektor żeński/żeński
- osłona sterylna na stolik MAYO
- osłona sterylna na pilota
- osłona sterylna na ekran

Zestaw 2:

- obłożenie na stolik - 1 szt.
- obłożenie na pacjenta z workiem odciekowym - 1 szt.



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50
https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Nr sprawy:
ZP/24/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

sączek/knot - 1 szt.
fartuch sterylny rozmiar XL z rękawami - 2 szt.
strzykawka 5 ml - 3 częściowa - 2 szt.
strzykawka 3 ml - 3 częściowa - 1 szt.
strzykawka 20 ml - 3 częściowa - 1 szt.
kubeczki - 2 szt.
pojemnik - 1 szt.
opatrunek na oko - 1 szt.
kompres z włókniyny - 5 szt.
strzałki spongostanowe - 10 szt.
pojemnik plastikowy - 1 szt.
obłożenie na stolik Mayo - 1 szt.
osłonka na oko - 1 szt.
podłokietniki - 2 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 123 – dot. Pakietu nr 56 poz. 2

Czy w związku ze zmianami w Dyrektywie 93/42/EEC, które „zwiększają bezpieczeństwo kliniczne i tworzą sprawiedliwy dostęp do rynku dla producentów” (Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych „Zestawienie informacji dla producentów wyrobów medycznych”), wprowadzającymi wymóg weryfikacji produktów m.in. pod kątem jakościowym (producent ma obowiązek prowadzić ocenę kliniczną produktu, sporządzać dokumentację techniczną oraz stosować ocenę zgodności), Zamawiający chcąc prowadzić badania cytologiczne zgodnie z wyznaczonymi standardami wymaga posiadania wykazu badań klinicznych dla zaofiarowanych szczoteczek cytologicznych potwierdzających ich skuteczność w badaniach masowych? Zaletenia w tej sprawie wydane zostały również przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, a standardy opisane w Medical Device Regulation MDR 2017/745.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 124 – dot. Pakietu nr 56 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z **Zadania Nr 56 poz. 2?** Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 125 – dot. Pakietu nr 106

Czy Zamawiający dopuści testy biologiczne, o odczycie 20min. bez wewnętrznego systemu kruszenia, kompatybilne z innym niż posiadany przez Zamawiającego autoczynnikiem w przypadku bezpłatnego użyczenia autoczynnika z wbudowaną kruszarką na czas trwania umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 126 – dot. Pakietu nr 107

Czy Zamawiający dopuści autoczynniki do inkubacji wskaźników biologicznych do tlenu etylenu o ostatecznym odczycie po 4 godzinach, zgodny z opisem poniżej: „Autoczynniki posiada 12 okrągłych studzienek. Wynik inkubacji widoczny poprzez zapalenie się lampki zielonej lub czerwonej oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego odczytu. Odczyt automatyczny na podstawie fluorescencji. Autoczynniki posiada wbudowaną drukarkę, rejestrującą oraz drukującą wszystkie wyniki, co eliminuje konieczność podłączania oddzielnych urządzeń. Autoczynniki posiada wbudowaną kruszarkę”

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 127 – dot. Pakietu nr 107

Czy Zamawiający dopuścić testy bez wewnętrznego systemu kruszenia, w przypadku gdy oferowany autoczynniki zawiera wbudowaną kruszarkę.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 128 – dot. Pakietu nr 30 poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy elektrody w ww. pozycji posiadają podłużny otwór bez przecięcia boków elektrody umożliwiający przełożenie przewodu pomiędzy elektrodą a aparatem?

Odpowiedź: Elektrody posiadają podłużny otwór bez przecięcia boków.



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50
https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Nr sprawy:
ZP/24/2021

Pytanie nr 129 – dot. Pakietu nr 1-3, 5, Pakietu nr 31 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie możliwości wyceny elektrod w op. – 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 130 – dot. Pakietu nr 30 poz. 1-3, 5, Pakietu nr 31 poz. 1

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na wyceną op. – 50 szt., prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto za szt. z zaokrągleniem do 4 miejsc po przecinku.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 131 – dot. Pakietu nr 30 poz. 17

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 150 x 100 mm x 150 kartek, pozostałe parametry będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 132 – dot. Pakietu nr 30 poz. 23

Prosimy o dopuszczenie pasa gumowego o rozmiarze 10 x 150 cm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 133 – dot. Pakietu nr 30 poz. 24

Prosimy o dopuszczenie elektrod EKG pod pas o rozmiarze 32 x 22 mm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 134 – dot. Projektu umowy

Projekt umowy – 7 ust. 2 pkt. 3)

Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 24 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 3 miesiące.

Odpowiedź: Na zawarcie aneksu wymagana będzie zgoda dwóch stron.

Pytanie nr 135 – dot. Projektu umowy

Projekt umowy – 3 ust. 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru po uznaniu reklamacji z 4 na 7 dni roboczych. Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 4 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 136 – dot. Pakietu nr 88

Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie wyceny za opakowanie handlowe składające się z 6 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań i ich wielokrotności.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 137 – dot. Pakietu nr 91 poz. 3

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie pompki 30 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 138 – dot. Pakietu nr 46 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy nie zaistniała omyłka pisarska w odniesieniu do pojemności worka do drenażu? Według naszej wiedzy worek kompatybilny zestawami z poz. 1 i 2 posiada pojemność 1000 ml

Odpowiedź: Zamawiający popełnił omyłkę pisarską. Zamawiający wymaga worka o pojemności 1000 ml. Poprawiony formularz asortymentowo-cenowy w załączeniu.

Pytanie nr 139 – dot. Pakietu nr 60

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania worków na wymiociny o pojemności 2000 ml.



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50
https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Nr sprawy:
ZP/24/2021

Pozostałe wymagania zgodnie ze SWZ

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 140 – dot. Pakietu nr 67 poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie 67 dopuści: worek ileostomijny, jednoczęściowy, przezroczysty, płytka hydrokoloidowa, elastyczna, docięcie 10-55 mm, zapinka wbudowana w ujście worka, zamykany na rzep

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 141 – dot. Pakietu nr 67 poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie 67 dopuści: worek ileostomijny, jednoczęściowy, przezroczysty, płytka hydrokoloidowa chroniąca przed działaniem wilgoci, docięcie 10-76 mm, zapinka wbudowana w ujście worka, zamykany na rzep

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 142 – dot. Pakietu nr 67 poz. 2

Czy Zamawiający w pakiecie 67 dopuści: worek urostomijny dla dzieci, hydrokoloidowa płytka, elastyczna ze strefami dopasowania, ujście zamykane na kurek, docięcie płytki 10-35 mm, pojemność 200 ml

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 143 – dot. Pakietu nr 67 poz. 2

Czy Zamawiający w pakiecie 67 dopuści: worek stomijny otwarty dla dzieci, hydrokoloidowa płytka, elastyczna ze strefami dopasowania, ujście zamykane na rzep, docięcie płytki 0-35 mm, pojemność 180 ml

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 144 – dot. Pakietu nr 67 poz. 3

Czy Zamawiający w pakiecie 67 dopuści: worek urostomijny dla dzieci, hydrokoloidowa płytka, elastyczna ze strefami dopasowania, ujście zamykane na kurek, docięcie płytki 10-35 mm, pojemność 200 ml

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 145 – dot. Pakietu nr 67 poz. 3

Czy Zamawiający w pakiecie 67 dopuści: worek urostomijny pediatryczny, płytka chroniąca przed działaniem wilgoci, ujście zamykane na kurek, docięcie płytki 10-35 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 146 – dot. Pakietu nr 67 poz. 4

Czy Zamawiający w pakiecie 67 dopuści: chusteczki do zmywania skóry wokół stomii, pomagające oczyścić skórę wokół stomii, opakowanie = 30 szt.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 147 – dot. Pakietu nr 67 poz. 5

Czy Zamawiający w pakiecie 67 dopuści: chusteczki ze środkiem ochronnym, tworzącym warstwę ochronną na skórze, ułatwiające aplikację kolejnego przylepca, opakowanie = 30 szt.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 148 – dot. Pakietu nr 67 poz. 6

Czy Zamawiający w pakiecie 67 dopuści: pasta stomijna zgodna z opisem, pojemność 60 g.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 149 – dot. Pakietu nr 67 poz. 7

Czy Zamawiający w pakiecie 67 dopuści: pasta stomijna zabezpieczająca skórę i posiadająca właściwości gojące, delikatna dla skóry, bez alkoholu, pojemność 60 g.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 150 – dot. Pakietu nr 68 poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie 68 dopuści: mostek stomijny długość całkowita 9,7 mm

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50
https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Nr sprawy:
ZP/24/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Pytanie nr 151 – dot. Pakietu nr 68 poz. 2

Czy Zamawiający w pakiecie 68 dopuści: mostek stomijny długość całkowita 9,7 mm

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 152 – dot. zamówień

Czy Zamawiający dopuści składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki stomijne pakowane po 30 szt, pediatryczne po 30 szt, dziecięce po 10 szt, chusteczki po 30 szt, pasta stomijna z poz 7 pakowana po 12 szt w opakowaniu handlowym)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

Wraz z towarem wysyłamy dokument WZ, natomiast fakturę w wersji papierowej dostarczamy w ciągu 2 dni – co zbiega się z czasem dostawy towaru. Jesteśmy w stanie zamiennie dostarczyć fakturę w formacie pdf na podany adres mailowy – w takim wypadku prosimy o podanie adresu email.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych oraz wyraża zgodę na wysyłanie faktury na adres email: m.jankowska@szpitalmiejski.elblag.pl.

Pytanie nr 153 – dot. Pakietu nr 62

Czy Zamawiający dopuści jedno uniwersalne ostrze, ruchome w płaszczyźnie 360 stopni, (pasujące również do posiadanych strzygarek 3M, model 9661) do każdego rodzaju owłosienia, tj, włosy normalne, grube, cienkie, do okolic intymnych, posklejane itp., bezpieczne, z najmniejszą ilością zacięć potwierdzoną badaniami klinicznymi, pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 154 – dot. Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny obwód oddechowy trzecia rura długości 90cm, pozostałe parametry zgodnie z swz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 155 – dot. Pakietu nr 20 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 3 ml?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 156 – dot. Pakietu nr 20 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z pojedynczą skalą pomiarową?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 157 – dot. Pakietu nr 20 poz. 7d

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę w opakowaniu a'50 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 158 – dot. Pakietu nr 20 poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Część 20, pozycja 12 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenia ofert większej liczbie wykonawców a Państwo pozyskanie rzeczywiście korzystania ofert?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 159 – dot. Pakietu nr 20 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'250 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 160 – dot. Pakietu nr 20 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 161 – dot. Pakietu nr 30 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o rozmiarach 55x41 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 162 – dot. Pakietu nr 59 poz. 1-6



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®

ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Nr sprawy:
ZP/24/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Czy Zamawiający dopuści pojemniki ze stawką podatku VAT 23%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wskazuje jaką stawką podatku VAT mają być objęte oferowane wyroby.

Pytanie nr 163 – dot. Pakietu nr 60 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści Worek wykonany z wytrzymałej, przezroczystej folii w kolorze niebieskim, umożliwiającej obserwację wydzieliny Pojemność całkowita worka: 2000 ml Dokładna skala pomiarowa (od 10 ml do 90 ml co 10 ml i od 100 do 2000 ml co 100 ml) umieszczona na worku, pozwala na dokładne oszacowanie objętości płynu Szeroki wlot worka zabezpieczony plastikowym Kołnierzem Obręcz kołnierza w kształcie koła zapewnia pewny chwyt, ułatwia manewrowanie workiem zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia treścią/ Kołnierz wyposażony w specjalne nacięcia umożliwiające zamknięcie worka i higieniczną utylizację treści wymiotnej - „skręć i zaczepek”. Nazwa wyrobu, nazwa producenta oraz obrazkowa instrukcja użycia nadrukowane bezpośrednio na worku?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 164 – dot. Pakietu nr 96 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 165 – dot. Pakietu nr 96 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przezroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 166 – dot. Pakietu nr 100 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści zestaw z nebulizatorem o pojemności 20 ml, dren o dł. 210 cm z możliwością pracy nebulizatora w pozycji tylko siedzącej?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 167 – dot. Pakietu nr 102

Zwracamy się z prośbą o określenie ile sztuk rękawiczek diagnostycznych nityli bezpurdrowych ma znajdować się w zestawie.

Odpowiedź: W zestawie mają znajdować się 2 sztuki (para).

Pytanie nr 168 – dot. Pakietu nr 102

Czy zamawiający dopuści serwetę 50 x 60 cm z otworem?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 169 – dot. Pakietu nr 108

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm $\pm 2,5$ cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g , warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m². Waga całkowita podkładu 280 g $\pm 5g$, chłonność 3820,18 ml?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 170 – dot. Pakietu nr 108

Czy Zamawiający dopuści podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm(wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg. Chłonność min. 1,5 litra. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA,E.Coli, redukuje zapach?



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50
https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Nr sprawy:
ZP/24/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 171 – dot. Pakietu nr 70 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pipetki o dł 150-155 mm z podziałką? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 172- dot. Pakietu nr 70 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści probówki o pojemności 5 ml? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 173 – dot. Pakietu nr 70 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści końcówki o pojemności 0,5-10 ul?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 174 – dot. Pakietu nr 70 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści probówki o pojemności 10 ml? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie nr 175 – dot. Pakietu nr 70 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści probówki o pojemności 5 ml? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 176 – dot. Pakietu nr 70 poz. 29

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o poj. 25 ml? Pozostałe parametry bez zmian,

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 177 – dot. Pakietu nr 70 poz. 39

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności użytkowej 120 ml i całkowitą 125 ml o wymiarach 60 s75?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 178 – dot. Pakietu nr 70 poz. 41

Czy Zamawiający dopuści końcówki pakowane w pudełka po 96 szt?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 179 – dot. Pakietu nr 70 poz. 44

Czy Zamawiający dopuści probówki o pojemności 5 ml? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 180 – dot. Pakietu nr 70 poz. 50

Czy Zamawiający dopuści wymazówki klasy I? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 181 – dot. Pakietu nr 70 poz. 51

Czy Zamawiający dopuści podłoże VTM dla wirusów spełniające wymagania WHO i Ministerstwa Zdrowia? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 182 – dot. Pakietu nr 33 poz. 2

Czy zamawiający dopuści Uchwyt elektrod jednorazowego użytku, z dwoma przyciskami, długość 165mm, do elektrod z trzonkiem Ø2,4mm, z kablem o dł. 5m, wtyczka 3-bolcowa, uchwyt w komplecie z elektrodą nożową?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 183 – dot. Pakietu nr 33 poz. 6

Czy zamawiający dopuści Przewód wielorazowego użytku, kompaktobilny z pensetą bipolarną o długości 4,5 m wtyk do aparatu typu EMED Es 350?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Nr sprawy:
ZP/24/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Pytanie nr 184 – dot. Pakietu nr 33 poz. 9

Czy zamawiający dopuści Szczypce bipolarne, proste, długość 195mm, końcówka 8mmx1mm, ze stali nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 185 – dot. Pakietu nr 34 poz. 8

Czy zamawiający dopuści Uchwyt elektrod jednorazowego użytku, z dwoma przyciskami, długość 165mm, do elektrod z trzonkiem Ø2,4mm, z kablem o dł. 5m, wtyczka 3-bolcowa, uchwyt w komplecie z elektrodą nożową?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 186 – dot. Pakietu nr 10 poz. 1-2, 4

Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania antybakteryjny system do odsysania konkurencyjnego producenta o następujących cechach: Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny: gładki, kątowy(dla uniknięcia załamywania się drenu), rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy, możliwość odsysania standardowego oraz ortopedycznego. Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Wkłady okrągłe, wykonane z polietylenu, wkłady częściowo sprasowane, dla zmniejszenia ich objętości, ze środkiem żelującym. Wkłady oraz kanistry występują o pojemności 1000 ml, 2000 ml. Kanistry kompatybilne z oferowanymi wkładami, ze skalą pomiarową(certyfikowane jako produkt medyczny, spełniający wszystkie wymagania określone w odpowiednich regulacjach prawnych), z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego. Kanistry z przezroczystego tworzywa, z możliwością sterylizacji w temp.121st.C, wyposażone są w zaczep do mocowania, zawór zamykający ssanie montowany na drenie od próżni. Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196). Deklarujemy bezpłatną wymianę wyposażenia obecnie używanego na oddziałach (pojemniki, mocowniki), w przypadku wybrania naszej oferty. W przypadku niedopuszczenia naszego systemu, prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 187 – dot. Pakietu nr 40 poz. 1-2, 4

Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma wówczas pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod względem przydatności(data ważności) i identyfikacji(numer serii) nad asortymentem, po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na oddziały. Fabrycznie nadrukowana data ważności, warunkuje także, kontrolę nad skutecznością i przydatnością filtrów we wkładzie.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 188 – dot. Pakietu nr 1 poz. 1-2, 4

Czy dla lepszej ochrony personelu i pacjentów(zwłaszcza w dobie przedłużającej się pandemii) Zamawiający wymaga wkładów i kompatybilnych kanistrów o właściwościach antybakteryjnych co jest poświadczane badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 189 – dot. Pakietu nr 69

Czy Zamawiający wymaga, aby wężyki były zatwierdzone przez producenta wstrzykiwacza automatycznego będącego własnością Zamawiającego? Zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia: „Stosowanie kombinacji lub systemów wężyków, które nie są dopuszczone przez firmę ulrich medical, zagraża bezpieczeństwu pacjenta i/lub użytkownika oraz niegłagannemu działaniu wstrzykiwacza. (...) Imitacje i inne fabrykaty nie są zaprojektowane dla wstrzykiwacza ani nie są sprawdzone do stosowania ze wstrzykiwaczem”.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 190 – dot. Pakietu nr 69 poz. 2

Prosimy o potwierdzenie, czy nie doszło do omyłki pisarskiej w wielkości objętości 15,5 ml wężyka pacjenta? Zgodnie z instrukcją obsługi wężyka pacjenta objętość wynosi 12,5 ml dla wężyka o długości 250cm.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wężyka w objętości 12,5 ml. Poprawiony formularz asortymentowo – cenowy w załączeniu.



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50
https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Nr sprawy:
ZP/24/2021

Pytanie nr 191 – dot. Pakietu nr 69 poz. 2

Jeżeli na powyższe pytanie Zamawiający odpowie negatywnie uprzejmie prosimy o dopuszczenie wężyka pacjenta o następujących parametrach: długość 250cm, dwa zawory zwrotne, złącze luer lock. Bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP). Informacja o braku ftalanów potwierdzona w instrukcji obsługi dołączonej do każdego opakowania zbiorczego. Objętość wężyka: 12,5ml. Szczelność ciśnieniowa maksymalna 20bar.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 192 – dot. Pakietu nr 69

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby zaferowane materiały eksploatacyjne nie spowodowały usterek w jego działaniu i nie będą powodem jego uszkodzenia oraz że są zgodne z instrukcją używania wstrzykiwacza.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 193 – dot. Pakietu nr 69

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby zaferowane materiały zużywalne były w pełni kompatybilne z urządzeniem CT Motion.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 194 – dot. Projektu umowy

§ 6 ust. 1 i 2

Prosimy o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez Wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia w tym zakresie zapisy umowy bez zmian.

Pytanie nr 195 – dot. Projektu umowy

§ 6 ust. 3

Czy Zamawiający potwierdza, że miał na myśli 4 dni robocze? Jeśli tak to prosimy o dopisanie słowa robocze.

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli 4 dni.

Pytanie nr 196 – dot. zapisów SWZ

W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań.

Odpowiedź: Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej.

Pytanie nr 197 – dot. zapisów SWZ

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości przesłania umowy drogą korespondencyjną.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania umowy pocztą tradycyjną.

Pytanie nr 198 – ot. Pakietu nr 20 poz. 11

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 11 z pakietu 20 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 199 – dot. Pakietu nr 73 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania okularów ochronnych o parametrach zgodnych z SWZ, które nie są wyrobem medycznym, a zakwalifikowane zostały jako sprzęt ochrony indywidualnej, z zastosowaniem stawki podatku VAT 23%.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 200 – dot. Pakietu nr 102 poz. 1



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu[®]
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50
https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Nr sprawy:
ZP/24/2021

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania Zestawu do cewnikowania spełniającego wymagania SWZ, jednakże w którym w zamian za serwetę z otworem w rozmiarze 60 cm x 60 cm, jest serweta z w rozmiarze 90 cm x 75 cm z otworem o średnicy 10 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 201 – dot. Pakietu nr 66, 89, 111

Czy ze względu na wysokospecjalistyczny charakter przedmiotu zamówienia oraz fakt że towar znajduje się na magazynie zewnętrznym poza granicami kraju Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla pakietu 66, 89, oraz 111 do 14 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 202 – dot. Pakietu nr 4 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego, dwururowego, karbowanego do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, posiadający kolanko z portem kapno, z dodatkową rurą rozciągliwą od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 203 – dot. Pakietu nr 4 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga układu oddechowego nie zawierającego ftalanów, czas użycia do 7 dni, zawierający opakowanie foliowe ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 204 – dot. Pakietu nr 4 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego , pediatrycznego rozciągliwego karbowanego, do aparatu do znieczulania, o średnicy 15mm, rury rozciągliwe w zakresie od 0,6 m do dł. 1,8 m, wykonane z polipropylenu, kolanko z portem kapno, rura worka o długości 1m wykonana z polietylenu, bezlateksowy worek 0,5L, rura z workiem połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 205 – dot. Pakietu nr 4 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga czas użycia układu oddechowego do 7 dni , zawierający opakowanie foliowe , bez ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 206 – dot. Pakietu nr 5 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga układu oddechowego nie zawierającego ftalanów, czas użycia do 7 dni, zawierający opakowanie foliowe ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 207 – dot. Pakietu nr 7 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w poz. 1 nie doszło do oczywistej omyłki pisarskiej, gdyż Zamawiający oczekuje igły 23 G 60 x 80 mm, gdzie 23 G odpowiada 0,6 mm oraz 21G 80 x 120 mm, gdzie 21G odpowiada 0,8 mm, czy w związku z tym powinno być 23G 0,6 x 80mm oraz 21G 0,8 x 120 mm?

Odpowiedź: Doszło do omyłki pisarskiej. Powinno być 23G 0,6 x 80mm oraz 21G 0,8 x 120 mm. Poprawiony formularz asortymentowo-cenowy w załączeniu.

Pytanie nr 208 – dot. Pakietu nr 7 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 1 igły 23 G dł 90 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 209 – dot. Pakietu nr 7 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 3 łącznika schodkowego 6-15-6 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 210 – dot. Pakietu nr 7 poz. 4



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50
https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Nr sprawy:
ZP/24/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje, aby kaniula dotętnicza z poz. 4 była dostarczana w zestawie z opatrunkiem mocująco-stabilizującym, umożliwiającym obserwację miejsca wkłucia przez poliuretanowe okienko w piankowej ramce typu omega?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 211 – dot. Pakietu nr 23 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika bezigłowego kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min, możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć) . Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przezroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa 0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Neutralne ciśnienie bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 212 – dot. Pakietu nr 23 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga aby do oferty dołączyć badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 213 – dot. Pakietu nr 23 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika odcinającego do terapii dożylnych, trójdrożnego, z drenem 10 cm bez DEHP , bez portu, wykonany z poliwęglanu-tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie lipidów i leków do chemioterapii. Trójramienne (ramiona tej samej długości) pokrętło umożliwiające swobodną i precyzyjną obsługę kraników i podwójny: optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 214 – dot. Pakietu nr 23 poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika odcinającego do terapii dożylnych, trójdrożnego, z drenem 25 cm bez DEHP , bez portu, wykonany z poliwęglanu-tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie lipidów i leków do chemioterapii. Trójramienne (ramiona tej samej długości) pokrętło umożliwiające swobodną i precyzyjną obsługę kraników i podwójny: optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 215 – dot. Pakietu nr 23 poz. 8, 9, 10

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby kranik trójdrożny wyposażony był w przedłużacz o średnicy 4,1 x 2,9 mm, co umożliwi osiągnięcie wyższych przepływów podczas terapii płynowo-lekowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 216 – dot. Pakietu nr 23 poz. 7, 8, 9, 10

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy kraniki odcinające do terapii dożylnych, trójdrożne mają być wykonane z poliwęglanu-tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie lipidów i leków do chemioterapii?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 217 – dot. Pakietu nr 23 poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy trójkranikowej, wykonanej z polisulfonu, z przedłużaczem 25 cm, bez DEHP, z niezależnie obracającą się nakrętką umożliwiającą połączenie z innym złączem bez konieczności skręcania/obrania łączonych elementów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 218 – dot. Pakietu nr 23 poz. 11



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50
https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Nr sprawy:
ZP/24/2021

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy trójkranikowej, wykonanej z polisulfonu, z przedłużaczem 150 cm, z dodatkowym kranikiem w części dystalnej drenu do dostrzyknięcia premedykatu , bez DEHP, z niezależnie obracającą się nakrętką umożliwiającą połączenie z innym złączem bez konieczności skręcania/obrania łączonych elementów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 219 – dot. Pakietu nr 23 poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy pięciokranikowej, wykonanej z polisulfonu, z przedłużaczem 25 cm , z niezależnie obracającą się nakrętką umożliwiającą połączenie z innym złączem bez konieczności skręcania/obrania łączonych elementów. .jak dotychczas stosowane

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 220 – dot. Pakietu nr 23 poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy pięciokranikowej, wykonanej z polisulfonu, z przedłużaczem 180 cm dodatkowym kranikiem w części dystalnej drenu do dostrzyknięcia premedykatu bez DEHP, z niezależnie obracającą się nakrętką umożliwiającą połączenie z innym złączem bez konieczności skręcania/obrania łączonych elementów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 221 – dot. Pakietu nr 23 poz. 11-12

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy rampy mają być wykonane z polisulfonu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 222 – dot. Pakietu nr 27

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 27 zestawów do cystostomii jak obecnie używane przez Zamawiającego w składzie cewnik poliuretanowy J z 8 otworami drenażowymi w pętli, dł. min 43 cm w średnicach 8,11 i 14 CH, z rozrywalnymi trokarami odpowiednio w średnicach wew/zew: 9/11,12/14 i 15/17 CH, worek do kolekcji moczu poj. 2 L, tulejka silikonowa do mocowania cewnika i zacisk.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 223 – dot. Pakietu nr 60

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie torby na wymiociny z niebieskiego, częściowo przeziernego polietylenu 50µm o poj. całkowitej 2000 ml z polipropylenowym pierścieniem uszczelniającym, reszta zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 224 – dot. Pakietu nr 62 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy oczekuje ostrza uniwersalnego jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej z nieruchomą głowicą. Ostrze mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, szerokość ostrza tnącego 31,3mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu ; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 225 – dot. Pakietu nr 62 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy oczekuje ostrza jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej z nieruchomą głowicą, mikrobiologicznie czystego jednokrotnego użytku, do włosów grubych (głowa lub inne obszary o grubym owłosieniu), szerokość ostrza tnącego 36,2mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu i ftalanów, łatwe zakładanie i zdejmowanie ostrza, pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 226 – dot. Pakietu nr 98

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy kaniule mają być wyposażone w samodomykający się koreczek portu górnego, co ułatwia obsługę kaniuli i nie powoduje dodatkowego ucisku naczyń

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 227 – dot. Pakietu nr 98

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy kaniule mają mieć cewnik z biokompatybilnego PTFE, widocznego w RTG

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Nr sprawy:
ZP/24/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Pytanie nr 228 – dot. Pakietu nr 100 poz. 1, 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nebulizatora niskoobjętościowego do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 μm (+/- 0,07 μm), frakcja respirabilna (cząsteczki 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 μm (+/- 0,07 μm), frakcja respirabilna

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 229 – dot. Pakietu nr 100 poz. 1, 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy parametry mają być potwierdzone w badaniach producenta?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 230 – dot. Pakietu nr 100 poz. 1, 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy tempo nebulizacji , szybkość opróżniania zbiornika przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: ma wynosić 7,36 min. (+/- 0,26 min.)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 231 – dot. Pakietu nr 100 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w zestawie z nebulizatorem: maska aerozolowa dla dorosłych, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 m i złączu standardowym ma być kodowana kolorystycznie barwą dyfuzora ze sztywnym złączem drenu dedykowane do nebulizatora?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 232 – dot. Pakietu nr 100 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w zestawie z nebulizatorem: ustnik, łącznik T, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 m i złączu standardowym, sztywne złącze drenu dedykowane do nebulizatora kodowane kolorystycznie barwą dyfuzora , rura karbowana 15 cm

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 233 – dot. Pakietu nr 103 poz. 1, 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy maski tlenowe z workiem i drenem jednorazowego użytku mają być czyste mikrobiologicznie bez zawartości lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu,?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 234 – dot. Pakietu nr 103 poz. 1, 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy na opakowaniu jednostkowym: maska tlenowa z workiem i drenem ma posiadać nazwę, grafikę produktu z opisem, nr katalogowy, producent, data ważności, nr serii, symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2) symbol CE, kod GTIN EAN-128. .?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 235 – dot. Pakietu nr 108

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy oczekuje udźwigu niepylącego prześcieradła transportowego nie mniejszej niż 224 kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje, ale dopuszcza.

Pytanie nr 236 – dot. Pakietu nr 108

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niepylącego prześcieradła transportowego w rozmiarze 152 x 198 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 237 – dot. Pakietu nr 74

Czy Zamawiający w zad. 74, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem: Cewnik urologiczny typu JJ ,wykonany z poliuretanu, przeznaczony do krótkiej i długiej implantacji (od 2 do 12 miesięcy) : - 4,8 FR - 12 cm, - 4,8 FR - 18 cm, - 6 FR - 24 cm, - 7 FR - 24 cm, - 8 FR - 28 cm, W zestawie z zaciskami mocującymi, popychaczem i prowadnicą ze stali nierdzewnej, pokrytej PTFE?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Nr sprawy:
ZP/24/2021

Pytanie nr 238 – dot. Pakietu nr 4 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 4 poz.1 obwody oddechowe do aparatów do znieczulania z gałęzią i workiem dla dorosłych z rury rozciągalnej o dł. 180 cm o średnicy 22mm , złącza 22mm, trzecia rura (gałąź) dł. 90cm. Posiadający kolanko z portem luer-lock trójnik Y bez portów, Złączka prosta 22mmM-22mm. Bezlatakowy worek oddechowy poj. 2 litry, Układ do użycia dla jednego pacjenta, Czysty mikrobiologicznie z polipropylenu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 239 – dot. Pakietu nr 4 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 4 poz.2 obwody oddechowe rozciągliwe z gałęzią i workiem, pediatryczny. Rury rozciągliwe dł. 180 cm o średnicy 15mm, złącza 22mm, trzecia rura (gałąź) rozciągliwa do dł. 120cm, trójnik Y bez portów , kolanko z portem luer-lock, worek oddechowy bezlatakowy poj. do 1 litra, Układ do użycia dla jednego pacjenta, Czysty mikrobiologicznie , materiał polipropylen .

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 240 – dot. Pakietu nr 57 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w Pak 57 - poz. 2 - "Pojemnik do pobierania i transportowania wydzieliny z drzewa oskrzelowego 100 ml " - pojemnik o pojemności 80 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 241 – dot. Pakietu nr 41 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 41 poz. 1 szczypczyki biopsyjne do endoskopii, jednorazowego użytku Ø 1,8 mm o długości 120 cm lub 180 cm, miseczki owalne lub typu aligator.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 242 – dot. Pakietu nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie 8, w poz. 1 wymaga zestawu z cewnikiem epiduralnym ze specjalnym miękkim zakończeniem zabezpieczającym przed przebicciem opony twardej podczas wprowadzania cewnika?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 243 – dot. Pakietu nr 5 poz. 5

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 8, w poz. 5 - kompatybilnej igły prowadzącej w rozmiarze 20G/38 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 244 – dot. Pakietu nr 8 poz. 6

Uprzejmie prosimy Zamawiającego, o doprecyzowanie wymagań w pakiecie 8, w poz. 6 – wymogu igły prowadzącej dla igieł podpajęczynówkowych o średnicy w zakresie 24G – 27G oraz dopuszczenie igły podpajęczynówkowej 22G bez igły prowadzącej, gdyż dla średnicy 22G igła prowadząca nie występuje.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 245 – dot. Pakietu nr 10 poz. 3

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 10, w poz. 3 - igły prowadzącej 22G/38 mm kompatybilnej z igłą podpajęczynówkową 27G.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 246 – dot. Pakietu nr 13 poz. 1

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 13, w poz. 1 - cewnika 4F o kanalikach 20G/21G. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 246 – dot. Pakietu nr 13 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby zestawy do wkłuc centralnych zawierały prowadnicę z rdzeniem nitinolowym – całkowicie odporną na odkształcenia podczas wprowadzania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 247 – dot. Pakietu nr 8 poz. 1



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50
https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Nr sprawy:
ZP/24/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych jak w opisie:

- Iгла ze szlifem Touhy G18 13x80mm
- cewnik G20x1000mm, wykonany z poliamidu, posiadający czytelne znaczniki wtopione w materiał cewnika, koniec zamknięty z miękką końcówką - trzy otwory boczne,
- przezierny łącznik zatraskowy do cewnika
- tulejka ułatwiająca wprowadzenie cewnika do igły
- filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2 µm, objętość wypełnienia 0,45ml, wytrzymałość ciśnieniowa do 7bar
- posiada system mocowania filtra do skóry pacjenta (okrągły plaster z zatraskiem)
- strzykawką niskooporowa LOR 10ml, luer, ze skalą odróżniającą ją od innych, zwykłych strzykawek

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 248 – dot. Pakietu nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawką niskooporowa posiadała skalę pozwalającą na precyzyjne określenie objętości w pozycji zbliżonej do poziomej, czyli w pozycji w jakiej wykonuje się zabieg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 249 – dot. Pakietu nr 8 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil Point z prowadnicą, cienkościenna o szybkim wpływie, z przezroczystym owalnym w przekroju uchwytem o ergonomicznej konstrukcji, umożliwiającej tak samo dokładną obserwację wypływu PMR z co najmniej 4 stron, z dopasowaną prowadnicą, oznaczona kolorem dla identyfikacji rozmiaru, sterylna, w rozmiarze 25G/88mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 250 – dot. Pakietu nr 8 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil Point z prowadnicą, cienkościenna o szybkim wpływie, z przezroczystym owalnym w przekroju uchwytem o ergonomicznej konstrukcji, umożliwiającej tak samo dokładną obserwację wypływu PMR z co najmniej 4 stron, z dopasowaną prowadnicą, oznaczona kolorem dla identyfikacji rozmiaru, sterylna, w rozmiarze 25G/103mm? Konstrukcja prowadnicy zapewnia maksymalne wykorzystanie długości roboczej igły podpajęczynówkowej, gdzie w innym przypadku staje się koniecznym stosowanie igieł dłuższych

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 251 – dot. Pakietu nr 8 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil Point z przezroczystym owalnym w przekroju uchwytem o ergonomicznej konstrukcji, umożliwiającej tak samo dokładną obserwację wypływu PMR z co najmniej 4 stron, z dopasowaną prowadnicą i dodatkowym (od strony igły) znacznikiem orientacji otworu w igle, oznaczona kolorem dla identyfikacji rozmiaru, z prowadnicą 20Gx35mm, cienkościenna o szybkim wpływie pakowaną oddzielnie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 252 – dot. Pakietu nr 8 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Quincke, z przezroczystym owalnym w przekroju uchwytem o ergonomicznej konstrukcji, umożliwiającej tak samo dokładną obserwację wypływu PMR z co najmniej 4 stron, z dopasowaną prowadnicą i dodatkowym (od strony igły) znacznikiem orientacji szlifu igły, oznaczona kolorem dla identyfikacji rozmiaru, sterylna, w rozmiarze 26Gx120mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 253 – dot. Pakietu nr 8 poz. 2-5

Czy Zamawiający wymaga, aby prowadnica skracala długość roboczą igły podpajęczynówkowej o max. 12 mm? Umożliwia to użycie igły krótszej (np. 88/90mm) u tej części pacjentów, u których ze względu na zawyżone BMI konieczne byłoby już użycie igły dłuższej (a więc i droższej), np. 115-120

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 254 – dot. Pakietu nr 8 poz. 6

Czy Zamawiający, w rozmiarze 26G, dopuści cienkościenną igłę o szybkim wpływie do znieczulenia podpajęczynówkowego z atraumatycznym szlifem dwupłaszczyznowym typu Atraucan, łączącym zalety ostrości igieł Quincke z atraumatycznością pencil-point, z prowadnicą, z przezroczystą rowkowaną końcówką, z dopasowaną prowadnicą, oznaczona kolorem dla identyfikacji rozmiaru, sterylna?



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50
https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Nr sprawy:
ZP/24/2021

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 255 – dot. Pakietu nr 8 poz. 6

Czy Zamawiający dla rozmiaru igły 22G również oczekuje igły prowadzącej, czy dopuszcza igłę bez prowadnicy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 256 – dot. Pakietu nr 9 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści zamiennie igłę do znieczulenia nerwów obwodowych z 3 odcinkami echogenicznymi o różnej długości na ostatnich 20mm, dla lepszego zorientowania położenia szlif igły, szlif 20° o wymiarach 22Gx35mm lub 22x50mm, z możliwością (lub bez) podłączenia do stymulatora – do wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 257 – dot. Pakietu nr 9 poz. 4

Czy Zamawiający wydzieli poz. 4 do oddzielnego pakietu, zapewniając tym samym złożenie bardziej konkurencyjnej oferty? – produktu wymienionego w tej pozycji producent już nie produkuje.

Odpowiedź: W Pakiecie nr 9 nie ma pozycji nr 4.

Pytanie nr 258 – dot. Pakietu nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego Quincke (standard), z przezroczystym owalnym w przekroju uchwytem o ergonomicznej konstrukcji, umożliwiającej tak samo dokładną obserwację wypływu PMR z co najmniej 4 stron, w rozmiarze 26Gx88mm, z prowadnicą 20G/35mm, skracającą długość roboczą igły pp o nie więcej, niż 12mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 259 – dot. Pakietu nr 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego Quincke (standard), z przezroczystym owalnym w przekroju uchwytem o ergonomicznej konstrukcji, umożliwiającej tak samo dokładną obserwację wypływu PMR z co najmniej 4 stron, w rozmiarze 26Gx120mm, z prowadnicą 20G/35mm, skracającą długość roboczą igły pp o nie więcej, niż 12mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 260 – dot. Pakietu 10 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego Quincke (standard), z przezroczystym owalnym w przekroju uchwytem o ergonomicznej konstrukcji, umożliwiającej tak samo dokładną obserwację wypływu PMR z co najmniej 4 stron, w rozmiarze 27Gx88-120mm, z prowadnicą 22G/35mm, skracającą długość roboczą igły pp o nie więcej, niż 12mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 261 – dot. Pakietu nr 11 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści zamiennie igłę do znieczulenia nerwów obwodowych z 3 odcinkami echogenicznymi o różnej długości na ostatnich 20mm, dla lepszego zorientowania położenia szlif igły, szlif 20° w rozmiarach odpowiednio:

- 22G x 80
- 22G x 35
- 20G x 80

z możliwością (lub bez) podłączenia do stymulatora – do wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 262 – dot. Pakietu nr 13 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, jako produkt równoważny, dwudrożny zestaw pediatryczny do żył centralnych renomowanego producenta, o charakterystyce:

- cewnik poliuretanowy kontrastujący w RTG, kanały 18/20Ga lub 22/22Ga (do wyboru Zamawiającego), rozmiar 4F/8/13/20 lub 5F 8/13/20 cm (do wyboru Zamawiającego), z miękką końcówką, znaczki długości
- odporna na zaginanie nitinolowa prowadnica z miękką końcówką „J” oraz prostym końcem
- igła Seldingera
- rozszerzadło, skalpel, strzykawka
- miękki, samoprzylepny system mocowania (bezinwazyjny – bez użycia szwów), miękki dla skóry niemowląt i dzieci, bezbolesne odklejenie od skóry
- motylek mocujący cewnik do skóry
- przezroczyste dreniki prowadzące do kanałów, zakończone zastawkami dostępu bezigłowego



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Nr sprawy:
ZP/24/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

- kolorowe oznaczenia poszczególnych światel
- zaciski ślizgowe
- kabelek EKG wewnątrz zestawu, pozwalający na identyfikację położenia końca cewnika w czasie rzeczywistym za pomocą EKG

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 263 – dot. Pakietu nr 13 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści, jako produkt równoważny, dwudrożny zestaw do żył centralnych renomowanego producenta, o charakterystyce:

- matowy cewnik poliuretanowy z miękkim końcem, kontrastujący w RTG, centymetrowe znaczniki długości, w rozmiarze 7F 16/16Ga 15 cm (oznaczenia na poszczególnych kanałach)
- zintegrowana z dodatkowy portem, szczelna igła V (Y) 18G x 70 mm
- przewodnica odporna na odkształcenia
- strzykawką 5 ml Luer-Lock, skalpel E 11, rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika
- ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą
- możliwość identyfikacji położenia końca cewnika w czasie rzeczywistym za pomocą obserwacji zmian przedsonkowego EKG – kabel łączeniowy wewnątrz zestawu

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 264 – dot. Pakietu nr 13 poz. 3-4

Czy Zamawiający dopuści, jako produkt równoważny, trzydrożny zestaw do żył centralnych renomowanego producenta, o charakterystyce:

- matowy cewnik poliuretanowy z miękkim końcem, kontrastujący w RTG, centymetrowe znaczniki długości, w rozmiarze 7F 16/18/18Ga (oznaczenia na poszczególnych kanałach)
- zintegrowana z dodatkowy portem, szczelna igła V (Y) 18G x 70 mm
- przewodnica odporna na odkształcenia
- strzykawką 5 ml Luer-Lock, skalpel E 11, rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika
- ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą
- możliwość identyfikacji położenia końca cewnika w czasie rzeczywistym za pomocą obserwacji zmian przedsonkowego EKG – kabel łączeniowy wewnątrz zestawu

o długościach odpowiednio:

3: 20 cm

4: 15 cm

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 265 – dot. Pakietu nr 13 poz. 5-7

Czy Zamawiający dopuści, jako produkt równoważny, zestaw do żył centralnych renomowanego producenta, z powłoką hydrofilną, o charakterystyce:

- cewnik poliuretanowy, powierzchniowo spolaryzowany na zewnątrz i wewnątrz (zawiera substancję na trwałe wtopioną w poliuretan - wykorzystanie sił elektrostatycznych w działaniu antybakteryjnym), kontrastujący w promieniach RTG, znaczniki dla kontroli położenia cewnika,
- zintegrowana z dodatkowy portem, szczelna igła V (Y) 18G x 70 mm
- przewodnica odporna na odkształcenia
- strzykawką 5 ml Luer-Lock, skalpel E 11, rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika
- ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą
- możliwość identyfikacji położenia końca cewnika w czasie rzeczywistym za pomocą obserwacji zmian przedsonkowego EKG – kabel łączeniowy wewnątrz zestawu

o rozmiarach odpowiednio:

5: 3 lub 4F światło kanału 16 lub 14G dł. 20 cm (do wyboru Zamawiającego)

6: 7F światła kanałów 16/16G dł. 20 cm

7: 7F światła kanałów 16/18/18G dł. 20 cm

3w rozmiarze 7F 16/18/18Ga (oznaczenia na poszczególnych kanałach)

4: 15 cm



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Nr sprawy:
ZP/24/2021

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 266 – dot. Pakietu nr 13 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści, jako produkt równoważny, 4-drożny zestaw do żył centralnych renomowanego producenta, o charakterystyce:

- matowy cewnik poliuretanowy z miękkim końcem, kontrastujący w RTG, centymetrowe znaczniki długości, kanałach)
- zintegrowana z dodatkowy portem, szczelna igła V (Y) 18G x 70 mm
- przewodnica odporna na odkształcenia
- strzykawką 5 ml Luer-Lock, skalpel E 11, rozszerzadło dostosowane do rozmiaru cewnika
- ruchome skrzydełko mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą
- możliwość identyfikacji położenia końca cewnika w czasie rzeczywistym za pomocą obserwacji zmian przedsiorkowego EKG – kabel łączeniowy wewnątrz zestawu

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 267 – dot. Pakietu nr 13 poz. 1-8

Czy Zamawiający oczekuje przewodnicy wykonanej ze stopu nikielowo-tytanowego, znanego pod nazwą „nitinol”, uznawanej jako odporna na trwałe odkształcenia w warunkach klinicznych zabiegu – w porównaniu do klasycznych przewodników wykonanych ze zwykłej stali – co pozwala na znacznie pewniejsze i szybsze wykonanie procedury?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 268 – dot. Pakietu nr 13 poz. 1-8

Sugerując się zapisem „koreczki z portami” (poz. 1-4) sugerującymi, że bezpieczny dostęp jest dla Zamawiającego ważny, prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje dla wszystkich pozycji 1-8, aby porty w koreczkach na końcach kanałów posiadały funkcję dostępu bezigłowego (wewnątrz zestawu)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 269 – dot. Pakietu nr 98 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 98 pozycja 1 kaniule tyłu Venflon 0,7 bez portu bocznego?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 270 – dot. zapisów SWZ

W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-350C, igieł, cewników, zgłębników 5-370C, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-400C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zamawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

Odpowiedź: Zamawiający określił wymagania dotyczące dokumentów które może żądać. W ocenie Zamawiającego są to dokumenty niezależne od wymagań wynikających z Rozporządzenia UE w sprawie wyrobów medycznych 2017/745.

Pytanie nr 271 – dot. zapisów SWZ

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta?

Odpowiedź: Zamawiający i Wykonawcy nie są jednostkami właściwymi do oceny treści aktów normatywnych.

Pytanie nr 272 – dot. zapisów SWZ

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź: Zamawiający i Wykonawcy nie są jednostkami właściwymi do oceny treści aktów normatywnych.



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50
https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Nr sprawy:
ZP/24/2021

Pytanie nr 273 – dot. zapisów SWZ

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź: Zamawiający i Wykonawcy nie są jednostkami właściwymi do oceny treści aktów normatywnych.

Pytanie nr 274 – dot. Pakietu nr 20 poz. 7a-7d

Czy Zamawiający wymaga aby na opakowaniu każdej pojedynczej sztuki strzykawki widniała informacja o braku ftalanów oraz aby opakowania były oznakowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru strzykawki?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 278 – dot. Pakietu nr 31 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody o rozmiarze 36x48?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 279 – dot. Pakietu nr 37 poz. 1-2

Czy Zamawiający wymaga aby bezpośrednio na przyrządzie widniała nazwa producenta w celu łatwej identyfikacji przyrządu tuż po jego użyciu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 280 – dot. Pakietu nr 37 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga przyrządów z komorą kroplową min. 6 cm w części przezroczystej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 281 – dot. Pakietu nr 60

Czy Zamawiający dopuści worki w kolorze mlecznym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 282 – dot. Pakietu nr 71 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 80 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 283 – dot. Pakietu nr 71 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści zestaw w rozmiarze CH9?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 284 – dot. Pakietu nr 71 poz. 21

Czy Zamawiający dopuści cewniki wykonane z PCV?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 285 – dot. Pakietu nr 71 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści myjki nasączone mydłem z jednej strony?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 286 – dot. Pakietu nr 71 poz. 28

Czy Zamawiający dopuści dreny o rozmiarach 12-24?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 287 – dot. Pakietu nr 75 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 15ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający wymaga pojemników na wycinki histopatologiczne w rozmiarze 20 ml ze względu na to, że pojemniki o wielkości 15 ml nie będą spełniały funkcji jaką oczekuje Zamawiający.

Pytanie nr 288 – dot. Pakietu nr 75 poz. 3



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50
https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Nr sprawy:
ZP/24/2021

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 150ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 289 – dot. Pakietu nr 75 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników na wycinki histopatologiczne o pojemności 520 ml.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 290- dot. Pakietu nr 75 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników na wycinki histopatologiczne o pojemności 1200 ml.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 291 – dot. Pakietu nr 75 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników na wycinki histopatologiczne o pojemności 3400 ml.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 292 – dot. Pakietu 75 poz.7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników na wycinki histopatologiczne o pojemności 5600 ml.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 293 – dot. Pakietu nr 6 poz. 1-10

Prosimy o wydzielenie poz. 1-10 do oddzielnego zadania - umożliwi to przystąpienie do postępowania większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 294 – dot. Pakietu nr 6 poz. 1-2

Prosimy o potwierdzenie, czy chodzi o czujniki Nellcor Non Oximax czy o Nellcor Oximax?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga czujników Nellcor Oximar.

Pytanie nr 295 – dot. Pakietu nr 6 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie dł. 2,5 m lub 3m

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 296 – dot. Pakietu nr 6 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie przewodów standardowych (3 osobne odprowadzenia) i doprecyzowanie czy mają być ze złączem Dual Pin czy Single Pin?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 297 – dot. Pakietu nr 6 poz. 7

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 10-19 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 298 – dot. Pakietu nr 6 poz. 8

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 18-26 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 299 – dot. Pakietu nr 6 poz. 9

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 25-35 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 300 – dot. Pakietu nr 6 poz. 10

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 34-47 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 301 – dot. Pakietu nr 6 poz. 23

Prosimy o wydzielenie poz. 23 do oddzielnego zadania - umożliwi to przystąpienie do postępowania większej liczbie wykonawców.



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Nr sprawy:
ZP/24/2021

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 302 – dot. Pakietu nr 33 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru ostrza 2,5 x20 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 303 – dot. Pakietu nr 33 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie kabla o dł. 5 m

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 304 – dot. Pakietu nr 33 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie kabla z gwarancją na 50 cykli sterylizacji

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 305 – dot. Pakietu nr 33 poz. 8

Prosimy o dopuszczenie kabla o dł. 5 m

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 306 – dot. Pakietu nr 33 poz. 9

Prosimy o dopuszczenie dł. 195 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 307 – dot. Pakietu nr 34 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie elektrody o wymiarach 164x117mm, i powierzchni aktywnej 107 cm², spełniającej pozostałe Wymogi

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 308 – dot. Pakietu nr 34 poz. 2-3

Prosimy o dopuszczenie dł. kabla 5m

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 309 – dot. Pakietu nr 34 poz. 4-5

Prosimy o dopuszczenie kabla o dł. 5 m

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 310 – dot. Pakietu nr 34 poz. 4-5

Prosimy o dopuszczenie kabla z gwarancją na 50 cykli sterylizacji

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 311 – dot. Pakietu nr 34 poz. 6-7

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru ostrza 2,5 x20 mm

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 312 – dot. Pakietu nr 34 poz. 8

Prosimy o dopuszczenie dł. uchwytu 145 mm i dł. kabla 3,2 m

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 313 – dot. Pakietu nr 36 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie kabla o dł. 5 m

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 314 – dot. Pakietu nr 36 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie elektrody o wymiarach 164x117mm, i powierzchni aktywnej 107 cm², spełniającej pozostałe Wymogi

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50
https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Nr sprawy:
ZP/24/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Pytanie nr 315 – dot. Pakietu nr 36 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie elektrody dla noworodków <5kg o wymiarach 88x74mm i powierzchni aktywnej 33 cm², spełniającej pozostałe wymogi

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 316 – dot. Pakietu nr 36 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie elektrody pediatrycznej <15 kg o wymiarach 148x90mmmm i powierzchni aktywnej 78 cm², spełniającej pozostałe wymogi

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 317 – dot. Pakietu nr 20 poz. 4-6, 13-14

Czy zamawiający wydzieli poz.4-6,13-14 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 318 – dot. Pakietu nr 20 poz. 5

Czy zamawiający dopuści strzykawkę ze skalą rozszerzoną 50/60 ml?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 319 – dot. Pakietu nr 20 poz. 13-14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 320 – dot. Pakietu nr 20 poz. 4

Czy zamawiający dopuści strzykawkę bursztynową trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock, już, chroniącą przed światłem o zakresie długości fal 290-450 Nm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 321 – dot. Pakietu nr 28 poz. 5,10

Czy zamawiający wydzieli poz.5,10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 322 – dot. Pakietu nr 28 poz. 5

Czy zamawiający dopuści dren o długości równej 90 cm ? Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 323 – dot. Pakietu nr 37 poz. 1-2

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 324 – dot. Pakietu nr 56 poz. 1

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 325 – dot. Pakietu nr 60

Czy zamawiający dopuści worek w kolorze mlecznym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 326 – dot. Pakietu nr 71 poz. 6-12, 24



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50
<https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski-elblag> www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Nr sprawy:
ZP/24/2021

Czy zamawiający wydzieli poz.6-12,24 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 327 – dot. Pakietu nr 71 poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 328 – dot. Pakietu nr 71 poz. 7, 24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 329 – dot. Pakietu nr 4 poz. 1-2

Prosimy o dopuszczenie rur rozciągliwych do 2 metrów z dodatkowym ramieniem rozciągliwym do 150 cm z Ykiem bez portów, wykonanych z polipropylenu spełniającego pozostałe wymogi SWZ

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 330 – dot. Pakietu nr 5

Prosimy o dopuszczenie układu z rur rozciągliwych z PP do dł 150 cm, z Ykiem i kolankiem z portem Luer Lock

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 331 – dot. Pakietu nr 61

Prosimy o dopuszczenie zestawu do toalety jamy ustnej, stanowiącego element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP, umieszczonego w jednym fabrycznym opakowaniu, składającego się z:

- szczoteczki OroCare™ Aspire,
- saszetki z 0,12% chlorheksydyną 12ml,
- saszetki z żelazem do mycia zębów OroClean,
- szpatułki z gąbką,
- kieliszka

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 332 – dot. Pakietu nr 100 poz. 1-2

Prosimy o dopuszczenie zestawu do nebulizacji wykonanego z ABS, PP, PE, PVC, który nie wymaga podłączania dodatkowej 15 cm rurki, z drenem długości 2,1 m o przekroju gwiazdowym, pojemność nebulizatora 10ml, mikrobiologicznie czysty, spełniający pozostałe wymogi SWZ

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 333 – dot. Pakietu nr 103

Prosimy o dopuszczenie masek z workiem, z podwójnym podbródkiem, które pasują do pacjentów o wszystkich rozmiarach twarzy, bez wyspecyfikowanych rozmiarów w zakresie M-XL, spełniających pozostałe wymogi SWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 334 – dot. Pakietu nr 109 poz. 3

Zważywszy na fakt, większość producentów dysponuje w swoich ofertach igłami systemowymi o długości standardowej 38 mm, nie 40 mm, czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację formularza cenowego „Igła systemowa 0,8 x 21G z wbudowanym na stałe adapterem 38 mm - 40 mm lub 25 mm (do wyboru przez Zamawiającego)”, w miejsce „Igła systemowa 0,8 x 21G z wbudowanym na stałe adapterem 40 mm lub 25 mm (do wyboru przez Zamawiającego)”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza „Igła systemowa 0,8 x 21G z wbudowanym na stałe adapterem 38 mm - 40 mm lub 25 mm (do wyboru przez Zamawiającego)”.

Pytanie nr 335 – dot. Pakietu nr 109 poz. 4



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50
https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Nr sprawy:
ZP/24/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Zważywszy na fakt, że Zamawiający w pozycji 3 wymaga igły systemowej z wbudowanym na stałe adapterem/ uchwytem, pozycja 4 nie ma zastosowania, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę asortymentu bez pozycji nr.4?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 336 – dot. Projektu umowy

§ 2 ust.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto”

Uzasadnienie: Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia w tym zakresie zapisy umowy bez zmian.

Pytanie nr 337 – dot. Projektu umowy

§ 6

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia w tym zakresie zapisy umowy bez zmian.

Pytanie nr 338 – dot. Pakietu nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłucia lędźwiowego typu „Whiteacre”pencil point?

- Ostrze „pencil point” minimalizuje ryzyko uszkodzenia opony twardej oraz wyciek płynu mózgowo rdzeniowego
- Oczko umieszczone przy końcówce dystalnej minimalizuje ryzyko nadtworówkowego podania leków znieczulających
- Gładkie oczko boczne

Igła :

Średnica (mm) 0,47, G 26, Długość mm() 90, Kolor brązowy

Wprowadzacz:

Długość(mm) 38, Średnica (mm) 0.7

Dystalne cechy:

X (mm) 0,70, Y(mm) 0,70

Prowadnik do igieł podpajęczynówkowych :

Średnica: 18 lub 20 G , długość38 mm

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 339 – dot. Pakietu nr 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igłę do nakłucia lędźwiowego typu „Whiteacre”pencil point?

- Ostrze „pencil point” minimalizuje ryzyko uszkodzenia opony twardej oraz wyciek płynu mózgowo rdzeniowego
- Oczko umieszczone przy końcówce dystalnej minimalizuje ryzyko nadtworówkowego podania leków znieczulających
- Gładkie oczko boczne

Igła :

Średnica (mm) 0,42, G 27, Długość mm() 135 lub 145, Kolor szary

Wprowadzacz:

Długość(mm) 38, Średnica (mm) 0.7

Dystalne cechy:

X (mm) 0,70, Y(mm) 0,70

Lub

Igła :

Średnica (mm) 0,53, G 25, Długość mm() 120 lub 145, Kolor pomarańczowy

Wprowadzacz:

Długość(mm) 38, Średnica (mm) 0.7

Dystalne cechy:

X (mm) 0,90, Y(mm) 0,90

Prowadnik do igieł podpajęczynówkowych :

Średnica: 18 lub 20 G , długość38 mm



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50
https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Nr sprawy:
ZP/24/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 340 – dot. Pakietu nr 10 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści igła do nakłucia podpajęczynówkowego typu „Quincke” ?

Igła posiada specjalnie zaprojektowany mandryn redukujący uszkodzenie tkanek, a w konsekwencji bóle głowy.

Igła :

Średnica (mm) 0,42, G 27, Długość mm90, Kolor szary

Wprowadzacz:

Długość(mm) 38, Średnica (mm) 0.7

Prowadnik do igieł podpajęczynówkowych :

Średnica: 18 lub 20 G , długość38 mm

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 341 – dot. Pakietu nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści Locoplex Elektro neuro stymulująca igła do blokady splotu nerwowego o wymiarach: długość 85mm, średnica 0.80mm, G 21 ?

Igła jest w pełni izolowana , aż do szlifu z przewodzącą końcówką. Przezroczyste zakończenie igły. Zdejmowany dren przedłużający o długości 50cm. Objętość 1ml. Dostępna w dwóch wersjach: 17° i 30°

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 342 – dot. Pakietu nr 11 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści Locoplex Elektro neuro stymulująca igła do blokady splotu nerwowego o wymiarach: długość 35mm, średnica 0.65mm, G 23 ?

Igła jest w pełni izolowana , aż do szlifu z przewodzącą końcówką. Przezroczyste zakończenie igły. Zdejmowany dren przedłużający o długości 50cm. Objętość 1ml. Dostępna w dwóch wersjach: 17° i 30°

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 343 – dot. Pakietu nr 11 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści Silverstim Cewnik do blo kady nerwów obwodowych, przy użyciu elektrostymulatora lub USG.?

Cewnik do stymulacji nerwów obwodowych posiadający właściwości zarówno stymulujące jak i echogeniczne dzięki pokryciu cienką warstwą srebra wzdłuż całej długości cewnika Stała średnica wewnętrzna:0,4mm. Zewnętrzna średnica: 20G. Opór elektryczny: poniżej 20 om.Do wyboru igła ze ścięciem 30° , kaniula 30° , lub igła touhy.

W skład zestawu wchodzi: - wprowadzacz do wyboru - cewnik stymulujący - łącznik easy-lock - filtr antybakteryjny 0,22 µm - transparentny opatrunek Dermafilm

Wymiary:

SilverstimØ wew. Mm 0,43, Ø zew. Mm 0,88, L cm 50, Wprowadzacz L mm 58, Typ igła 30°

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 344 – dot. Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36,5 g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: -
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50
https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Nr sprawy:
ZP/24/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Pytanie nr 345 – dot. Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 346 – dot. Pakietu nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36,5 g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: -
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 347 – dot. Pakietu nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia



- Jałowy: tak

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 348 – dot. Pakietu nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 349 – dot. Pakietu nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 350 – dot. Pakietu nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50
https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Nr sprawy:
ZP/24/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 351 – dot. Pakietu nr 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: brak
- Przestrzeń martwa: 35ml
- Waga: 22g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: nie dotyczy
- Oporność: 0,6 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 352 – dot. Pakietu nr 1 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Wymiennik ciepła i wilgoci: celulozowy
- Przestrzeń martwa: 16ml
- Waga: 9g
- Objętość oddechowa: 200-1000ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 15F
- Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczką
- Port tlenowy: tak
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 353 – dot. Pakietu nr 1 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści sterylną wodę o parametrach:

- Butelki o pojemności 350 ml oraz 550 ml zawierające wodę sterylną do terapii inhalacyjnej i nawilżania,
- Nawilżacze wstępnie napełnione,
- Wyposażone w łącznik wraz z adapterem,
- Butelki z rezerwuarem mają wbudowane łączniki do przewodów tlenowych,
- Butelka posiada mikrodyfuzor do wytwarzania mniejszych pęcherzyków powietrza, co zwiększa powierzchnię wymiany,
- Alarm dźwiękowy ostrzega o ograniczeniu przepływu lub zatkaniu przewodu tlenowego
- Nie zawiera: DEHP, PVC, lateksu, konserwantów oraz substancji pirogennych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 354 – dot. Pakietu nr 3 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o parametrach:

- posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Nr sprawy:
ZP/24/2021

- posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl
- posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)
- posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona różniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwodce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim
- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- pakowany w rękaw papierowo-foliowy
- rozmiar:

Rozmiar	Długość cewnika	Przeznaczenie
10Fr 3,3mm	600mm	intubacja
12Fr 4,0mm	600mm	intubacja
14Fr 4,7mm	600mm	intubacja
16Fr 5,3mm	600mm	intubacja
10Fr 3,3mm	300mm	tracheostomia
12Fr 4,0mm	300mm	tracheostomia
14Fr 4,7mm	300mm	tracheostomia
16Fr 5,3mm	300mm	tracheostomia

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 355 – dot. Pakietu nr 3 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o parametrach:

- posiada zintegrowany łącznik o kącie 90° do podłączenia rurki i respiratora
- dodatkowa, obrotowa złączka 15mm
- posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z połączeniem luer
- posiada zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI)
- posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- samouszczelniająca się zastawka izolująca cewnik od pacjenta
- system wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50
https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Nr sprawy:
ZP/24/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwodce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim
- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania
- w zestawie do użytku opcjonalnego przestrzeń martwa, zatyczka portu do leków wziewnych, łącznik
- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- pakowana folia/papier
- rozmiary:

Rozmiar	Długość cewnika	Przeznaczenie
10Fr 3,35mm	600mm	intubacja
12Fr 4,05mm	600mm	intubacja
14Fr 4,75mm	600mm	intubacja
16Fr 5,45mm	600mm	intubacja
10Fr 3,35mm	300mm	tracheostomia
12Fr 4,05mm	330mm	tracheostomia
14Fr 4,75mm	330mm	tracheostomia
16Fr 5,45mm	330mm	tracheostomia

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 356 – dot. Pakietu nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści łyżkę do laryngoskopu o wymiarach (dł. całkowita / dł. robocza / szer. końcówki dystalnej / szer. łyżki od strony wprowadzania rurki / odległość od końcówki dystalnej łyżki do końcówki światłowodu):

- rozmiar 3: 135 / 105 / 15 / 15 / 50mm
- rozmiar 4: 155 / 135 / 15 / 15 / 55mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 357 – dot. Pakietu nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści łyżkę do laryngoskopu o wymiarze stopki mocującej (wys. / szer. gł.): 19 / 23 / 13mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 358 – dot. Pakietu nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści łyżkę do laryngoskopu o terminie ważności 3 lata?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 359 – dot. Pakietu nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści, aby numer seryjny łyżki występował jedynie na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 360 – dot. Pakietu nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści łyżkę do laryngoskopu w opakowaniu jednostkowym w języku angielskim?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 361 – dot. Pakietu nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznych”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 362 – dot. Pakietu nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby na łyżce występowała informacja o materiale z jakiego wykonana jest łyżka?



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50
https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Nr sprawy:
ZP/24/2021

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 363 – dot. Pakietu nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści numer seryjny łyżki wyłącznie na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 364 – dot. Pakietu nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „na opakowaniu informacja o dacie ważności”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 365 – dot. Pakietu nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści laryngoskop do trudnych intubacji z osobno pakowaną łyżką oraz osobno pakowaną rękojeścią?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 366 – dot. Pakietu nr 3 poz. 6

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „możliwość stosowania rękojeści w polu magnetycznym”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 367 – dot. Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o długości 160 cm i długości trzeciej rury 100 cm, spełniający pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 368 – dot. Pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy wykonany z materiału PP?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 369 – dot. Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o długości 160 cm i długości trzeciej rury 80 cm, spełniający pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 370 – dot. Pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy wykonany z materiału EVE?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 371 – dot. Pakietu nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści układ o długości rur 200 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 372 – dot. Pakietu nr 24 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łącznik o długości 15 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 373 – dot. Pakietu nr 24 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści łącznik o długości 15 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 374 – dot. Pakietu nr 24 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe wykonane z PE?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 375 – dot. Pakietu nr 24 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe wykonane z PCV?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50
https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Nr sprawy:
ZP/24/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Pytanie nr 376 – dot. Pakietu nr 24 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w rozmiarach: 2,0; 4,0 oraz 4,7mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 377 – dot. Pakietu nr 24 poz. 12

Czy Zamawiający ma na myśli jednorazową prowadnicę do trudnych intubacji?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jednorazowej prowadnicy do trudnych intubacji.

Pytanie nr 378 – dot. Pakietu nr 24 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę pakowaną w opakowanie papier-folia, a następnie pakowane zbiorczo w kartonik?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 379 – dot. Pakietu nr 24 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną z oznaczeniem średnicy oraz numerem LOT na baloniku kontrolnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 380 – dot. Pakietu nr 24 poz. 14

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 381 – dot. Pakietu nr 24 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną z przezroczystym kołnierzem posiadający wyłącznie oznaczenie rozmiaru?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 382 – dot. Pakietu nr 25 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną zbrojoną z prowadnicą dołączoną osobno?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 383 – dot. Pakietu nr 44 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dren ze standardową lejkwatą końcówką bez możliwości docięcia?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 384 – dot. Pakietu nr 44 poz. 1

Czy Zamawiający ma na myśli tylko dren Ch14 dł. 210 cm, czy zestaw z drenem o dł. 350 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 385 – dot. Pakietu nr 44 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem o długości 300 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 386 – dot. Pakietu nr 44 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści uchwyt Yankauer o średnicy 8 / 6 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 387 – dot. Pakietu nr 61 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z manualną zastawką do regulacji siły odsysania ściętą pod kątem 45°, z 2 otworami ssącymi oraz z gładką gąbką na górnej powierzchni, 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, 1 saszetkę z 3 ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z aloesem i wyciągiem z rumianku. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania? W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 388 – dot. Pakietu nr 61 poz. 1



Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu®
ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg

tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50
https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

Nr sprawy:
ZP/24/2021

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Czy Zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z manualną zastawką do regulacji siły odsysania ściętą pod kątem 45°, z 2 otworami ssącymi oraz z gładką gąbką na górnej powierzchni, 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,1% roztworu nadtlenku wodoru w saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, 1 saszetkę z 3 ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z aloesem i wyciągiem z rumianku. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania? W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 389 – dot. Pakietu nr 61 poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 390 – dot. Pakietu nr 71 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do odsysania wydzieliny z ran o pojemności 200 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 391 – dot. Pakietu nr 71 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu o długości 2100 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 392 – dot. Pakietu nr 71 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z 1 otworem centralnym i 2 naprzemianległymi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 393 – dot. Pakietu nr 96 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego systemu do zbiórki stolca o następujących parametrach i składzie:

- rękaw silikonowy o długości 160cm ze znacznikami głębokości zakończony balonikiem retencyjnym w innym kolorze niż rękaw uszczelniającego oznaczony symbolem "45ml", obydwie z zastawką jednokierunkową
- 2 porty na rękawie - jeden port do przepłukiwania oznaczony symbolem "IRRIG", drugi port do napełniania balonika
- 3 worki wymienne o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml) z filtrem węglowym neutralizującym zapach
- 2 regulowane paski rzepowe umożliwiające zamocowanie do ramy łóżka
- zestaw wprowadzający
- Podkład 80cm x 60cm, para rękawic, strzykawka 60ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 394 – dot. Pakietu nr 96 poz. 2

Czy zamawiający dopuści worki o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml, numerycznie co 500ml), posiadające jedną ściankę nieprzezroczystą (białą), a drugą przezroczystą umożliwiającą podgląd, worki wyposażone w filtr węglowy oraz zastawkę zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, mikrobiologicznie czyste, pakowane po 10 sztuk?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 395 – dot. Pakietu nr 100 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji o pojemności nebulizatora 6 ml i dł. drenu 2,1m, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 396 – dot. Pakietu nr 100 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji o pojemności nebulizatora 6 ml i dł. drenu 2,1m, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

DYREKTOR
SZPITALA MIEJSKIEGO
św. Jana Pawła II w Elblągu
lek. Mirosław Gorbaczewski