



MODYFIKACJA SWZ

Znak sprawy: SOZ.383.42.2021

Data: 31.08.2021

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę i montaż aparatury medycznej i sprzętu medycznego w ramach rozbudowy i przebudowy bryły C budynku szpitala na potrzeby bloku operacyjnego, OIOM, oddziału chirurgii oraz izby przyjęć realizowanej w ramach zadania pn.: „Rozbudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby utworzenia kompleksowego ośrodka leczącego schorzenia układu oddechowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruzlicy i Chorób Płuc w Olsztynie.”

MODYFIKACJA SWZ

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129 t.j), Zamawiający poprawia i modyfikuje treść SWZ w zakresie załącznika nr 1 – Formularza parametrów technicznych i użytkowych, który zostaje uzupełniony o opis stanowiska centralnego monitorowania w pakiecie nr 6, omyłkowo nie zamieszczonego w wymaganych parametrach/funkcjonalnościach pakietu pod nazwą - Kardiomonitor dla IP z centralą monitorującą – 1 komplet.

Uzupełniony opis poniżej:

1	Stanowisko centralnego monitorowania	Parametry wymagane	Parametry oferowane
2	Stanowisko centralnego monitorowania i monitory pacjenta połączone siecią zgodną ze standardem Ethernet (IEEE802.3)	Tak	
3	Połączenia przewodowe między poszczególnymi stanowiskami monitorowymi a punktem zbiorczym zapewnia Zamawiający. Pozostałe niezbędne urządzenia sieciowe dostarczane są i odpowiednio skonfigurowane wraz z systemem monitorowania przez dostawcę.	Tak	
4	Obsługa za pomocą klawiatury i myszy komputerowej	Tak	
5	Centrala umożliwi jednoczesne wyświetlanie danych przynajmniej z 4 monitorów pacjenta	Tak	
6	Możliwość wyboru wyświetlania wartości liczbowych dużą czcionką	Tak	
7	Szczegółowy podgląd parametrów i przebiegów dynamicznych z wybranego monitora	Tak	
8	Centrala wyposażona w ekran LCD o przekątnej min. 19"	Tak	
9	Centrala wyposażona w pamięć trendów z 240 godzin	Tak	
10	Centrala wyposażona w pamięć krzywych dynamicznych z 240 godzin	Tak	
11	Centrala kompatybilna z oferowanymi monitorami		
12	Integracja Wykonawca zapewni pełną integrację, podłączenie dostarczanego urządzenia medycznego z posiadanym przez zamawiającego systemem szpitalnym Clininet firmy CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o.	Tak	

	Integracja obejmuje wszystkie niezbędne elementy do realizacji, szczegółowy zakres przesyłanych danych zostanie ustalony na etapie wdrożenia. Koszty integracji, dodatkowych elementów tj. licencji, sprzętu itp. ponosi Wykonawca. Wykonawca przedstawi do testów gotowe rozwiązanie. Prace integracyjne wykonane przez Wykonawcę i dostawcę oprogramowania zostaną odebrane przez Zamawiającego po weryfikacji poprawnego działania.		
--	--	--	--

Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWZ – formularz parametrów technicznych i użytkowych stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi.

Dyrektor
Iren Petryna
/podpis na oryginale/