



Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach  
ul. Niechorska 27  
72-300 Gryfice

Nasz znak  
SPZZOZ/8/2/21

Data  
Gryfice 2021-03-17

Sprawa dotyczy:

*Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa leków do Apteki Szpitalnej przy SPZZOZ w Gryficach*

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm), Zamawiający przytacza pytania i udziela odpowiedzi:

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 29 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym, gdyż paski takie przechodzą na terenie RP okresową weryfikację na szczeblu urzędowym pod kątem aktualności posiadanych certyfikatów?  
**Odp.** Tak
2. Czy Zamawiający wymaga nieodpłatnego dostarczania glukometrów i płynów kontrolnych służących do kontroli poprawności działania pasków testowych i glukometru? Jeśli tak, prosimy o podanie ich ilości. Informujemy, że bez takiego zastrzeżenia wykonawca może zaoferować glukometry i płyny kontrolne odpłatnie, a praktyka rynkowa pokazuje, że cena takiego wyposażenia może wielokrotnie przekraczać cenę samych pasków testowych.  
**Odp.** Tak
3. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometrów z funkcją wyrzutu zużytego paska za pomocą przycisku – taka funkcja zwiększa higienę i bezpieczeństwo pracy personelu szpitala, eliminując bezpośredni kontakt z krwią pacjentów po każdym pomiarze glukozy (brak konieczności dotykania zanieczyszczonych, zużytych pasków kolejnych pacjentów)?  
**Odp.** Tak
4. Czy Zamawiający dopuści paski testowe, których instrukcje i opakowania handlowe zawierają niespójne, rozbieżne informacje dotyczące dopuszczalnego zakresu temperatury przechowywania pasków testowych – tzn. temperatura przechowywania wyszczególniona w postaci międzynarodowego, zharmonizowanego symbolu w tej samej instrukcji obsługi i na zewnętrznym opakowaniu handlowym pasków jest inna od temperatury przechowywania, którą podaje tekst instrukcji? Taka rozbieżność sugeruje, że instrukcja obsługi nie została rzetelnie przetłumaczona, narażając Zamawiającego na przechowywanie pasków w niewłaściwych warunkach i w konsekwencji – na uzyskanie wyników pomiarów nie odpowiadających rzeczywistemu stanowi pacjenta.  
**Odp.** Dopuszcza





5. Czy Zamawiający wymaga, aby oferentem w Pakiecie 29 była hurtownia farmaceutyczna, co zabezpieczy transport i dostawy pasków testowych do siedziby Zamawiającego w warunkach odpowiedniej, kontrolowanej temperatury i wilgotności?  
**Odp.** Tak

Z poważaniem

DYREKTOR  
SZPITALA w Gryficach

*Piotr Soltysinski*

