

Wrocław, dnia 17.05.2022r.

Dotyczy: TP 22/22 – dostawa akcesoriów do zabiegów endoskopowych

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1

Zadanie 1: Prosimy o dopuszczenie **w zadaniu 1**, w miejsce pierwotnych parametrów, prowadnik do zabiegów ERCP z hydrofilnie powleczonym zakończeniem na długości 5,8 cm., atraumatyczna, elastyczna, platynowa spiralna końcówka długości 4cm, dająca cień w promieniach RTG prosta lub zagięta. Długość 260 lub 450 cm, średnica 0,025" lub 0,035".

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 2

Zadanie 2: Prosimy o dopuszczenie **w zadaniu 2**, w miejsce pierwotnych parametrów, klipsów hemostatycznych jednorazowego użytku z szerokością rozwarcia ramion klipsa 16 mm i możliwością kilkukrotnego zamknięcia i otwarcia. Ramiona wzmocnione nitinolem z ząbkami na krawędziach co pozwala na lepsze złapanie tkanki. Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3

Zadanie 9: Prosimy o dopuszczenie **w zadaniu 9**, w miejsce pierwotnych parametrów, protezy trzustkowej jednorazowej typu Geenena 7Fr, dł. 4, 6, 8, 10, 12cm z podwójnymi listkami na obu końcach.

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 4

Zadanie 10: Prosimy o dopuszczenie **w zadaniu 10**, w miejsce pierwotnych parametrów, protezy trzustkowej jednorazowej typu Geenena 5Fr, dł. 4, 6, 8, 10, 12cm z podwójnymi listkami na obu końcach.

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 5

Zadanie 14: Prosimy o dopuszczenie **w zadaniu 14**, w miejsce pierwotnych parametrów, samorozprężalny stent metalowy do dróg żółciowych, wykonany z plecionego drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zamontowany na zestawie wprowadzającym 8,5 Fr w wersji pokrywanej, współpracujący z prowadnikiem 0,035" o dł. 260 cm lub 450 cm. Na obu końcach stentu kołnierz zapobiegający przemieszczaniu się stentu. Średnica 8 i 10 mm i dł. 6,

8 cm (dla średnicy 8 mm) i 4, 6, 8 cm (dla średnicy 10mm. Uchwyt pistoletowy pozwala na pełną kontrolę podczas rozprężania stentu. Na końcu stentu pętla uchwytowa do dystalnej zmiany położenia/usunięcia. Możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80%. Widoczne markery na cewniku zewnętrznym i uchwycie.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 6

Zadanie 15 Pozycja 2: Prosimy o dopuszczenie **w zadaniu 15 w pozycji 2**, w miejsce pierwotnych parametrów, koszyka trapezoidalnego do ekstrakcji złogów, z możliwością litotrypsji i kanałem do podawania kontrastu, na prowadnik 0,035". Rozmiary kosza 2x4 cm i 3x6 cm.

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 7

Zadanie 16: Prosimy o dopuszczenie **w zadaniu 16**, w miejsce pierwotnych parametrów, cewnik balonowych trójkanałowych do usuwania złogów z dróg żółciowych, średnica balonu 8,5mm, 10mm, 12mm i 15mm lub 12mm, 15mm 18mm i 20mm. Czarne markery RTG pod balonem, cieniujące znaczniki wskazujące proksymalną i dystalną krawędź balonu, zapewnia osobne wejścia dla prowadnicy i podawania kontrastu, dostępny z ujściem dla kontrastu poniżej i powyżej balonu. Zalecany prowadnik 0,35". Cewnik z balonem o średnicy z 6.6 Fr. Ramiona balonu kwadratowe. Napełnianie balonu przy pomocy skalibrowanej strzykawki.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 8

Zadanie 25: Prosimy o dopuszczenie **w zadaniu 25**, w miejsce pierwotnych parametrów, protezy dróg żółciowych metalowej, wykonanej z nitinolu, samorozprężalnej, wykrawanej z walca, bez tendencji do skracania po uwolnieniu, średnica: 6, 8 i 10mm, długość: 4, 6, 8cm, średnica zestawu wprowadzającego 6Fr, długość zestawu 200cm. Możliwość wprowadzenia do kanału i rozprężenia dwóch protez jednocześnie.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 9

Zadanie 32: Prosimy o dopuszczenie **w zadaniu 32**, w miejsce pierwotnych parametrów, jednorazowych koszyków stosowanych do usuwania złogów oraz ciał obcych, zbudowanych z plecionego drutu Memory, pozwalającego na lepsze zachowanie kształtu. Ergonomiczny uchwyt ułatwia kontrolę i funkcjonalność. Koszyk jest kompatybilny z awaryjnym litotryptorem Soehendra. Typ 4-drutowy, rozmiary koszyka 1,5x3,5 cm, 2x4 cm, 2,5x5 cm i 3x6 cm. Średnica koszulki 6.9 Fr. Długość koszulki 210 cm.

Odpowiedź: NIE