

Regionalny Szpital Specjalistyczny
im. dr. Władysława Biegańskiego
ul. dr. Ludwika Rydygiera 15/17
85-300 Grudziądz
NIP 876-20-2101/21 Regon 870298738

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy sprzętu do neuroradiologii zabiegowej (znak sprawy: Z/50/PN/20).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawy sprzętu do neuroradiologii zabiegowej (znak sprawy: Z/50/PN/20)**, wpłynęły zapytania do postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:


Zapytanie nr 1

W związku z ww postępowaniem wnosimy pytanie dotyczące pakietu nr 7:

Czy zamawiający dopuści nowy typ zamykacza: zamykacz oparty na mechanicznym zamknięciu z użyciem balonu wewnątrz naczynia i zewnątrznaczyniowego uszczelnacza dwuwarstwowego z PGA, gdzie pierwsza warstwa aktywnie przywiera do ściany naczynia. System umożliwia zamknięcie naczynia bez pozostawienia czegokolwiek w świetle wewnętrznym arterii. Uszczelniacz podlega absorpcji w ciągu 30 dni. Ponowne nakłucie jest możliwe natychmiast po zabiegu. Zestaw składa się z cewnika balonowego z integralnym uszczelniaczem, strzykawki o pojemności 10 ml. Dostępny w średnicach 5,6,7F?.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę i pozostaje przy zapisach SIWZ.


DYREKTOR
Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu
Maciej Hoppe

INSPEKTOR

Paulina Kowalewska