

Certyfikat testu

Raport testowy nr: 413.584

Klient: Semperit Technische Produkte Gesellschaft m.b.H.

Kont. Daniel Stocker

Modecenterstraße 22

A-1031 Wiedeń

Zadanie: Testowanie zgodnie z normami EN 455-1,-2,-3

Badany produkt: „Sempercare silk” bezpudrowe

NOF-037WH-C3E (X1); Lot: 141003B53 1645

Otrzymanie próbek: 2014-11-06

Test: Testy wykonano w indywidualnych oddziałach technicznych z zakresu kompetencji autoryzowanej jednostki zgodnie z instrukcją QM OFI

Nazwa testu	Metoda testowania	Data	Wyniki
Rękawice medyczne jednorazowego użytku – testowanie braku dziur zgodnie z ONORM EN 455-1	ONORM EN 455-1 (2001)	2014-11-14	zgodne
Rękawice medyczne jednorazowego użytku – określenie siły zrywania wg ONORM EN 455-2	ONORM EN 455-2 (2011)	2014-11-27 2015-01-13	zgodne
Rękawice medyczne jednorazowego użytku – oznaczenie zawartości pudru zalegającego zgodnie z ONORM EN 455-3	ONORM EN 455-3 (2007)	2014-11-27	zgodne

Wyniki testu odnoszą wyłącznie do analizowanych próbek i odnoszą się do szczegółowych informacji w raporcie z testu OFI Nr 413.584

Zatwierdzono /podpis nieczytelny/

Mag.Elizabeth Novak, Dyrektor zarządzający

/pieczęć OFI/ 14.01.2015

/stopka firmowa ofi/