



Międzychód, dnia 18.10.2021r.

AG/ZP-13/2021

ZAPYTANIA DO SWZ

w postępowaniu przetargowym
pn. „ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA NOWĄ LOKALIZACJĘ
ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII SPZOZ W MIĘDZYCHODZIE
Z DOSTOSOWANIEM DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE STANDARDU
ORGANIZACYJNEGO OPIEKI ZDROWOTNEJ W DZIEDZINIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ
TERAPII - ETAP II DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
(znak postępowania: AG/ZP -13/2021)

Pełnomocnik do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz Zamawiającego tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie informuje, iż w związku z otrzymanymi zapytaniami do przedmiotowego postępowania przetargowego - działając na podstawie art. 135 ust. 2, art. 137 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo Zamówień Publicznych wyjaśnia co następuje:

Pytania wniesione w ustawowym terminie

Pytanie nr 1

Pakiet 1 łóżko szpitalne

Czy Zamawiający (dotyczy pkt 4) dopuści łóżko z leżem opartym na nowoczesnym rozwiązaniu w postaci kolumn cylindrycznych **które gwarantują o wiele większą stabilność leża w każdym ułożeniu pacjenta oraz skuteczną dezynfekcję poprzez brak miejsc trudnodostępnych i niewidocznych w porównaniu do opisanego rozwiązania** i jednocześnie przyzna punkty właśnie za to rozwiązanie, które jest korzystniejsze niż ramiona wznoszące?

W odpowiedzi na pytanie:

Tak, dopuszcza się łóżko o powyższym rozwiązaniu w postaci kolumn cylindrycznych, tym samym zmieniając punktację w parametrach wymaganych w następujący sposób:

Było:

Ramiona wznoszące – 4 pkt
Kolumny cylindryczne – 0 pkt

Jest:

Kolumny cylindryczne – 4 pkt
Ramiona wznoszące – 0 pkt

Pytanie nr 2

Pakiet 1 łóżko szpitalne

Czy Zamawiający (dotyczy pkt 5) dopuści łóżko z regulacją przechyłów bocznych wykonywanych za pomocą całego leża co jest rozwiązaniem nowocześniejszym, umożliwiającym bezpieczne rotowanie pacjenta bez ryzyka rozintubowania pacjenta (rotowanie pacjenta za pomocą materaca stwarza takie ryzyko), a także umożliwiającym wykorzystanie przechyłów bocznych do czynności pielęgnacyjnych i jednocześnie przyzna punkty za to rozwiązanie, które jest korzystniejsze niż przechyły boczne wykonywane poprzez materac powietrzny?

W odpowiedzi na pytanie:

Tak, dopuszcza się łóżko o powyższym rozwiązaniu w postaci przechyłów bocznych wykonywanych za pomocą całego leża, tym samym zmieniając punktację w parametrach wymaganych w sposób podany poniżej.

Zmienia się także maksymalną ilość punktów możliwą do uzyskania w tym punkcie tabeli, gdyż wkraść się błąd pisarski, skutkujący, że suma wszystkich możliwych do uzyskania punktów przyznawanych za spełnianie granicznych parametrów technicznych przewyższa możliwą do uzyskania liczbę punktów w przedmiotowym kryterium tj.

PARAMETRY TECHNICZNO-FUNKCJONALNE – 20%

Było:

TAK – 10 pkt

NIE – 0 pkt

Jest:

za pomocą leża – 4 pkt

za pomocą – 0 pkt

Pytanie nr 3

Pakiet 1 łóżko szpitalne

Czy w związku z wymogiem zaoferowania łóżka na OIOM/OIT, wyposażonego w system ważenia oraz funkcję przechyłów bocznych będzie wymagał aby łóżko było wyposażone w leże przezierne dla promieni RTG, posiadało tacę na kasetę pod segmentem pleców oraz umożliwiało wykonywanie zdjęć za pomocą standardowego aparatu przyłózkowego oraz Ramienia C zarówno w pozycji leżącej jak i siedzącej pacjenta?

W odpowiedzi na pytanie: Tak, wymaga.

Pytanie nr 4

Pakiet 1 łóżko szpitalne

Czy Zamawiający dopuści łóżko z diodową sygnalizacją informującą o niskim poziomie naładowania baterii oraz korzystaniu z akumulatorowego zasilania?

W odpowiedzi na pytanie: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 5

Pakiet 1 łóżko szpitalne

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją długości zewnętrznej w zakresie 215 – 237cm oraz o szerokości 105cm?

W odpowiedzi na pytanie: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 6

Pakiet 1 łóżko szpitalne

Czy Zamawiający (dotyczy pkt 11 i 12) dopuści łóżko z barierkami bocznymi wyposażonymi w sprężyny gazowe umieszczone w mechanizmie składania barierki, które wyhamowują opadanie barierki, dzięki czemu barierka wolno opada? Jest to rozwiązanie standardowo stosowane przez producentów łóżek szpitalnych.

W odpowiedzi na pytanie: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 7

Pakiet 1 łóżko szpitalne

Czy Zamawiający dopuści łóżko z wskaźnikami kąta nachylenia segmentu oparcia oraz nachylenia ramy umieszczonymi w barierkach bocznych?

W odpowiedzi na pytanie: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 8

Pakiet 1 łóżko szpitalne

Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające w barierkach od strony wewnętrznej dwa panele sterujące dla pacjenta zlokalizowane w dolnej barierce (od strony tułowia)?

W odpowiedzi na pytanie: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 9

Pakiet 1 łóżko szpitalne

Czy w związku z wymogiem zaoferowania łóżka na OIOM/OIT, wyposażonego w system ważenia oraz funkcję przechyłów bocznych Zamawiający będzie wymagał aby funkcja przedłużenia leża była realizowana również za pomocą siłowników elektrycznych?

W odpowiedzi na pytanie: Nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 10**Pakiet 1 łóżko szpitalne**

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami w kolorze białym?

W odpowiedzi na pytanie: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 11**Pakiet 1 łóżko szpitalne**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyt od strony nóg z blokadą oraz od strony głowy bez, w celu szybkiego dostępu do pacjenta?

W odpowiedzi na pytanie: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 12**Pakiet 1 łóżko szpitalne**

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytem od strony głowy poruszającym się wraz z leżem podczas przechodzenia do pozycji Trendelenburga, posiadające uchwyty na wieszak kroplówki i wysięgnik ręki stałe, zintegrowane z podwoziem, dzięki czemu w/w akcesoria nie podnoszą się podczas regulacji leża, co spełnia wymagania Zamawiającego?

W odpowiedzi na pytanie: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 13**Pakiet 1 łóżko szpitalne**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z przyciskami bez podświetlenia, które z uwagi na przeznaczenie łóżka jest zbędne?

W odpowiedzi na pytanie: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 14**Pakiet 1 łóżko szpitalne**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 44-82 cm?

W odpowiedzi na pytanie: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 15**Pakiet 1 łóżko szpitalne**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z pojedynczymi kołami?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza koła pojedyncze, patrz swz – Załącznik nr 3A pkt 28

Pytanie nr 16**Pakiet 1 łóżko szpitalne**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z osobnymi dźwigniami blokującymi hamulec umieszczonymi przy każdym narożniku?

W odpowiedzi na pytanie: Tak, dopuszcza – pod warunkiem, że użycie dowolnej dźwigni blokuje wszystkie koła.

Pytanie nr 17**Pakiet 1 łóżko szpitalne**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją części nożnej (pkt 31) w zakresie 0-30°?

W odpowiedzi na pytanie: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 18**Pakiet 1 łóżko szpitalne**

Prosimy o informacje czy w pkt 31 elektryczna regulacja części nożnej dotyczy niezależnej elektrycznej regulacji segmentu uda i podudzia?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający miał na myśli obie regulacje elektryczne.

Pytanie nr 19**Pakiet 1 łóżko szpitalne**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w system zabezpieczający segment oparcia przed gwałtownym uderzeniem o ramę leża w postaci „sprzęgła” umożliwiającego mechaniczne złożenie siłownika odpowiadającego za regulację segmentu oparcia, dzięki czemu łóżko spełnia wymóg Zamawiającego oraz nie ma potrzeby wyposażenia łóżka w dodatkowy element?

W odpowiedzi na pytanie: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 20**Pakiet 1 łóżko szpitalne**

Czy Zamawiający dopuści łóżko w obustronną dźwignię CPR umieszczoną bezpośrednio przy segmencie oparcia?

W odpowiedzi na pytanie: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 21**Pakiet 1 łóżko szpitalne**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z udźwigniem roboczym w każdej pozycji 250kg oraz w pozycji statycznej horyzontalnej 400kg?

W odpowiedzi na pytanie: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 22**Pakiet 1 łóżko szpitalne**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z prześwitem pod podwoziem 15cm?

W odpowiedzi na pytanie: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 23**Pakiet 1 łóżko szpitalne**

Czy z uwagi na wymóg łóżka z funkcją przechyłów bocznych Zamawiający będzie wymagał aby funkcja ta realizowana była za pomocą sterowników nożnych?

W odpowiedzi na pytanie: Nie wymaga. Dopuszcza – patrz odpowiedź na pytanie 2.

Pytanie nr 24**Pakiet 1 łóżko szpitalne**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z materacem niezintegrowanym z leżem, sterowanym niezależną od łóżka pompą z widocznymi przewodami powietrznymi?

W odpowiedzi na pytanie: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 25**Pakiet 1 łóżko szpitalne**

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwoleżynowy wyposażony w szybko złączkę pozwalającą na podłączenie materaca do pompy zawieszanej na szczycie nóg?

W odpowiedzi na pytanie: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 26**Pakiet 1 łóżko szpitalne**

Czy Zamawiający dopuści materac o obciążeniu roboczym gwarantującym skuteczność terapeutyczną 200kg?

W odpowiedzi na pytanie: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 27**Pakiet 1 łóżko szpitalne**

Czy Zamawiający dopuści materac (dot. pkt 57) z możliwością dodatkowej regulacji ciśnienia w strefie tułowia, spełniający pozostałe wymagania?

W odpowiedzi na pytanie: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 28**Pakiet 1 łóżko szpitalne**

Czy Zamawiający dopuści materac bez funkcji przedłużenia?

W odpowiedzi na pytanie: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 29**Pakiet 1 łóżko szpitalne**

Czy Zamawiający dopuści materac bez rękawa rentgenowskiego?

W odpowiedzi na pytanie: Tak, dopuszcza z uwagi na wymóg określony w odp. na pyt. 3

Pytanie nr 30**Pakiet 1 łóżko szpitalne**

Czy Zamawiający dopuści materac z funkcją transportową polegającą na zamknięciu przewodów powietrznych złączką zabezpieczającą przed utratą powietrza?

W odpowiedzi na pytanie: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 31**Pakiet 1 łóżko szpitalne**

Czy Zamawiający dopuści materac (pkt 63 i 64) z funkcją spuszczenia powietrza z sekcji wezgłowia oraz niezależnie z sekcji siedziska za pomocą niezależnych zrywek CPR?

W odpowiedzi na pytanie: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 32**Pakiet 1 łóżko szpitalne**

Czy Zamawiający dopuści materac z zaworem CPR niezintegrowanym z łóżkiem?

W odpowiedzi na pytanie: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 33**Pakiet 1 łóżko szpitalne**

Czy Zamawiający dopuści materac bez funkcji programowania czasowego terapii bocznej pacjenta opisanej w pkt 68?

W odpowiedzi na pytanie: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 34**Pakiet 1 łóżko szpitalne**

Czy Zamawiający dopuści materac z pokrowcem z możliwością przeprowadzenia mycia oraz dezynfekcji wysokotemperaturowej do 60°C?

W odpowiedzi na pytanie: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 35**Pakiet 1 łóżko szpitalne**

Czy Zamawiający dopuści materac z funkcją zarządzania mikroklimatem pod pacjentem, nie wymagającą stosowania dodatkowego złącza?

W odpowiedzi na pytanie: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 36

Proszę o informację co Państwo macie na myśli pisząc, że do oferty załączyć należy m. in. oświadczenie o posiadaniu aktualnych dopuszczeń do obrotu i używania, czy chodzi tu o wpis do URPL czy może o deklaracje zgodności, certyfikaty jakości?

W odpowiedzi na pytanie: Wpis/zgłoszenie do URPL oraz deklarację zgodności CE.

MODYFIKACJA/ZMIANA SWZ

1. Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo Zamówień Publicznych zmienia się treść SWZ w następującym rozdziale:

XV OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERTY

Jest:**WYDŁUŻONY OKRES GWARANCJI - 20%**

Wykonawca ma możliwość zaoferowania następujących terminów realizacji i uzyska odpowiednio ilość punktów w tym kryterium:

- a) **24 miesiące (0 miesięcy wydłużenia) – 0 pkt**
- b) **36 miesięcy (12 miesięcy wydłużenia) – 10 pkt**
- c) **48 miesięcy (24 miesięcy wydłużenia) – 20 pkt**

W tym kryterium Wykonawca może uzyskać max. 20 punktów.

Za oferowany przez Wykonawcę termin realizacji zadania przyznane zostaną punkty zgodnie z w/przyjętymi zasadami.

Winno być:

WYDŁUŻONY OKRES GWARANCJI - 20%

Wykonawca ma możliwość zaoferowania następujących terminów realizacji i uzyska odpowiednio ilość punktów w tym kryterium:

- a) **24 miesiące (0 miesięcy wydłużenia) – 0 pkt**
- b) **36 miesięcy (12 miesięcy wydłużenia) – 10 pkt**
- c) **48 miesięcy (24 miesiące wydłużenia) – 20 pkt**

W tym kryterium Wykonawca może uzyskać max. 20 punktów.

Za oferowany przez Wykonawcę wydłużony okres gwarancji przyznane zostaną punkty zgodnie z w/przyjętymi zasadami

2. Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo Zamówień Publicznych zmienia się treść SWZ w Załączniku nr 3B do SWZ *Zestawienie wymaganych parametrów technicznych*.

Zmianie ulega liczba sztuk w niżej wymienionych punktach tabeli.

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia zmian na składanym załączniku na podstawie niniejszej modyfikacji.

I.	POMPA STRZYKAWKOWA		
1.	Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci oraz noworodków w celu okresowego lub ciągłego podawania pozajelitowych i dojelitowych płynów klinicznie akceptowanymi drogami podania. Należą do nich droga dożylna, dotętnicowa, podskórna, zewnątrzoponowa i dojelitowa. - 6 sztuk	TAK	
II.	POMPA OBJĘTOŚCIOWA		
1.	Pompa objętościowa sterowana elektronicznie, umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi, przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci oraz noworodków w celu okresowego lub ciągłego podawania leków zalecanych do terapii infuzyjnej, w skład których wchodzi m.in. koloidy i krystaloidy, krew i składniki krwi, płyny używane do całkowitego żywienia pozajelitowego (TPN); lipidy i płyny stosowane w żywieniu dojelitowym.- 2 sztuki	TAK	
III.	STACJA DOKUJĄCA	-	
1.	Stacja dokująca na min. 4 pompy opisanych powyżej która umożliwia mocowanie na stojakach infuzyjnych i pionowych rurach, np. systemach podwieszanych, jak również do poziomych ściennych systemów przewodnic zgodnie z EN 1789 bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów lub akcesoriów montażowych.- 2 szt.	TAK	
2.	Pokrywa stacji – 1 szt.	TAK	