



EZP.26.9.2.2022.AF

Warszawa, 14 lutego 2022 roku

Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę inkubatorów termicznych do przechowywania próbek oraz wykonywania badań parametrów termicznych gruntów i skał w warunkach kontrolowanej temperatury 3 zestawy), oznaczenie sprawy: EZP.26.9.2022

Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły pytania do treści zapytania ofertowego. Poniżej prezentujemy przesłane zapytania wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia treści zapytania ofertowego, zawarte w udzielonej odpowiedzi, uważa się za uzupełnienie lub zmianę treści zapytania ofertowego dokonaną przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę dla oceny zgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z treścią zapytania ofertowego, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają treść zapytania ofertowego, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią zapytania ofertowego.

Pytanie 1:

„Zadanie 1 – Czy dopuszcza się pojemność 56 l?”

Czy dopuszcza się jeden wlot na czujniki pomiarowe?”

Odpowiedź:

1. Zamawiający informuje, że dopuszcza dostarczenie inkubatorów termicznych o małej pojemności, o pojemność użytkowej komory 56 l.
2. Zamawiający informuje, że dopuszcza dostarczenie inkubatorów termicznych wyposażonych w jeden wlot na czujniki pomiarowe.

Pytanie 2:

„Zadanie 2 – Czy dopuszcza się jeden wlot na czujniki pomiarowe?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostarczenie inkubatora termicznego o dużej pojemności wyposażonego w jeden wlot na czujniki pomiarowe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku udzielonych odpowiedzi dokonuje modyfikuje formularz Oferta Załącznik nr 2 oraz Specyfikację Techniczną Załącznika nr 2A, a Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wprowadzone zmiany w składanej ofercie.

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych
Mariola Siwek

Załączniki:

1. Oferta po modyfikacji z dnia 14.02.2022 r.
2. Specyfikacja Techniczna po modyfikacji z dnia 14.02.2022 r.