

ZP/23/22

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zmianami), dalej: „ustawa” pn. „Dostawa komory hiperbarycznej do Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

I

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy, Zamawiający przedstawia pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

1. Dot. Wyjaśnienia z dnia 12.11.2022 rok.

Zmawiający nie odpowiedział na zadane pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ w związku z powyższym ponownie wnioskujemy o konkretne odpowiedzi na zadane wcześniej pytania – Zamawiający zobowiązany jest odnieść się do każdego pytania z osobna.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko opublikowane w dniu 12.11.2022 roku. Zamawiający wskazał w opublikowanym piśmie, że podtrzymuje dotychczasowe brzmienie treści dokumentów postępowania czyli np. utrzymuje termin dostawy przedmiotu zamówienia wynoszący 30 dni oraz to, że montaż i podłączenie komory nie jest przedmiotem tego postępowania a więc ich wykonanie nie jest obowiązkiem Wykonawcy.

2. Dot. pkt. V SWZ: Opis przedmiotu zamówienia w SWZ pkt. 10. Przedmiot zamówienia obejmuje wyłącznie dostawę kolumny hiperbarycznej do Zamawiającego, do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. Zamówienie nie obejmuje montażu, podłączenia kolumny hiperbarycznej. Czy Zamawiający wymaga dostawy kolumny hiperbarycznej czy komory hiperbarycznej – ponieważ w SWZ w kilku miejscach używa pojęcia kolumny – są to inne urządzenia i mają wpływ na kształt i wartość oferty – prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie ? Po doprecyzowaniu i w związku z istotną zmianą zapisów SWZ – innym przedmiotem zamówienia będzie kolumna a innym komora hiperbaryczna wnosimy o wydłużenie terminu składania ofert o minimum 14 dni. Jednocześnie podkreślamy, że zgodnie z PZP terminy składania ofert uzależnione są od szacunkowej wartości zamówienia i podanych progów. W przypadku określonych progów ustawa narzuca minimalne terminy. Wnosimy o dostosowanie terminów do Ustawy.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy komory hiperbarycznej. Pojęcie „kolumny” pojawiło się w dziale V pkt 10 Specyfikacji Warunków Zamówienia i dalej w wyjaśnieniach z dnia 12.11.2022 roku. Natomiast z samego opisu przedmiotu zamówienia, podanych parametrów granicznych wynika wprost, że Zamawiający oczekuje dostawy komory hiperbarycznej. Zamawiający użył pojęcia „kolumna” omyłkowo. Wykonawca ma świadomość tego stanu rzeczy chociażby dlatego, że w kolejnych pytaniach wprost posługuje się pojęciem „komora hiperbaryczna”. Odnosząc się do kwestii wyboru trybu, w którym prowadzone jest postępowanie, Zamawiający wskazuje, że ze względu na szacunkową wartość zamówienia, tj. zamówienie o wartości poniżej progów unijnych (w przypadku dostawy jest to poniżej 215 000 euro) stosuje się jeden z trybów określonych w art. 275 ustawy. Zamawiający zastosował tryb opisany w art. 275 pkt 2 ustawy (tryb podstawowy z możliwością negocjacji). Termin składania ofert został ustalony zgodnie z wymaganiami ustawowymi przewidzianymi dla tego trybu.

3. Dot. pkt. V SWZ: Opis przedmiotu zamówienia w SWZ pkt. 10. W związku z tym, że Zamawiający ma świadomość iż komora hiperbaryczna ma znaczne wymiary i wagę powyżej 1000 kg (parametry zawarte w SWZ) a nie określił dokładnego miejsca dostawy (pomieszczenia) oraz nie przekazał informacji o miejscu rozładunku, drodze transportu wewnątrz budynku jak również nie wyznaczył wizji lokalnej rozumiemy, że Zamawiający przygotowuje odpowiednie pomieszczenie, instalacje oraz drogę transportu wraz z niezbędną pomocą na czas transportu komory hiperbarycznej? Nie wskazując pomieszczenia ani drogi transportu Zamawiający bez wątpienia ogranicza dostęp do postępowania i złożenia oferty potencjalnym Wykonawcom – w związku z powyższym wnosimy o odpowiedź na pytanie oraz o wyznaczenie przynajmniej dwóch terminów wizji lokalnej oraz udostępnienie planów pomieszczeń i budynku gdzie komora hiperbaryczna ma być transportowana. Jako doświadczona firma w technologii hiperbarycznej oraz mająca za sobą kilkadziesiąt instalacji i dostaw komór hiperbarycznych jesteśmy świadomi, że komory hiperbarycznej nie można dostarczyć i wprowadzić do budynku bez uprzedniego zapoznania się z infrastrukturą i warunkami lokalowymi Zamawiającego. Ustawa PZP zobowiązuje jednoznacznie zamawiającego do dokonania opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty winny być zamieszczone przez zamawiającego w SIWZ i dostępne wszystkim wykonawcom na równych zasadach. Właściwym działaniem zamawiającego winno być pozostawienie możliwości dokonania wizji wyborowi wykonawców jako czynności pomocniczej przy przygotowaniu oferty a nie mającej wpływu na jej formalną

ocenę, oraz zamieszczenie w SIWZ, co najmniej podstawowych informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania (wycenienia) oferty.

Nie budzi wątpliwości, iż stan budynku, rodzaj pomieszczeń, droga transportu mają wpływ na sporządzenie oferty – choćby wymagany zakres prac dodatkowych w celu wprowadzenia urządzenia do budynku i jego transport wewnątrz np. dodatkowe prace budowlane, zaplecze techniczne itp. Żaden Wykonawca nie jest w stanie określić zakresu prac do wykonania podczas dostawy i transportu komory hiperbarycznej do pomieszczenia Zamawiającego po pierwsze nie znając tego pomieszczenia po drugie nie znając infrastruktury budynków Zamawiającego a tym bardziej nie znając dokładnej lokalizacji pomieszczenia i dostępu do tego pomieszczenia.

Ograniczając możliwość zapoznania się z warunkami w celu przygotowania oferty Zamawiający ogranicza krąg potencjalnych Wykonawców a zgodnie z PZP, Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, przejrzysty i proporcjonalny (art. 16 ustawy Pzp).

W przypadku opisu przedmiotu zamówienia, zamawiający jest obowiązany nie tylko opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, ale także w sposób, który nie będzie utrudniać uczciwej konkurencji (art. 99 ust. 1 i 4 ustawy Pzp).

Realizacja obowiązku zawartego w art. 99 ust. 4 ustawy Pzp oznacza dla zamawiającego konieczność eliminacji z opisu przedmiotu zamówienia wszelkich sformułowań, które mogłyby wskazywać na konkretnego wykonawcę bądź też które eliminowałyby konkretnych wykonawców, uniemożliwiając im złożenie oferty lub powodowałyby sytuację, w której jeden z zainteresowanych wykonawców byłby bardziej uprzywilejowany od pozostałych. W tym przypadku być może Zamawiający przekazał takie informacje o budynku lub przeprowadził wizję z wybranymi Wykonawcami – co stanowi naruszenie. Opis przedmiotu zamówienia musi umożliwiać wykonawcom jednakowy dostęp do zamówienia i nie może powodować nieuzasadnionych przeszkód w ubieganiu się o udzielenie zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający kolejny raz podkreśla, że przedmiotem zamówienia jest wyłącznie dostawa komory hiperbarycznej do Zamawiającego, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Przedmiotem tego postępowania nie jest wykonywanie żadnych remontów, przebudów, dostosowań pomieszczeń przez Wykonawcę do potrzeb Zamawiającego. W § 2 ust. 3 projektu umowy Zamawiający postanowił, że *Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na swój koszt i ryzyko transport*

przedmiotu umowy. To, że przedmiot zamówienia został skonstruowany w ten sposób nie oznacza, że Zamawiający nie zamierza wykorzystywać w swojej działalności komory hiperbarycznej. Wręcz przeciwnie. Zakres ten nie stanowi tylko przedmiotu tego zamówienia. Ograniczając się wyłącznie do dostawy aparatury Zamawiający nie ograniczył konkurencji, a wręcz przeciwnie. Zamawiający spowodował, że szerokie grono Wykonawców może ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Zamawiający oczekuje dostawy komory do jednego z pomieszczeń szpitala, które znajduje się w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 10 w Środzie Wielkopolskiej. Załącznikiem do wyjaśnień są rysunki nr 1 i 2 określające plan transportu komory spod budynku szpitala. Niebieskim kolorem zaznaczono miejsce rozładunku, (garaż). Czerwoną strzałką oznaczono drogę transportu z miejsca rozładunku do pomieszczenia dostawy. Kolorem fioletowym oznaczono pomieszczenie dostawy. Szerokość użytkowa przejazdu wynosi co najmniej 160 cm w miejscach występowania drzwi, szerokość komunikacji 250 cm, nie ma progów ani innych przeszkód architektonicznych, podjazd z garażu do komunikacji nie przekracza nachyleniem 7%. Wyjazd do pomieszczenia dostawy – szerokość w świetle 135 cm. Istnieje możliwość rozładunku i demontażu zabezpieczeń transportowych w garażu. Odległość transportu urządzenia z garażu do pomieszczenia dostawy nie przekracza 15 m.

Zamawiający dołącza do niniejszych wyjaśnień zdjęcia drogi transportu (zdjęcie 1 – garaż, zdjęcie 2 – drzwi łączące garaż ze szpitalem, zdjęcie 3 i 4 – droga transportu).

Wykonawca zobowiązany jest wyłącznie do transportu komory hiperbarycznej do miejsca wskazanego Zamawiającego, jej rozładunku i przetransportowania do wskazanego pomieszczenia.

Zamawiający nie wyznacza terminów odbycia wizji lokalnej.

4. Dot. Wyjaśnienia z dnia 12.11.2022 r

Zamawiający odpowiedział: „Zamawiający zidentyfikował swoje potrzeby, a tą potrzebą kolumny hiperbarycznej, rok produkcji nie wcześniej niż 2021 rok, bez montażu i podłączenia. Zostało to w dokumentach postępowania określone precyzyjnie i jednoznacznie. Kwestia ta nie podlega negocjacom. Zamawiający nie ma również obowiązku tłumaczenia się Wykonawcy dlaczego podjął taką a nie inną decyzję.” Właśnie Zamawiający ma taki obowiązek, jako podmiot publiczny ma obowiązek udostępniania informacji publicznej i jej argumentowania. Dodatkowo do takich wyjaśnień i tłumaczeń zobowiązuje Zamawiającego ustawa PZP.

Odpowiedź: Odpowiedź na to pytanie zawarta została w pytaniu nr 3.

5. Pyt. Dot. 5 SWZ

Zamawiający kilkakrotnie stwierdził, że nie wymaga zainstalowania, montażu i podłączenia przedmiotu zamówienia. To jak Zamawiający chce odebrać urządzenie pod względem

jakościowych skoro urządzenie nie będzie w stanie pracować? Jak Zamawiający chce spełnić podstawowy cel dysponowania komorą hiperbaryczną, którym to celem jest przeprowadzanie zabiegów terapii hiperbarycznej, posiadając niesprawne w pełni urządzenie – na nie podłączonej komorze nie można przeprowadzać terapii?

Jak Zamawiający chce przeprowadzać zabiegi na niepodłączonym urządzeniu i posiadając nieprzeszkolony personel?

Zamawiający powyższym postępowaniem prowadzi do „zmarnowania” środków publicznych [pochodzących od podatników m.in. z ostatnio podniesionej składki zdrowotnej i narusza wszelkie zasady gospodarowania środkami publicznymi. Postępując w ten sposób Zamawiający doprowadza do zubożenia Skarbu Państwa oraz każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. Poza tym, że narusza to przepisy co może skończyć się postępowaniem administracyjnym i sądowym ale również narusza najważniejsze zasady społeczne oraz dotyczące podmiotu publicznego mającego za zadanie dbanie o dobro środków publicznych, przejrzystość.

Odpowiedź: Zamawiający dokona odbioru dostawy aparatury. Jeżeli Wykonawca zrealizuje dostawę zgodnie z warunkami zamówienia, to potwierdzeniem właściwej realizacji przedmiotu umowy będzie protokół odbioru podpisany przez Strony, o którym mowa w projekcie umowy. Na jego podstawie Wykonawca wystawi fakturę, która stanowić będzie podstawę do zapłaty wynagrodzenia za zamówienie publiczne. Zamawiający zwraca uwagę, że przewidział w projekcie umowy 24-miesięczny okres rękojmi za wady i gwarancji. W ramach tego okresu Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do wykonywania szeregu czynności w przypadku wystąpienia np. awarii sprzętu. Świadczenia, jakie Wykonawca będzie realizował w okresie rękojmi za wady i gwarancji opisane zostały precyzyjnie w Specyfikacji oraz projekcie umowy. Komora hiperbaryczna będzie użytkowana. Niemniej montaż nie stanowi przedmiotu tego postępowania. Podobnie jak przeszkolenie personelu, co nie znaczy, że komory nie będzie obsługiwał przeszkolony personel.

/-/ Paweł Dopierała

Prezes Zarządu