



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

ul. Lesznowska 20 A, 05-870 Błonie
Tel. 22 725 - 40 - 71 Fax. 22 725 - 24 - 95

PSRM/D/ 397 /2024
ZP.26.19.2024

Błonie, dnia 13 listopad 2024 r.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym ogłoszonego w BZP Nr 2024/BZP 00580748//01 z dnia 06.11.2024 r. na zakup sprzętu medycznego na wyposażenie ambulansów [Nr postępowania: RM/ZP/19/2024]

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, SP ZOZ Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zmienia treść SWZ:

Dotyczy zadanie nr 1 „Respirator transportowy”

Pytanie: Czy nie doszło do omyłki pisarskiej w wymaganiach technicznych dotyczących uchwytu mocującego respirator? Zamawiający w innym punkcie wymaga „Zasilanie i sterowanie pracą respiratora wyłącznie z jednego źródła np. zasilanie pneumatyczne...”, co stoi w sprzeczności z zasilaniem elektrycznym uchwytu 12V. Prosimy zatem o dopuszczenie uchwytu mocującego respirator bez funkcji zasilania 12V.

Odpowiedź: Zamawiający w opisie przedmiotu w części wymagania techniczne, wskazał możliwe źródła zasilania. Jednym z nich jest zasilanie pneumatyczne jak i zasilanie elektryczne. Zapytanie więc o omyłkę pisarską jest niezasadne, ponieważ opisane źródła zasilania są wymienione i nie są sprzeczne. Przy czym zamawiający nie oczekuje obu źródeł zasilania jednocześnie. Zamawiający dopuszcza zarówno zasilanie pneumatyczne jak i elektryczne.

Pytanie: Czy nie doszło do omyłki pisarskiej w wymaganiach technicznych dotyczących alarmu „stałego ciśnienia w układzie pacjenta”? Zazwyczaj stosowany i dużo bardziej istotny z punktu widzenia prowadzenia respiratoroterapii jest alarm wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta. Ostrzega on o zwiększonym ciśnieniu, co doprowadzić może do uszkodzenia płuca. Prosimy zatem o dopuszczenie na zasadzie równoważności alarmu wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający w opisie przedmiotu wyszczególnił wszystkie alarmy jakie powinny być zaoferowane przez oferentów. Zgodnie z opisem zamawiający wymaga: alarmu wysokiego ciśnienia, alarmu niskiego ciśnienia oraz alarmu stałego ciśnienia (opcjonalnie). Co jednoznacznie wynika z opisu , tym samym zamawiający nie dokonał omyłki pisarskiej .

Dotyczy parametru: Zasilanie i sterowanie pracą respiratora wyłącznie z jednego źródła np. zasilanie pneumatyczne z przenośnego lub stacjonarnego źródła tlenu (dopuszcza się elektroniczne zasilanie modułu alarmów pod warunkiem gdy brak jego zasilania nie ma wpływu na pracę zasadniczą respiratora).

Pytanie: W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści respirator zasilany ładowalnym akumulatorem, akumulator zasila pracę urządzenia oraz alarmy?

Odpowiedź: Zamawiający w opisie przedmiotu wyszczególnił możliwości zasilania urządzenia. Zasilanie elektryczne urządzenia jak i wszystkich posiadanych alarmów jest zgodne z opisem. Zamawiający dopuszcza taką formę rozwiązania zasilania.

Dotyczy parametru: Funkcja automatycznej blokady w cyklu wentylacji IPPV lub CMV przy oddechu spontanicznym pacjenta - z zapewnieniem minimalnej wentylacji minutowej.

Pytanie: W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści respirator wyposażony w tryb wentylacji wspomaganej SIMV, który synchronizuje wdechy mechaniczne z oddechami spontanicznymi

REGON 140165451; NIP 118-182-70-04

PN- EN ISO 9001:2015 -10
PN - EN ISO/ IEC 27001:2017 - 06

www.ratownictwopwz.pl
kancelaria@ratownictwopwz.pl



Laureat Konkursu
Perły Medycyny





Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

ul. Lesznowska 20 A, 05-870 Błonie

Tel. 22 725 - 40 - 71 Fax. 22 725 - 24 - 95

pacjenta, pozwalający na zapewnienie pełnej a nie tylko minimalnej wentylacji minutowej w przypadku w którym pacjent generuje oddechy spontaniczne?

Wyjaśniamy, że funkcja automatycznej blokady cyklu i oddechu na żądanie wyłącza wentylację kontrolowaną na pewnym podciśnieniu generowanego przez oddech samoistny pacjenta pozwalając pacjentowi na wykonywanie oddechów własnych. W przypadku ustania oddechu spontanicznego i spadku ciśnienia w drogach oddechowych poniżej czułości zastawki respirator wznawia czynności wentylacji kontrolowanej. Tryb SIMV pozwala nie tylko na wykonywanie oddechów spontanicznych przez pacjenta ale również zgrywa się z tym oddechem i uzupełnia go do wartości parametrów ustawionych na respiratorze zapewniając dostarczenie pełnej objętości oddechowej właściwej dla zapotrzebowania danego pacjenta, a nie tylko minimalnej regulowanej progami czułości zastawki jak ma się to w przypadku funkcji automatycznej blokady w cyklu wentylacji i oddechu na żądanie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w tryb wentylacji z synchronizacją wdechów mechanicznych z oddechami spontanicznymi.

Dotyczy parametru: Minimum 2 poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie IPPV/ CMV, 100 i max 60% (podać wartość znamionową stężenia O₂ deklarowaną w materiałach technicznych producenta).

Pytanie: W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści respirator z możliwością pracy 100% tlenem i Air Mix (stężenie O₂ uzależnione od parametrów wentylacji i zawiera się w przedziale ok. 47% do 100%), przy czym stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej dla wentylacji zgodnie z ERC (osoba dorosła, PEEP ≤ 5, objętość 6 l/min) wynosi ok 60%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie z możliwością pracy 100% tlen i Air MIX. Zamawiający informuje również, iż stężenie O₂ uzależnione jest od parametrów wentylacji danego pacjenta, wszystkie parametry stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej muszą być zgodne z wytycznymi ERC.

Dotyczy parametru: Czułość wyzwalania trybu „na żądanie” poniżej 3 cmH₂O.

Pytanie: W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści respirator, w którym tryb DEMAND działa automatycznie po włączeniu, posiadający wyzwalacz wdechowy (trigger) na poziomie: - 1,2 mbar przy PEEP >0 -0,8 mbar przy PEEP = 0?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w tryb Demand uruchamiany automatycznie z dodatkowym mechanizmem kontroli wdechu.

Dotyczy parametru: Alarm stałego ciśnienia w układzie pacjenta - niskiego ciśnienia gazu zasilającego (opcja)

Pytanie: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy parametr: alarm stałego ciśnienia w układzie pacjenta - niskiego ciśnienia gazu zasilającego (opcja), jest to jeden parametr, dwa parametry, które należy potwierdzić każdy z osobna, można potwierdzić zamiennie jeden lub drugi?

Odpowiedź: W opisie przedmiotu zamawiający wymaga urządzenia wyposażonego w alarm niskiego ciśnienia gazu zasilającego oraz alarmu stałego ciśnienia w układzie pacjenta jako **opcji**.

Pytanie: W przypadku kiedy parametr: alarm stałego ciśnienia w układzie pacjenta, należy potwierdzić osobno, prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy opisując parametr: alarm stałego ciśnienia w układzie pacjenta ma na myśli takie rozwiązanie, w którym w trakcie cyklu oddechowego ciśnienie wdechowe pacjenta jest stałe (np. 15 mbar, 18 mbar, 25 mbar), a alarm pojawia się kiedy ciśnienie oddechowe wzrasta lub maleje i przekracza ustalone granice alarmów?

Odpowiedź: Zamawiający w opisie przedmiotu dopuszcza alarm stałego ciśnienia w układzie pacjenta jako parametr opcjonalny.





Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

ul. Lesznowska 20 A, 05-870 Błonie

Tel. 22 725 - 40 - 71 Fax. 22 725 - 24 - 95

Dotyczy zadanie nr 2 „ Akcesoria do respiratorów transportowych”

Pytanie: W nawiązaniu do opisanego przedmiotu zamówienia zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o doprecyzowanie przez Zamawiającego czy oferowane przewody oddechowe mają być kompatybilne z respiratorami zaofertowanymi w zadaniu nr 1 w powyższym postępowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby wszystkie akcesoria i przewody były kompatybilne z zaofertowanymi urządzeniami.

Dotyczy ogólnych warunków SWZ i wzoru umowy:

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 16.12.2024 r. do 20.12.2024 r.?

Odpowiedź: Działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ Rozdziału II.

II. Termin wykonania zamówienia na: "1.Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 20.12.2024 r. dla Zadania nr 1”.

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od montażu dostarczonych urządzeń? Montaż urządzeń w ambulansach, które posiadają gwarancję, przez Wykonawców, a nie zabudowującego, który taki ambulans dostarczył powoduje utratę gwarancji na pojazd. W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od wymogu montażu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Montaż urządzenia na listwie montażowej w którą wyposażone są ambulanse, nie spowoduje utraty gwarancji.

Pytanie: Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy nie doszło do omyłki w zakresie wzoru umowy do zadania 1 §4 ust. 13: „Zamawiający gwarantuje złożenie zamówień na dostawę przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 60% wartości brutto umowy. Realizacja umowy w pozostałym zakresie uzależniona będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie z tytułu niewykorzystania ilościowego Umowy oraz niewykorzystania całej wartości Umowy. Niewykorzystanie przez Zamawiającego Umowy nie wymaga podania przyczyn oraz nie powoduje po stronie Wykonawcy zobowiązań odszkodowawczych z tego tytułu.” Zapis ten może mieć zastosowanie do dostaw sukcesywnych, w przypadku produktów jednorazowych, jak ma to miejsce w zadaniu 2, ale trudno zastosować go do dostaw z zadania 1.

Odpowiedź: Działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ – wzór umowy dla Zadania nr 1 „ Respirator transportowy” poprzez wykreślenie we wzorze umowy § 4 ust. 13 .

Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

W przypadku zaofertowania przez Wykonawcę produktu, dla którego zostały dopuszczone przez Zamawiającego inne parametry wskazane w niniejszym piśmie, Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia w kol. 2 załącznika nr 2 do SWZ odpowiednich uwag co do zmienionych parametrów. Zamawiający proponuje, aby nanoszone uwagi były wpisane innym kolorem. W ww. przypadku Wykonawca potwierdza spełnianie przez oferowany produkt wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w opisie przedmiotu zamówienia/formularzu cenowym z uwzględnieniem uwag.

Sprawę prowadzi:

Joanna Bruśnicka
Starszy specjalista ds. księgowości
i zamówień publicznych
Tel. /22/ 752 39 54

REGON 140165451; NIP 118-182-70-04

PN- EN ISO 9001:2015 -10
PN – EN ISO/ IEC 27001:2017 - 06

www.ratownictwopwz.pl
kancelaria@ratownictwopwz.pl



Laureat Konkursu
Perły Medycyny

