



„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
99-300 Kutno ul. Kościuszki 52  
tel. centr.24 38 80 200 tel./fax 24 38 80 201  
e-mail: [nzoz.kss@szpital.kutno.pl](mailto:nzoz.kss@szpital.kutno.pl) [www.szpital.kutno.pl](http://www.szpital.kutno.pl)  
REGON 100974785; NIP 7752631681

Kutno, dnia 14.06.2023r.

## **WYJAŚNIENIA Nr 1 DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „**JEDNORAZOWE ARTYKUŁY MEDYCZNE**”  
Nr postępowania: **ZP/20/23**

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16), udziela odpowiedzi na następujące pytania:

**1. Dot. projektu umowy - § 2, ust. 15** - wnosimy o modyfikację zapisów umowy poprzez wykreślenie zapisów w/w ustępu i zastąpienie ich następującymi:

*„W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę braku towaru, objętego danym zamówieniem, skutkującego brakiem możliwości zrealizowania konkretnego zamówienia, Wykonawca będzie uprawniony do dostarczenia Zamawiającemu wyrobów medycznych równoważnych do tych, które zostały wskazane w zamówieniu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania zamiennego wyrobu medycznego w terminie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego“*

Zgodnie z § 8, ust. 1 Zamawiający będzie naliczał kary umowne za niedostarczenie towaru w wyznaczonym terminie. Obciążenie wykonawcy różnicą kosztów zakupu interwencyjnego jest dodatkową karą finansową, która w dobie niestabilnych zachowań rynkowych może być rażąco wygórowana i prowadzić do nierównego traktowania stron umowy.

**Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.**

**2. Dot. projektu umowy - § 8, ust. 1**- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- §6 ust. 1a do kwoty 0,2% wartości niedostarczonej części zamówienia;
- §6 ust. 1b do kwoty 0,2% wartości wadliwej części zamówienia;
- §6 ust. 1c do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części zamówienia;

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współzycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.

**Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.**

**3. Dot. projektu umowy - § 12, ust. 1**- zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie na jaki okres będzie zawarta umowa? Zapisy projektu umowy wskazują 12 m-cy, natomiast w SWZ jest przewidziany okres „ od dnia zawarcia umowy do dnia 16.11.2023 r.

**Zarówno w SWZ jak i w projekcie umowy Zamawiający wskazał ten sam okres obowiązywania umowy, tj. „od dnia zawarcia umowy do dnia 16.11.2023 r.”**

**4. Dot. pakietu 2, pozycja 1 i 2** - Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek identyfikacyjnych w opakowaniach po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem na pełne opakowania? Sposób pakowania

jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

**Zamawiający dopuszcza.**

**5. Dot. pakietu 7, pozycja 1 i 2**

Czy Zamawiający dopuści wycenę czepków w opakowaniach po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem na pełne opakowania? Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

**Zamawiający dopuszcza.**

**6. Dotyczy Pakietu Nr 1, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG dla dzieci o średnicy 26 mm?

**Zamawiający dopuszcza.**

**7. Dotyczy Pakietu Nr 1, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG o wymiarach 51x34 mm?

**Zamawiający dopuszcza.**

**8. Dotyczy Pakiet 1, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy ok 30mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Zamawiający dopuszcza.**

**9. Dotyczy Pakiet 1, pozycja 2** – Czy Zamawiający dopuści elektrody o wymiarach 48x36, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Zamawiający dopuszcza.**

**10. Dotyczy Pakiet 1, pozycja 1-2** – Czy Zamawiający dopuści wycenę elektrod w opakowaniu a'50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Zamawiający dopuszcza.**

**11. Dotyczy Pakiet 2, pozycja 1-2** –Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek identyfikacyjnych w opakowaniu a'100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Zamawiający dopuszcza.**

**12. Dotyczy Pakiet 2, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla niemowląt w dwóch kolorach niebieskim i różowym?

**Zgodnie z SWZ.**

**13. Dotyczy Pakiet 2, pozycja 2** – Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dorosłych w kolorze białym?

**Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że okienko na dane pacjenta zostanie przezroczyste.**

**14. Dotyczy Pakiet 3, pozycja 1** - W związku z pojawieniem się na rynku ubrań operacyjnych, które nie spełniają standardów medycznych prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje ubrań operacyjnych przebadanych zgodnie z aktualnym wydaniem normy EN tj. z normą EN 13795-2:2019. Odzież i obłożenia chirurgiczne Wymagania i metody badań Część 2: Odzież dla bloków operacyjnych, co ma być potwierdzone raportem z badań z niezależnego laboratorium oraz załączenia tego raportu do oferty przetargowej?

Badania takie należy wykonać na gotowym produkcie tj. na ubraniu operacyjnym a nie materiale. Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem europejskim do ubrań operacyjnych znajduje zastosowanie norma EN 13795-2:2019 Odzież i obłożenia chirurgiczne Wymagania i metody badań Część 2: Odzież dla bloków operacyjnych. Norma definiuje wymagane parametry, minimalne wymagania, metody i kryteria badania oraz dzieli rozwiązania na spełniające wymagania standardowe lub wysokie co wskazuje obszary zastosowania tych wyrobów. Żądanie potwierdzenia zgodności z normą EN 13795-2:2019 gwarantuje Zamawiającemu otrzymanie rozwiązania, które w sposób odpowiedni zapewnią dbałość o minimalizowanie zanieczyszczenia powietrza w sali operacyjnej przez złuszczony naskórek pochodzący

ze skóry osób noszących podczas zabiegów chirurgicznych oraz w innych sytuacjach medycznych. Chcemy podkreślić, iż zgodnie z zapisami normy dzięki wskazaniu dwóch poziomów wydajności (standardowy i wysoki) ułatwiona zostaje ocena właściwości barierowych wyrobów. W zależności od czystości mikrobiologicznej sali operacyjnej wymaganej do zabiegu operacyjnego mogą być wymagane różne wyroby. W związku z powyższym w trosce o profesjonalną ochronę pacjentów i personelu Zamawiający winien nabyć rozwiązania spełniające aktualne wymagania normatywne.

**Zgodnie z SWZ.**

15. **Dotyczy Pakiet 7, pozycja 1, 2**– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'100 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?  
**Zamawiający wyraża zgodę.**
16. **Dotyczy Pakiet 8, pozycja 1, 2**– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'20 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?  
**Zamawiający dopuszcza.**
17. **Dotyczy Pakiet 8, pozycja 3** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'10 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?  
**Zamawiający dopuszcza.**
18. **Dotyczy Pakiet 8, pozycja 3** – Czy Zamawiający ma na myśli fartuch będący wyrobem medycznym, przeznaczony do stosowania przez personel medyczny podczas wykonywania procedur medycznych nie wymagających rozwiązań jałowych jako bariera w celu ograniczenia przenoszenia zanieczyszczeń lub/i potencjalnych czynników infekcyjnych?  
**Zamawiający dopuszcza.**
19. **Dotyczy Pakiet 8, pozycja 4**– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z włókniny polipropylenowej laminowanej folią?  
**Zamawiający dopuszcza.**
20. **Dotyczy Pakiet 8, pozycja 4**– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 90 x 80 cm?  
**Zamawiający dopuszcza.**
21. **Dotyczy Pakiet 8, pozycja 4**– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety jałowej?  
**Zgodnie z SWZ.**
22. **Dotyczy Pakiet 8, pozycja 5** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'100 szt z przeliczeniem zamawianych ilości  
**Zamawiający dopuszcza.**
23. **Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści elektrodę o wymiarach 36x48 mm?  
**Zamawiający dopuszcza.**
24. **Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1-2** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. 50 z odpowiednim przeliczeniem ilości?  
**Zamawiający dopuszcza.**
25. **Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1-2** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. 100 z odpowiednim przeliczeniem ilości?  
**Zamawiający dopuszcza.**
26. **Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny o gramaturze 40 g/m2 materiał SMS bez strzępień, kolor niebieski, 3 kieszenie, spodnie wyposażone w gumkę, bluza z krótkim rękawem dekol V obszyty lamówką, antystatyczny, oddychający, odporny na penetrację cieczy odporny na rozciąganie, rozmiary: M,L,XL,XXL  
**Zamawiający dopuszcza.**
27. **Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1** - Czy Zamawiający wymaga aby pieluchy w rozmiarze M posiadały chłonność min. 2400 ml?

**Zamawiający dopuszcza.**

- 28. Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1** - Czy Zamawiający wymaga aby pieluchy w rozmiarze L lub XL posiadały chłonność min. 2770 ml?  
**Zamawiający dopuszcza.**
- 29. Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. 30 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?  
**Zamawiający dopuszcza.**
- 30. Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1-2** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?  
**Zamawiający dopuszcza.**
- 31. Dotyczy Pakiet nr 1 poz. 1** - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody w kształcie „10-płatkowego kwiatka” o średnicy 25,7 mm,  
**Zamawiający dopuszcza.**
- 32. Dotyczy Pakiet nr 1 poz. 1**- Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody okrągłe o średnicy 30 mm,  
**Zgodnie z SWZ.**
- 33. Dotyczy Pakiet nr 1 poz. 2** - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o rozmiarze 55 x 40 mm, dedykowanej do badań holterowskich i wysiłkowych  
**Zamawiający dopuszcza.**
- 34. Dotyczy Pakiet nr 1 poz. 2** - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o rozmiarze 50 x 35 mm, dedykowanej do badań holterowskich i wysiłkowych  
**Zamawiający dopuszcza.**
- 35. Dotyczy Pakiet nr 1 poz. 1, 2** - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycjach możliwości wyceny elektrod w opakowaniach – 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.  
**Zamawiający dopuszcza.**
- 36. Dotyczy Pakiet nr 1 poz. 1, 2** - Jeżeli zamawiający nie dopuści wyceny opakowań, prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto w zaokrągleniu do 4 miejsc po przecinku.  
**Zamawiający odpowiedział pozytywnie na pytanie nr 35.**
- 37. Dotyczy Projektu umowy – par. 4 ust. 1 pkt. 5)** - Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.  
**Zgodnie z zapisem umowy, przedłużenie umowy odbywa się na wniosek Zamawiającego, który w każdym takim przypadku występuje do Wykonawcy z wnioskiem o jej przedłużenie, zatem i tak nie ma możliwości zawarcia aneksu do umowy, bez wyrażenia zgody przez Wykonawcę.**
- 38. Dotyczy Pakiet 2, poz. 1-2** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.  
**Zamawiający dopuszcza.**
- 39. Dotyczy Pakiet 2, poz. 1-2** - Czy zamawiający dopuści opaskę w kolorze białym – lekko transparentna, natomiast okienko na karteczkę z opisem w pełni przezroczyste?  
**Zamawiający dopuszcza.**
- 40. Dotyczy Pakiet 7, poz. 1-2** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.  
**Zamawiający dopuszcza.**
- 41. Dotyczy Pakiet 8, poz. 3,5** - Czy zamawiający wydzieli poz.3,5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla

Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.  
**Zamawiający nie wyraża zgody.**

- 42. Dotyczy Pakiet 5, poz. 3** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.  
**Pakiet Nr 5 nie posiada pozycji 3.**
- 43. Dotyczy Pakiet 5, poz. 5** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.  
**Pakiet Nr 5 nie posiada pozycji 5.**
- 44. Dotyczy treści SWZ:** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie pełnomocnictwa niezawierającego wskazania postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy?  
**Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem wskazania w nim czynności, do których jest umocowany Pełnomocnik.**
- 45. Dotyczy Pakiet 7 poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści czepki na gumkę? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.  
**Zgodnie z SWZ.**
- 46. Dotyczy Pakiet nr 5** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Maski do Ambu, twarzowa posiada delikatny ukształtowany zgodnie z budową anatomiczną twarzy mankiet zapewniający doskonałą szczelność maski przy minimalnym ucisku. Przejrzysta kopuła umożliwia obserwację ust pacjenta. Nie zawiera lateksu i ftalanów: rozm:  
0-Noworodkowa  
1-niemowlęca  
2-dziecięca  
3- mała( dla dorosłych)  
4- średnia ( dla dorosłych)  
5- duża ( dla dorosłych)  
**Zamawiający dopuszcza.**
- 47. Dotyczy zapisów SWZ oraz projektu umowy** - Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 7 ust. 1 wzoru Umowy. Zamawiający w § 7 ust. 1 wskazał: a) za zwłokę w dostawie towaru, w wysokości 1% wartości brutto nie dostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki  
W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za nieterminową dostawę jest niewspółmierna do ewentualnego uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie 1% za każdy dzień uchybienia terminowi, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy.  
Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości 1% za jeden dzień opóźnienia, w żaden sposób nie może odpowiadać ewentualnej szkodzi jaką może ponieść Zamawiający.  
W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną”  
W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 7 ust 1 wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do 0,5%  
**Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.**

**48. Dotyczy Pakiet nr 5 - Maski do worków samorozprężalnych:**

- 1) Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający w celu doskonałej szczelności będzie wymagać maski z wstępnie napompowanym mankietem i zaworem, umożliwiającą dopompowanie mankieta.

**Tak, Zamawiający wymaga.**

- 2) Czy Zamawiający ma na myśli opakowanie jako 1 szt.?

**Tak, opakowanie to 1 sztuka.**

Podpisał:

Prokurent	Prokurent
Kamil Krzewicki	Irena Dałek

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone  
na stronie internetowej prowadzonego postępowania