



Gliwice 2021-02-08

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania 340/PN/20 – dostawy implantów ortopedycznych.

Dotyczy załącznika Formularze asortymentowo-cenowe, pakiet nr 2

1. Zwracamy się z uprzejmym pytaniem, czy w pakiecie nr 2 w pozycji (lp.) 4 w kolumnie „ilość” nie doszło do omyłki pisarskiej i zamiast „5” powinna być podana ilość „50”?

- **Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

2. Zwracamy się z uprzejmym pytaniem, czy w pakiecie nr 2 w pozycji (lp.) 39 w kolumnie „ilość” nie doszło do omyłki pisarskiej i zamiast „1” powinna być podana ilość „2”?

- **Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

3. Zwracamy się z uprzejmym pytaniem, czy w pakiecie nr 2 w pozycji (lp.) 61 Zamawiający przy podaniu w kolumnie „ilość” liczby „10” miał na myśli 10 kpl., tj. 20 szt. śrub?

- **Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

4. Zwracamy się z uprzejmym pytaniem, czy w pakiecie nr 2 w pozycji (lp.) 66 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu o następujących parametrach: Głowa wykonana ze stopu CoCrMo w średnicy 22mm w 3 długościach szyjki i 28mm, 32mm, 36mm w 5 długościach szyjki?

- **Zamawiający dopuszcza powyższe.**

5. Zwracamy się z uprzejmym pytaniem, czy w pakiecie nr 2 w pozycji (lp.) 67 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu o następujących parametrach: Głowa bipolarna wykonana ze stopu CoCrMo o średnicy zewnętrznej od 44mm do 60mm ze skokiem co 1mm, wyposażona w plastikowy pierścień antyluksacyjny, średnica głowy wewnętrznej 28mm?

- **Zamawiający dopuszcza powyższe.**

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

UWAGA: Treść i pisownia wniosków o udzielenie wyjaśnień jest oryginalna, skopiowana z korespondencji przesyłanej przez Wykonawców. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w treści wniosków o wyjaśnienia.

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych
mgr inż. Tomasz Smykała