

FZP.II-241/19/22/ZO

Uczestnicy postępowania

dotyczy: zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie § 8 Regulaminu postępowania w sprawach o zamówienia publiczne, który stanowi załącznik do zarządzenia nr 67/2019 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica z dnia 08.05.2019 r. **pn.” DOSTAWA PAPIERÓW REJESTRACYJNYCH DO APARATÓW MEDYCZNYCH”.**

Szpital Specjalistyczny w Pile, w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w toku zapytania ofertowego, udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Zadanie 1, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści wycenę papieru do KTG SRF 618B o wymiarach 112x100x100 z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Zadanie 1, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści równoważny papier termoczuły do aparatu KTG Edan F-9 w rozmiarze 151x90x150?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3

Zadanie 1, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 108x23?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4

Zadanie 1, pozycja 14 - Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 112x90x160?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Zadanie 1, pozycja 16 - Czy Zamawiający dopuści wycenę papieru w rozmiarze 80x25 z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Zadanie 1, pozycja 17 - Czy Zamawiający wymaga papierów oryginalnych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 7

Pakiet 1 poz.7

Zwracamy się z prośbą o podanie wymaganej skali papieru.

Odpowiedź: Skala czynności serca płodu 50-120, skala czynności skurczowej 0-100.

Pytanie nr 8

Pakiet 1 poz.7

Prosimy o doprecyzowanie wymogów odnośnie wskazanego papieru. Czy zapis odnośnie oryginalności wskazuje na wymaganie w powyższej pozycji papieru producenta Edan i w związku z tym taki właśnie papier powinien zostać zaoferowany. Potwierdzeniem tego będzie dostarczenie deklaracji producenta papieru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga papieru producenta EDAN.

Pytanie nr 9

Pakiet 1 poz.8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji papieru do USG typu UPP 210HD w rozmiarze 210mm x25m ze względu na wycofanie z produkcji papieru Mitsubishi K70B (pismo w załączeniu).

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10

Pakiet 1 poz.11

Prosimy o dopuszczenie papieru o wymiarach 107x23 z przeliczeniem na 11 rolek.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11

Pakiet 1 poz.13

Zwracamy się z prośbą o podanie czy powyższy papier ma być z nadrukiem czy bez?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje papieru bez nadruku.

Pytanie nr 12

Pakiet 1 poz.16

Prosimy o dopuszczenie papieru o wymiarach 80x25 z przeliczeniem na 112rolek.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13

Pakiet 1 poz.18

Zwracamy się z prośbą o podanie czy powyższy papier ma być z nadrukiem czy bez?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje papieru bez nadruku.