	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu® ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230–41–97 , fax. 55 230–41–50 e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/33/2021
	Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”	

Elbląg, dnia 20.01.2022r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”. Nr sprawy **ZP/33/2021**.

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 135 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Pzp udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły od Wykonawców zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy Pzp o poniższej treści:

Pytanie nr 379

Dot. pakietu 22, poz 5 Ciepłarka do płynów infuzyjnych

Czy ze względu na przeznaczenie urządzeń na blok operacyjny (kod CPV 33190000) oraz charakter postępowania wykorzystujący środki unijne zamawiający wymaga, aby urządzenie było urządzeniem medycznym zgodnie z wymogami akredytacyjnymi, rozporządzenia MZ ws. wyposażenia bloków operacyjnych oraz oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii? Tj. urządzeniem posiadającym klasę medyczności określoną w deklaracji zgodności wyrobu medycznego lub certyfikacie CE. Prosimy o odpowiedź na powyższe pytanie, zadane zgodnie z terminem składania pytań do SWZ określonym w obowiązującej ustawie PZP (min. 4 dni przed terminem składania ofert).

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pytanie nr 380

Dot. pakietu 22, poz 1 System regulacji temperatury pacjenta

Czy zamawiający wymaga, aby materace grzewcze wykonane były w technologii, która nie wymaga natychmiastowego przerwania użytkowania systemu w przypadku przecięcia powłoki (np. skalpelem lub el. stołu operacyjnego) również w trakcie operacji. Tym samym, aby przecięcie powłoki nie spowodowało niekontrolowanego, niebezpiecznego dla pacjenta zwiększenia temperatury w miejscu uszkodzenia? W przypadku wymagania pow. parametrów sugerujemy wymaganie potwierdzenia ich odpowiednim zapisem w instrukcji obsługi. Prosimy o odpowiedź na powyższe pytanie, zadane zgodnie z terminem składania pytań do SWZ określonym w obowiązującej ustawie PZP (min. 4 dni przed terminem składania ofert).

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pytania od nr-u 381 do nr-u 402 dotyczą: pakietu 22 pozycja 1 oraz 5

Pytanie nr 381

22.1 System ogrzewania pacjenta:

Czy zamawiający dopuści system działający w technologii suchego grzania, wykorzystujący polimerowy element grzewczy?

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pytanie nr 382

Czy zamawiający dopuści jednostkę kontrolną umożliwiającą podłączenie od jednego do pięciu elementów grzewczych sterowanych jednocześnie z odczytem temperatury zadanej dla wszystkich kanałów równolegle?

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pytanie nr 383

Czy zamawiający dopuści materace grzewcze w dowolnej konfiguracji złożonej z poniższych rozmiarów

1900 × 585 mm 3.2 kg

1900 × 535 mm 2.8 kg

1200 × 585 mm 1.9 kg

1200 × 535 mm 1.8 kg

1070 × 585 mm 1.8 kg

1070 × 535 mm 1.7 kg

610 × 340 mm 0.6 kg


610 × 430 mm 0.7 kg

60 × 480 mm 0,8 kg

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pytanie nr 384

Czy zamawiający dopuści elementy grzewcze niewymagające więcej niż jednego czujnika temperatury, ponieważ polimerowa warstwa grzewcza posiada właściwości równomiernego nagrzewania na całej powierzchni, nie występuje gradient temperatury na materacu i monitorowanie jednym czujnikiem jest zbieraniem informacji z całego elementu grzewczego?

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu® ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230–41–97 , fax. 55 230–41–50 e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl</p>	<p>Nr sprawy: ZP/33/2021</p>
<p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”</p>		

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pytanie nr 385

Czy zamawiający dopuści kabel łączący jednostkę kontrolną z elementami grzewczymi o długości 3m?

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pytanie nr 386

Czy zamawiający dopuści elementy materace posiadające zintegrowane pasy mocujące, nie wymagające dodatkowych pokrowców?

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pytanie nr 387

Czy zamawiający dopuści koc grzewczy w rozmiarze 1660mm x 800mm x 40mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ i udzielonymi wyjaśnieniami

Pytanie nr 388

Czy zamawiający wymaga Urządzenie które w trakcie działania (podłączone do zasilania lub działające na zasilaniu bateryjnym) pozwalające na bezpieczne przeprowadzenie defibrylacji?

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pytanie nr 389

Czy zamawiający dopuści urządzenie które ma wbudowana baterie i pracuje bez dostępu prądu z sieci ale w czasie krótszym niż 1,5h ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ i udzielonymi wyjaśnieniami

Pytanie nr 390

Czy zamawiający dopuści urządzenie które może obsługiwać dwóch pacjentów jednocześnie z taką samą temp wyświetlaną na jednostce kontrolnej?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ i udzielonymi wyjaśnieniami

Pytanie nr 391

Czy zamawiający dopuści Jednostkę kontrolna z 4.3 calowym, kolorowym ekranem dotykowym?

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pytanie nr 392

Czy zamawiający dopuści urządzenie bez złącza do wyrównywania potencjałów ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ i udzielonymi wyjaśnieniami

Pytanie nr 393

Czy zamawiający mając na uwadze codzienna pracę i wygodę personelu wymaga aby urządzenie ważyło poniżej 2 kg ?

Odpowiedź: Nie wymaga

Pytanie nr 394

Czy zamawiający dopuści System ogrzewania oparty na technologii polimerów węglowych lub równoważny, nie oparty o włókna węglowe?

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pytanie nr 395

Czy zamawiający wymaga aby przy potencjalnym uszkodzeniu mechanicznym materaca podczas trwającej procedury, np. przecięcie skalpelem lub przekłucie, nie powoduje powstania bezpośredniego zagrożenia dla pacjenta lub personelu ani nie wymaga zatrzymania zabiegu/operacji ?

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pytanie nr 396


Czy zamawiający dopuści materac zasilany urządzeniem 26V DC?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ i udzielonymi wyjaśnieniami

Pytanie nr 397

Czy zamawiający dopuści materac posiadający jeden sterujący czujnik temperatury gwarantujący równomierne ogrzewanie na całej powierzchni materaca?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ i udzielonymi wyjaśnieniami

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu® ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230–41–97 , fax. 55 230–41–50 e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl</p>	<p>Nr sprawy: ZP/33/2021</p>
<p>Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”</p>		

Pytanie nr 398

Czy zamawiający dopuści jednolita konstrukcję materaca minimalizująca ryzyko zakażeń (brak konieczności użycia pokrowców lub innych elementów dodatkowych)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ i udzielonymi wyjaśnieniami

Pytanie nr 399

Czy zamawiający wymaga wbudowany w materac niezależne zabezpieczenie przed przegrzaniem?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ i udzielonymi wyjaśnieniami

Pytanie nr 400

Czy zamawiający dopuści zabezpieczenie elektroniczne przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa $\geq 43^{\circ}\text{C}$ przy którym system jest automatycznie wyłączany?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ i udzielonymi wyjaśnieniami

Pytanie do 22.5 Cieplarka:

Pytanie nr 401

Czy zamawiający dopuści cieplarkę medyczna o poniższych parametrach:

Urządzenie fabrycznie nowe.

Urządzenie stacjonarne, łatwe i bezpieczne do przenoszenia. Wyposażone w 4 gumowe nóżki.

Obudowa z płyt izolacyjnych pokrytych łatwym do mycia tworzywem sztucznym.

Przezroczysta pokrywa wykonana ze bezpiecznego szkła hartowanego, z dwoma wspornikami teleskopowym utrzymującym ją w pozycji otwartej.

Panel dotykowy z przyciskami, wyświetlaczem 3.2" oraz wskaźnikiem stand-by.

Wyświetlacz pokazujący temperaturę rzeczywistą i zadaną.

Ogrzewacz z jedną komorą i systemem grzewczym. Komora zamykana od góry.

Konwekcyjny system ogrzewania z obiegiem wymuszonym wentylatorem, gwarantującym równomierny rozkład temperatury w całej komorze.

Konstrukcja urządzenia zapewniająca przekazywanie ciepła do elementów ogrzewanych tylko za pośrednictwem powietrza.

Elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem bezpośrednio monitorujące temperaturę powietrza w komorze.

Niezależny czujnik temperatury dla elektronicznego zabezpieczenia przed przegrzaniem.

Konstrukcja urządzenia zapewniająca brak możliwości przekroczenia zadanej temperatury powierzchni, na której znajdują się elementy ogrzewane.

Dwa czujniki temperatury zastosowane w celu kontroli systemu ogrzewania.

Zabezpieczenia przed przegrzaniem umieszczone w dwóch różnych miejscach.

Optyczny i akustyczny alarm w przypadku uszkodzenia czujnika temperatury.

Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej.

Mechaniczne (termostat bimetaliczny) zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Sygnal optyczny wyświetlany na ekranie przy niedomkniętej pokrywie.

Alarm optyczny i akustyczny włączający się po 60 sekundach przy niedomkniętej pokrywie.

Optyczny i akustyczny alarm "niskiej / wysokiej temperatury", uruchamiany w przypadku wykrycia rozbieżności między temperaturą zadaną i temperaturą rzeczywistą w komorze.

Optyczny i akustyczny alarm w przypadku przegrzania.

Tryb czuwania (stand by).

Pojemność komory: 30l netto (36l brutto).

Maksymalne obciążenie komory: 25 kg.

Przybliżona pojemność do ogrzewania: dwadzieścia cztery butelki 0.5L; dwanaście butelek 1L; dwa worki 5L; trzy worki 3L.

Ustawiany przez użytkownika zakres temperatur: $25^{\circ}\text{C} - 70^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ (zmiana o 1°C).

Zewnętrzne wymiary urządzenia: 350 x 400 x 620 mm (Szerokość x Wysokość x Głębokość).

Wewnętrzne wymiary komory: 314 x 260 x 395 mm (S x W x G).

Waga: 21 kg.

Napięcie zasilania: 220-240 VAC, 50-60 Hz, prąd znamionowy 1.75 A.

Moc grzałki: 400 Wat.

Temperatura otoczenia (w trakcie działania): $18 - 30^{\circ}\text{C}$.

Temperatura otoczenia (magazynowanie): $10 - 55^{\circ}\text{C}$.


Wilgotność względna (działanie i magazynowanie): 30 - 70 %.

Wyrób medyczny potwierdzony certyfikatem lub deklaracją.

Opcja "BOOST" pozwalająca na przyspieszenie ogrzewania wsadu poprzez czasowe zwiększenie temperatury grzania.

Oprogramowanie wyposażone w programator czasowy, pozwalający precyzyjnie ustalić dzienny i tygodniowy cykl pracy urządzenia.

System dezynfekcji UV-C.

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu® ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230–41–97 , fax. 55 230–41–50 e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl , www.szpitalspecialistyczny.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/33/2021
	Dostawa i montaż sprzętu medycznego oraz wyposażenia Bloku Operacyjnego i oddziałów szpitalnych w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”	

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pytanie nr 402

Pytanie do pakietu nr 22 pozycja 5:

Czy zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 5 z pakietu numer 22 w celu zwiększenia konkurencyjności. Pozytywna odpowiedź spowoduje zwiększenie ilości potencjalnych dostawców co pozytywnie wpłynie na cenę w postępowaniu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 403

Pakiet nr 14

Czy Zamawiający wydzieli do odrębnego pakietu poz. 4 (33b)- Łóżko szpitalne z wyposażeniem 35 szt. i poz. 5 (33c) – Łóżko szpitalne z wyposażeniem 47 szt. co umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę oferentów oraz uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej ceny?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 404

DOTYCZY Załącznik Nr 1.19.Z do SWZ - NEGATOSKOP CYGROWY

W związku z tym iż Zamawiający wymaga dostarczenia Negatoskopu cyfrowego zabudowanego w ścianie oraz dopuści produkty różnych producentów prosimy o potwierdzenie że wnęki pod zabudowę negatoskopu cyfrowego zostaną wykonane przez Zamawiającego/ Inwestora wg podanych przez producentów tych urządzeń wymiarów.

Odpowiedź: Potwierdzamy że wnęki pod zabudowę negatoskopu cyfrowego zostaną wykonane przez Zamawiającego wg podanych przez producentów tych urządzeń wymiarów.

Pytanie nr 405

dotyczy projektu umowy.

Prosimy o dopuszczenie czasu realizacji zgodnie z informacjami podanymi w umowie czyli do końca 2022 roku jednak nie później niż 8 tygodni od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia lub powiadomienia przez Zamawiającego o gotowości do przyjęcia przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami

Pytanie nr 406

Dotyczy zadania nr 20

Czy zamawiający dopuści myjnię-dezynfektor o mniejszych wymiarach zewnętrznych 650 x 720 x 1950 mm?

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pytanie nr 407

Proszę o podanie wytycznych dla pakietu nr 15, stacja uzdatniania wody, proszę określić godzinową wydajność systemu odwróconej osmozy.

Odpowiedź: W chwili obecnej, zamawiający nie jest w stanie przewidzieć jaki sprzęt i jakich producentów zostanie zakupiony.

Zamawiający informuje, że wszystkie przyłącza niezbędne do montażu sprzętu zostaną wykonane przez zamawiającego w porozumieniu z dostawcami sprzętu.

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Pzp zmienia treść SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 28.01.2022r. godz. 9:00

Termin otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 28.01.2022r. godz. 9:05

Termin związania z oferta zostaje zmieniony na 27.04.2022r

Dyrektor
 Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu
 (-)
 lek. Mirosław Gorbaczewski

PROSIMY O POBRANIE WSZYSTKICH AKTUALNYCH ZAŁĄCZNIKÓW.