



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno
sekretariat: tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33
e-mail: sekretariat@mpcz.pl
www.mpcz.pl

Mogilno, dnia 21.02.2023 r.

WYJAŚNIENIA

DO ROZEZNANIA RYNKOWEGO nr II

dot. szacowania wartości zamówienia – Dostawa narzędzi chirurgicznych

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści w Pozycji 1 igłotrzymacz typu Hegar-Mayo, prosty, z twardą wkładką, o długości 205 mm?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści w Pozycji 2 igłotrzymacz typu Heaney, odgięty, z twardą wkładką, o długości 200 mm?

Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści w Pozycji 4, kleszczyki naczyniowe Baby-Crile o długości 140 mm?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści w Pozycji 9, hak operacyjny typu Farabeuf, dwustronny, długości 150 mm, o wymiarach części roboczej 20x16 mm / 24x16 mm oraz 23x16 mm / 28x16 mm?

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści w Pozycji 10, miseczkę medyczną na płyny o pojemności 0,4 l, o wymiarach 11,1 x 7,2 x 5,6 cm?

Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuści w Pozycji 11, miseczkę medyczną na płyny o pojemności 1,0 l, o wymiarach 15,1 x 10,0 x 7,3 cm?

Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7:

Lp. 2 Iglotrzymacz o nazwie własnej Julian, funkcjonalnie identyczny.

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8:

Lp. 9 Hak o wymiarach części roboczej 24x10/34x10 i 28x10/36x10, funkcjonalnie identyczny

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9:

Lp. 10 Miseczka o pojemności 0,5 l i wymiarach 130x70 mm, funkcjonalnie identyczna

Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10:

Lp. 11 Miseczka o wymiarach 150x75 mm, funkcjonalnie identyczna.

Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.

Prosimy także o wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni od daty złożenia zamówienia.

Prośbę naszą uzasadniamy tym, że przedmiot zamówienia stanowi wysokiej jakości sprzęt medyczny, a także ze względu na wejście w życie regulacji Medical Device Regulation 2017/745 wydłużającej procesy produkcyjne i certyfikacyjne wyrobów medycznych oraz obostrzenia związane z COVID-19 jak również problemy z brakiem stali chirurgicznej na światowych rynkach.

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 11:

Pozycja 1 Iglotrzymacz typu MAYO-HEGAR prosty, z twardą wkładką, dł. 203 mm

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 12:

Pozycja 2 Iglotrzymacz typu HEANEY odgięty, z twardą wkładką, dł. 203 mm

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 13:

Pozycja 7 Pinceta chirurgiczna, dł. 145 mm, czubek 3,2 mm, 2x3 ząbki, prosta

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 14:

Pozycja 7 Pinceta chirurgiczna typu SEMKEN, dł. 150 mm, czubek 1,8 mm, 2x3 ząbki, prosta

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 15:

Pozycja 9 Hak chirurgiczny typu FARABEUF, wymiary 23 x 16/ 28 x 16 mm, dł. 150 mm

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 16:

Pozycja 9 Hak chirurgiczny typu FARABEUF, wymiary 20 x 16/ 24 x 16 mm, dł. 150 mm

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 17:

Pozycja 9 Hak chirurgiczny typu FARABEUF, wymiary 25 x 10/ 32 x 12 mm, dł. 130 mm

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 18:

Pozycja 9 Hak chirurgiczny typu FARABEUF, wymiary 22 x 10/ 28 x 12 mm, dł. 130 mm

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 19:

Pozycja 10 Miska typu LIOTON, ø 200 mm, poj. 0,5 L

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 20:

Pozycja 10 Miska typu LIOTON, ø 250 mm, poj. 0,75 L

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 21:

Pozycja 11 Miska typu LIOTON, ø 300 mm, poj. 1,0 L

Ad. NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 22:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie pozycji nr. 2 igłotrzymacz Mayo Hegar odgięty o długości 21 cm z twardymi wkładkami ?

Ad. TAK, Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zatwierdził:
Z-ca Dyrektora
ds. Organizacyjno-Technicznych
Jarosław Głowacki
/podpis na oryginale/

