

Pruszcz Gdański, 06.06.2023r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (z możliwością negocjacji) o wartości zamówienia, która nie przekracza progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na dostawę ambulansu sanitarnego typu B, z zabudową medyczną, noszami i sprzętem medycznym dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1710, ze zm.), zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytania do XV NOSZE GŁÓWNE

Pytanie 1

Prosimy o dopuszczenie nowoczesnego zestawu transportowego do transportu pacjentów w ambulansie, który to zestaw **nie spełnia** wszystkich wymagań normy, a w szczególności przekracza dopuszczalną wagę zestawu określoną w normie na max 51 kg. W związku z tym faktem pytamy, czy zamawiający dopuszcza zestaw w całości niezgodny z normą spełniający większość oczekiwań zamawiającego?

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie dopuszcza zestawu w całości niezgodnego z normą wskazaną w SWZ.
Zamawiający wymaga jak w SWZ.

Pytania do XV NOSZE GŁÓWNE

Pytanie 2

W punkcie 9 XV NOSZE GŁÓWNE Zamawiający wymaga, aby materac był przystosowany do przewozu osób otyłych. Proszę zatem o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga obciążenia transportera max 250 kg ?

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie wymaga obciążenia transportera max 250 kg.

Pytanie 3:

Dotyczy Nasze Główne:

W związku z sytuacją, że wg **aktualnie zharmonizowanej obowiązującej normy PN-EN 1865-1+A1:2015, pkt. 4.2.3, maksymalna waga zestawu transportowego może wynosić do 51 kg** pytamy czy Zamawiający oczekuje zaoferowania noszy i transportera spełniającego wszystkie wymagania aktualnej zharmonizowanej Normy PN-EN 1865-1+A1:2015 ?

4.2.3 Mass

The mass excluding mattress and patient restraints shall not be more than:

- Stretcher part: 23 kg;
- Undercarriage including stretcher: 51 kg max (combined weight);
- Stretcher part with integrated undercarriage: monoblock 45 kg.

NOTE In all cases the mass should be as low as possible.

Dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że Dyrektywa Medyczna 93/43/EEC już nie obowiązuje i jedyną ważną obecnie dyrektywą jest 2017/745 obowiązująca od 26.05.2021.

Odpowiedź 3

Zamawiający podtrzymuje wymagania dla noszy określone w SWZ, z wyjątkiem błędnego wskazania dyrektywy.

Pytanie 4

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści nosze wyposażone w cztery skrętne kółka o 360 stopni o średnicy 200 mm i szerokości 50 mm na otwartej feldze ?

Odpowiedź 4:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

II. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, w związku z wyjaśnieniami SWZ, Zamawiający informuje o zmianie treści SWZ.

W załączniku nr 6 do SWZ - Specyfikacja dostawy w rozdz. XV. ust. 12 lit. I otrzymuje treść „Waga transportera max 28 kg. Dopuszcza się wyższą wagę transportera do max.36 kg pod warunkiem potwierdzenia zgodności zestawu z wymogami normy PN EN 1789 lub równoważną i PN EN 1865 lub równoważną, poświadczony odpowiednim dokumentem wystawionym zgodnie z uprawnieniami wg Rozporządzenia 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG”

Załączniki:

Zmieniony załącznik nr 6 – specyfikacja dostawy