



Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej
Komendant
Pan płk Waldemar Pawelec

WOFITM/67/2024/TP
Celestynów, 18 września 2024 r.

**DO WSZYSTKICH
ZAINTERESOWANYCH**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Dostawa opatrunków na rany penetracyjne klatki piersiowej” – Sprawa WOFITM/67/2024/TP.

Na podstawie art. 135 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1

Nawiązując do procedury ponownego badania próbek, o której mowa w paragrafie 187 ust. 3 czy zamawiający przeprowadza procedurę na wniosek Wykonawcy? Jakie wymagania formalne ma Zamawiający jeśli chodzi o wskazaną procedurę?

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z paragrafem 17 ust 3 Projektu Istotnych Postanowień Umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ informuje, że w przypadku dostawy opatrunków podlegających uprzedniej procedurze badania próbek, których numer seryjny będzie inny niż numer seryjny badanej w toku postępowania przetargowego próbki, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z dostawą cztery dodatkowe opatrunki w celu ponownego przebadania próbek bez konieczności uprzedniego wezwania przez Zamawiającego. Zamawiający ponownie dokonuje badania próbek zgodnie z procedurą badania próbek stanowiącą załącznik nr 6 do SWZ.

Pytanie nr 2

Czy pod pojęciem „oznaczenie sterylności” Zamawiający rozumie WYŁĄCZNIE OPATRUNKI STERYLNE i tym samym potwierdza, że możliwe jest zaoferowanie opatrunków wyłącznie sterylnych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania opatrunków sterylnych.

Pytanie nr 3

Zadanie 1-3. Czy Zamawiający dopuści produkt niesterylny ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Zadanie 1-3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia z 30 na 45 dni ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5

Zadanie 1-3. Czy w przypadku zaoferowania tego samego produktu w poszczególnych zadaniach Zamawiający dopuści złożenie jednego komplety próbek?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6

Zadanie 1-3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu z całkowitym terminem ważności 36 miesięcy, tj. 29 miesięcy na dzień składania ofert ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

KOMENDANT

/-/ płk Waldemar PAWELEC